SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
OSPEDALE GENERALE ISOLA

Splošna bolnišnica Izola
Polje 40
SI-6310 Izola
Slovenija

T +386 5 660 60 00
F +386 5 660 63 05
E info@sb-izola.si
W www.sb-izola.si

Številka: **JN 103/RN-24, JN006901/2024-EUe16/01**
Datum: 22.1.2025

Naročnik Splošna bolnišnica Izola na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) in pogojev ter meril dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »Nakup instrumentarija« za:

- **SKLOP 21: INŠTRUMENTARIJ-TRAVMA PEDIATRIJA;**
- **SKLOP 27: VRTALKA-TRAVMA.**

se odda ponudniku

METALKA MEDIA, podjetje za prodajo medicinskih pripomočkov, d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana

Obrazložitev:

1. Predmet javnega naročila: »Nakup instrumentarija«, JN 103/RN-24 v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 26.09.2024 pod št. JN006901/2024-EUe16/01 in v Uradnemu listu Evropske unije 579640-2024.

2. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 4.11.2024 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN. Ponudbo za posamezni sklop so pravočasno oddali naslednji ponudniki:

   Sklop 21:
   - SPES trgovina, storitve, uvoz-izvoz d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana;
   - METALKA MEDIA, podjetje za prodajo medicinskih pripomočkov, d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana.

   Sklop 27:
   - PD Medical, razvoj, proizvodnja in trženje medicinskih proizvodov d.o.o., Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur;
   - METALKA MEDIA, podjetje za prodajo medicinskih pripomočkov, d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana.

3. Skladno z določili 89. člena ZJN-3 je komisija naročnika razvrstila pravočasne ponudbe glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Merilo za ocenitev ponudb je najnižja cena in sicer:

Sklop	Ponudnik	Vrednost ponudbe v EUR brez DDV	Vrednost ponudbe v EUR z DDV
21	SPES, d.o.o.	3.150,00	3.843,00
	METALKA MEDIA, d.o.o.	12.252,03	14.947,48
27	PD Medical, d.o.o.	16.000,00	19.520,00
	METALKA MEDIA, d.o.o.	24.552,17	29.953,64

4. Naročnik je, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, ponudbe predhodno preveril z vidika ustreznosti in zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila:

   Naročnik je z namenom ugotavljanja skladnosti ponujenega blaga z zahtevami naročnika, ponudnike skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pozval k predložitvi vzorcev za sklop 21 in sklop 27. Naročnik ugotavlja, da ponudnik PD Medical, d.o.o. ni dostavil zahtevanih vzorcev za sklop 21. V skladu z določili petega odstavka 89. člena ZJN-3, se ponudba ponudnika PD Medical, d.o.o. za sklop 21, izključi.

   Komisija naročnika je na podlagi izvedenega testiranja ugotovila naslednja neskladja:
   Vzorec za sklop 21 ponudnika SPES, d.o.o. je neustrezen in sicer:
   - Postavka 8: Raspatorij - ročaj je predebel za tako fin inštrument; Inštrument ne izpolnjuje pričakovane lastnosti glede na namen uporabe. Ni enakovredno zahtevanemu blagu.
   - Postavka 14: Vstopno šilo je zelo ostro in ima premajhen ročaj. Inštrument ne izpolnjuje pričakovane lastnosti glede na namen uporabe. Ni enakovredno zahtevanemu blagu.

   Skladno z ugotovitvami komisije naročnika ponudba ponudnika SPES, d.o.o za sklop 21 in s tem predmet ponudb ni skladen s tehničnimi, strokovnimi in ostalimi zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponujeno blago ni enakovredno zahtevanemu, zato se ponudba ponudnika SPES, d.o.o, za sklop 21 označi kot nedopustna.

5. Komisija naročnika ugotavlja, da je ponudba ponudnika METALKA MEDIA, d.o.o., za sklop 21 in sklop 27, ustrezna z vidika ustreznosti in zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila. Ponudba in s tem predmet ponudbe je skladen s tehničnimi, strokovnimi in ostalimi zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

   V nadaljevanju je komisija naročnika preverila, če so informacije oziroma dokumentacija, ki jih je moral predložiti ponudnik nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudnikova ponudba za sklop 21 in sklop 27 je popolna.

6. Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril, ali je ponudba ponudnika METALKA MEDIA, d.o.o. skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

   Naročnik je preveril izpolnjevanje pogojev iz 75. in 76. člena ZJN-3 (izključitveni razlogi in pogoji za sodelovanje), pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponudnik METALKA MEDIA, d.o.o., izpolnjuje vse pogoje.

7. Komisija naročnika ugotavlja, da je ponudba ponudnika METALKA MEDIA, d.o.o., za sklop 21 in sklop 27, skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

8. Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka odločitve. Z navedenim je odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, utemeljena.

Pravno varstvo:
Zahtevek za revizijo se lahko vloži, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).
Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem delovnih dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Taksa za zahtevek za revizijo zoper to odločitev za posamezni sklop znaša 500,00 EUR. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Revizijske zahtevke, ki bodo vloženi prepozno ali s strani oseb, ki ne bodo aktivno legitimirane za njihovo vložitev, revizijske zahtevke, ki jim ne bo priloženo potrdilo o plačilu takse in revizijske zahtevke, za katere ne bo plačana ustrezna taksa, bo naročnik zavrgel.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
direktor zavoda
Mag. Radivoj Nardin

