



Štev.: 460-48(807203)/2024-3

Datum: 12. 3. 2025

Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.5 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »Nakup štirih linearnih pospeševalnikov in CT simulatorja s pripadajočo opremo, projektiranje, dobava pohištvene opreme in vzdrževanje opreme«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 18. 2. 2025, številka objave JN000973/2025-EUe16/01 in v TED, datum objave 18. 2. 2025, številka objave 109584-2025 (s popravki), naročnik spreminja in dopolnjuje dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Specifikacija zahtev uporabnika

Besedilo v Specifikaciji zahtev uporabnika se spremeni in dopolni z vsebino, podano v okviru odgovorov na vprašanja, objavljenih na portalu javnih naročil.

V Specifikaciji zahtev naročnika se dodata še naslednji točki, in sicer:

- Točka 9.16:
En detektor primeren za dozimetrijo malih polj in velikih polj, z aktivnim volumnom manjšim ali enakim 0,004 mm³, z vsaj 5 m dolgim kablom. Celica mora biti vodoodporna oz. primerna za meritve v vodi. Primerna za vse dozne hitrosti in vse klinične fotonske energije. Celica mora biti energijsko in »Dose-Rate« neodvisna. Celica mora biti tipa »single crystal diamond detector« (SCDC).
Količina: 1 kom
Primer: PTW microDiamond
- Točka 22.6:
Dodane morajo biti tudi vse licence za povezavo CT simulatorja s sistemom optičnih kamer za sledenje površine bolnika (SGRT sistem).

2. Osnutek pogodbe (OBR-3)

V 1. alineji prvega odstavka 12. člena osnutka pogodbe se črta beseda »cca.«.

Pri pripravi ponudbe je treba upoštevati zgoraj navedene dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Poslano v objavo:

- na Portal javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>)
- TED