

Številka: 460-99(809013)/2024-5
Datum: 14.03.2025

ZADEVA: Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »DEFIBRILATORJI S PRIPADAJOČIMI ELEKTRODAMI«, objavljeno na portalu javnih naročil, številka objave JN001374/2025-EUe16/01 datum objave 05.03.2025, in v Uradnem listu EU, številka objave 144012-2025, datum objave 05.03.2025, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, kot sledi:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> **najkasneje do 24.03.2025 do 12.00**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN **24.03.2025 in se bo začelo ob 15.00** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 20.03.2025.

V primeru, da ponudniki v ponudbi sami predložijo potrdila iz kazenske evidence, le-ta ne smejo biti starejša od štirih mesecev, šteto od dneva novega roka za oddajo ponudbe t.j. 24.03.2025.

2. Naročnik dopolnjuje in/oz. popravlja opise pri naslednjih identih:

Ident 999024: Elektroda za levi prekat:

- elektroda za uvajanje skozi koronarni sinus,
- konfiguracija: bipolarna,
- oblika fiksacije: najmanj 2 obliki krivin,
- vstavitev skozi uvajalo 8 F ali manj,
- direktna vstavitev v vejo koronarnega sinusa s subseleksijskim katetrom,
- varno slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco 3T.

Spreminja tako, da sedaj glasi:

Ident 999024: Elektroda za levi prekat:

- elektroda za uvajanje skozi koronarni sinus,
- konfiguracija: bipolarna in kvadripolarna,
- oblika fiksacije: najmanj 2 obliki krivin,
- vstavitev skozi uvajalo 8 F ali manj,
- direktna vstavitev v vejo koronarnega sinusa s subseleksijskim katetrom,
- varno slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco 3T.

Ident 999030: Kateter za subselekcijo veje koronarnega sinusa:

- uvajanje elektrode za koronarni sinus skozi kateter,
- notranji premer 5,7 F ali več,
- zunanji premer 7,1 F ali manj,
- ukrivljenost vrha katetra 90 ali 130 stopinj.

Spreminja tako, da sedaj glasi:

Ident 999030: Sistem za uvajanje elektrode za levi prekat, raven, posamično pakiran

- z možnostjo izbire vsaj še 4 različnih krivin introduktorjev.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vsa pojasnila, dopolnitve in popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik posredoval preko portala javnih naročil.

Služba za nabavo zdravstvenega materiala in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila>