univerzitetni klinični center ljubljana
University Medical Centre Ljubljana

Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
Tel: 01 522 2764,
E gp.ukc@kclj.si
W www.kclj.si

Št.: 845080118-028-24
Datum: 14. 03. 2025

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) na podlagi petega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. List RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami, nadaljevanju: ZJN-3) v postopku javnega naročila po odprtem postopku za »NAKUP REAGENTOV ZA MIKROBIOL. PREISKAVE Z BREZPLACNO UPORABO LAB. OPREME«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 13.05.2024 pod št. objave JN003143/2024-EUe16/01, izdaja

ODLOČITEV O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA

V postopku oddaje javnega naročila za »NAKUP REAGENTOV ZA MIKROBIOL. PREISKAVE Z BREZPLACNO UPORABO LAB. OPREME«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 13.05.2024 pod št. objave JN003143/2024-EUe16/01, št. objave na TED: 281435-2024, **se javno naročilo ne odda**.

Obrazložitev:

Naročnik je v izvedenem odprtem postopku javnega naročila za »NAKUP REAGENTOV ZA MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE Z BREZPLAČNO UPORABO LABORATORIJSKE OPREME ZA POTREBE UKC LJUBLJANA«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne 13.05.2024 pod št. objave JN003143/2024-EUe16/01, št. objave na TED:281435-2024. (v nadaljevanju: javno naročilo), v postavljenem roku, to je do 27. 05. 2024 do 10. ure, prejel tri ponudbe ponudnikov:

- MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o., Perovo 030, 1241 Kamnik, št. ponudbe 24-010-0724 z dne 17.05.2024 po končni ponudbeni vrednosti 1.485.297,00 EUR brez DDV oziroma 1.626.400,22 EUR z DDV;

- ROCHE farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13G, 1000 Ljubljana, št. ponudbe 845080118-028-24 z dne 24.05.2024, po končni ponudbeni vrednosti 1,600.320.00 EUR brez DDV oz. 1.752.350,40 z DDV;

- MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 022, 2000 Maribor, št. ponudbe 20226260 z dne 21.05.2024 po končni ponudbeni vrednosti 1.980.990,00 EUR brez DDV oz. 2.169.184,05 EUR z DDV.

Naročnik zavrača vse tri prejete ponudbe na podlagi določila petega odstavka 90. člena ZJN-3 iz razlogov na strani naročnika.

Po objavi obvestila o naročilu do sprejema odločitve je na strani naročnika prišlo do bistveno spremenjenih potreb v zvezi z opredelitvijo predmeta naročila, kar onemogoča oddajo javnega naročila v obsegu in na način, kot je bilo prvotno predvideno v predmetnem javnem naročilu, saj je ta pomanjkljiv in ne zadovoljuje vseh potreb naročnika. Naročnik bo za predmet naročila ponovil postopek oddaje javnega naročila, v katerega bo vključil zahteve, ki sedaj niso bile definirane.

V objavljeni razpisni dokumentaciji je naročnik pomanjkljivo definiral točko 4 strokovnih zahtev (pogojev), kjer je zapisal, da mora sistem in reagenčni komplet omogočati neposredno uporabo primarnega vzorca (bris nazofarinksa) brez predhodne obdelave vzorca ali izolacije nukleinskih kislin. V ponovljenem javnem naročilu bo naročnik navedeno spremenil, saj želi zagotoviti pogoj, da za izvedbo testiranja iz vzorca brisa ni potrebno opraviti ločene izolacije dednine, kot tudi, da morebitna redčitev vzorca ali prenos v drugo epruveto/kontejner ne predstavlja ključnega omejujočega faktorja pri izvedbi testiranja.

Nadalje je naročnik v objavljeni razpisni dokumentaciji napačno definiral točko 5 strokovnih zahtev (pogojev) naročnika, kjer je postavil pogoj, da mora sistem omogočati izvedbo vsaj 50 testov v 8 urah. V ponovljenem javnem naročilu bo naročnik spremenil predmetno zahtevo, kjer bo sistem moral omogočati izvedbo vsaj 40 testov v 4 urah. Namreč, čim hitrejše odkrivanje epidemioloških slik in posledično preprečevanje hujših negativnih posledic je ključen faktor za naročnika, ki ima (pre)veliko število pacientov, zato bo naročnik spremenil postavljen pogoj hitrosti.

Pomanjkljivo je naročnik v objavljeni razpisni dokumentaciji definiral tudi točko 6 strokovnih zahtev (pogojev) naročnika, kjer je zapisal, da mora sistem omogočati postavitev na laboratorijski pult. V ponovljenem javnem naročilu bo naročnik podrobneje definiral postavljeni pogoj, in sicer bo zaradi omejitev glede dimenzij tudi določil največje dovoljene mere.

V novi razpisni dokumentaciji bo naročnik tudi spremenil in dodal postavke za seštevek točk v formuli, ki bo podlaga za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe. V ponovljenem javnem naročilu bo naročnik spremenil postavko D – »višje število vzorcev analiziranih v 8 urah« v »višje število vzorcev analiziranih v 4 urah«. Poleg tega bo dodal postavko E – »krajši čas izvedbe enega testa v minutah«, kjer bodo ponudniki v ponudbi morali podati obrazložitev, koliko točno traja postopek (v minutah) za izvedbo enega testa od zagona, ko se kartuša vstavi v aparat in se test začne pa do zaključka testa, ko aparat pošlje rezultate v informacijski sistem.

Opisane spremembe bistveno vplivajo na izvedbo objavljenega predmeta javnega naročila, saj razpisna dokumentacija ne vsebuje zahtev, ki bi zadovoljile dejanske potrebe naročnika.

Določilo petega odstavka 90. člena ZJN-3 naročniku v primeru zavrnitve ponudb na strani naročnika nalaga dolžnost, da mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja, v katerem objavi povabilo k sodelovanju, mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil, in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Upoštevajoč vse navedeno, naročnik na podlagi določila petega odstavka 90. člena ZJN-3 zavrača vse prejete ponudbe in bo v novem postopku javnega naročila v dokumentacijo v zvezi z naročilom vključil zahteve in dejanske potrebe, kot so določno opisane v obrazložitve te odločitve.

S tem je odločitev o oddaji javnega naročila obrazložena.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev naročnika je mogoče v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPVPJN) vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Rok za vložitev zahtevka za revizijo je 8 delovnih dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vloži elektronsko preko spletnega informacijskega portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in mu mora biti priloženo potrdilo o plačilu takse, ki v skladu z 71. členom ZPVPJN znaša 1.000,00 EUR.

Transakcijski račun za plačilo takse: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banka Slovenija, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA: BS LJ SI 2X
IBAN: SI56011001000358802
Sklic: 11 16110-7111290-00314324

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 17

Univerzitetni klinični center Ljubljana
generalni direktor
doc. dr. Marko Jug, dr. med.