Splošna bolnišnica Jesenice / General Hospital Jesenice
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
t: +386 (0)4 586 80 00, f: +386 (0)4 586 84 01, e: info@sb-je.si

Splošna bolnišnica Jesenice

Številka: 460-0075/2024/0003
Zaporedna številka: JN 12/2024
Datum: 26. 3. 2025

Na osnovi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), izdaja Petra Rupar, dr. med., direktorica Splošne bolnišnice Jesenice, (v nadaljnjem besedilu: naročnik), na podlagi ocenitve ponudb, prispelih za javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 29. 11. 2024, številka objave JN008642/2024-EUe16/01 ter na portalu Evropske unije TED št. 729876-2024 dne 29. 11. 2024 ter odgovorov na vprašanja objavljena na portalu javnih naročil, naslednjo

DELNO ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo **"MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL - RAZNO"** se za spodaj navedene artikle odda naslednjim ponudnikom:

		Izbrani ponudnik	**Vrednost v EUR brez DDV za dve leti**
	SKLOP 1		
7	Igla s topo konico, s filtrom	Mediasi d.o.o.	4.263,00
8	Igla s topo konico, brez filtra	Sanolabor d.d.	2.796,00
9	Kanila Vasifix	Medis d.o.o.	4.200,00
17	Otroška sterilna urinska vrečka za dečke	Medis d.o.o.	624,00
18	Otroška sterilna urinska vrečka za deklice	Medis d.o.o.	624,00
27	Zaščita za oči pri novorojenčku pri fototerapiji	Inspira d.o.o.	580,80
36	Aspirator nastavek grobi	Interpart d.o.o.	868,00
37	Aspirator nastavek pool	Interpart d.o.o.	1.338,00
38	Asprirator nastavek fini	Sanolabor d.d.	719,00
	SKLOP 2		
17	Tubus endotrahealni	Pharmamed-mado d.o.o.	2.890,00

Naročnik je v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb pregledal dopustnost ponujenih artiklov izbranih ponudnikov in ugotovil, da so izbrane ponudbe prispele pravočasno, da ustrezajo vsem naročnikovim zahtevam in so skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustne.

Skladno s tem je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila.

OBRAZLOŽITEV

Javno naročilo je bilo izvedeno na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 460-0070/2024/0001, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) po odprtem postopku. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, objave 29. 11. 2024, številka objave JN008642/2024-EUe16/01 ter na portalu Evropske unije TED št. 729876-2024 dne 29. 11. 2024.

Odpiranje je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15. 1. 2025 ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Naročnik je v okviru postopka prejel 32 pravočasnih ponudb in sicer:

1	MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Brnčičeva ulica 017B, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče
2	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana
3	SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o., Motnica 003, 1236 Trzin
4	MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o., Perovo 030, 1241 Kamnik
5	MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o., Brnčičeva ulica 001, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče
6	PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o., Leskoškova cesta 9C, 1000 Ljubljana
7	MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o., Leskoškova cesta 009D, 1000 Ljubljana
8	THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 024, 1236 Trzin
9	IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 008, 1000 Ljubljana
10	Dräger Slovenija, servis in prodaja, d.o.o., Nadgoriška cesta 019, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče
11	PAUL HARTMANN ADRIATIC, družba za medicinske proizvode in storitve na področju preventive, diagnostike, higiene in zdravstvene oskrbe d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana
12	ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o., Šmartinska cesta 053, 1000 Ljubljana
13	KEFO, kemija in farmacija, d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče
14	AdvaMed, prodaja medicinskih pripomočkov na debelo, d.o.o., Vodovodna cesta 099, 1000 Ljubljana
15	MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o., Ulica ob hrastih 24, 1291 Škofljica
16	Axon Lab trgovina in medicinske storitve d.o.o., Rimska ulica 004, 2310 Slovenska Bistrica
17	LABOHEM trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o., Kettejeva ulica 016, 1230 Domžale
18	TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o., Šaranovičeva cesta 035, 1230 Domžale
19	MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana

20	MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 022, 2000 Maribor
21	ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o., Dobrave 007B, 1236 Trzin
22	pfm medical s, trgovina z medicinskimi proizvodi, d.o.o., Sermin 075A, Koper, 6000 Koper - Capodistria
23	FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici
24	AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring, Trnovec pri Dramljah 054A, Šentjur, 3222 Dramlje
25	PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o., Leskoškova cesta 009E, 1000 Ljubljana
26	INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o., Cesta na Brdo 085, 1000 Ljubljana
27	RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o., Litijska cesta 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE
28	PROFARMAKON INTERNATIONAL družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Preradovičeva ulica 020A, 2000 Maribor
29	VALENCIA STOMA-MEDICAL, podjetje za zastopanje, posredovanje in trgovino d.o.o., Gregorčičeva ulica 009, 1000 Ljubljana
30	PRI-MA d.o.o. veletrgovina, Tržaška cesta 028, 1360 Vrhnika
31	INSPIRA trgovina in servis medicinske opreme d.o.o., Pot na Labar 009, 1000 Ljubljana
32	PHARMAPAK, posredništvo in prodaja, d.o.o., Gosposvetska cesta 084, 2000 Maribor

Naročnik je pri pregledovanju in ocenjevanju ponudb uporabil merilo najnižja končna ponudbena vrednost brez DDV za posamezni artikel, pri čemer je upošteval dopustnost ponudb glede ustrezanja tehničnih določil razpisanih v razpisni dokumentaciji za posamezen artikel.

Naročnik je ponudnike, katerih ponujenega blaga ni poznal oziroma ga še ni uporabljal, pozval na dostavo vzorcev ponujenega blaga.

Naročnik je pregledal dopustnost ponujenih artiklov izbranih ponudnikov in ugotovil, da izbrani ponudniki v vseh zahtevanih postavkah izpolnjujejo postavljene zahteve naročnika.

Pri pregledovanju in ocenjevanju ponudb je ponudnik ugotovil, da spodaj navedene ponudbe ne ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika in so zato skladno s 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 nedopustne.

Artikel:	7. Igla s topo konico, s filtrom
Ponudnik:	Iris d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam z vidika uporabe, pri testiranju se je ugotovilo, da se iglo težko loči od pokrova, oteženo je nameščanje in odstranjevanje igle z brizge.
Artikel:	7. Igla s topo konico, s filtrom
Ponudnik:	Interpart d.o.o.

Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam in sicer v dolžini igle. Ponujena igla ima dolžino 38 mm, zahtevano je 40 mm.
Artikel:	7. Igla s topo konico, s filtrom
Ponudnik:	Anmedic d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam z vidika uporabe, pri testiranju se je ugotovilo, da se iglo težko loči od pokrova, oteženo je nameščanje in odstranjevanje igle z brizge.
Artikel:	7. Igla s topo konico, s filtrom
Ponudnik:	Sanolabor d.d.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam z vidika uporabe, pri testiranju se je ugotovilo, da igla s filtrom ne pobere/aspirira celotne količine zdravila. Artikel se uporablja na odprtih ampulah zato je pomembno, da igla aspirira celotno zdravilo iz ampule.
Artikel:	8. Igla s topo konico, brez filtra
Ponudnik:	Iris d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam z vidika uporabe, pri testiranju se je ugotovilo, da se iglo težko loči od pokrova, oteženo je nameščanje in odstranjevanje igle z brizge.
Artikel:	8. Igla s topo konico, brez filtra
Ponudnik:	Interpart d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam in sicer v dolžini igle. Ponujena igla ima dolžino 38 mm, zahtevano je 40 mm.
Artikel:	8. Igla s topo konico, brez filtra
Ponudnik:	Mediasi d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam z vidika uporabe, pri testiranju se je ugotovilo, da ima igla neustrezno primarno ovojnino, saj ima prekratke zavihke, kar lahko povzroči kontaminacijo pri odpiranju igle.
Artikel:	9. Kanila vasofix
Ponudnik:	Profarmakon d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam z vidika uporabe. Krilca niso ovalne oblike in zato se težke fiksirajo na kožo, zaradi te oblike se pri večdnevni uporabi lahko naredijo poškodbe na otroški koži kar lahko privede do razjed.
Artikel:	17. Otroška sterilna urinska vrečka za dečke
Ponudnik:	Formadent d.o.o.
Razlog	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, vrečka se prehitro odlepi, ne

nedopustnosti:	drži dobro.
Artikel:	17. Otroška sterilna urinska vrečka za dečke
Ponudnik:	Promed d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, vrečka se prehitro odlepi, ne drži dobro.
Artikel:	17. Otroška sterilna urinska vrečka za dečke
Ponudnik:	Preofarmakon d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, vrečka se prehitro odlepi, ne drži dobro.
Artikel:	17. Otroška sterilna urinska vrečka za dečke
Ponudnik:	Interpart d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, vrečka se prehitro odlepi, ne drži dobro.
Artikel:	17. Otroška sterilna urinska vrečka za dečke
Ponudnik:	Sanolabor d.d.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, vrečka se prehitro odlepi, ne drži dobro.
Artikel:	18. Otroška sterilna vrečka za deklice
Ponudnik:	Promed d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, vrečki za dečke in deklice sta enaki, pri deklicah je zato oteženo nameščanje, urin pa odteče v pleničko. Vrečka se tudi hitro odlepi.
Artikel:	18. Otroška sterilna vrečka za deklice
Ponudnik:	Profarmakon d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, vrečki za dečke in deklice sta enaki, pri deklicah je zato oteženo nameščanje, urin pa odteče v pleničko. Vrečka se tudi hitro odlepi.
Artikel:	18. Otroška sterilna vrečka za deklice
Ponudnik:	Interpart d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, vrečki za dečke in deklice sta enaki, pri deklicah je zato oteženo nameščanje, urin pa odteče v pleničko. Vrečka se tudi hitro odlepi.
Artikel:	18. Otroška sterilna vrečka za deklice
Ponudnik:	Sanolabor d.d.
Razlog	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, vrečki za dečke in deklice sta

nedopustnosti:	enaki, pri deklicah je zato oteženo nameščanje, urin pa odteče v pleničko. Vrečka se tudi hitro odlepi.
Artikel:	27. Zaščita za oči pri novorojenčku pri fototerapiji
Ponudnik:	Iris d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam z vidika uporabe, saj se težko namesti na glavo in slabše tesni čez oči. Zaščita se premika po glavi dojenčka.
Artikel:	37. Aspirator nastavek grobi
Ponudnik:	Sanolabor d.d.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, saj ima premajhno sesalno odprtino in premajhne ter preveč samo pri vrhu razporejene stranske luknjice, kar otežuje sesanje vsebine iz črevesja.
Artikel:	37. Aspirator nastavek pool
Ponudnik:	AMS meding d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, naročnik je artikel testiral in ugotovil, da je CH20 (Lumen) artikla preozek, saj je zaradi tega oteženo sesanje vsebine iz črevesja.
Artikel:	17. Tubue endotrahealni
Ponudnik:	Ram 2 d.o.o.
Razlog nedopustnosti:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, artikel ni iz ustreznega materiala, nima zaobljenih zaključkov in nima zahtevane Blue line nitke.

Za spodaj navedene artikle naročnik naročila ne bo oddal, saj je naknadno ugotovil, da že ima podpisano pogodbo o dobavi blaga za dobavo spodaj navedenih artiklov:

20	Norovirus, Rota-Adenovirus
30	Ledvičke papirnate
34	Krpice/vrečke za umivanje pacienta

S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev.

Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril ali so ponudbe ponudnikov, skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Ugotovitve naročnika:

- Naročnik je, na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3, preveril, če so informacije oziroma dokumentacija, ki so jih morali predložiti ponudniki nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo in ugotovil, da so izbrani ponudniki v ponudbi predložil vsa zahtevana dokazila.

- Nadalje je naročnik preveril, ali izbrani ponudniki izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3 (izključitveni razlogi in pogoji za sodelovanje), pri čemur je bilo ugotovljeno:
  - naročnik je v aplikaciji e-Dosje (http://ejn.gov.si/e-dosje) preveril, ali so bili izbrani ponudniki na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, to je dne 15. 1. 2025, uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in ugotovil, da ponudniki niso uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
  - naročnik je v aplikaciji e-Dosje (http://ejn.gov.si/e-dosje) preveril, ali je bila ponudnikom v zadnjih treh letih pred zaključkom roka za oddajo ponudbe, to je do dne 15. 1. 2025, dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 ugotovil, da ponudnikom v navedenem obdobju ni bila izrečena takšna globa.
  - naročnik je v aplikaciji e-Dosje (http://ejn.gov.si/e-dosje) preveril, ali imajo ponudniki na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, to je dne 15. 1. 2025, 50 EUR ali več zapadlih neplačanih obveznih dajatev in drugih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira Finančna uprava RS, in imajo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja zadnjih 5 let, in ugotovil, da ponudnikom v navedenem obdobju ni bila izrečena takšna globa.

Na podlagi navedenega naročnik meni, da so izpolnjeni tako vsebinski kot pravnoformalni razlogi, da se javno naročilo odda ponudnikom navedenim v izreku te odločitve. Z izbranimi ponudniki se sklene Pogodba o dobavi blaga za razpisano obdobje.

PRAVNI POUK:

Zahtevek za revizijo lahko, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I , 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovornik javnega interesa.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem (8) delovnih dni od objave te odločitve o oddaji naročila na portalu javnih naročil www.enarocanje.si.

Zahtevek za revizijo se vloži preko informacijskega sistema eRevizija.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila,
- predmet javnega naročila,

ter mora priložiti:
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802

Taksa znaša dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za posamezni zaprt podsklop vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov.

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitne kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Petra Rupar, dr. med.
Direktorica



Objaviti:

- na portalu javnih naročil.