Številka JN: **JN-0039/2024**
Št. dokumenta: **31.3.2025**

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) ter izvedenega odprtega postopka oddaje javnega naročila za **»NAKUP OPREME ZA IZVEDBO METILACIJSKEGA TESTA, DVEH (2) MOTORIZIRANIH MIKROSKOPOV IN ULTRAZVOČNEGA APARATA TER NAMIZNEGA FLUOROMETRA«**, se javno naročilo odda naslednjemu ponudniku po posameznih sklopih:

Sklop	Izbrani ponudnik	Razlog za izbiro ponudbe	Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV
Sklop 1 – NAKUP OPREME ZA IZVEDBO METILACIJSKEGA TESTA	MEDILINE d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik	Ponudba je dopustna.	373.968,72
Sklop 2 – DVA (2) MOTORIZIRANA MIKROSKOPA	TEHNOOPTIKA SMOLNIKAR d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana Črnuče	Ponudba je dopustna.	63.042,08
Sklop 3 – NAKUP ULTRAZVOČNEGA APARATA	DIPROS d.o.o., Gorenjesavska cesta 54A, 4000 Kranj	Ponudba je dopustna.	60.591,30
Sklop 4 – NAKUP NAMIZNEGA FLUOROMETRA	OMEGA d.o.o., Dolinškova ulica 8, 1000 Ljubljana	Ponudba je dopustna.	14.754,07

Obrazložitev:

Naročnik je za »NAKUP OPREME ZA IZVEDBO METILACIJSKEGA TESTA, DVEH (2) MOTORIZIRANIH MIKROSKOPOV IN ULTRAZVOČNEGA APARATA TER NAMIZNEGA FLUOROMETRA«, izvedel javno naročilo po odprtem postopku.

Obvestilo o javnem naročilu, je bilo dne 25.11.2024, objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN008495/2024-EUe16/01 in na evropskem portalu TED pod številko objave: 715625-2024.
Popravek št. 1, je bil dne 09.12.2024, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave JN008495/2024-EUe16/01-P01 in na evropskem portalu TED pod številko objave: 751689-2024.
Popravek št. 2, je bil dne 17.12.2024, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave JN008495/2024-EUe16/01-P02 in na evropskem portalu TED pod številko objave: 770286-2024.
Popravek št. 3, je bil dne 20.12.2024, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave JN008495/2024-EUe16/01-P03 in na evropskem portalu TED pod številko objave: 783613-2024.

Naročnik je do roka za oddajo ponudb prejel naslednje ponudbe po posameznih sklopih:
Vrednost ponudb je v EUR z DDV.

Št.	Ponudnik	Sklop 1 – NAKUP OPREME ZA IZVEDBO METILACIJSKEGA TESTA	Sklop 2 – DVA MOTORIZIRANA MIKROSKOPA	Sklop 3 – NAKUP ULTRAZVOČNEGA APARATA	Sklop 4 – NAKUP NAMIZNEGA PLUOROMETRA
1.	MEDILINE d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik	373.968,72			
2.	LABENA d.o.o., Verovškova 64, 1000 Ljubljana		69.950,51		
3.	MIKRO + POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor		58.852,80		
4.	TEHNOOPTIKA SMOLNIKAR d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana Črnuče		63.042,08		
5.	DIPROS d.o.o., Gorenjesavska cesta 54A, 4000 Kranj			60.591,30	
6.	OMEGA d.o.o., Dolinškova ulica 8, 1000 Ljubljana				14.754,07

V postopku izbire so bile izbrane naslednje ponudbe po posameznih sklopih na podlagi merila iz razpisne dokumentacije:

- Sklop 1 – NAKUP OPREME ZA IZVEDBO METILACIJSKEGA TESTA: MEDILINE d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik
- Sklop 2 - DVA (2) MOTORIZIRANA MIKROSKOPA: TEHNOOPTIKA SMOLNIKAR d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana Črnuče
- Sklop 3 - NAKUP ULTRAZVOČNEGA APARATA: DIPROS d.o.o., Gorenjesavska cesta 54A, 4000 Kranj
- Sklop 4 - NAKUP NAMIZNEGA FLUOROMETRA: OMEGA d.o.o., Dolinškova ulica 8, 1000 Ljubljana

Obrazložitev zavrnitve ponudbe ponudnika Mikro + Polo d.o.o. za sklop 2:

Naročnik je v Tehničnih specifikacijah za sklop 2 navedel naslednje zahteve:

- v četrtem odstavku 2. točke splošnih zahtev, je naročnik zahteval, da je višina ohišja mikroskopa vsaj 35 cm (brez ergo tubusa). Ponujeni artikel te zahteve ne izpolnjuje.
- v 4. točki splošnih zahtev, je naročnik za leče zahteval, da ponudnik izpolni vse karakteristike v eni izmed treh skupin zahtev. Ponujeni artikel ne izpolnjuje vseh karakteristik v nobeni od treh skupin zahtev.
- v 6. točki splošnih zahtev, je naročnik zahteval, da je priloženo držalo z vzmetjo za držanje dveh preparatov z odpiranjem na levi strani. Ponujeni artikel ne izpolnjuje zahteve po odpiranju na levi strani.
- v 8. točki splošnih zahtev, je naročnik zahteval, da je mikroskop nadgrajen z diskusijskim delom za še enega opazovalca nasproti operaterja (VIS A VIS), z možnostjo nastavitve dioptrije na obeh okularjih. V ponudbeni dokumentaciji ni podatka ali je možna nastavitev dioptrije na obeh okularjih, kot je to zahtevano.

Glede na navedeno je naročnik ponudbo ponudnika Mikro+Polo d.o.o., ocenil kot nedopustno in jo izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Zavrnjene ponudbe in razlogi za zavrnitev:

Št.	Ponudnik	Sklop 2 – DVA MOTORIZIRANA MIKROSKOPA
1.	MIKRO + POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor	Ponudba je nedopustna.
2.	LABENA d.o.o., Verovškova 64, 1000 Ljubljana	Ponudba je glede na razpisano merilo manj ugodna.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločitev lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v roku 8 delovnih dni od dneva vročitve te odločitve, in sicer na podlagi določb 4. odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN). Odločitev o oddaji naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
Zahtevek za revizijo se v skladu s 24. členom ZPVPJN vloži prek portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si).
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, ki jih določa 1. odstavek 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Takso v višini 14.507,21 EUR za sklop 1 in/ali 2.121,43 EUR za sklop 2 je potrebno vplačati na transakcijski račun Ministrstva za finance: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija. Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.
1. model (11)
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance)
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
4. P3: zaporedna številka objave obvestila o javnem naročilu oz. numerična oznaka javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.
Naročnik bo zahtevek, ki ne bo izpolnjeval procesnih pogojev iz 3. odstavka 26. člena ZPVPJN s sklepom zavrgel.

Vodja SJN:
Aleš Batinić

direktorica
Zlata Štiblar Kisić

Po pooblastilu
št. 007-0007/2024-1 z dne 02. 09. 2024
Snežana Glamočanin, univ. dipl. ekon.

Pripravila:
Petra Hromc

REPUBLIKA SLOVENIJA NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE LJUBLJANA 4

1. v skladu z 10. odstavkom 90 člena ZJN-3 se odločitev vroči z objavo na Portalu javnih naročil
2. v spis