SPLOŠNA
BOLNIŠNICA
IZOLA
OSPEDALE
GENERALE
ISOLA

Splosna bolnisnica Izola
Polje 40
SI-6310 Izola
Slovenija

T +386 5 660 60 00
F +386 5 660 63 05
E info@sb-izola.si
W www.sb-izola.si

Številka: **JN 111/RN-24, JN008956/2024-EUe16/01**
Datum: 22.5.2025

Naročnik Splošna bolnišnica Izola na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) in pogojev ter meril dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo za »Sukcesivno dobavo osteosintetskega materiala« za:

- **Sklop 9: Kan. vij. 7.3 in 6.5., titan;**
- **Sklop 10: K žice, jeklo;**
- **Sklop 30: Kostni čep.**

se odda ponudniku

METALKA MEDIA, podjetje za prodajo medicinskih pripomočkov, d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana

Obrazložitev:

1. Predmet javnega naročila: »Sukcesivna dobava osteosintetskega materiala«, JN 111/RN-24 v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 11.12.2024 pod št. JN008956/2024-EUe16/01 in v Uradnem listu pod št. 760317-2024.

2. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 22.1.2025 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN. Ponudbo za posamezne sklope so pravočasno oddali naslednji ponudniki:

   sklop 9; sklop 10:
   - REMEDIUM podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino d.o.o., Proseniško 25B, 3230 Šentjur;
   - METALKA MEDIA, podjetje za prodajo medicinskih pripomočkov, d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana.

   sklop 30:
   - PD Medical, razvoj, proizvodnja in trženje medicinskih proizvodov d.o.o., Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur;
   - METALKA MEDIA, podjetje za prodajo medicinskih pripomočkov, d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana.

3. Skladno z določili 89. člena ZJN-3 je komisija naročnika razvrstila pravočasne ponudbe glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Merilo za ocenitev ponudb je najnižja cena za sklop in sicer:

Št. sklopa	Ponudnik	Vrednost ponudbe v EUR brez DDV	Vrednost ponudbe v EUR z
9	REMEDIUM d.o.o.	15.642,00	17.150,24
	METALKA MEDIA d.o.o.	16.129,17	17.661,72
10	REMEDIUM d.o.o.	5.248,46	6.316,24

	METALKA MEDIA d.o.o.	10.032,64	10.985,74
30	PD Medical d.o.o.	112,00	122,64
	METALKA MEDIA d.o.o.	632,00	692,04

4. Naročnik je z namenom ugotavljanja skladnosti ponujenega blaga z zahtevami naročnika, ponudnike, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pozval k predložitvi vzorcev.

   Komisija naročnika je na podlagi izvedenega testiranja ugotovila naslednja neskladja:

   sklop 9; sklop 10:
   - Vzorci ponudnika REMEDIUM, d.o.o. niso enakovredni zahtevanemu blagu, ki je kompatibilen z naročnikovimi implantati in se že uporabljajo v ustanovi.

   sklop 30:
   - Vzorec ponudnika PD Medical d.o.o. je neustrezen in sicer: Kostni čepi so pretrdi (zamudno pri revizijskih operacijah; težavno odstranjevanje). Artikel ne izpolnjuje pričakovane lastnosti glede na namen uporabe. Ni enakovreden zahtevanemu blagu.

   Skladno z ugotovitvami komisije naročnika ponudba ponudnika REMEDIUM d.o.o. za sklop 9 in 10 in ponudba ponudnika PD Medical d.o.o. za sklop 30 in s tem predmet ponudb ni skladen s tehničnimi, strokovnimi in ostalimi zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba ponudnika REMEDIUM d.o.o. za sklop 9 in 10 in ponudba ponudnika PD Medical d.o.o. za sklop 30, se označita kot nedopustni.

   Komisija naročnika ugotavlja, da je ponudba ponudnika METALKA MEDIA, d.o.o. za sklop 9, 10 in 30 in s tem predmet ponudbe skladen s tehničnimi, strokovnimi in ostalimi zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

5. V nadaljevanju je komisija naročnika preverila, če so informacije oziroma dokumentacija, ki jih je moral predložiti ponudnik nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudba ponudnika METALKA MEDIA, d.o.o. za sklop 9, 10 in 30 je popolna.

6. Nadalje je naročnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril, ali je ponudba ponudnika METALKA MEDIA d.o.o., skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

   Naročnik je preveril izpolnjevanje pogojev iz 75. in 76. člena ZJN-3 (izključitveni razlogi in pogoji za sodelovanje), pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponudnik METALKA MEDIA d.o.o. izpolnjuje vse pogoje.

7. Komisija naročnika ugotavlja, da je ponudba ponudnika METALKA MEDIA d.o.o. za navedene sklope v 3. točki predmetne odločitve, skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

8. Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka odločitve. Z navedenim je odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, utemeljena.

Pravno varstvo:
Zahtevek za revizijo se lahko vloži, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem delovnih dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Taksa za zahtevek za revizijo zoper to odločitev za posamezni sklop znaša 6.000,00 EUR. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Revizijske zahtevke, ki bodo vloženi prepozno ali s strani oseb, ki ne bodo aktivno legitimirane za njihovo vložitev, revizijske zahtevke, ki jim ne bo priloženo potrdilo o plačilu takse in revizijske zahtevke, za katere ne bo plačana ustrezna taksa, bo naročnik zavrgel.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
direktor zavoda
Mag. Radivoj Nardin

