DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija Ref. št. dokumenta: 430-250/2025/11
Številka certifikata: 88 74 4d e6 00 00 00 00 56 7e 1d ab
Potek veljavnosti: 22.02.2028
Čas podpisa: 08:36, 26.05.2025 Podpisnik: Boštjan Poklukar

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 40 00
E: gp.mnz@gov.si
www.gov.si

Številka: 430-250/2025/11 (1541-06)
Datum: 22. 5. 2025

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 - ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3), ter v zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo kombiniranih hitrih testov na slino za preverjanje prisotnosti prepovedanih drog v telesu, št. 430-250/2025, objavljenim na portalu javnih naročil, dne 7. 4. 2025, pod št. objave JN002377/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, dne 7. 4. 2025, pod št. objave 222507-2025, izdajam naslednjo

ODLOČITEV V ZVEZI Z ODDAJO NAROČILA

Javno naročilo za dobavo kombiniranih hitrih testov na slino za preverjanje prisotnosti prepovedanih drog v telesu se odda ponudniku SFERA d.o.o., in sicer v skupni okvirni štiriletni vrednosti 520.606,80 EUR z DDV z možnostjo povečanja za največ 30%.

Obrazložitev:

Na javno naročilo so prispele 3 ponudbe. Ponudbe so v informacijski sistem e-JN prispeli pravočasno, to je do dne 9. 5. 2025 do 10.00 ure. Prispele so ponudbe naslednjih ponudnikov:

Zap. št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika
1	IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 008, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: IRIS d.o.o.)
2	SFERA, podjetje za zastopanje d.o.o., Ob železnici 014, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: SFERA d.o.o.)
3	PROHEALTH, podjetje za promet blaga in storitev, založništvo, svetovanje, zastopanje, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: PROHEALTH d.o.o.)

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 9. 5. 2025 ob 12.20 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudniki so imeli v sistemu e-JN možnost dostopa do zapisnika o odpiranju ponudb ter do dokumentov, ki so jih pripeli v zavihek »Predračun«.

Pri pregledu in analizi ponudb je naročnik najprej preveril obrazca, ki se nanašata na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo v skladu z 84. členom Zakona o javnem naročanju objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentaciji, in sicer obrazec

ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1) in povzetek ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.2).

Pri pregledu obrazcev ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1) in povzetka ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.2) je bilo ugotovljeno, da sta obrazec ponudbenega predračuna in obrazec povzetka ponudbenega predračuna pri vseh ponudnikih izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

Skladno z načinom ocenjevanja po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, navedenem v točki 9. razpisne dokumentacije, so bile ponudbe razvrščene po naslednjem vrstnem redu:

PONUDNIK	**MERILO**
	Skupna okvirna štiriletna vrednost z DDV v EUR
PROHEALTH d.o.o.	76.212,00
IRIS d.o.o.	379.220,40
SFERA d.o.o.	520.606,80

Glede na navedeno je ponudnik PROHEALTH d.o.o. ponudil najnižjo ceno, iz česar sledi, da je ponudba tega ponudnika ekonomsko najugodnejša.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika PROHEALTH d.o.o. v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno:

V tehnični specifikaciji naročnika je jasno določeno, da mora biti postopek odvzema vzorca sline izvedljiv v približno 10 do 15 sekundah, pri čemer mora biti zadostna količina vzorca do 10 µl. Ponudnik v svoji ponudbi ni predložil natančnega podatka o tem, koliko časa je potrebno za odvzem vzorca sline, prav tako ni specificiral količine potrebnega vzorca. Iz predloženih navodil za uporabo izhaja, da mora oseba, ki daje vzorec, večkrat podrsati z brisom po notranjosti ust ter bris držati v ustih, dokler se indikator ne obarva. Proizvajalec v navodilih dodatno navaja, da se lahko zgodi, da se indikator ne obarva niti po 7 minutah, v tem primeru pa se postopek nadaljuje. To pomeni, da postopek odvzema lahko traja več minut, kar presega maksimalno dopustno trajanje 15 sekund, kot je zahteva naročnika v tehnični dokumentaciji.

V tehnični specifikaciji naročnika je navedeno, da mora hitri test za zaznavanje opiatov (morfin/heroin) zagotavljati občutljivost (cut-off vrednost) v razponu med 10 ng/ml in 20 ng/ml. Iz predložene dokumentacije Product Registration File, Oral Screen Saliva Drug Test (MD-S66) je razvidno, da je cut-off vrednost za opiate 40 ng/ml, kar presega zgornjo mejo dovoljenega razpona občutljivosti, kot ga zahteva naročnik v tehnični dokumentaciji.

V tehnični specifikaciji naročnika je navedeno, da morajo biti Cut-off vrednosti potrjene s strani neodvisnega laboratorija. Iz predložene dokumentacije *Product Registration File, Oral Screen Saliva Drug Test (MD-S66)* ni razvidno, da bi bile cut-off vrednosti potrjene s strani neodvisnega laboratorija.

V tehnični specifikaciji naročnika je jasno navedeno, da mora test omogočati končno in veljavno odčitavanje rezultata v največ šestih minutah ter v temperaturnem območju najmanj med 3 in 45

stopinjami Celzija. Iz predložene dokumentacije (navodila za uporabo) pa je razvidno, da je za uspešno izvedbo testa potrebno, da so testi pred začetkom testiranja na sobni temperaturi v razponu od 15 do 30 stopinj Celzija. Poleg tega iz predložene dokumentacije (navodila za uporabo) razvidno, da se rezultati preberejo po 10 minutah, kar presega maksimalni čas, določen v tehnični specifikaciji naročnika (6 minut) ter ni v skladu s temperaturnem območju, ki je zahtevan v tehnični specifikaciji naročnika (najmanj med 3 in 45 stopinjami Celzija*).*

V tehnični specifikaciji naročnika je jasno navedeno, da nedvoumen in jasen prikaz rezultata, ki ga prikaže hitri test mora biti veljaven najmanj 150 minut po izvedenem testu. Iz predložene dokumentacije (navodila za uporabo) je razvidno, da se rezultati lahko interpretirajo 20 minut, po prikazu rezultata, kar ne dosega maksimalnega časa, določenega v tehnični specifikaciji naročnika (150 minut).

Glede na zgoraj navedeno ter v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ponudba ponudnika PROHEALTH d.o.o., ni ustrezna z vidika ponujenega predmeta javnega naročila ter je kot nedopustna izključena iz nadaljnjega postopka

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika IRIS d.o.o. v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno: Ponudnik IRIS d.o.o. je v ponudbi predložil dokument (Izjava o ustreznosti ponujenega hitrega testa) iz katere je razvidno, da ponujeni testi ne ustrezajo zahtevam naročnika in sicer: *V tehnični specifikaciji naročnika je jasno določeno, da mora biti postopek odvzema vzorca sline izvedljiv v približno 10 do 15 sekundah, pri čemer mora biti zadostna količina vzorca do 10 µl.* Ponudnik v predloženem dokumentu (Izjava o ustreznosti ponujenega hitrega testa) pod zaporedno št. 4. navaja, da izvedba postopka odvzema sline v do 30 sekundah, potrebna količina vzorca je do 120 ul. To pomeni, da postopek odvzema presega maksimalno dopustno trajanje 15 sekund, kot je bila zahteva naročnika v tehnični specifikaciji.

V tehnični specifikaciji naročnika je navedeno, da morajo biti Cut-off vrednosti potrjene s strani neodvisnega laboratorija. Ponudnik v predloženem dokumentu Izjava o ustreznosti ponujenega hitrega testa pod zaporedno št. 7. navaja, da ponujeni hitri testi nimajo potrditve neodvisnega laboratorija.

V tehnični specifikaciji naročnika je jasno navedeno, da mora test omogočati končno in veljavno odčitavanje rezultata v največ šestih minutah ter v temperaturnem območju najmanj med 3 in 45 stopinjami Celzija. Ponudnik v predloženem dokumentu Izjava o ustreznosti ponujenega hitrega testa pod zaporedno št. 8. navaja, da je odčitavanje rezultatov v 10 minutah, ter v temperaturnem območju 15 - 30 stopinj Celzija, kar presega maksimalni čas, določen v tehnični specifikaciji naročnika (6 minut) ter ni v skladu s temperaturnem območju, ki je zahtevan v tehnični specifikaciji naročnika (najmanj med 3 in 45 stopinjami Celzija*).*

V tehnični specifikaciji naročnika je jasno navedeno, da nedvoumen in jasen prikaz rezultata, ki ga prikaže hitri test mora biti veljaven najmanj 150 minut po izvedenem testu. Ponudnik v predloženem dokumentu (Izjava o ustreznosti ponujenega hitrega testa) pod zaporedno št. 9. navaja, da se rezultati lahko interpretirajo 20 minut, po prikazu rezultata, kar ne dosega maksimalnega časa, določenega v tehnični specifikaciji naročnika (150 minut).

Glede na zgoraj navedeno ter v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, je ponudba ponudnika IRIS d.o.o. neustrezna z vidika ponujenega predmeta javnega naročila ter kot nedopustna izključena iz nadaljnjega postopka.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika SFERA d.o.o. v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujeno blago ustreza zahtevam naročnika.

Naročnik je ponudbo ponudnika preveril z vidika zahtev naročnika iz 10. točke Navodila za izdelavo ponudbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Izdelava ponudbe). Ugotovljeno je bilo, da je v ponudbi predložena dokumentacija ponudnika popolna.

Po pregledu dokazil in izjav predloženih v ponudbi je naročnik preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in veljavnimi predpisi, in kot taka, v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Glede na to, da je edino dopustno ponudbo predložil ponudnik SFERA d.o.o., se v skladu z 89. členom ZJN-3, javno naročilo odda ponudniku SFERA d.o.o., v skupni okvirni štiriletni vrednosti 520.606,80 EUR z DDV z možnostjo povečanja za največ 30%.

PRAVNI POUK: Zoper zgoraj navedeno odločitev je dovoljena revizija v roku 8 delovnih dni od objave odločitve na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 63/13, 60/17, 72/19) na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-00237725.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
- očitane kršitve
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo

Višina takse je: 10.412,14 EUR.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Boštjan Poklukar
minister

Poslano:
- objava na Portalu javnih naročil