Številka: 401-12/2025-5
Datum: 30. 5. 2025

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil, številka objave JN002341/2025-EUe16/01, datum objave: 4. 4. 2025 ter na TED številka objave 219947-2025, datum objave: 4. 4. 2025, je Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (v nadaljevanju naročnik) sprejela naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »Nakup visokozmogljivega goniometra za karakterizacijo kapljic na mikrostrukturiranih površinah« se odda ponudniku PRIMAKEM, d.o.o., Kemijski izdelki, Cesta na Loko 002, 4290 Tržič po ceni 59.465,67 EUR brez DDV oziroma 72.548,12 EUR z DDV.

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana je izvedel javno naročilo »Nakup visokozmogljivega goniometra za karakterizacijo kapljic na mikrostrukturiranih površinah« po odprtem postopku, v skladu s 40. členom ZJN-3.

Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, številka objave JN002341/2025-EUe16/01, datum objave: 4. 4. 2025 ter na TED številka objave 219947-2025, datum objave: 4. 4. 2025.

Do roka za predložitev ponudb v sistemu eJN, to je do 8. 5. 2025 do 10.00, sta ponudbo oddala sledeča ponudnika:

Zap. št.	Ponudnik	Ponudbena cena (brez DDV)	Ponudbena cena (z DDV)
1.	MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o., Perovo 030, 1241 Kamnik	58.547,00	71.427,34
2.	PRIMAKEM, d.o.o., Kemijski izdelki, Cesta na Loko 002, 4290 Tržič	59.465,67	72.548,12

Odpiranje ponudb je potekalo v informacijskem sistemu e-JN, dne 8. 5. 2025 s pričetkom ob 12:00. Navedeno izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb, ki ga je samodejno ustvaril sistem e-JN.

I.
Utemeljitev odločitve

Naročnik je, skladno z določili 89. člena ZJN-3, preveril, ali sta prejeti ponudbi skladni z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in da pri ponudnikih ne obstajajo razlogi za izključitev ter izpolnjujeta pogoje za sodelovanje.

Pri pregledu ponudbe MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o. je naročnik ugotovil, da ta ne izpolnjuje zahtev naročnika, določenih v tehničnih specifikacijah in zahtevah iz poglavja 5 in obrazca 8 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v naslednjih točkah:

Točka 2: Specifikacije ponujenih optičnih komponent ne ustrezajo v celoti zahtevanemu razponu vidnega kota (zahtevano ±4°, ponujeno od -4° do +2.5°) in ne vsebujejo optične prizme za spreminjanje zornega kota brez prilagajanja položaja vzorca.

Točka 3: Monokromatska LED osvetlitev nima vgrajene zahtevane svetlobne zaslonke, kar lahko bistveno poslabša kontrast in ostrino slike pri opazovanju majhnih kontaktnih kotov kapljic.

Točka 4: Naročnik je zahteval motorizirano mizico večjih dimenzij, ki omogoča delo s težjimi vzorci (do 8 kg), ponujena je bila motorizirana mizica z nosilnostjo do največ 2 kg. Omenjen je sicer nastavek za večje dimenzije vzorcev, vendar ponujena mizica ne podpira zahtevane nosilnosti. Gre za večje odstopanje, ki ne omogoča izvajanja predvidenih raziskav.

Točka 7: Dimenzije ponujene temperaturne komore so manjše od zahtevanih (120 mm x 120 mm), saj omogočajo uporabo substratov z največjim premerom 75 mm. Odstopanje ni zanemarljivo, saj ponujena komore ne omogoča uporabe vzorcev z jedkanimi mikrostrukturami na standardnih 4'' silicijevih substratih, ki imajo premer več kot 100 mm.

Ker ponudba MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o. ne izpolnjuje zahtev naročnika, določenih v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna. V skladu z 29. točko prvega odstavka drugega člena ZJN-3 je namreč »dopustna ponudba« tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V nadaljevanju je naročnik pregledal ponudbo ponudnika PRIMAKEM, d.o.o. Ugotovil je, da ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Nadalje je naročnik ugotovil, da za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba je prispela pravočasno ter pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija. Ponudbena cena ni neobičajno nizka oz. ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik PRIMAKEM, d.o.o., Kemijski izdelki, Cesta na Loko 002, 4290 Tržič, je tako predložil dopustno ponudbo v skladu z določili 29. točke prvega odstavka drugega člena ZJN-3. Naročnik je zato sprejel odločitev, kot izhaja iz izreka te odločitve in predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku.

S tem je odločitev naročnika obrazložena.

II.
Pravni pouk

Pravno varstvo je ponudnikom zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1I, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 60/2017, 72/2019, 95/2023 - ZIUOPZP, 131/2023 - ZORZFS).

V skladu s 4. odstavkom 25. člena ZPVPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo 8 delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev o oddaji javnega naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži na portalu eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo;
- ime naročnika;
- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti;
- predmet javnega naročila;
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem;
- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitne kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.450,96 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: 11 16110-7111290-00234125.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Dekan
prof. dr. Igor Švab, dr. med.

IGOR ŠVAB
Digitally signed by IGOR ŠVAB
Date: 2025.05.30 11:52:18 +02'00'

Vročiti:

- Objava na portalu javnih naročil

Vložiti:

- Arhiv