SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

Številka: **16-06/25**

Datum: **03.07.2025**

Na podlagi določbe 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23) izdajam naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Predmet naročila: **ZAMENJAVA NAPRAVE ZA PRIPRAVO VODE ZA DIALIZO IN SISTEMA ZA DISTRIBUCIJO VODE ZA DIALIZO TER PREDPRIPRAVA SISTEMA ZA CENTRALNI ODVZEM KISLIH KONCENTRATOV ZA DIALIZO**

Objava:

- Uradno glasilo Evropske unije (TED) št. 310600-2025, z dne 14.05.2025
- Portal javnih naročil št. JN003490/2025-EUe16/01, z dne 14.05.2025

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Naročilo se odda ponudniku:

FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA d.o.o., Trnovlje pri Celju, Gaji 28, 3000 CELJE, davčna št. SI84978511 za ponudbeno ceno 337.178,82 EUR brez DDV oz. 411.358,16 EUR z DDV (22,00 % DDV)

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik je uvodoma pristopil k rangiranju prispelih ponudb po merilu iz razpisne dokumentacije, in sicer najnižja skupna ponudbena cena opreme, pogarancijskega vzdrževanja in potrošnega materiala za dobo 7 let z DDV.

Vrstni red prejetih ponudb po merilu najnižja skupna ponudbena cena je bil naslednji:

Naziv ponudnika	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA D.O.O., Trnovlje pri Celju, Gaji 28, 3000 CELJE	337.178,82 EUR	411.358,16 EUR
MEDINOVA d.o.o., Perovo 30, 1241 KAMNIK	352.012,98 EUR	429.455,84 EUR

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

Naročnik je nato preverja dopustnost prejetih ponudb, kjer je ugotovil, kot sledi v nadaljevanju:

FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA d.o.o

- Pri pregledu ponudbene dokumentacije je naročnik ugotovil, da so v ponudbi določene nejasnosti oz. iz ponudbene dokumentacije ni razviden točen podatek o materialu nerjaveče podkonstrukcije.

Glede na navedeno je naročnik ponudnika dne 26.06.2025 preko sistema eJN pozval k dopustni dopolnitvi in pojasnilom ponudbe. Ponudnik je dopolnitve in pojasnila posredoval 30.06.2025. V priloženem tehničnem katalogu je naročnik že sam pridobil podatek, da so materiali odporni na korozijo in dezinfekcijska sredstva iz posredovane izjave pa izhaja podatek, da je podkonstrukcija sestavljena iz nerjaveče pločevine.

Naročnik je po pregledu ponudbene dokumentacije in pojasnila ponudbe in preverjanju izpolnjevanja razlogov za izključitev v uradnih evidencah ugotovil da:

- za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev in ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje,
- njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- ponudba je prispela pravočasno,
- pri ponudbi ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in
- ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
-

Ponudba izbranega ponudnika je glede na razpisana merila najugodnejša.

MEDINOVA d.o.o.

Naročnik je po pregledu ponudbene dokumentacije ugotovil, da ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev oz. pogojev naročnika:

- Iz ponudbe ponudnika izhaja, da je podkonstrukcija iz lesenega profila in ni iz nerjavečega materiala (poglavje tehnične zahteve distribucijskega sistema vode za dializo in priključitev panelov za dializne monitorje);
- V ponudbeni dokumentaciji ni podatka o temperaturi povratne vode iz sistema (poglavje tehnične zahteve naprave za pripravo vode za dializo- reverzna osmoza);
- V ponudbeni dokumentaciji ni zajet električni priključek za pripravo kislih koncentratov za pripravo kislih koncentratov, ki ga mora zagotoviti ponudnik (poglavje tehnične zahteve izvedbe predpriprave sistema za centralni odvzem kislih koncentratov za dializo).

Na podlagi navedenega naročnik ocenjuje, da ponudba ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije in zato ne more biti predmet nadaljnje obravnave v postopku javnega naročila. Ker gre za bistvene elemente ponudbe, ki vplivajo na njeno skladnost s tehničnimi zahtevami naročnika, ponudbe v skladu z določili 89. člena ZJN-3 ni dopustno dopolnjevati, popravljati ali pojasnjevati, saj manjkajočih podatkov ni mogoče objektivno preveriti za nazaj oziroma ti ne predstavljajo očitnih napak. Zaradi navedenega naročnik ponudnika ni pozival k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe.

Glede na navedeno je naročnik ponudbo izločil kot nedopustno iz nadaljnjega ocenjevanja.

UTEMELJITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA:

Ponudba izbranega ponudnika **FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA d.o.o.,** je dopustna in je glede na razpisana merila najugodnejša.

Ponudbe vseh ostalih ponudnikov, niso bile izbrane, ker so bile izključene oziroma zavrnjene.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

TAKSA ZA REVIZIJSKI POSTOPEK: **8.227,16 EUR**

PRAVNI POUK:

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od objave odločitve.

Zahtevek za revizijo se skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN vloži preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za odločitev 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

VROČITI:
- na Portalu javnih naročil
- odložiti v zadevo

Vodja službe za nabavo in skladiščenje:

Barbara Slak Turk

Direktorica:

doc. dr. Milena Kramar Zupan

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 4