SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@sbng.si
W: www.sbng.si

Številka: 200-7/2025-32
Datum: 03.07.2025

ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	**Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica** **Ulica padlih borcev 13A** **5290 Šempeter pri Gorici**
Oznaka javnega naročila	**200-7/2025**
Predmet javnega naročila	**MP za endoskopsko urologijo**
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 47. člen v povezavi z 48. členom

2. PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE

Zap. Št.	Delovodniška št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca
1	200-7/2025-16	CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 001, 1236 Trzin
2	200-7/2025-17	Medical intertrade d.o.o., Brodišče 12, 1236 Trzin
3	200-7/2025-18	Medip d.o.o., Leskoškova cesta 9, 1000 Ljubljana
4	200-7/2025-19	Pharmamed-Mado d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana
5	200-7/2025-20	Pro-gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
6	200-7/2025-21	Roga d.o.o., Celjska cesta 47, 3252 Rogatec

3. IZID JAVNEGA NAROČILA

Zap. št.	Ponudnik	Utemeljitev dopustnosti/nedopustnosti ponudbe
1	CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 001, 1236 Trzin	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo razen v delu oz. za sklope/artikle in iz razlogov kot to izhaja iz izpisa Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. Izpisa 5890), ki je priloga te odločitve. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718).

		Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.
2	Medical intertrade d.o.o., Brodišče 12, 1236 Trzin	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo razen v delu oz. za sklope/artikle in iz razlogov kot to izhaja iz izpisa Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. Izpisa 5890), ki je priloga te odločitve. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.
3	Medip d.o.o., Leskoškova cesta 9, 1000 Ljubljana	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718).
4	Pharmamed-Mado d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718).
5	Pro-gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana	Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. S ponudnikom **se sklene** okvirni sporazum za sklope/artikle kot izhaja iz izpisa Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa: 5718). Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval.
6	Roga d.o.o., Celjska cesta 47, 3252 Rogatec	Ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ni predložil dopustne ponudbe v delu oz. za sklope/artikle in iz razlogov kot to izhaja iz izpisa Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. Izpisa 5890), ki je priloga te odločitve Do artiklov, kjer ponudnik na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji, ni bil najugodnejši ponudnik, se naročnik ni opredeljeval. S ponudnikom **se ne sklene** okvirnega sporazuma.

4. JAVNO NAROČILO SE NE ODDA

Zavrnjene ponudbe in razlog zavrnitve	Naročnik je **v posameznih sklopih/artiklih** zavrnil ponudbe, za katere to izhaja iz izpisa Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. izpisa 5890), ki je priloga te odločitve. Prav tako je iz izpisa razviden razlog zavrnitve.

PRAVNI POUK:
PRAVNI POUK:
Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku petih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00275225.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravil: Borut Močnik, dipl. ekon.

Vodja službe za nabavo in javna naročila:
Tjaša Brumat,mag.prava

DIREKTOR ZAVODA
Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.

PRILOGE:
Izpisi iz sistema GoSoft:
- Izpis ponujenih artiklov OP SB NG) (št. izpisa 5731)
- Oddaja artiklov ponudnikom (št. izpisa 5718)
- Neustrezni artikli z obrazložitvijo (št. izpisa 5890)

Vročiti:
- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti:
-zbirka dokumentarnega gradiva

Oddaja artiklov ponudnikom

1556NP MP za endoskopsko urologijo

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM	Tip artikla	Dod. podatki
N012050	IGLA BIOPSIJSKAavt/semi avt brez k					
976223	IGLA BIOPSIJSKA DOLŽINE 25CM 18G brez koaksialne igle kat.št. MQ1825 Becton Dickinson	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	46,5000	KOS	Artikel	
N012049	IGLA BIOPSIJSKAavt/semi avt z koal					
976222	IGLA BIOPSIJSKA DOLŽINE 25CM 18G s koaksialno iglo kat.št. MQK1825 Becton Dickinson	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	59,9000	KOS	Artikel	
N012038	ŽICA hidrofilna					
466507	ŽICA HIDROFILNA 0,035˝ 150CM kat.št. N-S-ST-035-D Urotech (sc=5kos)	MEDICAL INTERTRADE, D.O.	41,5800	KOS	Artikel	
N012044	VODILO ZA URS DOSTOP (access s					
976217	KANAL DELOVNI ZA URS debeline 10/12Fr, dolžine 45CM kat.št. ROUS1045ST Rocamed	MEDIP, PRODAJA MEDICINSI	163,3000	KOS	Artikel	
N012046	VODILO ZA URS DOSTOP (access s					
976219	KANAL DELOVNI ZA URS Z AKTIVNO SUKCIJO debeline 10/12Fr, dolžine 26CM + steilna cev kat.št. 90111026 + 79880140 Well Lead	MEDIP, PRODAJA MEDICINSI	202,4700	KOS	Artikel	
N012045	VODILO ZA URS DOSTOP (access s					
976218	KANAL DELOVNI ZA URS debeline 10/12Fr, dolžine 35CM kat.št. ROUS1035ST Rocamed	MEDIP, PRODAJA MEDICINSI	163,3000	KOS	Artikel	
N011976	IGLA ZA APLIKACIJO ZDRAVILA V M					
975747	IGLA ZA APLIKACIJO ZDRAVILA V MEHUR 5Fr 350MM kat.št. 50F Promedon	MEDIP, PRODAJA MEDICINSI	110,0000	KOS	Artikel	
N012047	VODILO ZA URS DOSTOP (access s					
976220	KANAL DELOVNI ZA URS Z AKTIVNO SUKCIJO debeline 10/12Fr, dolžine 36CM + sterilna cev kat.št. 90111036 + 79880140 Well Lead	MEDIP, PRODAJA MEDICINSI	202,4700	KOS	Artikel	

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM	Tip artikla	Dod. podatki
N012048	VODILO ZA URS DOSTOP (access s					
976221	KANAL DELOVNI ZA URS Z AKTIVNO SUKCIJO debeline 10/12Fr, dolžine 46CM + sterilna cev kat.št. 90111046 + 79880140 Well Lead	MEDIP, PRODAJA MEDICINSI	202,4700	KOS	Artikel	
N012022	KOMPLET SET ZA AVTOTRANSFUZ					
976185	KOMPLET SET ZA AVTOTRANSFUZIJO (AORTA) kat.št. CSE-FP-225V Haemonetics S.A. (sc=4kos)	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	199,0000	KOS	Artikel	
N012043	DILATATORJI URETERNI					
976216	SET URETERNIH DILATATORJEV OD 6Fr DO 16Fr kat.št. M0062401000 Boston Scientific	PRO-GEM D.O.O.	198,0000	KOS	Artikel	
N012037	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojnoukrivlje					
976210	ŽICA Z NITINOL SREDICO IN HIDROFILNO DVOJNO UKRIVLJENO KONICO Sensor Dual Flex PTFE kat.št. M0066703011 Boston Scientific (sc=	PRO-GEM D.O.O.	69,0000	KOS	Artikel	
N012042	KATETER URETERNI dvolumenski					
976215	KATETER URETERNI DVOLUMENSKI kat.št. M0064051000 Boston Scientific (sc=5kos)	PRO-GEM D.O.O.	59,4300	KOS	Artikel	
N012041	ŽICA trda s 3,5cm fleksibilnokonico					
976214	ŽICA TRŠE TRDOTE Z RAVNO FLEKSIBILNO KONICO 3,5CM kat.št. M0066401081 Boston Scientific (sc=5kos)	PRO-GEM D.O.O.	44,0000	KOS	Artikel	
N012036	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojnoravno k					
976209	ŽICA Z NITINOL SREDICO IN HIDROFILNO DVOJNO RAVNO KONICO Sensor Dual Flex PTFE kat.št. M0066703081 Boston Scientific (sc=5kos)	PRO-GEM D.O.O.	69,0000	KOS	Artikel	

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM	Tip artikla	Dod. podatki
N012035	IGLA za perkutani pristop					
976208	IGLA ZA PERKUTANI PRISTOP 18G 20CM kat.št. M0067001330 Boston Scientific	PRO-GEM D.O.O.	68,2000	KOS	Artikel	
N012040	ŽICA trda s J konico					
976213	ŽICA TRŠE TRDOTE Z J KONICO kat.št. M0066401051 Boston Scientific (sc=5kos)	PRO-GEM D.O.O.	44,0000	KOS	Artikel	
N012039	ŽICA trda s 7cm fleksibilno konico					
976212	ŽICA TRŠE TRDOTE Z RAVNO FLEKSIBILNO KONICO 7CM kat.št. M0066401041 Boston Scientific (sc=5kos)	PRO-GEM D.O.O.	44,0000	KOS	Artikel	
N012052	DELOVNI KANAL za PCNL, 30 Fr, 17					
976224	KANAL DELOVNI ZA PCNL prozoren notranji lumen 30Fr, dolžine 17CM kat.št. M0062601600 Boston Scientific	PRO-GEM D.O.O.	89,2000	KOS	Artikel	
N012053	DELOVNI KANAL za PCNL, 30 Fr, 17					
976225	KANAL DELOVNI ZA PCNL notranji lumen 30Fr, dolžine 17CM kat.št. M0062601540 Boston Scientific	PRO-GEM D.O.O.	52,0000	KOS	Artikel	
N012054	SET DILATATORJEV ZA PCNL, do 3(					
976226	SET DILATATORJEV ZA PCNL PRISTOP OD 8-30Fr kat.št. M0062601000 Boston Scientific	PRO-GEM D.O.O.	385,0000	KOS	Artikel	
N012034	TULJAVA iz nitinola za drobljenjeledvi					
976207	TULJAVA ZA KONKREMENTE 3Fr iz nitinola kat.št. M0063903200 Boston Scientific	PRO-GEM D.O.O.	236,9700	KOS	Artikel	

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N011976	IGLA ZA APLIKACIJO ZDRAVILA V M			
975747	IGLA ZA APLIKACIJO ZDRAVILA V MEHUR 5Fr 350MM kat.št. 50F Promedon	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	110,0000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012049	IGLA BIOPSIJSKAavt/semi avt z koal			
976222	IGLA BIOPSIJSKA DOLŽINE 25CM 18G s koaksialno iglo kat.št. MQK1825 Becton Dickinson	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	59,9000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012050	IGLA BIOPSIJSKAavt/semi avt brez k			
N012050	IGLA BIOPSIJSKA avt/semi avt brez koaksialne igle Slovenski naziv materiala neoGUN Disposable Core Biopsy Instrument Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka G18/25cm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 5 Opis sestave medicinskega pripomočka neoGUN Disposable Core Biopsy Instrument 18G(1.2mm) x 25cm	MEDICAL INTERTRADE, D.O.(	19,6000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
976223	IGLA BIOPSIJSKA DOLŽINE 25CM 18G brez koaksialne igle kat.št. MQ1825 Becton Dickinson	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	46,5000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012034	TULJAVA iz nitinola za drobljenjeledvi			
976207	TULJAVA ZA KONKREMENTE 3Fr iz nitinola kat.št. M0063903200 Boston Scientific	PRO-GEM D.O.O.	236,9700	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012036	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojnoravno k			
N012036	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojno ravno konico Slovenski naziv materiala Urolix Nitinol guide wires Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 0,035"/ 150cm, straight tip, hardness: standard, tip-hardness: standard, hydrophilic coated Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 5 Opis sestave medicinskega pripomočka Nitinol guide wires 0,035"/ 150cm, straight tip, hardness: standard, tip-hardness: standard, hydrophilic coated	MEDICAL INTERTRADE, D.O.(	41,5800	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012036	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojno ravno konico Slovenski naziv materiala Žica nitinol Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka Debeline 0.035 in, dolžine 150cm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 10 Opis sestave medicinskega pripomočka Žica nitinol, sredica iz nitinola, hidrofilna konica, ravna fleksibilna konica dolžine 3 cm.	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	68,0000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N012036	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojnoravno k			
976209	ŽICA Z NITINOL SREDICO IN HIDROFILNO DVOJNO RAVNO KONICO Sensor Dual Flex PTFE kat.št. M0066703081 Boston Scientific (sc=5kos)	PRO-GEM D.O.O.	69,0000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012037	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojnoukrivlje			
N012037	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojno ukrivljeno konico	MEDICAL INTERTRADE, D.O.(	41,5800	KOS
	Slovenski naziv materiala Urolix Nitinol guide wires Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 0,035"/ 150cm, angled tip, hardness: standard, tip-hardness: standard, hydrophilic coated Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 5 Opis sestave medicinskega pripomočka Nitinol guide wires 0,035"/ 150cm, angled tip, hardness: standard, tip-hardness: standard, hydrophilic coated			
	EKO artikel: Ni EKO			
N012037	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojno ukrivljeno konico	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	68,0000	KOS
	Slovenski naziv materiala Žica nitinol Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka Debeline 0.035 in, dolžine 150cm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 10 Opis sestave medicinskega pripomočka Žica nitinol, sredica iz nitinola, hidrofilna konica, ukrivljena fleksibilna konica dolžine 3 cm.			
	EKO artikel: Ni EKO			
976210	ŽICA Z NITINOL SREDICO IN HIDROFILNO DVOJNO UKRIVLJENO KONICO Sensor Dual Flex PTFE kat.št. M0066703011 Boston Scientific (sc=	PRO-GEM D.O.O.	69,0000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012038	ŽICA hidrofilna			
466507	ŽICA HIDROFILNA 0,035˝ 150CM kat.št. N-S-ST-035-D Urotech (sc=5kos)	MEDICAL INTERTRADE, D.O.(	41,5800	KOS
	Slovenski naziv materiala Nitinol guide wires Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 0,035"/ 150cm, straight tip, hardness: standard, tip-hardness: standard, hydrophilic coated Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 5 Opis sestave medicinskega pripomočka Nitinol guide wires 0,035"/ 150cm, straight tip, hardness: standard, tip-hardness: standard, hydrophilic coated			
	EKO artikel: Ni EKO			
N012038	ŽICA hidrofilna	ROGA MEDICINSKE INTERVE	45,0000	KOS
	Slovenski naziv materiala Splash Wire Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 0,035˝, 150 cm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 5 Opis sestave medicinskega pripomočka Hidrofilna nitinolna žica normalne trdote z ravno konico.			
	EKO artikel: Ni EKO			

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N012038	ŽICA hidrofilna			
976211	ŽICA V CELOTI HIDROFILNA Z RAVNO KONICO kat.št. M0066802051 Boston Scientific	PRO-GEM D.O.O.	51,0000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012039	ŽICA trda s 7cm fleksibilno konico			
N012039	ŽICA trda s 7cm fleksibilno konico	MEDICAL INTERTRADE, D.O.(	41,5800	KOS
	Slovenski naziv materiala Nitinol guide wires Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 0,035"/ 150cm, straight tip, hardness: standard, tip-hardness: floppy, hydrophilic coated Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 5 Opis sestave medicinskega pripomočka Nitinol guide wires 0,035"/ 150cm, straight tip, hardness: standard, tip-hardness: floppy, hydrophilic coated			
	EKO artikel: Ni EKO			
N012039	ŽICA trda s 7cm fleksibilno konico	ROGA MEDICINSKE INTERVE	44,0000	KOS
	Slovenski naziv materiala InQwire Amplatz Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 0,035˝, 145 cm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 5 Opis sestave medicinskega pripomočka Amplatz žica, 7 cm fleksibilna konica, ravna.			
	EKO artikel: Ni EKO			
976212	ŽICA TRŠE TRDOTE Z RAVNO FLEKSIBILNO KONICO 7CM kat.št. M0066401041 Boston Scientific (sc=5kos)	PRO-GEM D.O.O.	44,0000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012040	ŽICA trda s J konico			
976213	ŽICA TRŠE TRDOTE Z J KONICO kat.št. M0066401051 Boston Scientific (sc=5kos)	PRO-GEM D.O.O.	44,0000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012041	ŽICA trda s 3,5cm fleksibilnokonico			
976214	ŽICA TRŠE TRDOTE Z RAVNO FLEKSIBILNO KONICO 3,5CM kat.št. M0066401081 Boston Scientific (sc=5kos)	PRO-GEM D.O.O.	44,0000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012041	ŽICA trda s 3,5cm fleksibilno konico	ROGA MEDICINSKE INTERVE	56,0000	KOS
	Slovenski naziv materiala InQwire Amplatz Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 0,035˝, 145 cm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 5 Opis sestave medicinskega pripomočka Amplatz žica, 3,5 cm fleksibilna konica, ravna.			
	EKO artikel: Ni EKO			

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N012042	KATETER URETERNI dvolumenski			
976215	KATETER URETERNI DVOLUMENSKI kat.št. M0064051000 Boston Scientific (sc=5kos)	PRO-GEM D.O.O.	59,4300	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012043	DILATATORJI URETERNI			
976216	SET URETERNIH DILATATORJEV OD 6Fr DO 16Fr kat.št. M0062401000 Boston Scientific	PRO-GEM D.O.O.	198,0000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012044	VODILO ZA URS DOSTOP (access s			
976217	KANAL DELOVNI ZA URS debeline 10/12Fr, dolžine 45CM kat.št. ROUS1045ST Rocamed	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	163,3000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012044	VODILO ZA URS DOSTOP (access sheat) 10/12 FR, 45 cm	MEDICAL INTERTRADE, D.O.(	170,8500	KOS
	Slovenski naziv materiala Ureteral Access Sheath hydrophilic coated Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka dilator: CH/FR10 / sheath: CH/FR 12 / tubus lenght: 45cm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 5 Opis sestave medicinskega pripomočka Ureteral Access Sheath hydrophilic coated,dilator: CH/FR10 / sheath: CH/FR 12 / tubus lenght: 45cm			
	EKO artikel: Ni EKO			
N012044	VODILO ZA URS DOSTOP (access sheat) 10/12 FR, 45 cm	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	198,0000	KOS
	Slovenski naziv materiala Vodilo Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka Notranji premer 10F, dolžine 45 cm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 5 Opis sestave medicinskega pripomočka Vodilo za URS dostop, delovni (access sheath) kanal za fleksibilni ureteronoskop			
	EKO artikel: Ni EKO			
N012045	VODILO ZA URS DOSTOP (access s			
976218	KANAL DELOVNI ZA URS debeline 10/12Fr, dolžine 35CM kat.št. ROUS1035ST Rocamed	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	163,3000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N012045	VODILO ZA URS DOSTOP (access s			
N012045	VODILO ZA URS DOSTOP (access sheat) 10/12 FR, 35 cm	MEDICAL INTERTRADE, D.O.(	170,8500	KOS

Slovenski naziv materiala
Ureteral Access Sheath hydrophilic coated,
Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka
dilator: CH/FR10 / sheath: CH/FR 12 / tubus lenght: 35cm
Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju
5
Opis sestave medicinskega pripomočka
Ureteral Access Sheath hydrophilic coated,dilator: CH/FR10 / sheath: CH/FR 12 / tubus lenght: 35cm

EKO artikel: Ni EKO

N012045	VODILO ZA URS DOSTOP (access sheat) 10/12 FR, 35 cm	CARDIO MEDICAL, D.O.O.	198,0000	KOS

Slovenski naziv materiala
Vodilo
Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka
Notranji premer 10F, dolžine 35 cm
Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju
5
Opis sestave medicinskega pripomočka
Vodilo za URS dostop, delovni (access sheath) kanal za fleksibilni ureteronoskop

EKO artikel: Ni EKO

N012046	VODILO ZA URS DOSTOP (access s			
976219	KANAL DELOVNI ZA URS Z AKTIVN SUKCIJO debeline 10/12Fr, dolžine 26CM + steilna cev kat.št. 90111026 + 79880140 Well Lead	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	202,4700	KOS

Slovenski naziv materiala
delovni kanal za URS z aktivno sukcijo, 10Fr-26cm+ sterilna cev s stekleničko za lovljenje konkrementov
Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka
10Fr-26cm
Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju
1 kos + 10 kos
Opis sestave medicinskega pripomočka
delovni kanal za URS z aktivno sukcijo + sterilna cev s stekleničko za lovljenje konkrementov
Opomba
Del. kanale za URS (nadšifre N012046, N012047 in N012048) in stekleničko za lovljenje konkrementov (kat. št. 79880140) je mogoče naročiti ločeno. Del. kanali za URS so pakirani po 1kos. Min. količ. za naročanje stekleničke pa je 10kos.

EKO artikel: Ni EKO

N012047	VODILO ZA URS DOSTOP (access s			
976220	KANAL DELOVNI ZA URS Z AKTIVN SUKCIJO debeline 10/12Fr, dolžine 36CM + sterilna cev kat.št. 90111036 + 79880140 Well Lead	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	202,4700	KOS

Slovenski naziv materiala
delovni kanal za URS z aktivno sukcijo,10Fr-36cm + sterilna cev s stekleničko za lovljenje konkrementov
Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka
10Fr-36cm
Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju
1 kos + 10 kos
Opis sestave medicinskega pripomočka
delovni kanal za URS z aktivno sukcijo + sterilna cev s stekleničko za lovljenje konkrementov
Opomba
Del. kanale za URS (nadšifre N012046, N012047 in N012048) in stekleničko za lovljenje konkrementov (kat. št. 79880140) je mogoče naročiti ločeno. Del. kanali za URS so pakirani po 1kos. Min. količ. za naročanje stekleničke pa je 10kos.

EKO artikel: Ni EKO

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N012048	VODILO ZA URS DOSTOP (access s			
976221	KANAL DELOVNI ZA URS Z AKTIVN SUKCIJO debeline 10/12Fr, dolžine 46CM + sterilna cev kat.št. 90111046 + 79880140 Well Lead	MEDIP, PRODAJA MEDICINSK	202,4700	KOS
	Slovenski naziv materiala delovni kanal za URS z aktivno sukcijo,10Fr-46cm + sterilna cev s stekleničko za lovljenje konkrementov Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 10Fr-46cm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 1 kos + 10 kos Opis sestave medicinskega pripomočka delovni kanal za URS z aktivno sukcijo + sterilna cev s stekleničko za lovljenje konkrementov Opomba Del. kanale za URS (nadšifre N012046, N012047 in N012048) in stekleničko za lovljenje konkrementov (kat. št. 79880140) je mogoče naročiti ločeno. Del. kanali za URS so pakirani po 1kos. Min. količ. za naročanje stekleničke pa je 10kos.			
	EKO artikel: Ni EKO			
N012022	KOMPLET SET ZA AVTOTRANSFUZ			
976185	KOMPLET SET ZA AVTOTRANSFUZIJO (AORTA) kat.št. CSE-FP-225V Haemonetics S.A. (sc=4kos)	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	199,0000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012035	IGLA za perkutani pristop			
N012035	IGLA za perkutani pristop	MEDICAL INTERTRADE, D.O.(	3,9600	KOS
	Slovenski naziv materiala Puncture Needles Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka 3-part puncture needle, GA18/20cm Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju 10 Opis sestave medicinskega pripomočka Punkcijska igla ,3-delna,G18/20cm			
	EKO artikel: Ni EKO			
976208	IGLA ZA PERKUTANI PRISTOP 18G 20CM kat.št. M0067001330 Boston Scientific	PRO-GEM D.O.O.	68,2000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012052	DELOVNI KANAL za PCNL, 30 Fr, 17			
976224	KANAL DELOVNI ZA PCNL prozoren notranji lumen 30Fr, dolžine 17CM kat.št. M0062601600 Boston Scientific	PRO-GEM D.O.O.	89,2000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			
N012053	DELOVNI KANAL za PCNL, 30 Fr, 17			
976225	KANAL DELOVNI ZA PCNL notranji lumen 30Fr, dolžine 17CM kat.št. M0062601540 Boston Scientific	PRO-GEM D.O.O.	52,0000	KOS
	EKO artikel: Ni EKO			

Ident	Naziv	Naziv	Cena	EM
N012054	SET DILATATORJEV ZA PCNL, do 3(			
976226	SET DILATATORJEV ZA PCNL PRISTOP OD 8-30Fr kat.št. M0062601000 Boston Scientific EKO artikel: Ni EKO	PRO-GEM D.O.O.	385,0000	KOS

Vse cene so brez DDV.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Partner: **002609** Fax: **03/820-55-481**

T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@bolnisnica-go.si
W: www.bolnisnica-go.si

ID za DDV: SI11427205
Matična številka: 5055695
IBAN: SI56 0110 0603 0279 058 Banka Slovenije

**ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE,
TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.**
CELJSKA CESTA 47

3252 Rogatec

Neustrezni artikli z obrazložitvijo
1556NP MP za endoskopsko urologijo 01.07.2025-30.09.2026

Artikel	Naziv	Opomba
N012038	ŽICA hidrofilna *Slovenski naziv materiala* Splash Wire *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 0,035˝, 150 cm *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 5 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Hidrofilna nitinolna žica normalne trdote z ravno konico.	Neustrezen - težko gre iz in v plastični tulec.

Direktor zavoda:

Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Partner: **002742** Fax: **01/259-91-14**

T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@bolnisnica-go.si
W: www.bolnisnica-go.si

ID za DDV: SI11427205
Matična številka: 5055695
IBAN: SI56 0110 0603 0279 058 Banka Slovenije

MEDICAL INTERTRADE, D.O.O.,
PROMET Z ZDRAVILI IN SANITETNIM MATERIALOM
BRODIŠČE 12

1236 Trzin

Neustrezni artikli z obrazložitvijo
1556NP MP za endoskopsko urologijo 01.07.2025-30.09.2026

Artikel	Naziv	Opomba
N012050	IGLA BIOPSIJSKA avt/semi avt brez koaksialne igle *Slovenski naziv materiala* neoGUN Disposable Core Biopsy Instrument *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* G18/25cm *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 5 *Opis sestave medicinskega pripomočka* neoGUN Disposable Core Biopsy Instrument 18G(1.2mm) x 25cm	Neustrezen - ni možnosti krajših / daljših vzorcev, ni možnosti polavtomatsko.
N012035	IGLA za perkutani pristop *Slovenski naziv materiala* Puncture Needles *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 3-part puncture needle, GA18/20cm *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 10 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Punkcijska igla ,3-delna,G18/20cm	Neustrezen: - ni oznak globine - ni radiopačnega obroča
N012036	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojno ravno konico *Slovenski naziv materiala* Urolix Nitinol guide wires *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 0,035"/ 150cm, straight tip, hardness: standard, tip-hardness: standard, hydrophilic coated *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 5 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Nitinol guide wires 0,035"/ 150cm, straight tip, hardness: standard, tip-hardness: standard, hydrophilic coated	Neustrezen - ni dvojne fleksibilne konice.
N012037	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojno ukrivljeno konico *Slovenski naziv materiala* Urolix Nitinol guide wires *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 0,035"/ 150cm, angled tip, hardness: standard, tip-hardness: standard, hydrophilic coated *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 5 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Nitinol guide wires 0,035"/ 150cm, angled tip, hardness: standard, tip-hardness: standard, hydrophilic coated	Neustrezen - ni dvojne fleksibilne konice.

Artikel	Naziv	Opomba
N012039	ŽICA trda s 7cm fleksibilno konico *Slovenski naziv materiala* Nitinol guide wires *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* 0,035"/ 150cm, straight tip, hardness: standard, tip-hardness: floppy, hydrophilic coated *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 5 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Nitinol guide wires 0,035"/ 150cm, straight tip, hardness: standard, tip-hardness: floppy, hydrophilic coated	Neustrezen - vzorec - žica ni bila trde trdote.

Direktor zavoda:

Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Partner: **007411** Fax: **01 510 74 04**

T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@bolnisnica-go.si
W: www.bolnisnica-go.si

ID za DDV: SI11427205
Matična številka: 5055695
IBAN: SI56 0110 0603 0279 058 Banka Slovenije

CARDIO MEDICAL, D.O.O.

ŠPRUHA 1

1236 Trzin

Neustrezni artikli z obrazložitvijo
1556NP MP za endoskopsko urologijo 01.07.2025-30.09.2026

Artikel	Naziv	Opomba
N012036	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojno ravno konico *Slovenski naziv materiala* Žica nitinol *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* Debeline 0.035 in, dolžine 150cm *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 10 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Žica nitinol, sredica iz nitinola, hidrofilna konica, ravna fleksibilna konica dolžine 3 cm.	Neustrezen - ni dvojna fleksibilna konica.
N012037	ŽICA nitinol s hidrofilno dvojno ukrivljeno konico *Slovenski naziv materiala* Žica nitinol *Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka* Debeline 0.035 in, dolžine 150cm *Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju* 10 *Opis sestave medicinskega pripomočka* Žica nitinol, sredica iz nitinola, hidrofilna konica, ukrivljena fleksibilna konica dolžine 3 cm.	Neustrezen - ni dvojna fleksibilna konica.

Direktor zavoda:

Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.