

Številka: 401-5/2025-8

Datum: 8. 7. 2025

Naročnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila tudi: naročnik) je po Zakonu o javnem naročanju Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3, izvedla postopek oddaje javnega naročila za: Dobava in instalacija raziskovalne opreme »Dvokanalni velikostno izključitveni kromatograf z večdetektorskim sistemom« in na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju sprejela naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Javno naročilo za: Dobava in instalacija raziskovalne opreme »Dvokanalni velikostno izključitveni kromatograf z večdetektorskim sistemom« se odda ponudniku LABTIM d.o.o., Zihirlova ulica 6, 1000 Ljubljana, za ponudbeno ceno 376.845,03 brez DDV oz. 459.750,93 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Postopek javnega naročanja je potekal na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave: JN004104/2025-EUe16/01. Do roka, ki je bil določen za oddajo ponudb, tj. 30.6.2025 do 10.00 ure, je naročnik prejel ponudbi ponudnikov:

Zap. št. ponudbe	Naziv ponudnika	Datum prejetja	Ura
1	LABTIM d.o.o.	27. 6. 2025	11:09
2	CHEMASS d.o.o.	27. 6. 2025	12:01

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 6. 2025 ob 12:00 uri. Komisija je pregledala in ocenjevala prejeti ponudbi v skladu z 89. členom ZJN-3, upoštevajoč merila iz razpisa:



Ponudba	LABTIM d.o.o.	CHEMASS d.o.o.
Merilo cena (brez DDV)	41,4 t (376.845,03 €)	50 t (311.922,38 €)
Merilo kakovost		
- Popolnoma kompatibilni moduli istega proizvajalca	10 t	10 t
- RI detektor mora omogočati merjenje absolutnega količnika pri isti valovni dolžini kot MALS detektor	10 t	10 t
- MALS detektor mora imeti pretočno celico, ki jo uporabnik lahko sam odstrani iz modula	10 t	0 t
- Viskozimetrični detektor mora imeti tipala za zaznavo nadtlaka	10 t	0 t
- Kalibracija MALS detektorja mora biti neodvisna od koncentracije standardov v mobilni fazi	10 t	10 t
SKUPNO TOČK	91,4 t	80 t

V nadaljevanju je naročnik preveril ali ponudba ponudnika LABTIM d.o.o., ki je bila ocenjena kot najugodnejša, izpolnjuje pogoje in zahteve določene v povabilu k oddaji ponudbe.



Iz ponudbe ponudnika izhaja, da je ponudbena cena 376.845,03 brez DDV oz. 459.750,93 EUR z DDV. DDV znaša 82.905,90 EUR. Strokovna komisija ugotavlja, da je ponudba ponudnika LABTIM d.o.o. dopustna, saj jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Kot izhaja iz sklepa o pričetku postopka oddaje javnega naročila ima naročnik zagotovljena sredstva za izvedbo, poleg tega pa nakup raziskovalne opreme, ki je predmet javnega razpisa, sofinancira Javna Agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije na podlagi Sklepa o izboru prijav za sofinanciranje nakupov v raziskovalne opreme, št. 6316-9/2024-178, z dne 10.2.2025.

S tem je odločitev utemeljena.

Zakoniti zastopnik naročnika:
Prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn
Dekanja UL FKKT

Pravni pouk:

Pravno varstvo je ponudnikom zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-11, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN). V skladu s 4. odstavkom 25. člena ZPVPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev o oddaji javnega naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Zahtevke za revizijo se vložijo preko Portala e Revizija.

Zahtevke za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitne kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.