

Številka: 402-8/2025-4

Datum: 10. 07. 2025

Na podlagi izvedenega postopka za javno naročilo »Nakup opreme: Avtomatiziran sistem za realizacijo in vzdrževanje trojne točke argona s celico trojne točke argona«, objavljenega na portalu javnih naročil, dne 06. 05. 2025 pod št. objave JN003246/2025-SL1/01, v skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22, 100/22, 28/23, 88/23; v nadaljevanju ZJN-3) izdajam naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »Nakup opreme: Avtomatiziran sistem za realizacijo in vzdrževanje trojne točke argona s celico trojne točke argona« se odda ponudniku:

- KAMBIČ, laboratorijska oprema, d.o.o., Metliška cesta 16, Semič.

O B R A Z L O Ž I T E V :

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) je izvedel javno naročilo »Nakup opreme: Avtomatiziran sistem za realizacijo in vzdrževanje trojne točke argona s celico trojne točke argona« po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z 47. členom ZJN-3. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 06. 05. 2025, pod št. objave JN003246/2025-SL1/01.

Preko sistema e-JN sta pravočasno do 20. 05. 2025 do 09:00 prispeli naslednji ponudbi:

Ponudnik	Cena v EUR brez DDV
Kambič, laboratorijska oprema, d.o.o.	104.920,00
Micom electronics d.o.o.	81.855,00

Naročnik je vse prejete ponudbe skladno z 89. členom ZJN-3 razvrstil v skladu z merilom »ekonomsko najugodnejša ponudba« in uvrščene ponudbe preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, ter da ne obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in da so izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje.



Pri preverjanju ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev pri ponudbi Micom electronics d.o.o., je naročnik ugotovil sledeče:

- naročnik je v tehničnih zahtevah pod točko 2.1., 1. alineja razpisne dokumentacije, zahteval, da mora ponujen sistem delovati le s tekočim dušikom. Na podlagi zahteve po pojasnilu je ponudnik predložil izjavo, kjer proizvajalec opreme za optimalno delovanje priporoča uporabo dodatnega plina (helij ali suhi dušik). Proizvajalec nadalje pojasnjuje, da se z uporabo dodatnega plina preprečuje, da bi se SPRT-ji (standardni platinasti uporovni termometer) "pritrdili" v vhodni odprtini zaradi zmrzovanja vlage. Prav tako uporaba dodatnega plina omogoča, da se lahko SPRT-je po želji vstavlja in odstranjuje iz sistema v času enega samega platoja. Pri uporabi brez helija ali suhega dušika mora uporabnik celico najprej staliti, da doda ali odstrani SPRT, zato je postopek časovno precej bolj zamuden. Glede na navedeno naročnik ugotavlja, da v času ene realizacije platoja ni mogoče brez tveganj in zapletov izmenjavati SPRT-jev, če se ne uporablja dodatni plin. Ponujena naprava je torej zasnovana tako, da se za normalno, praktično uporabo priporoča uporaba helija/suhega dušika, brez teh plinov se namreč pojavijo resne omejitve ali poškodbe (zamrznitev steklenega termometra predstavlja veliko tveganje, da cev termometra poči), to pomeni, da naprava v praksi ni zasnovana samo za delovanje s tekočim dušikom, ampak zahteva dodatne pline za predvideno uporabo. Glede na navedeno ponujena oprema ni skladna s tehničnimi zahtevami predmeta naročila, ponudnik pa v delu tehničnih specifikacij skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 svoje ponudbe ne more več dopolnjevati, zato jo je naročnik kot nedopustno zavrnil.

Naročnik je nadalje skladno z določili 89. člena ZJN-3 preveril, ali je prejeta ponudba ponudnika Kambič, laboratorijska oprema, d.o.o. skladna z zahtevami in pogoji določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in da pri ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev ter izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, ter ugotovil, da je ponudba ponudnika Kambič, laboratorijska oprema, d.o.o. v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna. Za dopustno je namreč mogoče šteti le ponudbo, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

S tem je odločitev naročnika utemeljena.


Pouk o pravnem varstvu:

Pravno varstvo je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-11, 60/17 in 72/19). V skladu s 5. odstavkom 25. člena ZPVPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema odločitve o oddaji javnega naročila. Odločitev o oddaji naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vloži neposredno pri naročniku Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, preko portala eRevizija. Zahtevek se šteje za vloženega na portal eRevizija z dnem, ko informacijski sistem samodejno potrdi prejem vloženiku. Listine, ki se priložijo zahtevku za revizijo, se mora pretvoriti v elektronsko obliko, v kolikor to ni mogoče, se ta listina vloži neposredno na naslov naročnika ali po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico, na portalu eRevizija pa mora vložnik navesti, katere listine vroča neposredno na naročnikov naslov.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.546,04 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, št. SI56 0110 0100 0358 802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-003246/25.

Odgovorna oseba naročnika:
prof. dr. Marko Topič dekan



Vročiti:

- Objava na portalu javnih naročil.

Vložiti:

- Arhiv.

