SPLOŠNA
BOLNIŠNICA
IZOLA
OSPEDALE
GENERALE
ISOLA

Splošna bolnišnica Izola
Polje 40
SI-6310 Izola
Slovenija

T +386 5 660 60 00
F +386 5 660 63 05
E info@sb-izola.si
W www.sb-izola.si

Številka: JN 045/RN-25, JN003887/2025-EUe16/01
Datum: 11.07.2025

Naročnik Splošna bolnišnica Izola na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) in pogojev ter meril dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme in sukcesivna dobava potrošnega materiala - ponovitev« za:

Sklop 4: Fiberendoskop ORL

se odda ponudniku

Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana – Dobrunje

Obrazložitev:

1. Predmet javnega naročila: »Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme in sukcesivna dobava potrošnega materiala - ponovitev«, JN 045/RN-25 v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3), ki je bil dne 26.05.2025 objavljen na Portalu javnih naročil pod št. JN003887/2025-EUe16/01 in v Uradnemu listu Evropske unije pod št. 337821-2025.

2. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 23.06.2025 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN. Ponudbo za sklop 4 je pravočasno oddal naslednji ponudnik:

   - Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana – Dobrunje

3. Skladno z določili 89. člena ZJN-3 je komisija naročnika razvrstila pravočasne ponudbe za sklop 4 glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Merilo za ocenitev ponudb je najnižja cena na sklop in sicer:

   Naročnik je prejel eno ponudbo.

Ponudnik	Vrednost ponudbe v EUR brez DDV	Vrednost ponudbe v EUR z DDV
Olympus Czech Group	123.591,10	150.781,14

4. Naročnik je, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, ponudbo ponudnika Olympus Czech Group predhodno preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

   Komisija naročnika na podlagi pregleda ponudbene dokumentacije ugotavlja, da je ponudba ponudnika Olympus Czech Group ustrezna z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila. Predmet ponudbe je skladen s tehničnimi, strokovnimi in ostalimi zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Nadalje je komisija naročnika preverila, če so informacije oziroma dokumentacija, ki jih je moral predložiti ponudnik nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudnikova ponudba je popolna.

5. Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril, ali je ponudba ponudnika Olympus Czech Group skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

   Naročnik je preveril izpolnjevanje pogojev iz 75. in 76. člena ZJN-3 (izključitveni razlogi in pogoji za sodelovanje), pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponudnik Olympus Czech Group izpolnjuje vse pogoje.

6. Komisija naročnika ugotavlja, da je ponudba ponudnika Olympus Czech Group. za sklop iz predmetne odločitve, skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

7. Naročnik je v postopku javnega naročanja prejel le eno ponudbo, zato skladno z 2. alinejo 1. odstavka 92. člena ZJN-3 naročnik po sprejemu te odločitve ni dolžan upoštevati obdobje mirovanja.

8. Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka odločitve. Z navedenim je odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, utemeljena.

Pravno varstvo:
Zahtevek za revizijo se lahko vloži, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem delovnih dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Taksa za zahtevek za revizijo zoper to odločitev znaša 6.000,00 EUR. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Revizijske zahtevke, ki bodo vloženi prepozno ali s strani oseb, ki ne bodo aktivno legitimirane za njihovo vložitev, revizijske zahtevke, ki jim ne bo priloženo potrdilo o plačilu takse in revizijske zahtevke, za katere ne bo plačana ustrezna taksa, bo naročnik zavrgel.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
direktor zavoda
mag. Radivoj Nardin

