



ZUDV Dornava

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo
dr. Marijana Borštnarja Dornava

Dornava 128, SI - 2252 Dornava
+386 2 7540 200
info@zavod-dornava.si
www.zavod-dornava.si

Številka: 4300-5/2025-1/1-2

Datum: 11.07.2025

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, oznaka JN003915/2025-SL1/01, z dne 26.05.2025 ter v skladu z 90. čl. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, [91/15](#), [14/18](#), [121/21](#), [10/22](#), [74/22](#) – odl. US, 100/22- ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F v nadaljevanju ZJN-3)

izdajam naslednjo:

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Kot najugodnejši ponudnik za dobavo okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme za ZUDV Dornava, se izbere za **sklop 2: NEGOVALNE POSTELJE**:

SIMPS'S d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava je na Portalu javnih naročil, oznaka JN003915/2025-SL1/01, z dne 26.05.2025 objavil javno naročilo za nabavo okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme za ZUDV Dornava po sklopih, v skladu z ZJN -3.

Na javnem odpiranju ponudb (avtomatsko preko informacijskega sistema E-JN), dne 16.06.2025, je bilo ugotovljeno, da so pravočasno, do 11:00 ure, prispele ponudbe naslednjih ponudnikov:

Št.	Naziv ponudnika	EUR brez DDV
1.	ATLAS OPREMA d.o.o., Samova ulica 12a, 1000 Ljubljana	49.633,50
2.	SIMP'S d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin	38.829,00
3.	KOVAL d.o.o., Loka pri Žusmu 9, 3223 Šentjur	38.188,50
4.	CE – MED d.o.o., Železarska cesta 2, 3220 Štore	36.502,20

Ocenjevanje ponudb ponudnikov je izhajalo iz merila najnižja skupna ponudbena vrednost brez DDV za posamezni sklop.

Naročnik je najugodnejšega ponudnika CE- MED d.o.o., dne 17.06.2025 pozval k predložitvi dokazil o skladnosti ponujene opreme s tehničnimi zahtevami naročnika. Ponudnik je v zahtevanem roku dostavil zahtevano dokumentacijo. Pri pregledu ponudbe ponudnika CE - MED d.o.o. je naročnik ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje naročnikovih zahtev, kot izhajajo iz obrazca predračun in sicer ponujena negovalna postelja ni vpisana v register JAZMP in ne izpolnjuje vseh standardov (EN ISO 15223-1:2021 in IEC 60601-1-2:2014+A1:2020), ki sta zahtevana z vidika označevanja medicinskih pripomočkov in elektromagnetne združljivosti. Prav tako ne izpolnjuje zahteve glede naklona hrbtne delca, ki bi moral znašati do 75°, iz specifikacije ponudnika je razvidno, da znaša do 72° in naklona nadkolenskega dela, ki bi moral znašati do 35°, iz specifikacije ponudnika pa je razvidno, da znaša do 28°. Hkrati je naročnik ugotovil, da postelja presega zahtevano maksimalno širino – zunanja širina znaša 214 x 105,5 cm, medtem, ko zahteve iz javnega naročila določajo širino največ 207 x 98 cm.

Na podlagi navedenega sledi, da je ponudba ponudnika CE - MED d.o.o., **nedopustna** in izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb.

Naročnik je pristopil k pregledu ponudbe naslednjega najugodnejšega ponudnika KOVAL d.o.o. ter ga dne, 26.06.2025 pozval k predložitvi dokazil o skladnosti ponujene opreme s tehničnimi zahtevami naročnika. Ponudnik KOVAL d.o.o. je v zahtevanem roku predložil dokazila.

Pri pregledu ponudbe ponudnika KOVAL d.o.o. je naročnik ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje naročnikovih zahtev, kot izhajajo iz obrazca predračun in sicer ponujena negovalna postelja ne izpolnjuje zahtev glede naklona nadkolenskega dela, ki bi moral znašati do 35°, iz specifikacije ponudnika pa je razvidno, da znaša do 20°.

Na podlagi navedenega sledi, da je ponudba ponudnika KOVAL d.o.o., **nedopustna** in izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb.

Naročnik je pristopil k pregledu ponudbe naslednjega najugodnejšega ponudnika SIMPS'S d.o.o. ter ga dne, 03.07.2025 pozval k predložitvi dokazil o skladnosti ponujene opreme s tehničnimi zahtevami naročnika. Ponudnik SIMPS'S d.o.o. je v zahtevanem roku predložil dokazila.

Naročnik je ugotovil, da je ponudba dopustna, ker za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudba je prispela pravočasno, pri ponudbi ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik **naslednje ponudbe** po razvrstitvi **ni pregledoval**, saj je bila že ponudba podjetja SIMPS'S d.o.o. ocenjena kot dopustna in najugodnejša med ponodbami, ki izpolnjujejo vse zahteve naročnika.

V skladu z navedenim je ponudnik SIMPS'S d.o.o. izbran kot dobavitelj za dobavo okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme za ZUDV Dornava, za **sklop 2: NEGOVALNE POSTELJE**.

S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev o oddaji javnega naročila je možno vložiti zahtevek za revizijo v petih (5) delovnih dneh od dneva objave te odločitve na portalu javnih naročil, v skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini: 947,42 EUR na račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: 11 16110 – 7111290-00391525.

Lepo pozdravljeni!

Ivanka LIMONŠEK

direktorica