

**Naročnik: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER
KROŽNA CESTA 5
6000 KOPER**

Št.: JN 4300-3/2022-Odl/2025/2

Datum: 6. 6. 2025

Na podlagi javnega naročila za »Sukcesivna dobava medicinskega materiala«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 25. 5. 2022, pod številko objave JN003585/2022-B01 in objavljenega v Uradnem listu EU, dne 30. 5. 2022, Dokument 2022/S 103-288512 ter smiselne uporabe 6. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3),

izdajam naslednjo

ODLOČITEV

Pri sklopu št. 5 z nazivom »oskrba ran« naročnik za tekoče obdobje dvanajstih (12) mesecev, to je od 9. 05. 2025 do 8. 05. 2026 zbere ponudnika Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin.

Naročnik izloča ponudbo Sanolabor d.o.o., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper (v nadaljevanju: naročnik) je objavil javno naročilo za Sukcesivna dobava medicinskega materiala«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 25. 5. 2022, pod številko objave JN003585/2022-B01 in objavljenega v Uradnem listu EU, dne 30. 5. 2022, Dokument 2022/S 103-288512 ter smiselne uporabe 6. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3). Pri sklopu št. 5 z nazivom » oskrba ran« je naročnik izbral sledeče ponudnike:

- Sanolabor d.o.o., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana in
- Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin.

Naročnik je ponovno odprl konkurenco dne 16.4.2025 in pridobil ponudbe obeh omenjenih ponudnikov, katera sta podala sledeče cene:

- Sanolabor d.o.o., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana je ponudil ceno 6.547,07 EUR z DDV.
- Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin je ponudil ceno 6.580,08 EUR z DDV

Naročnik je v okviru merila »najnižja cena ponudbenega predračuna za posamezen sklop« razvrstil prejete ponudbe na sledeči način:

- 1.) Sanolabor d.o.o., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana je ponudil ceno 6.547,07 EUR z DDV in
- 2.) Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin je ponudil ceno 6.580,08 EUR z DDV.

Naročnik je izdal odločitev št. JN 4300-3/2022-Odl/2025 z dne 9.5.2025, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 13.5.2025. Iz predmetne odločitve je razvidno, da je naročnik izbral ponudnika Sanolabor d.o.o., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, ki je ponudil ceno 6.547,07 EUR z DDV.

Nato je naročnik dne 27.5.2025 prejel pobudo za spremembo predmetne odločitve s strani ponudnika Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, kateri naročniku očita, da:

nadaljevanju:

»Sklop 5, zap.št 4, šifra naročnika 80197:

Naročnik zahteva: »Poliuretanska pena z odprtimi medprostori za boljše uravnavanje iz/izloča (min 31,24 g/10 cm²/24 h), s kontaktno plastjo hidrofnega lepljivega elastomera (mehak silikon). Naguban zaščitni poliuretanski film, nepropusten za bakterije in viruse večje od 20 mrn, prepušča zrak in vodne hlape; Pena ne sme vsebovati zrn superabsorbensa ali drugih podobnih dodatkov, sterilna, 12,5x12,5 cm«.

Izbrani ponudnik je ponudil pod tem opisom artikel »Obloga Advazorb 12,5x12,5cm a10 proizvajalca Bright Wake«, ki pa nima nagubanega zaščitnega filma in se posledično slabše prilagaja dnu rane. Naguban PU film je izrecno zahtevan. Ker ponujeni artikel ne ustreza naročnikovim tehničnim specifikacijam smatramo, da ga je potrebno iz ponudbe izločiti in ponudbo ponudnika Sanolabor d.d. za sklop 5 označiti kot nedopustno. Hkrati pozivamo naročnika, da ponudbo ponudnika SIMPS'S d.o.o. označi kot edino dopustno v sklopu 5.

Sklop 5, zap.št 5, šifra naročnika 80198:Naročnik zahteva: »Poliuretanska pena z odprtini medprostori za boljše uravnavanje izločka (min 31,24 g/10 cm²/24 h), s kontaktno plastjo hidrofnega lepljivega elastomera (mehak silikon). Naguban zaščitni poliuretanski film, nepropusten za bakterije in viruse večje od 20 mrn, prepušča zrak in vodne hlape; Pena ne sme vsebovati zrn superabsorbensa ali drugih podobnih dodatkov Sterilna, 10x21cm«,

Izbrani ponudnik je ponudil pod tem opisom artikel »Obloga Advazorb 10x20cm a10 proizvajalca Bright Wake«, ki pa nima nagubanega zaščitnega filma in se posledično slabše prilagaja dnu rane. Naguban PU film je izrecno zahtevan. Ker ponujeni artikel ne ustreza naročnikovim tehničnim specifikacijam smatramo, da ga je potrebno iz ponudbe izločiti in ponudbo ponudnika Sanolabor d.d. za sklop 5 oznečiti kot nedopustno. Hkrati pozivamo naročnika, da ponudbo ponudnika SIMPS'S d.o.o. označi kot edino dopustno v sklopu 5.

Sklop 5, zap.št 6., šifra naročnika 80199:

Naročnik zahteva: »Tanka poliuretanska pena z odptimi medprostori, s kontaktno plastjo hidrofnega lepljivega elastomera (mehak silikon). Naguban, zaščitni, poliuretanski film, neprepusten za bakterije

in viruse večje Od 20 nm, prepušča zrak in vodne hlape. Deluje pod kompresijsko terapijo. Kapaciteta uravnavanja izločka 7,2 g/10cm²/24h (+/- 1 cm); Sterilna, 7,5*8,5 cm.

Izbrani ponudnik je ponudil pod tem opisom artikel »Obloga Suprasorb P sensitive border tanka 7,5x8,5cm a 10 proizvajalca Lohmann&Rauscher«, ki je obloga z robom, kar tehnična specifikacija ne zahteva in hkrati nima nagubanega zaščitnega filma in se posledično slabše prilagaja dnu rane. Naguban PU film je izrecno zahtevan.

Ker ponujeni artikel ne ustreza naročnikovim tehničnim specifikacijam smatramo, da ga je potrebno iz ponudbe izločiti in ponudbo ponudnika Sanolabor d.d. za sklop 5 označiti kot nedopustno, Hkrati pozivamo naročnika, da ponudbo ponudnika SIMPS'S d.o.o. označi kot edino dopustno v sklopu 5.

Sklop 5, zap.št. 7, šifra naročnika 80200:

Naročnik zahteva: »Tanka poliuretanska pena z odptirni medprostori, s kontaktno plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon). Naguban, zaščitni, poliuretanski film, neprepusten za bakterije in viruse večje od 20 nm, prepušča zrak in vodne hlape. Deluje pod kompresijsko terapijo. Kapaciteta uravnavanja izločka 7,2 g/10cm²/24h (+/- 1 cm); Sterilna, 12,5*12,5 cm. Izbrani ponudnik je ponudil pod tem opisom artikel »Obloga pena s silikonom Lite Luofucon 10x10cm 10 kos proizvajalca Huizhou Foryou Medical Devices«, ki nima nagubanega zaščitnega filma in se posledično slabše prilagaja dnu rane. Naguban PU film je izrecno zahtevan. Prav tako ponujeni artikel ne ustreza zahtevani dimenziji, saj je v specifikacijah zahtevana dimenzija 12,5*12,5 cm z dovoljenim odstopanjem +1-1 cm, kar pa ponujeni dimenziji ne ustreza (ponujena obloga je po dimenziji premajhna).

Ker ponujeni artikel ne ustreza naročnikovim tehničnim specifikacijam smatramo, da ga je potrebno iz ponudbe izločiti in ponudbo ponudnika Sanolabor d.d. za sklop 5 označiti kot nedopustno, Hkrati pozivamo naročnika, da ponudbo ponudnika SIMPS'S d.o.o. označi kot edino dopustno v sklopu 5.

Sklop 5, zap.št 8, šifra naročnika 80201:

Naročnik zahteva: »Posebna obloga tudi za preventivo(smernice preventive) - večplastna (5) obloga z zarezi v vpojnim delu obloge za boljšo prilagodljivost, s plastjo lepljivega elastomera (mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm, oblogo lahko uporabljamo kot preventivo pred nastankom RZP, ker je priporočena v svetovnih in EU smernicah ter dokazana s študijami dimenzija: 12,5*12,5cm, lepljiv rob širine 1,5 cm (dovoljen odstop širine roba +/- 1 cm); Sterilna 7,5*7,5cm. Izbrani ponudnik je ponudil pod tem opisom artikel »Obloga Suprasorb P 7,5x7,5 cm adh, AIO proizvajalca Lohmann&Rauscher«, ki nima silikona oz. ni prevlečena z mehkim silikonom. Prav tako za ta produkt nikjer ni navedeno, da se lahko uporablja v preventivne namene. Ker ponujeni artikel ne ustreza naročnikovim tehničnim specifikacijam smatramo, da ga je potrebno iz ponudbe izločiti in ponudbo ponudnika Sanolabor d.d. za sklop 5 označiti kot nedopustno. Hkrati pozivamo naročnika, da ponudbo ponudnika SIMPS'S d.o.o. označi kot edino dopustno v sklopu 5.

Sklop 5, zap.št. 9., šifra naročnika 80202:

Naročnik zahteva: »Posebna obloga tudi za preventivo (smernice preventive) - večplastna (5) obloga z zarezami v vpojnem delu obloge za boljšo prilagodljivost, s plastjo lepljivega elastomera (mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm, oblogo lahko uporabljamo kot preventivo pred nastankom RZP, ker je priporočena v svetovnih in EU smernicah ter dokazana s študijami dimenzija: 12,5cmx12,5cm, lepljiv rob širine 1,5 cm (dovoljen odstop širine roba +/- 1 cm); Sterilna, 12,5*12,5 cm. Izbrani ponudnik je ponudil pod tem opisom artikel »Obloga Suprasorb P sensitive border 12,5x12,5 cm adh AIO 139062 proizvajalca Lohmann&Rauscher« za katero nikjer ni navedeno, da se lahko uporablja v preventivne namene. Ker ponujeni artikel ne ustreza naročnikovim tehničnim specifikacijam smatramo, da ga je potrebno iz ponudbe izločiti in ponudbo ponudnika Sanolabor d.d. za sklop 5 označiti kot nedopustno. Hkrati pozivamo naročnika, da ponudbo ponudnika SIMPS'S d.o.o. označi kot edino dopustno v sklopu 5.

Naročnik je ponovno preveril ponudbo ponudnika Sanolabor d.o.o. in ugotovil, da:

- pri artiklu pod zap. št. 4 (sklop 5, zap.št 4, šifra naročnika 80197) drži navedba Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, zaradi česar obstaja izločitveni razlog za ponudbo ponudnika Sanolabor d.o.o.,
- pri artiklu pod zap. št. 5 (sklop 5, zap.št 5, šifra naročnika 80198) drži navedba Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, zaradi česar obstaja izločitveni razlog za ponudbo ponudnika Sanolabor d.o.o.,
- pri artiklu pod zap. št.6 (sklop 5, zap.št 6., šifra naročnika 80199) drži navedba Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, zaradi česar obstaja izločitveni razlog za ponudbo ponudnika Sanolabor d.o.o.,
- pri artiklu pod zap. št.7 (sklop 5, zap.št 7., šifra naročnika 80200) drži navedba Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, zaradi česar obstaja izločitveni razlog za ponudbo ponudnika Sanolabor d.o.o.,
- pri artiklu pod zap. št.8 (sklop 5, zap.št 8., šifra naročnika 80201) drži navedba Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, zaradi česar obstaja izločitveni razlog za ponudbo ponudnika Sanolabor d.o.o.,
- pri artiklu pod zap. št.9 (sklop 5, zap.št 9., šifra naročnika 80202) drži navedba Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, zaradi česar obstaja izločitveni razlog za ponudbo ponudnika Sanolabor d.o.o..

Na podlagi navedenega obstaja šest razlogov za izločitev ponudbe Sanolabor d.o.o., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, zaradi česar je naročnik ob smiselni uporabi 6. odstavka 90. člena ZJN-3 spremenil prvotno odločitev.

S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev iz izreka te Odločitve.

Pravni pouk:

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od objave odločitve na Portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in mora vsebovati najmanj vse sestavine iz 15. člena ZPVPJN:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila oziroma odločitev o oddaji javnega naročila ali priznani sposobnosti,
- oznako predmeta javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem ter
- potrdilo o vplačani taksi v višini 1000 EUR v skladu s 4. odstavkom 71. člena ZPVPJN.

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290-00358522.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Navodila za uporabo portala eRevizija: <https://www.portalerevizija.si/portal>.



Predstojnik naročnika
mag. Neva Tomažič, direktorica

Vročiti:

- ponudnikom skladno z ZJN-3 (z objavo na PJN)
- arhiv.