Št.: 845080118-007-25/ODL
Datum: 12. 6. 2025

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. List RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZJN-3) v postopku javnega naročila »Oprema za delovanje Stomatološke klinike 2«, objava na Portalu javnih naročil št. JN000884/2025-EUe16/01 z dne 14. 2. 2025, izdaja

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

1. Naročnik v predmetnem postopku **odda** javno naročilo naslednjim ponudnikom:

Sklop	Naziv ponudnika	Ponudbena vrednost brez DDV	Ponudbena vrednost z DDV
0002	AFIRIS d.o.o.	15.845,00	19.330,90
0003	MEDIS, d.o.o.	3.050,00	3.721,00
0004	AFIRIS d.o.o.	3.330,00	4.062,60

2. Naročnik v predmetnem postopku **ne odda** javnega naročila za sklop 0001 zaradi nepopolnih tehničnih zahtev v razpisni dokumentaciji.

Obrazložitev:

Odpiranje ponudb v predmetnem povpraševanju je bilo izvedeno dne 19. 3. 2025 ob 10:00. Naročnik je pravočasno prejel pet (5) ponudb, in sicer:

Sklop	Naziv ponudnika	Zagotovljena sredstva brez DDV	Zagotovljena sredstva z DDV	Ponudbena vrednost brez DDV	Ponudbena vrednost z DDV
0001 Defibrilator – z razširjenim (invazivnim) monitoringom	AFIRIS d.o.o.	/	/	21.830,00	26.632,60
0002 Monitor za spremljanje življenjskih funkcij in postaja za centralni monitoring	AFIRIS d.o.o.	24.500,00	29.890,00	15.845,00	19.330,90
	SPES d.o.o., Ljubljana	24.500,00	29.890,00	18.830,00	22.972,60
	AMS MEDING d.o.o.	24.500,00	29.890,00	14.199,00	17.322,78
0003 Voziček za anestezijske pripomočke in zdravila	MEDIS d.o.o.	3.500,00	4.270,00	3.050,00	3.721,00
0004 Infuzijsko stojalo z električnimi vtičnicami	MEDIS d.o.o.	6.700,00	8.174,00	4.635,00	5.654,70
	MEDICOENGINEERING d.o.o.	6.700,00	8.174,00	3.500,40	4.270,49
	AFIRIS d.o.o.	6.700,00	8.174,00	3.330,00	4.062,60

Naročnik je v postopku pregledovanja ponudb ugotovil sledeče:

a) da je ponudba AFIRIS, trgovina in servis medicinske opreme, d.o.o., Ulica skladateljev Ipavcev 013, 3230 Šentjur v skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3:
   - **dopustna v sklopih 0002 in 0004**, saj jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, cena pa ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
   - **dopustna v sklopu 0001, vendar jo naročnik zavrača** iz razlogov na strani naročnika (peti odstavek 90. člena ZJN-3). Naročnik ugotavlja, da pod razpisnimi pogoji predmeta naročila ne potrebuje, saj ne zadovoljuje vseh potreb naročnika. Naročnik namreč ni definiral nekaterih bistvenih potreb, ki opredeljujejo predmet naročila in naročnikove potrebe v zvezi s predmetom naročila. Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, ker prepozno (torej potem, ko je še imel možnost popraviti ali spremeniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na primer tehnične specifikacije) ugotovi, da opis predmeta ne ustreza njegovim potrebam ali da pogoji, ki jih je postavil, niso primerni ali sorazmerni[1]. Naročnik bo za isti predmet naročila ponovil postopek oddaje javnega naročila za sklop 1, v katerega bo vključil dodatne tehnične specifikacije:
     - Oblika defibrilacijskega vala mora biti bifazična. Mora imeti možnost spreminjanja energije od 2J. Polnjenje defibrilatorja ne sme biti daljše od 10s. Defibrilator mora imeti modul za analizo ritma, ki je izvršena znotraj 5 s. Omogočati mora sinhrono elektro konverzijo. Sinhrona elektro konverzija mora pričeti znotraj 60 ms od vrha R zobca. Omogočati mora nadzor nad ST-spojnico in trend ST-spojnice (pri vsaki spremembi večji kot 1 mm, naj aparat natisne rezultat z vrednostmi ST-spojnice za vsak odvod in opozori v katerem odvodu je prišlo do odstopanj).
     - Mora omogočati uporabo ročnih, internih in samolepljivih elektrod. Samolepljive elektrode morajo omogočati z istimi elektrodami monitoring, defibrilacijo in zunanje spodbujanje srca. Mora imeti zunanje defibrilacijske ročke (za odrasle in otroke) in 3 stranske torbice za shranjevanje kablov in senzorjev (iz leve, desne in na zadnji strani). Zaradi lažjega dostopa naj bodo priklopi s sprednje strani in ne od strani.
     - Nastavljiv metronom za hitrost zunanje masaže srca.
     - Možnost stiskov prsnega koša v fazi polnjenja z energijo v AED in ročnem načinu.
     - Zunanji spodbujevalec:
       - Mora imeti možnost spodbujanja po potrebi (demand) ali s fiksirano frekvenco (fixed rate). Trajanje pulza ni daljše od 40 ms. Frekvenca mora biti nastavljiva vsaj do 140 utripov na minuto. Jakost električnega toka mora biti nastavljiva vsaj do 180 mA. Refraktarno obdobje ne sme biti daljše od 350 ms.
     - Vir energije:
       - Baterija (Li-ion ali NiCd) mora biti brez spominskega učinka. Obstajati mora možnost priklopa na zunanji vir energije 220 V in/ali 12 V. Baterija mora omogočiti vsaj 5 ur nadzorovanja bolnika ali vsaj 400 defibrilacij z maksimalno energijo oz. vsaj 5 ur delovanja zunanjega spodbujevalca. Baterija se mora polniti tudi med delovanjem defibrilatorja, če je priklopljena na zunanji vir energije. Mora imeti dve neodvisni bateriji z možnostjo menjave baterije brez ugašanja aparata. Hkrati mora omogočati delovanje brez baterij in ob tem biti priključen na elektriko preko polnilca. Defibrilator mora delovati z eno baterijo, z obema baterijama ali brez baterij z uporabo polnilca.
     - Nadzor življenjskih funkcij. Defibrilator mora imeti tudi možnost nadzora življenjskih funkcij:
     - EKG 3 odvodi, EKG –12 odvodov z interpretacijo glede na starost in spol bolnika, NIBP, IBP (invazivno merjenje krvnega tlaka), SpO2, EtCO2, temperatura. Nadzor EKG mora omogočati poleg običajnih alarmov, tudi prepoznavanje aritmij pri katerih je bolnika potrebno defibrilirati. Pulzni oksimeter mora razpolagati z možnostjo odpravljanja artefaktov gibanja in z možnostjo merjenja SpCO in SpMet preko naprstnega senzorja, ki hkrati meri tudi SpO2.

[1] Basta Trtnik M. in soavtorji, ZJN-3 s komentarjem, 2022, Uradni list RS, stran 584.

EtCO2 mora temeljiti ali na sidestream ali na microstream tehnologiji.

- Zajem podatkov:
  - Notranji spomin mora omogočati zajem vseh podatkov o nadzorovanih življenjskih funkcijah, podatke o defibrilacijah in podatke o vnesenih dogodkih vsaj 300 minut neprekinjene EKG krivulje. Defibrilator mora omogočati pri zajemu podatkov časovno označevanje posameznih dogodkov. Defibrilator mora omogočiti ali brezžični prenos podatkov do osebnega računalnika (GPRS, Bluetooth, Wi-Fi) ali pa uporabe spominskih kartic.
  - Možnost analize reanimacijskih dogodkov na osebnem računalniku z ustrezno programsko opremo, ki je že v uporabi na kliniki (Stryker - Code Stat™). Reanimacijska ekipa uporablja opremo, ki je življenjsko pomembna in dejansko vpliva na izid zdravljenja. Vsi člani ekipe so izurjeni za delovanje v življenjsko ogrožajočih situacijah, kamor spada tudi rokovanje z omenjeno opremo. Vsaka sprememba opreme bi lahko ogrozila kvaliteto oskrbe. Programska oprema omogoča analizo oskrbe po oživljanju, kamor sodi čas in frekvenca kompresij, prekinitve oživljanja, vrednosti vitalnih znakov, prikazane numerično in v obliki trenda. Vse našteto program prikaže statistično in kot poročilo v obliki grafov. Tako je pomemben kazalnik kakovosti.
  - Defibrilator mora imeti tiskalnik.
- Fizične lastnosti
  - Teža polno opremljenega defibrilatorja skupaj z baterijami in zunanjimi ročkami ne sme presegati 10 kg. Defibrilator mora delovati na temperaturah od -15 do +45 °C, v vlažnosti zraka od 5 do 95 %. Mora biti odporen na vlago (splashproof IPX4). Omejena elektronska emisija. Odpornost na padec in vibracije po standardu IP44.
- Zaslon
  - Zaslon mora biti barvni LCD viden tudi pod ostrim stranskim kotom. Diagonala zaslona mora biti minimalno 180 mm. Ločljivost mora odgovarjati VGA standardu (640 x 480). Na zaslonu se morajo videti najmanj 3 krivulje. Ostali podatki so lahko numerični.
- Ponudnik mora zagotoviti brezplačno izobraževanje za delo z defibrilatorjem za osebje na kliniki, ki bo rokovalo z aparatom.

Naročnik v skladu s četrtim odstavkom 90. člena ZJN-3 višine zagotovljenih sredstev ne bo razkril, ker bo postopek ponovil.

b) da je ponudba ponudnika MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o., Brnčičeva ulica 001, 1231 Ljubljana-Črnuče v skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3:
   - **dopustna v sklopu 0003**, saj jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, cena pa ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
   - **dopustna v sklopu 0004**, saj jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, cena pa ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, vendar jo naročnik zavrača, ker ponujena cena ni ekonomsko najugodnejša med dopustnimi ponudbami.

c) da je ponudba MEDICOENGINEERING d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring, izvajanje in vodenje investicijskih projektov, Prevale 001, 1236 Trzin, v skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3:
   - **nedopustna v sklopu 0004**, saj ponudnik ni predložil vseh zahtevanih obrazcev, in sicer je oddal nepodpisano menično izjavo. Ker ponujena cena ni bila ekonomsko najugodnejša, naročnik ni pozival ponudnika na dopolnitev ponudbe.

d) da je ponudba SPES trgovina in storitve, uvoz-izvoz d.o.o., Cesta v Mestni log 088A, 1000 Ljubljana, v skladu

z 29. točko 2. člena ZJN-3:

- **dopustna v sklopu 0002**, saj jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, cena pa ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, vendar jo naročnik zavrača, ker ponujena cena ni ekonomsko najugodnejša med dopustnimi ponudbami.

e) da je ponudba AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring, Trnovec pri Dramljah 054A, Šentjur, 3222 Dramlje, v skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3:

- **dopustna v sklopu 0002**, saj jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, cena pa ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, vendar jo naročnik zavrača, ker ponujena cena ni ekonomsko najugodnejša med dopustnimi ponudbami.

Z navedenim je odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila utemeljena.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev naročnika je mogoče v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZPVPJN) vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem (8) delovnih dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vloži elektronsko preko spletnega informacijskega portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in mu mora biti priloženo potrdilo o plačilu takse, ki v skladu z 71. členom ZPVPJN znaša:
Sklop 1: 1000,00 EUR
Sklop 2: 500,00 EUR
Sklop 3: 500,00 EUR
Sklop 4: 500,00 EUR

Transakcijski račun za plačilo takse: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banka Slovenija, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA: BS LJ SI 2X
IBAN: SI56011001000358802
Sklic: 11 16110-7111290-00088425

Univerzitetni klinični center Ljubljana
generalni direktor
doc. dr. Marko Jug, dr. med.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 17

17 -06- 2025