



Predmet javnega razpisa: »Zdravstveni potrošni material za interventno radiologijo in kardiologijo 2. del«
Objava na Portalu javnih naročil dne: 27.03.2025, JN002047/2025-EUe16/01 Radiologija in interventna kardiologija 2.del.

Postopek: Odprti postopek (40.člen ZJN-3) s sklenitvijo pogodbe za obdobje 2 (dveh) let, z možnostjo podaljšanja.

Naročnik Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je v skladu s (3) odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) sprejel naslednjo:

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

1. Za oddajo naročila po posameznih sklopih/artiklih, so izbrani sledeči cenovno najugodnejši ponudniki, ki so oddali dopustne ponudbe:

Glej priloženo tabelo Izbor JN25-25, stolpec »Izbrani ponudnik«; izbor je naveden po posameznem sklopu/artiklu, vrednost brez DDV, vrednost z DDV.

Z izbranimi ponudniki bo naročnik, po pravnomočni odločitvi, sklenil pogodbe za dve leti, s predvideno veljavnostjo od 01.07.2025, do 30.06.2027; z možnostjo podaljšanja za naslednje leto oziroma dve leti.

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik je skladu ZJN-3 izvedel odprti postopek za nakup Zdravstvenega potrošnega materiala za interventno radiologijo in kardiologijo 2. del,
z namenom sklenitve pogodbe z izbranimi ponudniki za obdobje 2 (dveh) let. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu JN dne 27.03.2025 pod številko JN002047/2025-EUe16/01.

Predmet javnega naročila je bilo naslednje blago:

1. DRENAŽNI KATETER (novo) odprt sklop
- 1 Drenažni kateter iz flexithane materiala zelo radiopačen, velike kapacitete, odporen na knikanje, gladka konusna konica pigtail,
2. BALONSKI KATETER, KI SPROŠČA ZDRAVILO (prej ARL 442316 Balonski kateter z zdravilom) odprt sklop
- 2 Balonski kateter z zdravilom paclitaxel. Imeti mora uvajalni sistem, ki zaščiti zdravilo med rokovanjem
- 3 Balonski kateter z zdravilom Paclitaxel. z t.i. FreePac premazom
3. ŽILNO ZAPIRALO ZA VBODNO MESTO (novo) odprt sklop
- 4 Sistem za zaščito v arteriji s šivom iz polipropilena Sistem za zaščito vbojnega mesta v arteriji s šivom iz polipropilena - vbojno mesto 5-8 Fr.
4. ASPIRACIJSKI KATETER ZA ČRPALKO (prej ARL 4458 Se za mehansko aspiracijo) zaprt sklop
- 5 Aspiracijska cev velikega lumna aspiracijska cev velikega lumna, kompatibilna s črpalko
- 6 nesterilna zbiralna posoda nesterilna zbiralna posoda, kompatibilna s črpalko
- 7 Aspiracijski kateter 3.4-5F aspiracijski kateter 3.4-5F, za žico 0,014"-0,038", dolžine 132cm - 150cm, kompatibilen s črpalko
- 8 Aspiracijski kateter 8F Aspiracijski kateter 8F, notranjega premera 6.7F, za žico 0,014"-0,038", dolžine 85cm do 115cm,
- 9 Aspiracijski kateter 6F Aspiracijski kateter 6F, notranjega premera 5.4F, za žico 0,014"-0,038", dolžine 135cm,
- 10 Set katetra in povezovalne aspiracijske cevi Kateter notranjega premera 2.4-4.9F, za žico 0,014"-0,038", dolžine 132cm do 150cm
- 11 Set katetra in povezovalne aspiracijske cevi Kateter 6F, notranjega premera 5.4FF, za žico 0,014"-0,038", dolžine 135cm, kompatibilen s črpalko
- 12 Set katetra in povezovalne aspiracijske cevi Kateter 8F, raven in zakrivljen z dinamično aspiracijsko cevjo, notranjega premera 6,7F,
- 13 Ločevalna žica za drobljenje trombov Ločevalna žica za drobljenje trombov, zunanega diametra 0,028" - 0,055", dolžine 175cm - 190cm,
- 14 Ločevalna žica za drobljenje trombov Ločevalna žica za drobljenje trombov, zunanega diametra 0,072", dolžine 150cm,
- 15 Ločevalna žica za drobljenje trombov Ločevalna žica za drobljenje trombov, zunanega diametra 0,110", dolžine 150cm,
- 16 Kateter za trombektomijo Kateter za trombektomijo z aspiracijsko cevjo in računalniškim avdio- svetlobnim sistemom,
- 17 Kateter za trombektomijo - NOVO Kateter za trombektomijo z aspiracijsko cevjo in računalniškim avdio- svetlobnim sistemom,
- 18 Komplet katetra CAT RX (kardio) in dinamične aspiracijske cevi, 150cm - NOVO
5. SISTEM ZA ZNOTRAJILNO ARTEREKTOMIJO I. (prej ARL 4457 Set za mehansko arterektomijo) odprt sklop
- 19 Set za mehanično direkcijsko arterektomijo z rezili, za premer žile vsaj 2 mm (do 7 mm), 12,000 RPMs, kompatibilen z vodilno žico z filtrom
6. SISTEM ZA ZNOTRAJILNO ARTEREKTOMIJO II. (prej ARL 4457 Set za mehansko arterektomijo) odprt sklop
- 20 Set za mehanično rotacijsko arterektomijo z aspiracijo z rezili, za uvajalo 7F, za premer žile vsaj 2,5 mm (do vsaj 4.5 mm), z visokimi RPMs



- | | | |
|----|--|---|
| 7. | PODPORNI KATETER 4F (novo) | odprt sklop |
| 21 | Podporni kateter 4 F | Ojačan, hidrofilen distalni konec, dolžine 60 do 150cm, za žico 0.035, |
| 8. | POSEBNA BIOPSIJSKA TROAKARSKA IGLA S T.I. SPRING BACK PIN (prej ARL445501 biopsijska igla) | odprt sklop |
| 22 | Posebna biopsijska troakarska igla s topo konico | Posebna biopsijska troakarska igla s topo konico 12,13, 15 in 17 G (12,1 CM in 17,1 cm) |

Odpiranje ponudb prek sistema eJN je potekalo dne 30.04.2025 ob 12:00 uri. Naročnik je do roka za oddajo ponudb prejel naslednje (štiri) ponudbe (Zapisnik o odpiranju, portal JN, 30.04.25):

1. MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana
2. MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin
3. Medtronic, trgovina z medicinsko tehnologijo in opremo d.o.o., Ameriška ulica 008, 1000 Ljubljana
4. PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana, Cesta na Brdo 085, 1000 Ljubljana

Naročnik je v postopku pregleda ponudb ugotovil naslednje:

IZBRANI PONUDNIKI:

Naročnik je v skladu z 89. členom ZJN-3 naprej pregledal in preveril, ali so predložene ponudbe dopustne in ali so v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. V skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je »dopustna ponudba« tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik ugotavlja, da so ponudbe izbranih ponudnikov, ki so navedeni v tabeli pod »Izbran ponudnik«, dopustne, ker izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije in so finančno sprejemljive.

Glede na merilo za izbor (cena, ponder 100 %) se naročilo odda ponudnikom, ki so oddali dopustno in nadalje cenovno najugodnejšo ponudbo.

OBRAZLOŽITEV: NEIZBRANI PONUDNIKI:

Izločenih ponudnikov NI.

Naročnik ni prejel ponudb za naslednje sklope in sicer:

Glej tabelo JN25/25 v stolpcu »Izbran ponudnik«, z navedbo »NI PONUDB«.

V primeru, da se naknadno pokaže potreba po artiklih iz sklopov, za katere ni bilo ponudb, bo naročnik izvedel nov postopek javnega naročanja.

S tem je obrazložitev utemeljena.

PRAVNI POUK:

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži



aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Na podlagi 25. člena ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti lahko vloži v roku osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila takse za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: <http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo>.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se do začetka uporabe tega portala informacije in dokumenti, vključno s procesnim gradivom, v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku, vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.

Slovenj Gradec, dne 09.06.2025

Vročiti:

- Na Portal JN
- arhiv, tu

Direktor bolnišnice:

Vladimir Topler, dr. med.

Priloga: Tabela Izbor JN25-25

	Naziv sklopa / naziv artikla	Opis /Način izbora	VREDNOST brez DDV/letno	VREDNOST z DDV/letno	Najugodnejši	Opomba
1	2	3	4	5	6	7
1.	DRENAŽNI KATETER (novo)	odprt sklop				
1	Drenažni kateter iz flexithane materiala	zelo radiopačen, velike kapacitete, odporen na knikanje, gladka konusna konica pigtail,				Ni ponudb
2.	BALONSKI KATETER, KI SPROŠČA ZDRAVILO (prej ARL 442316 Balonski kateter z zdravilom)	odprt sklop				
2	Balonski katater z zdravilom paclitaxel.	Imeti mora uvajalni sistem, ki zaščiti zdravilo med rokovanjem	11.000,00 €	12.045,00 €	PRO-GEM d.o.o.	
3	Balonski katater z zdravilom Paclitaxel.	z t.i. FreePac premazom	12.000,00 €	13.140,00 €	MEDTRONIC d.o.o.	
3.	ŽILNO ZAPIRALO ZA VBODNO MESTO (novo)	odprt sklop				



4	Sistem za zaščite v arteriji s šivom iz polipropilena	Sistem za zaščite vbdnega mesta v arteriji s šivom iz polipropilena - vbdno mesto 5-8 Fr.	4.100,00	4.489,50	MARK MEDICAL d.o.o.	
4.	ASPIRACIJSKI KATETER ZA ČRPALCO (prej ARL 4458 Se za mehansko aspiracijo)	zaprt sklop	79.090,00 €	87.146,05 €	MARK MEDICAL d.o.o.	
5.	SISTEM ZA ZNOTRAJŽILNO ARTEREKTOMIJO I. (prej ARL 4457 Set za mehansko arterektomijo)	odprt sklop				
19	Set za mehanično direkcijsko arterektomijo	z rezili, za premer žile vsaj 2 mm (do 7 mm), 12.000 RPMs, kompatibilen z vodikno žico z filtrom	17.500,00 €	19.162,50 €	MEDTRONIC d.o.o.	
6.	SISTEM ZA ZNOTRAJŽILNO ARTEREKTOMIJO II. (prej ARL 4457 Set za mehansko arterektomijo)	odprt sklop				
20	Set za mehanično rotacijsko arterektomijo z aspiracijo	z rezili, za uvajalo 7F, za premer žile vsaj 2,5 mm (do vsaj 4,5 mm), z visokimi RPMs	39.977,00 €	43.774,82 €	PRO-GEM d.o.o.	
7.	PODPORNI KATETER 4F (novo)	odprt sklop				
21	Podporni kateter 4 F	Ojačan, hidrofilen distalni konec, dolžine 60 do 150cm, za žico 0.035,	5.750,00 €	6.296,25 €	MEDTRONIC d.o.o.	Dražji ponudnik Medica d.o.o., 9.493,00 EUR, 10.395,00 EUR
8.	POSEBNA BIOPSIJSKA TROAKARSKA IGLA S T.I. SPRING BACK PIN (prej ARL445501 biopsijska igla)	odprt sklop				
22	Posebna biopsijska troakarska igla s topo konico	Posebna biopsijska troakarska igla s topo konico 12,13, 15 in 17 G (12,1 CM in 17,1 cm)				Ni ponudb.