Št.: 845080118-007-25/ODL1
Datum: 20. 6. 2025

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) je na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. List RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZJN-3) v postopku javnega naročila »Oprema za delovanje Stomatološke klinike 2«, objava na Portalu javnih naročil št. JN000884/2025-EUe16/01 z dne 14. 2. 2025, dne 18. 6. 2025 na portalu Javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila št. 845080118-007-25/ODL. Ker je bila naknadno ugotovljena napaka pri obrazložitvi zavrnitve ponudbe enega od ponudnikov za sklop 2, Univerzitetni klinični center Ljubljana izdaja

POPRAVEK OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA za sklop 2

Naročnik je v postopku pregledovanja ponudb ugotovil sledeče:

a) da je ponudba AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring, Trnovec pri Dramljah 054A, Šentjur, 3222 Dramlje, v skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3:
   - **nedopustna v sklopu 0002**, ker ni skladna (ne vsebuje dokazil) s strokovnimi zahtevami v točkah hlajenje monitorjev brez ventilatorja, različne prednastavitve zaslona, grafična ponazoritev ST segmenta za lažje prepoznavanje in lociranje sprememb, vsaj 72 urno hranjenje in prikaz krivulj ter nima lučke za vidni alarm, vidne tudi z zadnje strani monitorja.

Predmetni popravek obrazložitve odločitve ne posega v odločitev o oddaji javnega naročila št. 845080118-007-25/ODL z dne 18.06.2025.

Univerzitetni klinični center Ljubljana
generalni direktor
doc. dr. Marko Jug, dr. med.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 17

20 -06- 2025