67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**054**	**Zaščitne maske - OK**	
901829	01	COMBIC D.O.O.	Ponujene maske ne ustrezajo standardu EN14683:2019.
901829	01	TOSAMA d.o.o.	Ponujene maske ne ustrezajo standardu EN14683:2019.
901829	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Ponujene maske ne ustrezajo standardu EN14683:2019.
977070	01	PROMED D.O.O	Ponujene maske slabo tesnijo ob straneh, kar zmanjšuje zaščitno funkcijo mask in povečuje tveganje za vnos in iznos aerosolnih delcev. Elastika za namestitev maske niso dovolj napete oz. izgubijo elastičnost, zaradi česar maske ne ostanejo stabilno nameščene in ne omogočajo dobrega tesnenja.
977070	01	COMBIC D.O.O.	Ponujene maske slabo tesnijo ob straneh, kar zmanjšuje zaščitno funkcijo mask in povečuje tveganje za vnos in iznos aerosolnih delcev. Elastika za namestitev maske niso dovolj napete oz. izgubijo elastičnost, zaradi česar maske ne ostanejo stabilno nameščene in ne omogočajo dobrega tesnenja.
977070	01	TOSAMA d.o.o.	Ponujene maske slabo tesnijo ob straneh, kar zmanjšuje zaščitno funkcijo mask in povečuje tveganje za vnos in iznos aerosolnih delcev.
977070	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Maske imajo močan, neprijeten vonj in se ob nošenju pričnejo muckati, kar je zelo moteče.