TEHNIČNE ZAHTEVE / predelava in nadgradnja vozila

Predelava vozila obsega:

- svetlobna signalizacija nameščena na strehi in sprednji maski vozila. LED svetlobni blok na strehi z LED moduli po celem oboku LED bloka; dva bela LED modula naprej in po en bel LED modul na straneh;
- Zvočna signalizacija nameščena v sprednji maski vozila (na strehi namestitev zvočne signalizacije ni dovoljena). Zvočna signalizacija mora biti v skladu s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1) in SIST EN 1789:2020;
- konstrukcijska zasnova nadgradnje VUZ mora biti v skladu s trenutno veljavnim standardom SIST EN 1789:2020. Omogoča lahko fleksibilnost za kasnejše obnavljanje in nadomeščanje opreme.
- dovoljeno je odstraniti maksimalno zadnja 2 sedeža v namen optimalne predelave vozila.

Nadgradnja vozila obsega:

1. Pregrado z mrežo (kovinska), ki ločuje potniški del od tovornega dela,
2. Izdelavo nadgradnje izdelana iz aluminija, lakirano na črno mat
3. Izvlečno mizo iz prtljažnega prostora, ki omogoča pritrditev in polnjenje medicinskih aparatov:
    - Defibrilator z EKG monitorjem, velikost do 41x24x32 (ŠxGxV v mm) (model in velikost naročnik sporoči naknadno)
    - Respirator s turbino, z nosilcem, zaščitno torbo in prostorom za kisikovo jeklenko (model in velikost naročnik sporoči naknadno)
    - Aspirator Weinmnann Accuvac PRO
    - perfuzor z nosilcem in polnjenjem
    - Mehanski pripomoček za izvajanje stisov prsnega koša (LUCAS 3)

   (Oprema ni predmet javnega razpisa)

   Izvlečna miza mora imeti možnost blokade v dveh položajih – zaprti položaj, odprti položaj). Izvlečni del naj bo označen z odsevnim trakom rdeče barve

4. Predale za preostalo opremo, ki ne potrebuje električnega priklopa.

5. Pregrado in predelavo ene polovice zadnjega prostora potniške kabine z nosilci medicinske opreme z zapenjalnim trakom za:
    - reanimacijsko torbo,
    - travmatološko torbo,
    - set vakuumskih blazin,
    - porodni set,
    - videolaringoskop,
    - nahrbtnik s prenosnim ultrazvokom

   (Oprema ni predmet javnega razpisa)

6. predal z zapiranjem za medicinsko dokumentacijo in protokole,
7. prostor za zajemalna nosila,
8. nosilec za svetilko in svetilka,
9. prostor za torbo s kisikovo jeklenko,
10. prostor za rezervno kisikovo jeklenko
11. hladilnik za zdravila in infuzije,
12. grelnik infuzijskih tekočin,
13. nosilci za 3 čelade,
14. 3x nosilec za rokavice in 1x nosilec za maske,
15. pritrdišče za razkužilo,
16. pritrdišče za kontejner za ostre infektivne odpadke,
17. pritrdišče za kontejner ze neinfektivne odpadke iz zdravstva,
18. 2x obešalnik za reševalni brezrokavnik v zadnjem delu potniške kabine,
19. sprednja cevna zaščita vozila,
20. zunanji priklop 220V z blokado motorja med priklopom (Defa),
21. vtičnica 220V 2x,
22. vtičnica 12V 2x,
23. polnilec 12V
24. vozilo mora biti opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko opremo skladno s Pravilnikom o dispečerski službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17), Priloga 5:

    Informacijska in telekomunikacijska oprema izvajalcev NMP in prevozov pacientov:

    - nosilec in polnilec za stacionarno radijsko postajo,
    - antena za Wifi in GPS,
    - nosilec za router,
    - nosilec za tablični računalnik s polnilcem pri vozniku (Samsung Galaxy tab 5)
    - polička za tiskalnik

Razporeditev opreme in predelavo naročnik in izvajalec dorečeta pred podpisom pogodbe.

Oznake vozil so skladne s Pravilnikom o službi NMP (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15-popr., priloga 5: Oznake izvajalcev in vozil zunaj bolnišnične službe NMP) in sicer:

- znak NMP se uporablja na vseh straneh vozila in na strehi;
- na strehi vozila mora biti enoznačna koda vozila, ki jo določi dispečerska služba zdravstva;
- na levem in desnem boku VUZ napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ in direktna klicna številka za sistem NMP 112;

- za VUZ velja obveza, da mora biti na sprednji strani vozila zrcalni napis URGENCA in številka 112;
- na zadnji strani vozila je napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ in številka 112;
- oznaka izvajalca dejavnosti in vizualna oznaka VUZ se lahko uporablja izključno na vratih voznika in sovoznika;

  Dodatne zahteve za VUZ so:

  - zunanje oznake se izvede z mikroprizmatično retroreflektivno odsevno folijo v skladu z regulacijo ECE104 (Class C), ki definira odsevnost;
  - vsi napisi so zapisani z velikimi tiskanimi črkami pisave Arial black;
  - enoznačna koda vozila, ki jo določi dispečerska služba zdravstva na obeh stranskih površinah vozila bližje sprednjemu delu vozila (po potrebi tudi po prevzemu vozila, ko s strani dispečerske službe pridobimo ustrezno številko) ;
  - na zadnjem delu vozila (desno spodaj) mora biti oznaka projekta na podlagi priročnika celostne grafične podobe in pravila za vizualno komuniciranje blagovne znamke NOO (Načrt za okrevanje in odpornost), https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Logotipi/Prirocnik_CGP_NOO_maj_2022.pdf.
  - ne glede na določbe priloge 5 Pravilnika o službi NMP (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15-popr., 32/25), predpisani znak sistem NMP Slovenije na VUZ zadostuje na obeh stranskih površinah bliže zadnjemu delu in na strehi vozila.

Naročnik in izvajalec pred izvedbo uskladita postavitev.