Univerzitetna
Klinika Golnik

KLINIKA GOLNIK
Golnik 36
4204 Golnik
(v nadaljevanju naročnik)

Datum: **09.09.2025**
Številka: **JN-9-2025-IHK**

Naročnik na podlagi 5. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 – v nadaljevanju ZJN-3) v postopku oddaje javnega naročila za **»NAKUP IN DOBAVA AVTOMATSKEGA BARVALNIKA ZA IMUNOCITO/HISTOKEMIJO S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM«**, ki ga vodi pod številko **JN-9-2025-IHK**, objavljenega **15.07.2025** na Portalu javnih naročil pod številko objave **JN005532/2025-EUe16/01** izdaja:

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se odda ponudniku:

ROCHE farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13G, 1000 Ljubljana

Obrazložitev:

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku.

V postopku je pravočasno prejel 2 ponudbi in sicer:

Št.	Naziv in naslov ponudnika	Cena v EUR (z DDV)
1.	**LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o., Verovškova ulica 064, 1000 Ljubljana** Datum prejema: 13.08.2025 ob 14:34 Ponudba je pravočasna;	204.389,04
2.	**ROCHE farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13G, 1000 Ljubljana** Datum prejema: 13.08.2025 ob 19:02 Ponudba je pravočasna;	220.457,09

Naročnik je po pregledu ponudb ugotovil:

1. **ROCHE farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13G, 1000 Ljubljana**

   Strokovna komisija ugotavlja, da je ponudba ponudnika ROCHE d.o.o. dopustna. Ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije naročnika.

2. **LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o., Verovškova ulica 064, 1000 Ljubljana**

   Strokovna komisija ugotavlja, da ponudba ponudnika LABENA d.o.o. ni dopustna. Strokovna komisija ugotavlja, da ponudba ne izpolnjuje tehničnih specifikacij naročnika in sicer v naslednjih zahtevah:

1. **Zahteva naročnika:** ***Avtomatiziran samostoječi aparat za imunocitokemijo (ICK) in imunohistokemijo (IHK) ter in situ hibridizacijo (ISH)*** – Iz ponudbe ponudnika ter priložene dokumentacije izhaja, da v namenu uporabnosti ni nikjer omenjeno, da je oprema namenjena izvajanju imunocitokemičnih preiskav (ICK). V »letter ICC« je izjava, iz katere izhaja, da se omogoča izvajanje preiskav na citoloških vzorcih in posebej je navedeno, da na citoloških vzorcih protokoli niso validirani, ni pa jasno navedeno, da se preiskave izvajajo na citoloških preparatih, kar dejansko predstavlja imunocitokemija (ICK). Iz predložene dokumentacije ne izhaja, da ponujena oprema izpolnjuje pogoj za avtomatiziran samostoječ aparat za imunocitokemijo (ICK).

2. ***Zahteva naročnika: Neodvisno in sočasno izvajanje različnih protokolov ICK+IHK (avtomatizirano in ročno nanašanje protitelesa) in ISH*** - V prejeti dokumentaciji ponudnika ni nikjer navedena možnost ročnega nanašanja protitelesa. Naročnik je to zahteval ter potrdil tudi v odgovorih na vprašanja na portalu javnih naročil, kjer je bila naša zahteva po uporabi koncentriranih protiteles in ročni titraciji potrjena ter zahtevana. Iz navedenega izhaja, da ponujena oprema zahteve naročnika ne izpolnjuje.

3. ***Zahteva naročnika: Med delovanjem aparata mora biti na vseh prostih pozicijah omogočen začetek procesiranja histoloških in citoloških preparatov, neodvisno od in brez vpliva na procesiranje histoloških in citoloških preparatov na ostalih pozicijah*** - Ponudnik v svoji izjavi (»letter ICC«) omogoča izvajanje ICK na citoloških vzorcih, kar pa ne pomeni, da gre za citološke preparate, zato iz predložene dokumentacije ni mogoče potrditi izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika.

4. ***Zahteva naročnika:*** **Ločeno zbiranje odpadnih reagentov in avtomatizirana razgradnja odpada DAB** - Iz dokumentacije je razvidno, da sistem omogoča ločevanje nevarnih in nenevarnih odpadnih reagentov, ni pa razvidno znižanje koncentracije DAB v nevarnem odpadu. Naročnik je tudi v odgovorih na vprašanja zahteval in vztrajal pri tem, da mora ponujena oprema omogočati znižanje koncentracije, saj se s tem zmanjša ogroženost laboratorijskega osebja pri rokovanju z nevarnim odpadom.

5. ***Zahteva naročnika: Ponujena oprema in reagenti morajo imeti veljaven certifikat IVD proizvajalca o skladnosti z zakonodajo EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata)*** - Iz dokumentacije je razvidno, da IVD platforma omogoča izvajanje IHK in ISH, ter da IVD za ICK ne obstaja oziroma ga ponujena oprema ne izpolnjuje. Iz pisma (»letter ICC«) je tudi nedvoumno navedeno, da protokoli za ta inštrument niso validirani na citoloških vzorcih, kar tudi ne dokazuje izvajanja ICK na citoloških preparatih ter s tem ne izpolnjuje pogoja za veljaven certifikat IVD za ICK.

Na podlagi merila: **najnižje skupne ponudbene vrednosti brez DDV** je naročnik izbral ponudnika, kot je razvidno iz odločitve.

Pravno varstvo

Zoper to odločitev lahko ponudnik v roku osmih (8) delovnih dni od prejema te odločitve vloži zahtevek za revizijo in sicer na podlagi določb 5. odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS št. 43/11, 60/2011-ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17 – ZPVPJN-B, v nadaljevanju: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo se v skladu z 24. členom ZPVPJN vloži prek portala e-Revizija oz. upoštevajoč določila 44. člena ZPVPJN do uporabe predmetnega portala pisno neposredno pri naslovniku (naročniku) ali po pošti priporočeno s povratnico.

Univerzitetna
Klinika Golnik

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, ki jih določat 1. odstavek 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo obvezno priložiti potrdilo o plačilu takse v višini dveh (2) % od cene najugodnejše dopustne oz. izbrane ponudbe (z DDV) za sklop ali javno naročilo, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov (v skladu z 2. odstavkom 71. člena ZPVPJN).
Podatki za plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek:

Transakcijski račun:	SI56 01 10 0100 0358 802
Odprt pri:	Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA:	BS LJ SI 2X
IBAN:	SI56 01100 1000 3588 02
Referenca:	11 16110 - 7111290 – XXXXXXLL

Za plačilo takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh (3) podatkov (P1-P2-P3). Prvi in drugi del reference P1 in P2 sta vedno enaka in se ločita z vezajem:

P1: 16110
P2: 7111290

Zadnji, tretji del reference, P3 predstavlja številko objave obvestila o naročilu, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je vsak postopek javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 številk, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oziroma oznake javnega naročila.

doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med. spec.
direktorica

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK 5

Poslati:
- Objava na PJN
- arhiv JN (1).