

Številka	845080118-061-24/188
Datum	11 -09- 2025

ODLOČITEV O IZIDU POSAMEZNEGA JAVNEGA NAROČILA »SETI« - SKLOP 0005

PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana
Oznaka javnega naročila	845080118-061-24
Naziv javnega naročila	Dobava medicinskega potrošnega materiala
Naziv povpraševanja	Seti

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

1. SKLOP 0005

Prejete ponudbe, razvrščene po merilu <i>najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV</i>	
1. EUROMED trgovina in storitve d.o.o., Podpeška cesta 14, Brezovica, 1351 Brezovica pri Ljubljani	110.250,75
2. MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44	171.360,00
3. PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana	184.380,00
Odločitev o oddaji naročila	
Naročilo se za ta sklop ne odda.	
Zavrne se ponudba ponudnika	Utemeljitev
EUROMED trgovina in storitve d.o.o., Podpeška cesta 14, Brezovica, 1351 Brezovica pri Ljubljani	Vse ponudbe za ta sklop se zavrnejo zaradi neustrezno pripravljenih tehničnih specifikacij s strani naročnika.

	Naročnik v specifikacijah, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji, ni vključil zahteve po:
MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44	(i) določeni fleksibilnosti epiduralnega katetra, saj za njegove potrebe ni ustrezen vsak kateter predpisane debeline, temveč mora biti zmožen prenesti (pre)gibe, pri tem pa se pretok ne sme bistveno zmanjšati ali celo prekiniti. Na trgu obstajajo katetri, ki so v tolikšni meri rigidni oziroma neprožni, da so za naročnika neuporabni, saj z njimi ne more kakovostno opraviti svojih nalog. Taki katetri lahko pri uvajanju v epiduralni prostor povzročijo večjo travmo ali punkcijo tam ležečih struktur, kot npr. dure in epiduralnih žil;
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana	(ii) načinu fiksacije, saj določeni seti zahtevajo ponoven odklep konektorja za zaklep in antibakterijskega filtra, nato uvajanje katetra skozi luknjico pritrdilnega mehanizma, potem ponovno pritrditev konektorja za zaklep z antibakterijskim filtrom na prosti del katetra ter na koncu še »speljavo« pritrdilnega obliža po katetru do pacientove kože. Zaradi velikega števila potrebnih manipulacij se povečuje tveganje za nenameren izvlek katetra, česar si naročnik za izvedbo posegov na najvišji ravni kakovosti in varnosti ne more privoščiti. Glede na tehnične specifikacije v povpraševanju, ki je podlaga za to odločitev, bi lahko oziroma so lahko ponudniki ponudili artikle, ki ne ustrezajo naročnikovim potrebam. Naročnik bo ponovil povpraševanje po artiklih iz tega sklopa, pri čemer bo natančneje določil tehnične specifikacije, tako da bo vključil zahteve po zgoraj izpostavljenih lastnostih. Vsi zainteresirani ponudniki bodo lahko v ponovljenem povpraševanju oddali ponudbo za artikel, ki ga potrebuje naročnik.



PRAVNI POUK:

Zoper to odločitev se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku **osmih delovnih dni** od objave te odločitve. Skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3 se odločitev šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati **vse obvezne sestavine iz 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja** (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami, v nadaljevanju ZPVPJN).

Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN plačati takso v višini 1.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-00662124.

Zastopnik / pooblaščenec naročnika	Podpis
doc. dr. Marko Jug, dr. med.	