

Objava javnega naročila 845080118-092-25

NAKUP RADIOFARMACEVTSKIH IZDELKOV

Poz	Naziv strok.krit. nivo1	Naziv strok.krit. nivo2	Naziv strok.krit. nivo3	Naziv strok.krit. nivo4	Naziv postavke	Sklop	Proizvajalec	Kat. ali Del. šif.	Enota mere	Osnovno pakiranje	Količina	Cena na EM brez DDV	% popusta	% DDV	Cena na EM z DDV	Pon.vre.sklopa brez DDV	KPV pon.vr.sklopa z DDV	Pretvornik pakiranja	Cena na pakiranje brez DDV
10	[Ga-68] galijev klorid	1,85 GBq (50 mCi) / 1ml	Ge-68/Ga-68 radionuklidni generator: ● generator mora biti naveden med generatorji v navodilih za pripravo radiofarmakov, v povzetkih glavnih značilnosti zdravila LOCAMETZ in SomaKit TOC (Novartis). ● generator mora imeti ob datumu dostave, rok uporabe minimalno 11 mesecev ● generator mora imeti datum kalibracije ki od predvidenega datuma dobave uporabniku ne odstopa več kot 7 dni ● v ceno mora biti vključen ves potrošni material, ki je potreben za vzpostavitev uporabe generatorja ● dobavitelj mora poskrbeti za pravilen odvoz in odlaganje starega generatorja (vključeno v ceno)	set: 1 radionuklidni generator+1 vsebnik z 250 ml eluenta (sterilna ultračista 0,1 mol/l klorovodikova kislina)+pripomočki za avtomatsko eluiranje Dodatne zahteve: 1. Sistem, ki omogoča samostojno eluiranje (v odsotnosti delavca) z naslednjimi lastnostmi: ● mora omogočati možnost nastavitve eluiranja v prihodnosti brez prisotnosti delavca (npr. ob nedeljah ob želeni uri) ● mora imeti 12 mesečno garancijo ● mora omogočati daljinsko proženje eluiranja ● mora imeti priložen nosilec za raztopino za eluiranje ● ponudnik nosi odgovornost za pravilno delovanje sistema, da je sistem redno servisiran in validiran v zahtevanih intervalih ● proizvajalec mora ob morebitni okvari sistem popraviti oz. zamenjati v najkrajšem možnem času oz. v največ sedmih delovnih dneh ● proizvajalec mora ob prvi dobavi sistema uporabniku ponuditi izobraževanje o namestitvi in uporabi sistema (lahko na daljavo) 2. Potrošni material za celotno obdobje uporabe generatorja: ● potrošni material, potreben ob zamenjavi raztopine za eluiranje ter njeni povezavi na sistem za avtomatsko eluiranje generatorja (5 menjav na generator) ● 0,1 M ultra-čista raztopina HCl za eluiranje za eluiranj (npr. 5 kosov po 250 ml)		0001			KO		6	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
20	edotreotid	40 mcg / 1 viala	prašek za raztopino za injiciranje + pufer za reakcijo	viala - set za pripravo radiofarmaka		0002			KO		500	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
30	gozentotid	25 mcg / 1 viala	prašek za raztopino za injiciranje	viala z belim liofiliziranim praškom - set za pripravo radiofarmaka		0003			KO		500	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		