SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
OSPEDALE GENERALE ISOLA

Splošna bolnišnica Izola
Polje 40
SI-6310 Izola
Slovenija

T +386 5 660 60 00
F +386 5 660 63 05
E info@sb-izola.si
W www.sb-izola.si

Številka: **JN 056/RN-25, JN003985/2025-EUe16/01**
Datum: 1.8.2025

Naročnik Splošna bolnišnica Izola na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) in pogojev ter meril dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izdaja naslednjo

SPREMEMBO ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA za Sklop 2: Biološki indikatorji za plazma sterilizacijo

Naročnik skladno s 6. odstavkom 90. člena ZJN-3, na lastno pobudo razveljavlja svojo odločitev z dne 29.7.2025 za sklop 2.

Naročnik Splošna bolnišnica Izola je opravil ponovni pregled in ocenitev prejetih ponudb za sklop 2: Biološki indikatorji za plazma sterilizacijo in izdaja novo meritorno odločitev o oddaji javnega naročila.

Javno naročilo za »Sukcesivno dobavo potrošnega materiala za plazma sterilizator« za sklop 2: Biološki indikatorji za plazma sterilizacijo

se odda ponudniku

MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik

Obrazložitev:

1. Predmet javnega naročila: »Sukcesivna dobava potrošnega materiala za plazma sterilizator«, JN 056/RN-25 v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 27.5.2025 pod št. JN003985/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu pod št. 343064-2025.

2. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 27.6.2025 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN. Ponudbo za sklop 2 sta pravočasno oddala naslednja ponudnika:

   Sklop 2:
   - STERILKO, družba za trgovino in zastopanje d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana;
   - MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik.

3. Skladno z določili 89. člena ZJN-3 je komisija naročnika razvrstila pravočasne ponudbe glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Merilo za ocenitev ponudb je najnižja cena za sklop in sicer:

Sklop	Ponudnik	Vrednost ponudbe v EUR brez DDV	Vrednost ponudbe v EUR z DDV
2	Sterilko, d.o.o.	7.460,00	9.101,20
	MEDINOVA, d.o.o.	8.820,00	10.760,40

4. Naročnik je, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, najugodnejšo ponudbo Sterilko, d.o.o. za sklop 2, ponovno preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

   Naročnik je v obrazcu OBR 3A Specifikacija s ponudbenimi cenami, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteval: Biološki indikatorji za plazma sterilizacijo kompatibilen z obstoječim inkubatorjem ASP STERRAD VELOCITY ali zagotovi 2 inkubatorja kompatibilna s ponujenim indikatorjem. Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca o kompatibilnosti z aparatom Sterrad. Komisija naročnika je ugotovila, da ponudnik Sterilko, d.o.o. ni priložil dokumenta o kompatibilnosti bioloških indikatorjev s Sterrad aparatom, temveč je priložena izjava o kompatibilnosti, ki se nanaša na kemični indikator in ne biološki indikator kot je zahtevano za sklop 2.

   Skladno z navedenim naročnik ugotavlja, da ponudba ponudnika Sterilko, d.o.o. za sklop 2, ni skladna s tehničnimi, strokovnimi in ostalimi zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, zato se ponudba Sterilko, d.o.o. za sklop 2, označi kot nedopustna.

5. Komisija naročnika na podlagi pregleda ponudbene dokumentacije ugotavlja, da je naslednja najugodnejša ponudba ponudnika MEDINOVA, d.o.o. ustrezna z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila. Predmet ponudbe je skladen s tehničnimi, strokovnimi in ostalimi zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

   Nadalje je komisija naročnika preverila, če so informacije oziroma dokumentacija, ki jih je moral predložiti ponudnik nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudnikova ponudba za sklop 2 je popolna.

6. Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril, ali je ponudba ponudnika MEDINOVA, d.o.o. skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

   Naročnik je preveril izpolnjevanje pogojev iz 75. in 76. člena ZJN-3 (izključitveni razlogi in pogoji za sodelovanje), pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponudnik MEDINOVA, d.o.o. izpolnjuje vse pogoje.

7. Komisija naročnika ugotavlja, da je ponudba ponudnika MEDINOVA, d.o.o., za sklop 2, skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

8. Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka odločitve. Z navedenim je odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, utemeljena.

Pravno varstvo:

Zahtevek za revizijo se lahko vloži, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem delovnih dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Taksa za zahtevek za revizijo zoper to odločitev znaša 6.000,00 EUR. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Revizijske zahtevke, ki bodo vloženi prepozno ali s strani oseb, ki ne bodo aktivno legitimirane za njihovo vložitev, revizijske zahtevke, ki jim ne bo priloženo potrdilo o plačilu takse in revizijske zahtevke, za katere ne bo plačana ustrezna taksa, bo naročnik zavrgel.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
direktor zavoda
Mag. Radivoj Nardin

