



Številka: JN_5/2025

Datum: 30.07.2025

Naročnik na podlagi 90. člena ZJN-3 sprejema

ODLOČITEV O ZAVRNITVI VSEH PONUDB

Za predmetno javno naročilo: **NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA TIPA C**, javno naročilo male vrednosti, interna oznaka JN_5/2025, objavljeno na portalu JN pod številko objave na PJN: JN004661/2025-SL1/01, datum objave: 17.06.2025.

Izbranega ponudnika ni, ker so vse prejete ponudbe nedopustne.

Obrazložitev in utemeljitev odločitve:

Naročnik je do roka z oddajo ponudb, ki je bil dne 09.07.2025 do 08:00, prejel dve, elektronsko oddani ponudbi, ki sta jo oddala ponudnika:

MEDITRA d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana in

AVTO HIŠA RANDELJ, uvoz, prodaja in odkup vozil, d.o.o., Mahovnik 002A, 1330 Kočevje

Naročnik je ob podrobnem pregledu ponudb ugotovil, da noben od ponudnikov ni oddal dopustne ponudbe, saj predloženi ponudbi ponudnikov ne izpolnjujeta pogojev za sodelovanje, ponudbi ne ustrezata potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, zato ju kot taki izloča iz ocenjevanja.

Pri ponudbi ponudnika Meditra d.o.o. je naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal vsebino naročnikovega pred pripravljenega obrazca in sicer je spremenil OBR_3_3 Tehnična specifikacija. Naročnik je v navodilu za oddajo ponudb v OBR_3_0 v poglavju 11 med drugim zapisal »Ponudnik ne sme spreminjati vsebine naročnikovih pripravljenih obrazcev, lahko jih le izpolni v za to predvidenih delih, skladno z navodili posameznega obrazca ali skladno z samo vsebino obrazca. Vsako spreminjanje vsebine naročnikovih pripravljenih obrazcev pomeni izločitev ponudbe iz ocenjevanja.«. Glede na navedbe naročnika v navodilu za oddajo ponudb, naročnik ugotavlja, da ponudnik Meditra d.o.o. ni oddal ponudbe, ki bi ustrezala zahtevam naročnika. Naročnik je dalje pri pregledu ponudbe ugotovil naslednje:

V tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije je naročnik zahteval respirator/ventilator z neinvazivno ventilacijo (NIV), ki mora biti skladen s standardom SIST EN 1865. Pri pregledu ponudbe ponudnika Meditra d.o.o. naročnik ugotavlja, da ponujeni respirator ne izpolnjuje zahtevanih tehničnih pogojev iz razpisne dokumentacije.

Iz predložene ponudbene dokumentacije prav tako ni razvidno, da ponujena nosila ustrezajo zahtevanemu standardu SIST EN 1865.

Poleg navedenega naročnik ugotavlja, da predloženo testno poročilo o opremljenosti vozila, ki ga je ponudnik priložil ponudbi, ni skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Ponudnik je namreč predložil testno poročilo, izdano v skladu s standardom SIST EN 1789:2007, medtem ko je naročnik izrecno zahteval testno poročilo o opremljenosti vozila, skladno z veljavnim standardom SIST EN 1789:2020.

Naročnik ocenjuje ponudbo za nedopustno in jo izloča iz ocenjevanja.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika Avto Hiša Randelj d.o.o. ugotovil, da ponujeni Respirator/ventilator z NIV - neinvazivno ventilacijo, ki mora biti skladen z SIST EN 1865, ne ustreza naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato naročnik ocenjuje ponudbo za nedopustno in jo izloča iz ocenjevanja. Nadalje je naročnik ugotovil, da določena ponujena medicinska oprema, ki jo ponudnik ponuja, sodi v razred medicinske opreme, ki ga predloženo dovoljenje za promet ponudnika Avto Hiša Randelj d.o.o. ne pokriva. Naročnik ponudbo ponudnika Avto Hiša Randelj d.o.o. ocenjuje za nedopustno saj predložena ponudba ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, zato jo kot tako izloča iz ocenjevanja.

Naročnik na podlagi navedenega in skladno z 90. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) ugotavlja, da naročila ne more oddati, ker sta obe prejeti ponudbi nedopustni. Naročnik bo postopek javnega naročila ponovil.

Pouk o pravnem sredstvu:

Neizbrani ponudnik ima pravico, da v roku pet (5) delovnih dni od prejema te odločitve vložijo zahtevek za revizijo. Zahtevek za revizijo se vloži v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN) preko portala e-revizija. Zahtevku za revizijo, ki mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, mora biti priloženo potrdilo o plačani taksi, ki znaša za predmetno javno naročilo 1.000 EUR.

Taksa se plača na račun št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, s sklicem 11 16110-7111290-00466125 S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo.

Direktor
Mag. Egon Stopar



Vročeno:

- Z objavo na portalu JN