UKC MARIBOR | Univerzitetni klinični center Maribor
Slovenija, 2000 Maribor, Ljubljanska ulica 5
Tel.: 00386 2 321-25-66, Faks: 00386 2 33-11-533

Številka: 460-19(807202)/2025-2
Datum: 4. 8. 2025

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) izdaja generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, na podlagi ocenitve ponudb, prispelih za naročilo male vrednosti za nabavo vrtalk, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 30. 5. 2025, številka objave JN004060/2025-SL1/01 naslednjo

ODLOČITEV
O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

»Javno naročilo za nabavo vrtalk se odda ponudniku MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, 1231 Ljubljana-Črnuče za končno ponudbeno vrednost 42.209,56 EUR brez DDV«.

Obrazložitev odločitve:

Naročnik je javno naročilo za izbiro ponudnika po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za nabavo vrtalk objavil na portalu javnih naročil, datum objave 30. 5. 2025, številka objave JN004060/2025-SL1/01.

Do roka za predložitev ponudb, to je do 13. 6. 2025 do 12.00 ure, je naročnik prejel ponudbi ponudnikov:

1. MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, 1231 Ljubljana-Črnuče.
2. PD MEDICAL d.o.o., Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur

Javno odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 13. 6. 2025 ob 15.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudbene vrednosti prejetih ponudb, razvrščene glede na merilo »najnižja končna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV) znašajo:

ZŠ	Ponudnik	Vrednost ponudbe v EUR brez DDV
1.	PD MEDICAL d.o.o.	39.500,01
2.	MEDIS d.o.o.	42.209,56

Naročnik je po merilu razvrščeni ponudbi najprej preverjal z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila. Če je najvišje uvrščena ponudba izpolnjevala zahteve glede predmeta javnega naročila, je nato naročnik preverjal, ali pri ponudniku obstajajo razlogi za izključitev in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Ugotovitve naročnika v zvezi s prejetimi ponudbami:

1. Ponudba ponudnika PD MEDICAL d.o.o. ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer ne izpolnjuje sledečih zahtev:

   - Naročnik je v specifikacijah zahtev naročnika v točki 2.3 zahteval nastavek za žico debeline od najmanj 0,6 do 4 mm.

     Naročnik na podlagi pregleda prejete ponudbe ponudnika PD MEDICAL d.o.o. ugotavlja, da je iz priložene tehnične dokumentacije razvidno, da je ponudnik namesto zahtevanega enega nastavka za žico ponudil dva ločena nastavka za žico debeline od 0,7 – 1,6 mm in nastavka za žico debeline od 1,8 – 4,0 mm, kar ni v skladu s specifikacijo zahtev naročnika, saj je naročnik zahteval en nastavek, ki pokriva celotno območje (0,6 do 4mm),
     Naročnik dodatno še ugotavlja, da ponudnik sicer tudi z dvema ponujenima nastavkoma ne zagotavlja celotnega zahtevanega območja debeline žice (0,6 do 4mm).

   - Naročnik je v specifikacijah zahtev naročnika v točki 2.4 zahteval nastavek za vrtanje Jacobs ki omogoča vpenjanje v razponu vsaj od 0,6 do 7,4 mm.

     Naročnik na podlagi pregleda prejete ponudbe ponudnika PD MEDICAL d.o.o. ugotavlja, da je iz priložene tehnične dokumentacije razvidno, da je ponudnik ponudil nastavek za vrtanje, ki omogoča vpenjanje debeline 4 mm in 6,35 mm, kar pa ni v skladu s specifikacijo zahtev naročnika, saj ponujen nastavek ne omogoča vpenjanja v zahtevanem razponu.

   - Naročnik je v specifikacijah zahtev naročnika v točki 1.13 zahteval ohišje za baterijo.

     Naročnik na podlagi pregleda prejete ponudbe ponudnika PD MEDICAL d.o.o. ugotavlja, da ponudnik ni ponudil ohišij za baterije, temveč je ponudil baterije, ki se sterilizirajo, kar ne ustreza zahtevam naročnika.

     Glede na navedeno je ponudba ponudnika PD MEDICAL d.o.o nedopustna.

2. Naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudbe ponudnika MEDIS d.o.o., ugotavlja, da ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Nadalje naročnik še ugotavlja, da za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. V zvezi s prejeto ponudbo ponudnika MEDIS d.o.o., naročnik še ugotavlja, da pri omenjenemu ponudniku ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

   Glede na navedeno je ponudba ponudnika MEDIS d.o.o., dopustna.

Glede na to, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila male vrednosti navedel, da bo izbran ponudnik, ki bo predložil dopustno ponudbo ter bo ponudil najnižjo končno vrednost ponudbe brez DDV, se naročilo za nabavo vrtalk odda ponudniku MEDIS d.o.o.,

Brnčičeva 1, 1231 Ljubljana-Črnuče, in sicer za končno ponudbeno vrednost 42.209,56 EUR brez DDV.

PRAVNI POUK:

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 71/17 - ZIPRS1819 IN 13/18 - ZIPRS18/19-A, 72/19), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zoper to odločitev o oddaji javnega naročila lahko ponudnik v petih delovnih dneh od objave te odločitve o oddaji javnega naročila vloži zahtevek za revizijo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Ponudnik mora ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 1.029,91 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00406025.

Ponudnik mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-B, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Vodja oddelka za investicije v opremo:
Aleš Dobaj

Generalni direktor UKC:
prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 12

Odločitev objavljena:
- na portalu javnih naročil.