Sklop 2: Specifikacija digestorija- OKA Novo mesto

ZAHTEVE ZA DIGESTORIJ

SPLOŠNE ZAHTEVE:

Cena mora vključevati Stroške pakiranja, transporta, vnosa, montaže, zagona, praktičnega izobraževanja delovanja in uporabe novega dobavljenega digestorija, vključno z vsemi pisnimi navodili uporabe in vzdrževanja digestorija.

Digestorij namenjen za uporabo v kemijski industriji in medicinskih ustanovah.

Digestorij namizni z 2 molekularnima oglenima filtroma za kislinske hlape in hlape organskih topil.

Delovna površina TrespaTop lab PLUS dimenzij 875x 644 mm

Max. Zunanje dimenzije digestorija (ŠxGxV): 1005x 960 x 1340/1515 mm (min/max)

Digestorij mora biti v skladu s standardom AFNOR NFX 15 211.

Imeti mora CE certifikat

Proizvajalec mora iz varnostnih razlogov zagotoviti študijo o oceni tveganja in dostaviti digestorij s potrdilom o oceni tveganja v skladu skladno z navodili strank

Digestorij mora imeti prikaz stanja delovanja v realnem času s svetlobnimi in zvočnimi opozorili

Digestorij mora omogočati spremljanje stanja opreme (alarmov) v realnem času na računalniku, mobilni/tablični aplikaciji.

K standardni opremi sodi tudi oprema za demontažo, ki stranki omogoča enostavno prestavitev.

Pretok zraka mora biti 440 m3/h

LED osvetlitev > 650 Lux

Digestorij mora vsebovati električno vtičnico 10/16A 220V

Stojalo za digestorij mora biti vključeno.

DODATNE ZAHTEVE:

- 2-letna garancija.

- Ponudnik mora imeti minimalno 2 zaposlena serviserja in odzivni čas največ 24h.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži specifikacije, kataloge, prospekte ter druga dokazila iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve in s podpisom Obrazca št. 4 potrdi, da je v ponudbo vključil vse zahteve.