Sklop 3: Specifikacija digestorija- CMM MB gojišča

ZAHTEVE ZA DIGESTORIJ

SPLOŠNE ZAHTEVE:

Cena mora vključevati stroške pakiranja, transporta, vnosa, montaže s priklopom na prezračevanje, montažo prezračevanja za pod digestorijsko varnostno omarico, zagona, praktičnega izobraževanja delovanja in uporabe novega dobavljenega digestorija, vključno z vsemi pisnimi navodili uporabe in vzdrževanja digestorija v slovenskem jeziku.

Demontažo ter odvoz starega digestorija.

Digestorij namenjen za uporabo v kemijski industriji in medicinskih ustanovah.

Dimenzija digestorija: 1500 x 900 x 2400 mm (Š x G x V)

Digestorij je narejen skladno s standardom BS EN 14175.

Nudi visoko odsesavanje.

Zagotavlja ohranjeno in za večjo energetsko učinkovitost konstantno hitrost.

Zunanje steklo iz kaljenega stekla debeline 6 mm.

Vključuje omejevala, nastavljiva na 500 mm.

Pretok zraka se stalno spremlja s senzorjem hitrosti v komori.

Priključek na obstoječe prezračevanje

Alarmni sistem – LCD odčitavanje hitrosti zraka, zaustavitev/zagon ventilatorja ter programabilni relejni izhodi in vhodi.

Notranjost digestorija - nizkoenergijska LED osvetlitev z vrha.

Odstranljiva zadnja pregrada, ki omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje.

Sprednji profil iz gladkega polimera.

Notranja komora in delovna površina iz **monolitne keramike**, ki nudi močno kemijsko odpornost, debeline, **ki omogoča postavitev tehtnice** s proti razlivno obrobo po celotnem obodu.

4 električne vtičnice znotraj delovne komore.

1x pod digestorijska varnostna omarica za shranjevanje vnetljivih snovi in kislin s priključkom za prezračevanje dobavljeno z ventilacijo in zunanjim ventilatorjem.
Frekvenčni regulator elektromotorja.

1x pod digestorijska omarica, vsaka z 2x izvlečnim pladnjem (na dnu in sredini).

NADZORNI SISTEM

Upravljanje in nadzor digestorija - mikroprocesor z LCD na dotik občutljiv zaslon.

Na zaslonu vidne splošne informacije o digestoriju, prikaz trenutne hitrosti pretoka zraka in status. Nadzor nivoja svetlobe, ventilator vklop/izklop in druge nastavitve delovanja, dostopne prek menijskega sistema.

Krmilni sistem za vzdrževanje naslednjih parametrov:

Normalna hitrost: 0,55 m/s. (Hitrost, izmerjena na zaslonki)

Nizka hitrost: 0,35 m/s.

Vizualni in akustični alarm za nizek pretok zraka: 0,30 m/s.

DODATNE ZAHTEVE:

- 2-letna garancija.

- Ponudnik mora imeti minimalno 2 zaposlena serviserja in odzivni čas največ 24h.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži specifikacije, kataloge, prospekte ter druga dokazila iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve in s podpisom Obrazca št. 4 potrdi, da je v ponudbo vključil vse zahteve.