Splošna bolnišnica Jesenice / General Hospital Jesenice
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
t: +386 (0)4 586 80 00, f: +386 (0)4 586 84 01, e: info@sb-je.si

Številka: 460-0012/2025/0004
Zaporedna številka: JN 07/2025
Datum: 14. 10. 2025

Na osnovi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, s spre0membami; v nadaljevanju: ZJN-3), izdaja Petra Rupar, dr. med., direktorica Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice (v nadaljnjem besedilu: naročnik), na podlagi ocenitve ponudb, prispelih za javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 7. 7. 2025, številka objave JN005246/2025-EUe16/01 in na Portalu Evropske unije št.: 439566-2025 dne 7. 7. 2025 ter odgovorov na vprašanja objavljena na portalu javnih naročil, naslednjo

DELNO ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo "**Medicinski potrošni material - rokavice, katetri, material za urologijo in material za inkontinenco**" se za obdobje 24 mesecev z možnostjo podaljšanja za največ 24 mesecev odda sledečim ponudnikom za posamezne zaprte podsklope:

Podsklop	Naziv podsklopa	Izbran ponudnik	Ponujena vrednost v EUR brez DDV za dve leti
AG0100105	KATETRI URINSKI DVOP.Z LATEKS PREVLEKO	Cardio medical d.o.o.	3.916,80
AG0100106	PERFUZIJSKI KATETRI	Cardio medical d.o.o.	10.925,00
AG0100111	KATETRI SILIKONSKI ZA DOLG. UPORABO	Medical Intertrade d.o.o.	3.204,00
AG0100112	KATETRI SILIKONSKI S TIEMANN KONICO	Thomy FE d.o.o.	2.026,54

Naročnik je v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb pregledal dopustnost ponujenih artiklov izbranih ponudnikov in ugotovil, da so izbrane ponudbe prispele pravočasno, da ustrezajo vsem naročnikovim zahtevam in so skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustne.

Skladno s tem je naročnik izdal delno odločitev o oddaji javnega naročila.

OBRAZLOŽITEV

Javno naročilo je bilo izvedeno na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne, 2. 6. 2025, po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave 7. 7. 2025, številka objave JN005246/2025-EUe16/01 in na Portalu Evropske unije št.: 439566-2025 dne 7. 7. 2025.

Odpiranje je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22. 8. 2025 ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Do roka za predložitev ponudb, to je do 22. 8. 2025 do 10.00 ure je naročnik preko e-JN portala elektronsko prejel ponudbe naslednjih ponudnikov:

1	ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o., Dobrave 007B, 1236 Trzin
2	ABK marketing, inženiring, trgovina, d.o.o., Špruha 013, 1236 Trzin
3	CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 001, 1236 Trzin
4	COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos, Podnanos 066A, Vipava, 5272 Podnanos
5	INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o., Cesta na Brdo 085, 1000 Ljubljana
6	IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 008, 1000 Ljubljana
7	Izdelava predmetov iz PE folije, Matjaž Kavnik s.p., Vosek 003E, Pesnica, 2231 Pernica
8	MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., promet z zdravili in sanitetnim materialom, Brodišče 012, 1236 Trzin
9	PAUL HARTMANN ADRIATIC, družba za medicinske proizvode in storitve na področju preventive, diagnostike, higiene in zdravstvene oskrbe d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana
10	PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o., Leskoškova cesta 9C, 1000 Ljubljana
11	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana
12	SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o., Motnica 003, 1236 Trzin
13	THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 024, 1236 Trzin
14	TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o., Šaranovičeva cesta 035, 1230 Domžale
15	VALENCIA STOMA-MEDICAL, podjetje za zastopanje, posredovanje in trgovino d.o.o., Gregorčičeva ulica 009, 1000 Ljubljana

Naročnik je prejete ponudbe razvrstil po merilu iz razpisne dokumentacije, in sicer po merilu ekonomsko najugodnejša ponudbena vrednost za posamezen razpisan podsklop. Ponudbe je primerjal z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih strokovnih zahtev opredeljenih v razpisni dokumentaciji za posamezen podsklop. Pri tem je naročnik ponudnike, katerih

ponujeno blago je sicer ustrezalo zahtevam razpisne dokumentacije, vendar naročnik blaga ni poznal oziroma ga še ni uporabljal, pozval na dostavo vzorcev ponujenega blaga.

Naročnik je pregledal dopustnost artiklov izbranih ponudnikov in ugotovil, da izbrani ponudniki v vseh zahtevanih postavkah izpolnjujejo postavljene zahteve naročnika.

Naročnik je pregledal elemente za določitev dopustnosti ponudb spodaj navedenih artiklov in ugotovil, da v vseh zahtevanih postavkah ne izpolnjujejo postavljenih zahtev naročnika ter so v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 členom nedopustne. Naročnik je pri posameznih podsklopih podal obrazložitev oz. navedel razloge, zakaj so ponudbe ponudnikov nedopustne.

Za sklop:	25G001 MATERIAL ZA UROLOGIJO
Za skupino:	AG0100105 KATETRI URINSKI DVOP.Z LATEKS PREVLEKO
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Promed d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam glede dolžine katetrizacije, saj artikel ni ustrezen za katetrizacijo do 12 tednov.
Za skupino:	AG0100105 KATETRI URINSKI DVOP.Z LATEKS PREVLEKO
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Medical Intertrade d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, naročnik je artikel testiral in ugotovil, da je artikel pretrd za dolgotrajnejšo uporabo.
Za skupino:	AG0100106 PERFUZIJSKI KATETRI
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Promed d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam in sicer ima neustrezno konico. Naročnik želi konico v obliki Dufour.
Za skupino:	AG0100106 PERFUZIJSKI KATETRI
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Medical Intertrade d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam in sicer ima premajhne evakuacijske luknjice in preostro konico.
Za skupino:	AG0100111 KATETRI SILIKONSKI ZA DOLG. UPORABO
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Promed d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam glede dolžine katetrizacije, saj artikel ni ustrezen za katetrizacijo do 12 tednov. Artikel nima antibakterijske prevleke.
Za skupino:	AG0100112 KATETRI SILIKONSKI S TIEMANN KONICO
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Interpart d.o.o.

Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam glede dolžine katetrizacije, saj artikel ni ustrezen za katetrizacijo do vsaj 4 tedne.
Za skupino:	AG0100124 CISTOSTOMA- SET
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Medical Intertrade d.o.o.
Razlog:	Naročnik je prejel samo eno ponudbo, ki pa presega pričakovano ceno na KOM in zato naročila za ta sklop ne bo oddal.
Za skupino:	AG0100121 VREČKA DRENAŽNA
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Sanolabor d.d.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, artikel ima prevelik konus in je namenjen zbiranju urina.
Za skupino:	AG0100121 VREČKA DRENAŽNA
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Medical Intertrade d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, artikel je namenjen zbiranju urina in ni ustrezen za zbiranje drenaž na abdominalni kirurgiji.
Za skupino:	AG0100121 VREČKA DRENAŽNA
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Thomy FE d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, artikel ne ustreza potrebam abdominalne kirurgije, nezmožnost konektiranja drenov CH18-CH20.
Za skupino:	AG0100121 VREČKA DRENAŽNA
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Iris d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, artikel je namenjen zbiranju urina.

Za spodaj navedene podsklope je naročnik v ni prejel nobene ponudbe zato se naročilo ne odda.

AG010030102	Kaseta za odpadne plenice
AG0100123	Cistostoma – SET- pig tail
AG0100125	Cistostoma – SET- otroški

Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril ali so ponudbe ponudnikov, skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Ugotovitve naročnika:

- Naročnik je, na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3, preveril, če so informacije oziroma dokumentacija, ki so jih morali predložiti ponudniki nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo in ugotovil, da so izbrani ponudniki v ponudbi predložil vsa zahtevana dokazila.

- Nadalje je naročnik preveril, ali izbrani ponudniki izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3 (izključitveni razlogi in pogoji za sodelovanje), pri čemur je bilo ugotovljeno:
  - naročnik je v aplikaciji e-Dosje (http://ejn.gov.si/e-dosje) preveril, ali so bili izbrani ponudniki na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, to je dne 22. 8. 2025, uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in ugotovil, da ponudniki niso uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
  - naročnik je v aplikaciji e-Dosje (http://ejn.gov.si/e-dosje) preveril, ali je bila ponudnikom v zadnjih treh letih pred zaključkom roka za oddajo ponudbe, to je do dne 22. 8. 2025, dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 ugotovil, da ponudnikom v navedenem obdobju ni bila izrečena takšna globa.
  - naročnik je v aplikaciji e-Dosje (http://ejn.gov.si/e-dosje) preveril, ali imajo ponudniki na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, 22. 8. 2025, 50 EUR ali več zapadlih neplačanih obveznih dajatev in drugih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira Finančna uprava RS, in imajo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja zadnjih 5 let, in ugotovil, da ponudnikom v navedenem obdobju ni bila izrečena takšna globa.

Na podlagi navedenega naročnik meni, da so izpolnjeni tako vsebinski kot pravnoformalni razlogi, da se javno naročilo odda ponudnikom navedenim v izreku te odločitve. Z izbranimi ponudniki se sklene kupoprodajna pogodba o dobavi medicinskega potrošnega materiala za dobo 24 mesecev z možnostjo podaljšanja za največ dve leti.

PRAVNI POUK:

Zahtevek za revizijo lahko, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I , 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovornik javnega interesa.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem (8) delovnih dni od objave te odločitve o oddaji naročila na portalu javnih naročil www.enarocanje.si.

Zahtevek za revizijo se vloži preko informacijskega sistema eRevizija.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila,
- predmet javnega naročila,

ter mora priložiti:
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802

Taksa znaša dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za posamezni zaprt podsklop vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov.

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitne kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Petra Rupar, dr.med.
Direktorica

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
CESTA MARŠALA TITA 112, 4270 JESENICE

Objaviti:
- na portalu javnih naročil.