Splošna bolnišnica Celje

Številka: JN002977
Datum: 16.10.2025

Na podlagi določila 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) izdaja Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje naslednjo

ODLOČITEV O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »Dobava endoskopskega stolpa z vzdrževanjem ter dobava potrošnega materiala za obdobje 7 let« objavljen na Portalu javnih naročil pod JN002977/2025 ter TED pod številko 265632, **se ne odda .**

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN002977/2025 ter na TED pod številko objave 265635-2025 dne 24.04.2025

Rok za oddajo ponudb je bil določen za 16.06.2025 do 10:01 ure, datum in ura odpiranja ponudb pa 16.06.2025 ob 11:01 uri. Ponudbo sta oddala ponudnika s ponudbeno ceno:

Ponudniki	**Znesek brez davka (EUR)**	**Znesek davka (EUR)**	**Znesek z davkom (EUR)**
KARL STORZ Endoskopija d.o.o., Cesta v Gorice 034B, 1000 Ljubljana	377.706,20	83.095,36	460.801,56
Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, Ljubljana, 1261 Ljubljana - Dobrunje	378.678,60	83.309,29	461.987,89

Pri preveritvi dopustnosti ponudbe **KARL STORZ Endoskopija d.o.o., Cesta v Gorice 034B, 1000** Ljubljana je naročnik ugotovil, da ponudba ne ustreza zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah.
Naročnik je za izkazovanje tehnične ustreznosti ponujene opreme v OBR- 7 zahteval, da se v ponudbi predloži originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe. Obveznost ponudnika je, da izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za

uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis ustrezno označi, podčrta in navede ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila.

Naročnik je v OBR-6 pod točko

- **1.3.** podal zahtevo - Digitalni izhodi, minimalno: 12G-SDI, 3G-SDI ter HD-SDI

Iz predloženih dokumentov v ponudbi ponudnika **KARL STORZ Endoskopija d.o.o.,** izhaja , da HD-SDI sistem ni omogočen.

- **1.4.** podal zahtevo - Omogočati mora vsaj 5 stopenjsko povečavo v 4K (1.0x, 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x in 2.0x)

Iz predloženih dokumentov v ponudbi ponudnika **KARL STORZ Endoskopija d.o.o.,** izhaja , da da ima 2x digitalni ZOOM v 5 korakih in ne v 6 korakih kot zahtevano.

- **1.11.** podal zahtevo - Class Type CF zaščita

Iz predloženih dokumentov v ponudbi ponudnika **KARL STORZ Endoskopija d.o.o.,** izhaja da da ima zaščito class-1a in ne kot zahtevano.

- **2.3.** podal zahtevo - Omogočati mora delo z tehnologijo kot na primer ali enakovredno ICG overlay (ICG bela svetloba), osvetljevanje z ozkopasovnimi svetlobami kot na primer tehnologija NBI proizvajalca Olympus ali BLI proizvajalca FF in YE (yellow enhancement)

Iz predloženih dokumentov v ponudbi ponudnika **KARL STORZ Endoskopija d.o.o.,** izhaja , da nima tehnologije osvetljevanja z ozkopasovnimi svetlobami kot NBI ali BLI in YE, ima

tehnologijo digitalni algoritmi, ki spreminjajo barvo, gre za programsko naknadno procesiranje slike, kar pa ni enakovredno zahtevanem ozkopasovnem osvetljevanju preko filtra.

- **3.7. podal zahtevo** - 3 ali več funkcijskih tipk na držalu glave kamere, za daljinsko upravljanje izbranih funkcij video procesorja

Iz predloženih dokumentov v ponudbi ponudnika **KARL STORZ Endoskopija d.o.o.,** izhaja , da ima dve funkcijski tipki.

- **4.11. podal zahtevo** - Kontrast: 1.000.000:1

Iz predloženih dokumentov v ponudbi ponudnika **KARL STORZ Endoskopija d.o.o.,** izhaja , da ima kontrast 1500.1.

- **5.4. podal zahtevo** Vidno polje najmanj 88 stopinj

Iz predloženih dokumentov v ponudbi ponudnika **KARL STORZ Endoskopija d.o.o.,** vidno polje ni razvidno.

- **7.3. podal zahtevo** - Vidni kot : 80°

Iz predloženih dokumentov v ponudbi ponudnika **KARL STORZ Endoskopija d.o.o.,** izhaja , da ima vidni kot 30 stopinj.

- **8.2. podal zahtevo -** Zunanji premer: 5.4 mm

Iz predloženih dokumentov v ponudbi ponudnika **KARL STORZ Endoskopija d.o.o.,** izhaja , da ima zunanji premer 4 mm.

Glede na navedeno naročnik ugotavlja, da ponudnik **KARL STORZ Endoskopija d.o.o., Cesta v Gorice 034B, 1000 Ljubljana** ni ponudil opreme, ki ustreza zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah, zato je ponudbo **KARL STORZ Endoskopija d.o.o., Cesta v Gorice 034B, 1000 Ljubljana** označil kot nedopustno ponudbo v smislu določila 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 in jo zavrnil.

Pri pregledu ponudbe ponudnika **Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, Ljubljana, 1261 Ljubljana - Dobrunje** je naročnik ugotovil, da ponudnik ponujeno opremo izkazuje izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika. Nadalje je naročnik pri pregledu ponudbe in z vpogledom v aplikacijo e-dosje ugotovil, da ponudnik ne izkazuje izpolnjevanja izključitvenih razlogov. Naročnik tudi ugotavlja, da ponudnik v celoti izkazuje izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ter je oddal ponudbo, ki v celoti ustreza zahtevami in potrebam naročnika ter je skladna s formalnimi zahtevami naročnika.

Naročnik pa ugotavlja, da je ponudnik **Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, Ljubljana, 1261 Ljubljana - Dobrunje** podal ponudbo, ki presega višino zagotovljenih sredstev za predmet naročila. Glede na dejstvo, da ponudba presega višino zagotovljenih sredstev se ponudba Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, Ljubljana, 1261

Splošna bolnišnica Celje

Ljubljana - Dobrunje skladno z določilom 29. točke prvega odstavka 2, člena ZJN-3 označi kot nedopustna ponudba in se zavrne.

Naročnik bo po pravnomočnosti te odločitve izvedel konkurenčni postopek s pogajanji na podlagi b. točke prvega odstavka 44. člena ZJN-3, pri čemer obvestila o naročilu ne bo objavil, pač pa bo v konkurenčnem postopku povabil ponudnika, ki izkazuje izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in neobstoj razlogov za izključitev ter, da je oddal ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami naročnika Naročnik se ima namen pogajati v novem postopku, zato višine zagotovljenih sredstev ne razkriva, saj bi razkritje lahko poslabšalo pogajalsko izhodišče naročnika[1].

Naročnik v predmetnem postopku ni prejel nobene dopustne ponudbe, zato se javno naročilo ne odda.

S tem je utemeljena odločitev, kot izhaja iz izreka.
JN002977

Pravni pouk: Skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju: ZPVPJN) ima ponudnik pravico, da v petih delovnih dneh od objave odločitve o neoddaji javnega naročila vloži zahtevek za revizijo, skladno s pravili ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, in sicer v vrednosti 1.000 EUR, na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek (TRR: SI56 0110 0100 0358 802, SKLIC: 11 16110-7111290- 00297725).

Direktor:
dr. Dragan Kovačić, dr. med.

Objaviti:
- na portalu javnih naročil.