UKC MARIBOR | Univerzitetni klinični center Maribor

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
☎ +386 (0)2 321 26 09

Številka: 460-34(807202)/2025-3
Datum: 27. 10. 2025

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23; v nadaljevanju: ZJN-3) izdaja generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, na podlagi ocenitve ponudb, prispelih za javno naročilo po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3 za: »Nabavo opreme za potrebe oddelka za očesne bolezni«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 25. 9. 2025, številka objave JN007549/2025-SL1/01 naslednjo

ODLOČITEV
O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

»Javno naročilo za blago: NABAVA OPREME ZA POTREBE ODDELKA ZA OČESNE BOLEZNI, se za:

- Sklop 1: OCT ROŽENIČNI TOMOGRAF S SPREDNJIM SEGMENTOM odda ponudniku LRM, d.o.o., Stegne 021C, 1000 Ljubljana za vrednost v višini 65.160,00 EUR brez DDV.

- Sklop 2: ROŽENIČNI SPEKULARNI MIKROSKOP odda ponudniku OPTIMED MEDICAL, d.o.o., Litostrojska cesta 044C, 1000 Ljubljana za vrednost v višini 13.750,00 EUR brez DDV.

- Sklop 3: KAMERA ZA SPREDNJI SEGMENT – KOMBINACIJA ŠPRANJSKE SVETILKE S KAMERO, V KOMBINACIJI Z RAČUNALNIKOM odda ponudniku RIMC, d.o.o., Pot na Polšco 075, 8270 Krško za vrednost v višini 14.600,00 EUR brez DDV.

- Sklop 4: KOMBINIRAN APARAT ZA REFRAKTOMETRIJO, KERATOMETRIJO, PAHIMETRIJO TER TONOMETRIJO odda ponudniku BIOKORP, d.o.o., Prežihova ulica 002, 9000 Murska Sobota za vrednost v višini 16.900,00 EUR brez DDV.

Obrazložitev odločitve:

Naročnik je izvedel javno naročilo za blago: NABAVA OPREME ZA POTREBE ODDELKA ZA OČESNE BOLEZNI, po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 25. 9. 2025, številka objave JN007549/2025-SL1/01.

Do roka za predložitev ponudb, to je do 10. 10. 2025 do 12:00 ure, so v informacijski sistem e-JN elektronsko ponudbo oddali naslednji ponudniki:

1. LRM, d.o.o., Stegne 021C, 1000 Ljubljana za sklope 1, 2 in 3.
2. MEDIPREM, d.o.o. Ljubljana, Založka cesta 194C, Ljubljana, 1260 Ljubljana – Polje za sklopa 1 in 2.
3. OPTIMED MEDICAL, d.o.o., Litostrojska cesta 044C, 1000 Ljubljana za sklop 2.
4. BIOKORP, d.o.o., Prežihova ulica 002, 9000 Murska Sobota za sklopa 3 in 4.
5. RIMC, d.o.o., Pot na Polšco 075, 8270 Krško za sklopa 3 in 4.

Javno odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10. 10. 2025 in se je začelo ob 15:00 uri.

Ponudbene vrednosti prejetih ponudb:

ZŠ	Ponudnik	Vrednost ponudbe v EUR brez DDV			
		Sklop 1	Sklop 2	Sklop 3	Sklop 4
1.	LRM d.o.o.	65.160,00	17.024,00	13.710,50	
2.	MEDIPREM d.o.o.	90.140,00	9.363,00		
3.	OPTIMED MEDICAL d.o.o.		13.750,00		
4.	BIOKORP d.o.o.			11.178,00	16.900,00
5.	RIMC d.o.o.			14.600,00	17.600,00

1. Pri pregledu ponudbe ponudnika LRM d.o.o. za sklop 1, naročnik ugotavlja, da ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Nadalje naročnik še ugotavlja, da je ponudbo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje. V zvezi s prejeto ponudbo naročnik še ugotavlja, da pri omenjenem ponudniku ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje in korupcija, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

   Glede na navedeno je ponudba ponudnika LRM d.o.o. za sklop 1 dopustna.

   Naročnik ni ocenjeval ponudbe ponudnika MEDIPREM d.o.o. za sklop 1 iz razloga, ker je ponudbena vrednosti le te višja od ponudbene vrednosti izbranega ponudnika.

2. Pri pregledu ponudbe ponudnika MEDIPREM d.o.o. za sklop 2, naročnik ugotavlja, da ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer ponudba ne izpolnjuje naslednjih zahtev:

   - Shranjevanje slik in podatkov, ter primerjalna analiza skozi čas (follow-up funkcija) (zahteva št. 2.6).

   Glede na navedeno je ponudba ponudnika MEDIPREM d.o.o. za sklop 2 nedopustna.

Pri pregledu ponudbe ponudnika OPTIMED MEDICAL d.o.o. za sklop 2, naročnik ugotavlja, da ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Nadalje naročnik še ugotavlja, da je ponudbo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje. V zvezi s prejeto ponudbo naročnik še ugotavlja, da pri omenjenem ponudniku ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje in korupcija, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Glede na navedeno je ponudba ponudnika OPTIMED MEDICAL d.o.o. za sklop 2 dopustna.

Naročnik ni ocenjeval ponudbe ponudnika LRM d.o.o. za sklop 2 iz razloga, ker je ponudbena vrednosti le te višja od ponudbene vrednosti izbranega ponudnika.

3. Pri pregledu ponudbe ponudnika BIOKORP d.o.o. za sklop 3, naročnik ugotavlja, da ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer ponudba ne izpolnjuje naslednjih zahtev:

   - Vgrajeni filtri: modri (kobaltno modri), rdeče-prost (red-free), rumeni/barierni (amber) (zahteva št. 3.3). Iz ponudbe je razvidno, da ponudnik ne ponuja vseh zahtevanih filtrov.
   - Ozadnja osvetlitev (background illumination) in možnost IR osvetlitve za pregled in snemanje meibomovih žlez (zahteva št. 3.4). Iz ponudbe je razvidno, da ponudnik ne ponuja možnosti IR osvetljitve za pregled in snemanje meibomovih žlez.

   Glede na navedeno je ponudba ponudnika BIOKORP d.o.o. za sklop 3 nedopustna.

   Pri pregledu ponudbe ponudnika LRM d.o.o. za sklop 3, naročnik ugotavlja, da ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer ponudba ne izpolnjuje naslednjih zahtev:

   - Vgrajeni filtri: modri (kobaltno modri), rdeče-prost (red-free), rumeni/barierni (amber) (zahteva št. 3.3). Iz ponudbe je razvidno, da ponudnik ne ponuja vseh zahtevanih filtrov.

   Glede na navedeno je ponudba ponudnika LRM d.o.o. za sklop 3 nedopustna.

   Pri pregledu ponudbe ponudnika RIMC d.o.o. za sklop 3, naročnik ugotavlja, da ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Nadalje naročnik še ugotavlja, da je ponudbo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje. V zvezi s prejeto ponudbo naročnik še ugotavlja, da pri omenjenem ponudniku ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje in korupcija, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

   Glede na navedeno je ponudba ponudnika RIMC d.o.o. za sklop 3 dopustna.

4. Pri pregledu ponudbe ponudnika BIOKORP d.o.o. za sklop 4, naročnik ugotavlja, da ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Nadalje naročnik še ugotavlja, da je ponudbo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje. V zvezi s prejeto ponudbo naročnik še ugotavlja, da pri omenjenem ponudniku ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje in korupcija, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

   Glede na navedeno je ponudba ponudnika BIOKORP d.o.o. za sklop 4 dopustna.

   Naročnik ni ocenjeval ponudbe ponudnika RIMC d.o.o. za sklop 4 iz razloga, ker je ponudbena vrednosti le te višja od ponudbene vrednosti izbranega ponudnika.

Glede na to, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navedel, da bo izbran ponudnik, ki bo predložil dopustno ponudbo ter bo ponudil najnižjo končno vrednost ponudbe za posamezni sklop v EUR brez DDV, se naročilo za dobavo opreme za potrebe oddelka za očesne bolezni za:

- Sklop 1: OCT ROŽENIČNI TOMOGRAF S SPREDNJIM SEGMENTOM odda ponudniku LRM, d.o.o., Stegne 021C, 1000 Ljubljana za vrednost v višini 65.160,00 EUR brez DDV.

- Sklop 2: ROŽENIČNI SPEKULARNI MIKROSKOP odda ponudniku OPTIMED MEDICAL, d.o.o., Litostrojska cesta 044C, 1000 Ljubljana za vrednost v višini 13.750,00 EUR brez DDV.

- Sklop 3: KAMERA ZA SPREDNJI SEGMENT – KOMBINACIJA ŠPRANJSKE SVETILKE S KAMERO, V KOMBINACIJI Z RAČUNALNIKOM odda ponudniku RIMC Mehanooptika, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Pot na Polšco 075, 8270 Krško za vrednost v višini 14.600,00 EUR brez DDV.

- Sklop 4: KOMBINIRAN APARAT ZA REFRAKTOMETRIJO, KERATOMETRIJO, PAHIMETRIJO TER TONOMETRIJO odda ponudniku BIOKORP, d.o.o., Prežihova ulica 002, 9000 Murska Sobota za vrednost v višini 16.900,00 EUR brez DDV.

PRAVNI POUK:

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zoper to odločitev o oddaji javnega naročila lahko ponudnik v petih (5) delovnih dneh od objave te odločitve vloži zahtevek za revizijo.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Ponudnik mora ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini:

- 1.589,90 EUR za sklop 1,
- 500,00 EUR za sklop 2,
- 500,00 EUR za sklop 3,
- 500,00 EUR za sklop 4.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00754925.

Ponudnik mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-B, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Vodja Oddelka za investicije v opremo:
Aleš DOBAJ, univ. dipl. inž. str.

Generalni direktor UKC:
prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 12

Odločitev objavljena:
- na portalu javnih naročil.