SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@sbng.si
W: www.sbng.si

Številka: 200-22/2025-105
Datum: 28.10.2025

POPRAVEK/SPREMEMBA ODLOČITVE O IZIDU
JAVNEGA NAROČILA št. 200-22/2025-100 z dne 16.10.2025

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	**Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica** **Ulica padlih borcev 13A** **5290 Šempeter pri Gorici**
Oznaka javnega naročila	**200-22/2025**
Predmet javnega naročila	**MP za invazivno kardiologijo**
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 40. člen v povezavi z 48. členom

Naročnik skladno z določbo 6. odstavka 90. člena ZJN-3, spreminja izdano odločitev št.: 200-22/2025-100 z dne 16.10.2025 kot sledi:

1) N010963 KATETER KORONARNI DEB z zdravilom PACLITAXEL
- Artikel 466671 »KATETER KORONARNI DEB z zdravilom PACLITAXEL PROTÉGÉ različne velikosti Bluemedical« ponudnika **Kefo d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »nima CE certifikata za zdravljenje bifurkacijskih lezij«.
Naročnik za artikel 466671 s ponudnikom Kefo d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 466631 »KATETER KORONARNI DEB z zdravilom PACLITAXEL Essential PRO različne velikosti iVascular (LVD Biotech)« ponudnika **THOMY F.E. d.o.o.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »nima CE certifikata za zdravljenje bifurkacijskih lezij«.
Naročnik za artikel 466631 s ponudnikom THOMY F.E. d.o.o. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 466704 »KATETER KORONARNI DEB z zdravilom PACLITAXEL)« ponudnika **Medtronic d.o.o.** se označi kot **ustrezen.**
Naročnik bo za artikel 466704 s ponudnikom Medtronic d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

2) V ostalem naročnik svoje odločitve št. 200-22/2025-100 z dne 16.10.2025 ne spreminja.
Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku osmih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.
Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).
Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 6.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00626625.
Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravila: Špela Fabjan Curk, univ.dipl.inž.les. Špela F.C.

Vodja službe za nabavo in javna naročila:Tjaša Brumat,mag.prava
p. p. Rebek L.

DIREKTOR ZAVODA
Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.

Priloga: preglednica

Vročiti: objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila
Vložiti:zbirka dokumentarnega gradiva

Šifra	Opis	Ident	Naziv artikla	Nadr.ident	EM	Partner	Naziv	Cena	Status cene	Tip artikla	*DODATNI PODATKI*	*Rezultat*	*Vrednost*	*LPO*	*Strokovne zahteve*
		N010963	KATETER KORONARNI DEB z zdravilom PACLITAXEL												
1585	MP za invazivno kardiologijo	466671	KATETER KORONARNI DEB z zdravilom PACLITAXEL PROTÉGÉ različne velikosti Bluemedical	N010963	KOS	000262	KEFO, KEMIJA IN FARMACIJA,	290,0000	0	Artikel	PD1: PROTÉGÉ KATETER KORONARNI DEB z zdravilom PACLITAXEL PD4: od 2,00 mm do 4,00 mm in dolžin od 10 do 30 mm PD6: 1 kos PD7: 5F, 0,014" SKLADNOST ŽICE; RX, 154 CM DOLG; HIDROFILNI PLAŠČ, 3 FOLDS WINGSEAL STRUKTURA; Paclitaxel v dozi 3µg/mm2; Semi in non kompliantni rx balonski kateter, 30s do 3xno razpenjanje PD8: ostale dimenzije in kode v prilogi	Neustrezen: nima CE certifikata za zdravljenje bifurkacijskih lezij	14.500,0000	50.000	
1585	MP za invazivno kardiologijo	466631	KATETER KORONARNI DEB z zdravilom PACLITAXEL Essential PRO različne velikosti iVascular (LVD Biotech)	N010963	KOS	007610	THOMY F.E.,D.O.O.	373,5160	0	Artikel	PD1: Kateter koronarni DEB PD4: Balon premera 1.50 - 4.50 mm, dolžine 10 - 40 mm, vhodni profil 0,016", NBP 6 atm, RBP 16 atm. PD6: 1 kos PD7: Z zdravilom paclitaxel prekrit z nosilcem iz biokompatibilnega lipofilnega organskega estra, čigar večplastna tehnologija ohranja obstojnost prevleke in zmanjša izgubo zdravila med proceduro, PD8: indiciran za uporabo pri dilatacijah in-stent restenozah, malih koronarnih arterijah in bifurkacijah. Na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel v dozi 3µg/mm2; fleksibilen za prehod preko tortuoznih zožitev.	Neustrezen nima CE certifikata za zdravljenje bifurkacijskih lezij	18.675,8000	50.000	
1585	MP za invazivno kardiologijo	466704	KATETER KORONARNI DEB z zdravilom PACLITAXEL	N010963	KOS	002751	MEDTRONIC D.O.O.	380,0000	1 Najugodnejša cena	Nadomestek	PD1: Kateter koronarni Prevail PD4: dolzina katetra 142cm, dolzina balona 10-30mm, premer 2,0-4,0mm PD6: 1 PD7: USTREZNO SPECIFIKACIJI	Ustrezen	19.000,0000	50.000	Koronarni balonski kateter z indikacijo za uporabo pri dilatacijah v instent restenozah,bifurkacijskih lezijah in malih koronarnih arterijah, prekrit z biokompatibilnim hidrofobnim ecipientom, na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel v dozi 3µg/mm2; vhodni profil 0,017"" ali manj, biti mora zelo fleksibilen za prehod preko tortuoznih zožitev in balon tako zložen na katetru, da je izguba zdravilne učinkovine minimalna oz. se le-ta sprošča šele ob inflaciji balona, NBP 6 atm ali več, RBP 16 atm, premeri balonov od 2,00 mm do 4,00 mm in dolžin od 10 do 30 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2 kosa. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi.□ 4.9.2025: lahko tudi koronarni balonski kateter z zdravilom Paclitaxel, prekrit z nosilcem iz biokompatibilnega lipofilnega organskega estra, z efektom gela ob stiku s krvjo, čigar več plastna tehnologija ohranja obstojnost prevleke med proceduro.

1585	MP za invazivno kardiologijo	N010963	KATETER KORONARNI DEB z zdravilom PACLITAXEL	N010963	KOS	002079	BORMIA, TRGOVINA IN STORITVE,	390,0000	0	Nadomestek	PD1: Pantera LUX DEB kateter 2.0/10 PTCA balon kateter z izločanjem zdravila PD4: V prilogi seznam vseh dimenzij in kataloških številk PD6: 1 kos PD7: V prilogi: Seznam vseh dimenzij in kataloških številk, ter dodatni opisi.Paklitaxel izlocajoci balonski katetri: koronarni balonski kateter z indikacijo za uporabo pri dilatacijah v in stent restenozah, bifurkacijskih lezijah in malih koronarnih arterija	Neustrezen	19.500,0000	50.000	Koronarni balonski kateter z indikacijo za uporabo pri dilatacijah v instent restenozah,bifurkacijskih lezijah in malih koronarnih arterijah, prekrit z biokompatibilnim hidrofobnim ecipientom, na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel v dozi 3µg/mm2; vhodni profil 0,017"" ali manj, biti mora zelo fleksibilen za prehod preko tortuoznih zožitev in balon tako zložen na katetru, da je izguba zdravilne učinkovine minimalna oz. se le-ta sprošča šele ob inflaciji balona, NBP 6 atm ali več, RBP 16 atm, premeri balonov od 2,00 mm do 4,00 mm in dolžin od 10 do 30 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2 kosa. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi.□ 4.9.2025: lahko tudi koronarni balonski kateter z zdravilom Paclitaxel, prekrit z nosilcem iz biokompatibilnega lipofilnega organskega estra, z efektom gela ob stiku s krvjo, čigar več plastna tehnologija ohranja obstojnost prevleke med proceduro.
1585	MP za invazivno kardiologijo	N010963	KATETER KORONARNI DEB z zdravilom PACLITAXEL	N010963	KOS	001045	MEDIS D.O.O.	510,0000	0	Nadomestek	PD1: DEB - SeQuent® Please NEO PD4: 2.00mm – 4.00mm, dolžina 10mm – 40mm PD6: 1 PD7: DEB – Paclitaxel, koronarni kateter PD8: Priložen seznam kataloških številk in dimenzij	Neustrezen	25.500,0000	50.000	Koronarni balonski kateter z indikacijo za uporabo pri dilatacijah v instent restenozah,bifurkacijskih lezijah in malih koronarnih arterijah, prekrit z biokompatibilnim hidrofobnim ecipientom, na RX sistemu, ki kontrolirano sprošča zdravilo Paclitaxel v dozi 3µg/mm2; vhodni profil 0,017"" ali manj, biti mora zelo fleksibilen za prehod preko tortuoznih zožitev in balon tako zložen na katetru, da je izguba zdravilne učinkovine minimalna oz. se le-ta sprošča šele ob inflaciji balona, NBP 6 atm ali več, RBP 16 atm, premeri balonov od 2,00 mm do 4,00 mm in dolžin od 10 do 30 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2 kosa. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi.□ 4.9.2025: lahko tudi koronarni balonski kateter z zdravilom Paclitaxel, prekrit z nosilcem iz biokompatibilnega lipofilnega organskega estra, z efektom gela ob stiku s krvjo, čigar več plastna tehnologija ohranja obstojnost prevleke med proceduro.