SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

Številka: **16-17/25**

Datum: **19.9.2025**

Na podlagi določbe 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23) izdajam naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA_I

Predmet naročila: **POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE ENDOSKOPIJ IN BRONHOSKOPIJ**

Objava:

- Uradno glasilo Evropske unije (TED) št. 359599-2025, z dne 04.06.2025
- Portal javnih naročil št. JN004230/2025-EUe16/01, z dne 04.06.2025

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

I. Javno naročilo za dobavo blaga se za obdobje dveh let od pravnomočnosti odločitve, odda najugodnejšim ponudnikom za posamezne zaprte podsklope oz. vrste blaga (v primeru odprtih podsklopov):

Angiomedic, d.o.o.

Oznaka	Naziv podsklopa	Skupna vrednost z DDV
I.11	OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA KOLONO-GASTRO PREISKAVE, zap. št.: 9	9.272,0000 €
	Skupaj:	**9.272,0000 €**

Medip d.o.o.

Oznaka	Naziv podsklopa	Skupna vrednost z DDV
I.1	ZANKE IN PRIJEMALKE, razne, zap. št.: 1, 2, 3, 4	18.979,5400 €
I.4	KLIPI IN VODILA ZA KLIPE	10.457,8400 €
I.7	POTROŠNI MATERIAL ZA ERCP PREISKAVE	3.062,8720 €
I.8	LITOTRIPTOR KOMPLET	988,2000 €
I.9	IGLA SKLEROZACIJSKA	3.786,8800 €
I.10	PRIPOMOČKI ZA ODSTRANJEVANJE TUJKOV, zap. št.: 2, 3	1.392,0200 €
I.11	OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA KOLONO-GASTRO PREISKAVE, zap. št.: 8, 12	3.901,5600 €
I.12	POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE BRONHOSKOPIJ, zap. št.: 3, 4	1.756,8000 €
I.13	POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOP FUJI, ELUXEO 700	27.708,8840 €
I.14	POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPSKI UZ, Fuji	9.840,1662 €
I.15	POTROŠNI MATERIAL ZA ČRPALKO ZA IZPIRANJE EMED	16.164,7560 €
I.16	POTROŠNI MATERIAL ZA ASPIRACIJSKO ČRPALKO Cherion Victoria	14.063,4280 €
I.18	POTROŠNI MATERIAL ZA ELEKTROKOAGULACIJO	3.708,8000 €
	Skupaj:	**115.811,7462 €**

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

Medis d.o.o.

Oznaka	Naziv podsklopa	Skupna vrednost z DDV
I.2	ZANKE ZA LIGATURO	179,4600 €
	Skupaj:	**179,4600 €**

Meditrade d.o.o.

Oznaka	Naziv podsklopa	Skupna vrednost z DDV
I.11	OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA KOLONO-GASTRO PREISKAVE, zap. št.: 2, 5, 7, 11	6.488,2678 €
	Skupaj:	**6.488,2678 €**

Olympus Czech Group, s.r.o., podružnica Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana

Oznaka	Naziv podsklopa	Skupna vrednost z DDV
I.1	ZANKE IN PRIJEMALKE, razne, zap. št.: 5	733,4640 €
I.3	KLEŠČICE BIOPSIJSKE	36.146,8920 €
I.5	KLIP ZA HEMOSTAZO, PREDNALOŽEN	807,2340 €
I.6	ZANKE LOOP IN VODILA, zap. št.: 1, 2	1.454,0100 €
I.10	PRIPOMOČKI ZA ODSTRANJEVANJE TUJKOV, zap. št.: 1	1.939,8000 €
I.11	OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA KOLONO-GASTRO PREISKAVE, zap. št.: 1, 3, 4, 6	667,7011 €
I.12	POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE BRONHOSKOPIJ, zap. št.: 1, 2	1.325,6500 €
I.17	POTROŠNI MATERIAL ZA BRONHOSKOPE, proizvajalca Olympus	221,3700 €
	Skupaj:	**43.296,1211 €**

II. Javno naročilo za blago se odda naknadno, po zaključenem ocenjevanju ponudb:

Oznaka	Naziv podsklopa
I.11.10	Ligature za varice, v setu

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik je v okviru postopka prejel 9 pravočasnih ponudb, in sicer:

1. ANGIOMEDIC d.o.o., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
2. ANMEDIC d.o.o., Šmartinska cesta 053, 1000 Ljubljana
3. KARL STORZ Endoskopija d.o.o., Cesta v Gorice 034B, 1000 Ljubljana
4. MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., Brodišče 012, 1236 Trzin
5. MEDIP d.o.o., Zaboršt, Krumperška ulica 11, 1230 Domžale
6. MEDIS d.o.o., Brnčičeva ulica 001, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče
7. MEDITRADE d.o.o., Brnčičeva ulica 017B, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče
8. Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana, Litijska cesta 259, Ljubljana, 1261 Ljubljana - Dobrunje
9. PRO-GEM d.o.o. Ljubljana, Cesta na Brdo 085, 1000 Ljubljana

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

Naročnik je prejete ponudbe razvrstil po merilu iz razpisne dokumentacije, in sicer najnižja ponudbena cena za posamezno razpisano vrsto blaga (v primeru odprtih podsklopov) oz. za posamezen podsklop (v primeru zaprtih podsklopov) ter jih preverjal z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih strokovnih zahtev glede predmeta javnega naročila za posamezni podsklop oz. za posamezno vrsto blaga. V primeru, da je naročnik ugotovil, da je prva najugodnejša ponudba nedopustna, je pristopil k ugotavljanju dopustnosti druge najugodnejše ponudbe, itn. Pri tem je naročnik ponudnike, katerih blago je ustrezalo naročnikovim zahtevam, vendar ga naročnik ni poznal oz. ga še ni uporabljal, pozval na dostavo vzorcev ponujenega blaga.

Naročnik je na osnovi pregleda prejetih ponudb in prejetih vzorcev blaga iz nadaljnjega ocenjevanja izločil ponudbe za posamezno razpisano vrsto blaga (v primeru odprtih podsklopov) oz. za posamezen podsklop (v primeru zaprtih podsklopov) v katerem se nahaja neustrezno blago:

Sklop., podsklop., zap.št.: Naziv blaga	Naziv ponudnika, njegova razvrstitev po merilu najnižja cena in razlogi za nedopustnost ponudbe
I.1.1 Zanka za polipektomijo, premer zanke 10 MM, standardna žica	Medical Intertrade d.o.o. (1) Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga.
I.1.2 Zanka za polipektomijo, premer zanke 15 MM, standardna žica	Medical Intertrade d.o.o.(1) Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – nima širokega ovalnega odpiranja.
I.1.3 Zanka za polipektomijo, premer zanke 24-25 MM, standardna žica	Medical Intertrade d.o.o. (1) Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga.
I.1.4 Zanka za polipektomijo za hladni rez, heksogenalna ali romboidna oblika, premer zanke 10mm	Anmedic d.o.o. (1) Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeni artikel ne ustreza: zanka je zelo mehka in se zvija pri uporabi; težko objameš polip, zaradi podolgovate oblike. Ni kontrole nad zanko, kako je odrezan polip. Držalo je predolgo, uporabnik nima dobre kontrole oprijema v rokah.
I.1.5 Zanka za polipektomijo, monofilamentna, premer zanke 15mm	Medical Intertrade d.o.o. (1) Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. Medip d.o.o. (2) Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeni artikel ne ustreza: zanka ni dovolj ostra, vleče in trga tkivo; ni dober oprijem, premehka; slaba rotacija - z zamikom in preskakovanjem.
I.3.1 Kleščice biopsijske brez igle, dolžina 1550-1800 mm	Medical Intertrade d.o.o. (1) Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. Anmedic d.o.o. (2) Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeni artikel ne ustreza: kleščice so premehke, trgajo tkivo; zdravnik nima dober občutek - oprijem, vse se zvija. Medip d.o.o. (3) Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeni artikel ne ustreza: težko uvajanje v angulirani poziciji; histološki odščipi so premajhni. Angiomedic, d.o.o. (4) Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeni artikel ne ustreza: kleščice so premajhne; prevelik kateter, nezmožnost kontroliranega uvajanja v delovni kanal.
I.6.1 Zanka loop, prednaložena, fi zanke 30 mm	Medip d.o.o. (1) Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga.
I.9.1 Igla sklerozacijska za spodnja prebavila, dol. 1800-2400mm	Medical Intertrade d.o.o. (1) Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. Anmedic d.o.o. (2) Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeni artikel ne ustreza: premehak kateter, zvija se ob uvajanju. V enem primeru se je dogodilo da se igla ni vrnila nazaj v plašč.
I.11.3 Ustnik pediatrični s trakom	Anmedic d.o.o. (1) Odstop od ponudbe z dne 18.9.2025
I.10.1 Mrežica za odstranjevanje tujkov, oktagonalna, velikost 35x62mm	Angiomedic, d.o.o. (1) Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeni artikel ne ustreza: rotacija z zamikom in preskakovanjem; predolg ročaj, otežuje odpiranje in zapiranje. Medip d.o.o. (2) Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga.
I.10.3 Kleščice za odstranjevanje tujkov, dolžine 1600-1800mm	Medical Intertrade d.o.o.(1) Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeni artikel ne ustreza: premajhen ugriz, ni kontrole nad kleščicami.
I.11.5 Krtačka za čiščenje kanalov endoskopa, za del.kanal 2 - 4,2 mm	Medical Intertrade d.o.o. (1) Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga.
I.11.9 Zbiralnik odstranjenih polipov	Anmedic d.o.o.(1) Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeni artikel ne ustreza: cev se težko priklopi na endosklop, slaba preglednost v lovilcu,

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

	ker je takoj zamašen z umazano vsebino; možnost zamenjave histoloških vzorcev. Olympus Czech Group, s.r.o.(2) Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeni artikel ne ustreza: cedilo pri lovilcu se je takoj zamašilo. Ni sprotne kontrole nad polipi - nevarnost da se histološki vzorec izgubi oz. zameša segment odrezanega polipa. Težko odpiranje lovilca - nevarnost, da se vse strese ven. Medip d.o.o.(3) Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeni artikel ne ustreza: nepregledno kam odleti odrezan polip, polno blata v lovilcu - ni dobro aspiriralo vsebino čez lovilec, ko je poln vsebine. Premajhen lovilec za odrezan polip.
I.12.1 Krtačka citološka, dol. ščetke 10 mm, premer ščetke 2.0 mm	Medical Intertrade d.o.o. (1) Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. Medip d.o.o.(2) Ne ustreza potrebam naročnika. Vodilo je premehko, se zvija pri uvajanju.(rezultat testiranja v letu 2020)
I.12.2 Igla aspiracijska biopsijska, dol. igle 13 mm, 21G	Medical Intertrade d.o.o. (1) Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – neustrezna dolžina igle.
I.12.3 Klešče biopsijske, dolžina 1150 - 1200mm, za del. kanal 2.0 mm	Medical Intertrade d.o.o. (1) Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga.

Odločitev o oddaji javnega naročila za blago navedeno v II. točki izreka se odda po zaključenem ocenjevanju ponudb.

Naročnik ugotavlja, da so vse ostale prvouvrščene ponudbe po merilu iz razpisne dokumentacije dopustne, saj:

- za ponudnike ne obstajajo razlogi za izključitev in ponudniki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje,
- njihove ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- ponudbe so prispele pravočasno,
- pri ponudbah ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- naročnik ponudb ni ocenil za neobičajno nizke in
- ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudbe vseh ostalih ponudnikov, niso bile izbrane, ker so glede na merila manj ugodne od ponudbe izbranega ponudnika, razen ponudb, ki so bile izključene oziroma zavrnjene.

S tem je odločitev o oddaji javnega naročila utemeljena.

PRAVNI POUK:

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od objave odločitve.

Zahtevek za revizijo se skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN vloži preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za odločitev 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

VROČITI:

- na Portalu javnih naročil
- odložiti v zadevo

Vodja službe za nabavo in skladiščenje:

Barbara Slak Turk

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 4

Direktorica:

doc. dr. Milena Kramar Zupan