

NAVODILA PONUDNIKOM

1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU

Naročnik	Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana
Oznaka javnega naročila	845080118-119-25
Naziv javnega naročila	Dobava medicinske stomatološke opreme
Postopek	Odprti postopek
Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3)	40. člen
Opis (potek) postopka in trajanje naročila	Naročnik s tem javnim naročilo naroča medicinsko stomatološko opremo. Naročilo se deli na sklope, kakor izhaja iz 2. točke teh navodil. Podrobnejše specifikacije opreme, po kateri povprašuje naročnik, so razvidne iz dokumenta ePRO – specifikacije.

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Vrsta	Blago
Delitev naročila	<p>Naročilo se deli na naslednje sklope:</p> <p>SKLOP 1: Program EXOCAD SKLOP 2: Laboratorijski skener SKLOP 3: Kirurške lupe SKLOP 4: Kartotečne omare 3xTrevic+ 3xBisely SKLOP 5: Instrumentarska (mayo) mizica s hidravličnim cilindrom SKLOP 6: Aparat za strojno širjenje koreninskih kanalov s pripadajočimi vozički (ENDOPILOT) SKLOP 7: Termodezinfektor SKLOP 8: Intraoralni skener SKLOP 9: Apeks lokatorji SKLOP 10: Endodontski mikroskop SKLOP 11: Defibrilator</p> <p>Ponudnik lahko odda ponudbo za enega, več ali vse sklope. Iz obrazcev ePRO – specifikacije in ePRO – predračun so razvidne količine opreme, ki jo v posameznem sklopu naroča naročnik. Ponudnik mora v posameznem sklopu dobaviti celotno količino. Mesto dobave ter ostali pogoji dobave so razvidni iz obrazca ePRO – vzorec pogodbe.</p> <p>Ponudnik v obrazcu ePRO – vzorec pogodbe (2. člen) označi, za katere sklope oddaja ponudbo.</p>

3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo spodaj navedeni obrazci

1. ePRO – Navodila ponudnikom;
2. obrazec ESPD;
3. ePRO – Predračun;
4. ePRO – Vzorec pogodbe;
5. ePRO – Specifikacije;
6. ePRO – Predračun;
7. ePRO – Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu ponudnika;
8. Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev – vzorec;
9. Menična izjava za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku s pooblastilom za izpolnitev – vzorec;
10. sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila.

Pridobitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je na voljo na internetnem naslovu:	Cena in način plačila
www.enarocanje.si	Dokumentacija je na voljo brezplačno.

Dodatna pojasnila

Kontaktne podatke za dodatna pojasnila			<p>Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila.</p> <p>Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.</p>		
Rok za postavitev vprašanj			<p>Rok za postavitev vprašanj je naveden v obvestilu o javnem naročilu, ki je objavljeno na portalu javnih naročil.</p> <p>Naročnik bo na vprašanja odgovoril v zakonskem roku preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila.</p>		
Ogled	NE	DA	Kontaktne podatki za predhodno najavo	Lokacija ogleda	Predmet ogleda
	✓				

4. PONUDBA

Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštetih ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente

1. izpolnjen obrazec **ESPD** (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila):
 - **obvezna navedba enotne matične številke - EMŠO za vse osebe gospodarskega subjekta, ki jih je potrebno po ZJN-3 navesti (obrazec ESPD, Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, točka B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta) za izkazovanje pogoja iz točke 7.A.1. »Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami« teh navodil;**
2. izpolnjen in podpisan obrazec **ePRO – Predračun** (v sistemu e-JN se ga naloži v razdelek »Predračun« v .pdf obliki);
3. izpolnjen obrazec **ePRO – Vzorec pogodbe** (obvezna navedba partnerjev);
4. izpolnjen obrazec **ePRO – Specifikacije**;
5. izpolnjen in podpisan obrazec **ePRO – Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu ponudnika** (za ponudnika in vse partnerje v konzorciju; v kolikor ponudnik tega obrazca ne bo predložil v ponudbi, ga bo naročnik zahteval naknadno od (izbranega) ponudnika, pred podpisom pogodbe);
6. **listine iz točke 7. teh navodil** (razen že zgoraj navedenih razpisnih obrazcev, ki jih na tem mestu ni potrebno ponovno prilagati);
7. **v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila** (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter **vrsto del in delež v %, ki jih prevzema posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.**

Ponudniki v vseh zahtevanih obrazcih izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov.

Pri izpolnjevanju predračuna, morajo ponudniki izpolniti vse postavke za sklop, za katerega oddajajo ponudbo, cene pa morajo biti izražene v evrih ter zaokrožene na dve decimalni mesti. Če ponudnik cene pri posamezni postavki ne vpiše, se šteje, da postavke ne ponuja, če ponudnik pri posamezni postavki vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Komunikacija s ponudnikom o zahtevah za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma drugih vprašanjih v zvezi z vsebino naročila ali pripravo ponudbe bo do izteka roka za te zahteve oziroma vprašanja potekala izključno v elektronski obliki preko portala javnih naročil na spletnem naslovu <https://www.enarocanje.si/>.

Po izteku navedenega roka bo komunikacija s ponudnikom (npr. poziv na dopolnitev ali pojasnilo ponudbe) potekala izključno v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/> na kontaktne osebe, ki jih je ob oddaji ponudbe ali naknadno navedel ponudnik.

Obvestila in druge akte v zvezi z javnim naročilom, ki jih mora naročnik skladno z ZJN-3 objaviti na portalu javnih naročil, bo naročnik objavil na navedenem portalu.

Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v treh delovnih dneh (v primeru predložitve bančne garancije 10 delovnih dni). V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok.

5. VELJAVNOST PONUDBE, JEZIK, OBLIKA, VARIANTE IN OPCIJE

Rok veljavnosti ponudbe

Tri mesece od roka za prejem ponudbe, kar ponudniki potrdijo z izpolnitvijo obrazca ESPD.

Jezik ponudbe	Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Priloge so lahko tudi v tujem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik.		
Oblika ponudbe	Ponudba mora biti predložena v elektronski obliki v formatih obrazcev, ki jih je v dokumentaciji dal naročnik ali izpolnjenih ročno in poskeniranih v formatu PDF ter oddanih na portalu https://ejn.gov.si/ pri objavi tega javnega naročila.		
Stroški ponudbe	Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.		
Variantne ponudbe	niso dovoljene	so dovoljene	posebni pogoji
	✓		
Opcije	niso dovoljene	so dovoljene	posebni pogoji
	✓		
Skupno nastopanje	<p>Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.</p> <p>V 7. točki (Preverjanje sposobnosti) teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.</p>		
Nastopanje s podizvajalci	Ni predvideno.		

6. PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE

Predložitev ponudb	
Rok za prejem ponudb	Rok za prejem ponudb je naveden v obvestilu o javnem naročilu, ki je objavljeno na portalu javnih naročil.
Vložišče	<p>Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z dokumentom Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.</p> <p>Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodila za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.</p> <p>Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo</p>

¹ **Obligacijski zakonik** (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18)

	<p>uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.</p> <p>Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do dneva in ure, kot je to določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.</p> <p>Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.</p>
Spremembe in umik ponudb	<p>Ponudnik lahko do roka za prejem ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, bo v sistemu odprta zadnja oddana ponudba.</p> <p>Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati ali umakniti.</p>
Javno odpiranje ponudb	
Čas	Lokacija
Čas odpiranja je naveden v obvestilu o javnem naročilu, ki je objavljeno na portalu javnih naročil.	informacijski sistem e-JN na naslovu https://ejn.gov.si/
<p>Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si na dan in uro, kot je to določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Po izvedenem odpiranju ponudb je zapisnik o odpiranju ponudb javno dostopen v sistemu e-JN pri objavi javnega naročila.</p>	

7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI

Gospodarski subjekt potrdi neobstoj izključitvenih razlogov in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD (gospodarski subjekt obrazec ESPD iz razpisne dokumentacije shrani na svoj računalnik, nato pa ga izpolni preko spletne povezave <https://ejn.gov.si/esp/>. Na tej spletni povezavi gospodarski subjekt izbere opcijo »Sem gospodarski subjekt« in opcijo »Uvoziti ESPD«. Gospodarski subjekt predloži obrazec ESPD v .xml ali .pdf obliki).

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje

ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD, in sicer:

- za gospodarski subjekt se ustrezno izpolni Del III: Razlogi za izključitev, točka A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami;
- za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem se ustrezno izpolni Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, točka B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta (obvezna navedba enotne matične številke osebe - EMŠO).

Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji (in vsaka oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ki ni državljan/ka Republike Slovenije oz. nima v Republiki Sloveniji stalnega prebivališča) potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo:

- izpolnjenega obrazca ESPD;
- **izpisa iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca**, če te evidence ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Gospodarski subjekt lahko s pomočjo spletne strani

<https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search> poišče katera država in kateri organ vodi evidenco o nekaznovanosti, in sicer:

- Evidence of absence of conviction for legal persons and
- Evidence of absence of conviction for natural persons.

Če država članica ali tretja država ne izdaja teh dokumentov oz. potrdil, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Naročnik bo kot ustrezna štel dokazila, katerih izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za prejem ponudb ali prijav, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za prejem ponudb ali prijav.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedeno v aplikaciji e-Dosje.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika;
- ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave.

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do

roka za oddajo prijave ali ponudbe. Gospodarskega subjekta se prav tako ne izloči, če njegove neplačane zapadle obveznosti znašajo manj kot 50 eurov.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD. Gospodarski subjekti s sedežev v tujini predložijo potrdilo ustreznega organa iz države, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, ki potrjuje, da ta izključitveni razlog ni podan na dan roka za prejem prvih prijav oziroma na dan oddaje prijave, če je vložena naknadna prijava. Če država članica ali tretja država ne izdaja teh dokumentov oz. potrdil, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedeno v aplikaciji e-Dosje.

C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- a) ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

Dokazilo: izpolnjen in podpisan obrazec ESPD.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedeno v aplikaciji e-Dosje.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- a) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3;
- b) pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD. Gospodarski subjekti s sedežem v tujini predložijo potrdilo ustreznega organa iz države, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, ki potrjuje, da ta izključitveni razlog ni podan na dan roka za prejem prvih prijav oziroma na dan oddaje prijave, če je vložena naknadna prijava. Če država članica ali tretja država ne izdaja teh dokumentov oz. potrdil, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedeno v aplikaciji e-Dosje.

E: Posebni razlogi za izključitev

1. Gospodarski subjekt na podlagi sprejetega sklepa Sveta Evropske unije (Sklep sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. 4. 2022; v nadaljevanju Sklep) izjavlja in potrjuje:

a) da je seznanjen z določbami navedenega Sklepa, predvsem člena 1h, ki prepoveduje dodeljevanje ali izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

- ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;
- pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje;
- fizičnim ali pravnim osebam, subjektoma ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej;

vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivost se uporablja v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 odstotkov vrednosti naročila in

b) izjavlja in potrjuje, da pri njem ter njegovih morebitnih podizvajalcih, dobaviteljih ali subjektih, katerih zmogljivosti se uporabljajo pri predmetnem naročilu, ne obstaja nobeden izmed zgoraj navedenih razlogov za prepoved dodeljevanja naročila.

Dokazilo: izpolnjen in podpisan obrazec ESPD.

POGOJI ZA SODELOVANJE

A: Ustreznost

1. Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Dokazilo: izpolnjen obrazec ePRO – Izjava.

B: Ekonomski in finančni položaj

/

C: Tehnična in strokovna sposobnost

/

D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje

/

8. OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo v skladu s spodaj navedenimi merili

Merilo za izbiro

Najnižja ponudbena cena v posameznem sklopu v EUR brez DDV.

Pravilo v primeru enakovrednih ponudb

Prej prispela ponudba.

9. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročila določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>).

Višina takse je 4.000,00 EUR in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (št. javnega naročila + leto) – plačilo takse za predrevizijski postopek.

Zastopnik / pooblaščenec naročnika

doc. dr. Marko Jug, dr. med.



PREDRAČUN

Javno naročilo	
Naročnik	Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana
Oznaka javnega naročila	845080118-119-25
Predmet javnega naročila	Dobava medicinske stomatološke opreme

PONUDBNIK	Poslovodeči partner	Partner 2	Partner X
Naziv in sedež			
ID št. za DDV			
Matična številka			

Ponudnik izpolni predračun za tisti sklop (vsak sklop je svoja vrstica), za katerega oddaja ponudbo. Ponudbo lahko odda za enega, več ali vse sklope. V sklope (vrstice), za katere ne oddaja ponudbe, ne vpisuje ničesar. Vse cene v predračunu morajo biti v evrih in zaokrožene na dve decimalni mesti. Z oddajo ponudbe se naročnik zavezuje dobaviti v posameznem sklopu navedeni artikel, z lastnostmi, določenimi v obrazcu ePRO – specifikacije, in v količinah, navedenih v tem predračunu (četrti stolpec v spodnji tabeli).

SKLOP	Postavka	Enota	Količina	Cena na enoto v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Cena za celotno količino v EUR z DDV
1	Program EXOCAD	Kos	2			
2	Laboratorijski skener	Kos	1			
3	Kirurške lupe	Kos	3			
4	Kartotečne omare 3xTrevic+ 3xBisely	Kos	6			
5	Instrumentarska (mayo) mizica s hidravličnim cilindrom	Kos	2			
6	Aparat za strojno širjenje koreninskih kanalov s pripadajočimi vozički (ENDOPILOT)	Kos	3			
7	Termodezinfektor	Kos	1			
8	Intraoralni skener	Kos	1			
9	Apeks lokatorji	Kos	10			
10	Endodontski mikroskop	Kos	1			
11	Defibrilator	Kos	1			

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudbe, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati:

☐ DA

☐ NE

Ponujena cena mora vsebovati vse zahteve iz predmetnega naročila, stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila, morebitne trošarine, takse, carino, zavarovanje, davke in kakršnekoli druge stroške in popuste.

Na navedeno ceno je ponudnik dolžan obračunati DDV po predpisani stopnji (22 %). Ponudniki iz EU so dolžni navesti klavzulo o obrnjeni davčni obveznosti, ki pomeni, da pripadajoči DDV obračuna prejemnik blaga in storitev. DDV mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem predračuna.

Ponudnik izpolnjen predračun naloži v sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Zastopnik/pooblaščen predstavnik ponudnika:

V/na , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig:

SPECIFIKACIJE

Naročnik	Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana
Oznaka javnega naročila	845080118-119-25
Naziv javnega naročila	Dobava medicinske stomatološke opreme

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Št. sklopa in naziv opreme	Količina (v kosih)	Minimalne tehnične zahteve
1. Program EXOCAD	2	<ul style="list-style-type: none"> - CPU: Intel Core-i9 11900k / AMD Ryzen 9 5900X - RAM: 16 GB DDR4 brez ECC - Grafika: Nvidia RTX 2060 (6 GB GDDR6) ali RTX 3070 / AMD Radeon RX 5600 XT ali 6700XT (6 GB GDDR6) - Ločljivost zaslona: WQHD (2560x1440), priporočeno: UHD (3840x2160) - Moč: 750+ W
2. Laboratorijski skener	1	<ul style="list-style-type: none"> - odprtost sistema - možnost skeniranja artikulacija - široko delovno področje (100mm x 73mm x 60mm) - zunanje dimenzije 505mm x 271mm x 340mm - skeniranje z modro svetlobo - hitrost skeniranja 8s za polni zobni lok - 4 kamere z zmogljivostjo 5 megapikslov - natančnost skeniranja 4 mikrone - možnost skeniranja odtisov - možnost barvnega skeniranja - avtomatska nastavitve višine skeniranja - povezljivost USB 3.0
3. Kriruške lupe	3	Optični sistem <ul style="list-style-type: none"> - Tip povečave: Galilejski - Povečava: 2.5x do 3.5x

		<ul style="list-style-type: none"> - Delovna razdalja: 350 mm – 500 mm (odvisno od konfiguracije) - Vidno polje: do 120 mm (pri 2.5x) - Globina fokusa: do 140 mm - Nastavitev interpupilarne razdalje: individualno nastavljiva <p>Okvir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model okvirja: Techne RX - Material: Aluminij in kompozitni materiali - Prilagoditve: Nastavljiv nosni most, teleskopski nosilci - Teža okvirja z lupami: približno 60–80 g <p>Ergonomija in udobje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lahka konstrukcija za zmanjšanje obremenitve vratne hrbtenice - Ergonomski kot nagiba za naravno držo med delom - Mehki silikonski nosniki in ročke za večje udobje <p>Osvetlitev</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svetilka: Univet EOS NEXT ali EOS 2.0 - Svetilnost: do 75.000 lux - Temperatura barve: približno 5700 K (dnevna svetloba) - Napajanje: baterija z USB-C polnjenjem - Avtonomija: do 12 ur delovanja <p>Dodatki in oprema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trda zaščitna škatla - Čistilna krpicica iz mikrovlaken - Nastavljiv trak za glavo - Orodje za nastavitve - Navodila za uporabo <p>Certifikati in skladnost</p> <ul style="list-style-type: none"> - CE certifikat (v skladu z MDR – Medical Device Regulation) - EN ISO 13485 - RoHS skladnost
--	--	--

4. Kartotečne omare 3xTREVIS+ 3xBISELY	6	<ul style="list-style-type: none"> - Kartotečni predalnik Dimenzije (VxŠxG): 1625 x 415 x 620 mm - Barva: Svetlo siva (RAL 7035) - Število predalov: 5 - Dimenzije predala: V 242 x Š 325 x G 525 mm - Nosilnost predala: vsaj 40 kg - Predali za viseče mape ali kartoteke formata A4 leže, - polno dno, odlaganje je možno tudi na dno predala, - možnost pregrad in naslonov (dodatna oprema). - Ključavnica cilindrična zaklene vse predale hkrati. - Vodila s 100% izvlekom. - Anti-tilt mehanizem, ki onemogoča prevračanje predalnika. - Predalnik ob dobavi že sestavljen. - Teža: največ 50kg - PVC okvirček za označevalne kartončke.
5. Instrumentarska (mayo) mizica s hidravličnim cilindrom	2	<ul style="list-style-type: none"> - Konzolna mizica - inox pladenj dimenzije 40x30 cm z robom - pladenj inox s poglobljenim robom 5 mm s 3 strani (ena daljša stranica brez roba), - ogrodje inox, - nastavljiva po višini od 80 do 115 cm, - na 4 kolesih fi 75 mm, od tega dve z zavoro
6. Aparat za strojno širjenje koreninskih kanalov s pripadajočimi vozički (ENDOPILOT)	3	<p>Tehnične specifikacije endodontski aparat (Schlumbohm EndoPilot Ultra Plus ali podoben)</p> <p>I. Osnovna konfiguracija naprave (vključeno v osnovni paket):</p> <p>Glavna enota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaslona: LCD barvni zaslon na dotik. - Baterija: Integrirana polnilna Li-ion baterija za mobilno delovanje. - Povezljivost: s stopalko. - Upravljanje: Modularni sistem z možnostjo nadgradnje. <p>Mikromotor z apex lokatorjem:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Tip: Visoko-zmogljiv endodontski mikromotor. - Navor: Popoln nadzor z nastavljivim navorom (navedite max. navor, npr. do 6 Ncm). - Hitrost: Nastavljiva hitrost vrtenja (navedite obseg, npr. 100 - 1000 RPM). - Gibanje: Recipročno ali enosmerno (kontinuirano) vrtenje. - Apex lokator: Integriran digitalni apex lokator za sprotno merjenje delovne dolžine med preparacijo in samostojno uporabo. <p>Varnostne funkcije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samodejno zmanjšanje hitrosti/navora v bližini apexa. - Samodejni izklop ob dosegu delovne dolžine. - LED indikator obremenitve instrumenta. - LED indikator bližine apexa. - Kolenčnik: Standardni RA kolenčnik za prenos vrtenja. <p>Grelni ročnik za vertikalno kondenzacijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Ergonomski, lahek in tanek ročnik. - Gretje: Segreje konico na želeno temperaturo v < 10 sekundah. - Nastavitev temperature: Preko zaslona na dotik glavne enote. - Indikacija: LED indikator na koncu ročnika za pripravljenost (želena temperatura). <p>Polnilni ročnik (pištola za gutaperko):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Ergonomska polnilna pištola. - Gretje polnila: Segreje gutaperko v < 10 sekundah. - Nastavitev temperature: Preko zaslona na dotik glavne enote. <p>Ultrazvočni modul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Ultrazvočni ročnik - Namen: Dostop, ponovna zdravljenja, irigacija, kondenzacija, apikalna kirurgija. - Povezava: Integracija z glavno enoto nadzor moči
--	---

		<p>Brezžična stopalka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funkcija: Brezžično upravljanje mikromotorja (vklop/izklop, smer vrtenja) in drugih funkcij. - Povezljivost: Avtomatska povezava z glavno enoto. <p>Osnovni dodatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gutta Percha (standardna): 100x - Polnilni nastavki (tipov/velikosti): 5x - Grelni ščitniki : 4x - Grelna konica (za vertikalno kondenzacijo): 1x - Polnilec za glavno enoto in baterijo: 1x - Navodila za uporabo (v slovenskem jeziku) <p>Dodatna oprema :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Okreten voziček s tremi policami, napajalnim kablom in dvema električnima vtičnicama za hrambo in uporabo sistema. <p>V. Splošne zahteve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certifikati: Naprava mora imeti veljavni certifikat CE in biti v skladu z veljavnimi direktivami EU za medicinske pripomočke - Garancija: Minimalno 24 mesecev garancije na napravo. <p>Servis in podpora: Ponudnik mora zagotoviti dostopnost tehnične podpore in servisnih storitev v Sloveniji.</p>
7. Termodezinfektor	1	<ul style="list-style-type: none"> - Naprava mora biti izdelana iz kovinskega ohišja, površina mora biti zaščitena in jo je možno mokro čistiti in razkuževati z razkužili, notranja komora je iz nerjavečega jekla. - Omogočati mora programe za čiščenje in termično dezinfekcijo instrumentov in pripomočkov za zobozdravstveno nego: -Vario TD Dental,

	<ul style="list-style-type: none"> -Vario TD Dental+, -Vario TD Intezivni, -Special 93 °C-10'. - Zunanje dimenzije širina 600 mm (+/-3%) , globina 600 mm (+/-5%) , višina 835mm (+/-2%). Uporabne mere pomivalne komore višina 520mm (+/-3%), širina 530mm (+/-3%), globina zgornje košare 474mm (+/-5%) in globina spodnje košare 520mm (+/-5%). - Delovanje na priključno moč elektrike do max 10 kw 400V, 3 faze (50 Hz). - Ohišje mora biti zvočno in toplotno izolirano. - Termodezinfektor mora imeti avtomatsko dozirno napravo za procesno kemijo. - Aktivno sušenje z vgrajenim HEPA filtrom s parnim kondenzatorjem, po končanem postopku mora biti material suh. - Naprava se mora priključiti na hladno in na toplo vodo. - Prikazovalnik in funkcije tipk na komandni plošči morajo biti razumljive, prikazovalnik mora prikazovati tudi faze pranja. - Vrata stroja se morajo ob vklopu stroja avtomatsko zakleniti in ostati zaklenjena do konca trajanja procesa, prav tako morajo ostati zaklenjena tudi ob neizvedeni termodezinfekciji ali kakršnikoli drugi napaki. - Na dnu komore mora biti nameščen fini in grobi filter za enostavno čiščenje, ki ga lahko sname in očisti uporabnik. - Naprava mora imeti sistem za zaščito pred izlivom vode. - Gibljiva odtočna cev (za odtok do max FI 50 mm v steni). - Glasnosti stroja v delovanju naj ne presega 70 dB - Naprava mora imeti voziček s košarami na dveh nivojih (spodnja in zgornja) z vložki z žično mrežo z gostoto zank največ 1,8 mm. - Stroj mora imeti naslednje certifikate: <ul style="list-style-type: none"> - certifikat EN ISO 15883-1/-2, - certifikat EN 61010-2-040, - certifikat EN 61326-1,
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - certifikat EN 1717, - deklaracija o ustreznosti z MDD 93/42/EEC, - skladnost z uredbo o medicinskih pripomočkih MDR (EU) 2017/745, - EC certifikat proizvajalca z listo standardnih proizvodov. - Uporabniku mora omogočati enostavno, brezhibno in jasno uporabo. Slovensko navodilo je na A4 formatu. - CE certifikat (certifikat za verodostojnost uporabe določenega tipa naprav in aparatov v Evropski uniji), vidno na stroju. - Ponudnik mora zagotoviti montažo (vodovodne inšt.), ter priklop stroja na el. omrežje z glavnim servisnim stikalom in sklopko. - Ponudnik mora poleg stroja ponuditi tudi ustrezen demineralizator vode ali primerno RO (reverzno osmozo). V primeru demineralizatorja mora ponudnik zagotoviti sistem za javljanje iztrošenosti A-K vsebnosti. - Ponudnik mora v času garancijske ter po garancijske pogodbene dobe zagotoviti, kvalitetno demineralizirano vodo za potrebe brezhibnega delovanja stroja. - Ponudnik mora zagotoviti šolanje osebja oz. uporabnika za varno delo. - Ponudnik mora predložiti originalni katalog/brošuro iz katerega bo razviden ponujeni artikel (kataloška številka) z vsemi karakteristikam. V katalogu naj bodo jasno označene strokovne in tehnične zahteve za ponujeni artikel.
8. Intraoralni skener	1	<ul style="list-style-type: none"> - Voziček naj bo na kolesih - Naj vsebuje vsaj dve vtičnici za električni priklop - Dimenzije police za odlaganje računalnika naj bodo vsaj 40cm širine in 38cm globine. <p>SKENER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intraoralni skener naj omogoča brezžično povezovanje tako preko Wi-Fi omrežja (brez USB adapterja) kot tudi s tehnologijo 5GHz (z adapterjem), kar je pomembno zaradi prenosljivosti sistema in uporabo na več delovnih mestih. - Doseg brezžičnega skeniranja naj bo vsaj 15 metrov od računalnika.

- Intraoralni skener naj omogoča popolno kompatibilnost z obstoječim sistemom (3Shape TRIOS) in omogoča shranjevanje pacientov in digitalnih odtisov v obstoječo programsko opremo in bazo podatkov.
- Programska oprema naj omogoča namestitve na več računalnikov na istem internetnem omrežju z enotno bazo podatkov o pacientih.
- Programska oprema skenerja naj naj bo odprtega tipa in omogoča izvoz digitalnih odtisov vsaj v treh 3D zapisih: STL, DCM in PLY.
- Ob skenerju naj bodo vključene vsaj 3 baterije za brezžično povezovanje in adapter za polnjenje.
- Posamezna baterija naj omogoča vsaj 60 minut neprekinjenega skeniranja.
- Teža intraoralnega skenerja naj ne presega 300g skupaj z baterijo.
- Intraoralni skener naj ne zahteva kalibriranja in naj zagotavlja natančnost brez izvajanja le tega.
- Intraoralni skener naj omogoča hitro segrevanje, ki preprečuje zarositev pri skeniranju v ustih.
- Intraoralni skener naj skenira v realnih barvah in omogoča registracijo barvnih odtenkov zob v barvnih ključih (VITA Classical in VITA 3D-Master).
- Programska oprema skenerja naj omogoča spremljanje sprememb v ustih in primerjavo skenov zajetih v različnem časovnem obdobju (t.i. monitoring).
- Programska oprema naj omogoča analizo stičnih točk z antagonisti.
- Intraoralni skener naj omogoča detekcijo in registracijo gibanja spodnje čeljustnice pri njenih mejnih gibih, kar je pomembno za ugotavljanje drsnih stikov med funkcionalnimi gibi.
- Skener naj omogoča fluorescenčno skeniranje, ki omogoča detekcijo kariesa.
- Programska oprema naj vsebuje možnost simulacije zdravljenja na fotografiji pacienta (t.i. Smile Design).
- Programska oprema naj omogoča izbiro slovenskega jezika.
- Priložena naj bodo tudi navodila za uporabo v slovenskem jeziku, ki so lahko v digitalni obliki.

9. Apeks lokatorji	10	<p>APEX LOKATORJI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaslona: LCD barvni zaslon - Dimenzije aparata vsaj: Širina 103-105 mm x Dolžina 103-105 mm x Višina 103-105 mm - Teža minimalno: 360 – 380 gramov - Napajanje na baterije - Možnost modularne nadgradnje kasneje na sistem z ENDO ročnikom - Akustični signali za večjo varnost - Mora vsebovati tester funkcij za sprotno preverjanje delovanja (po potrebi), ki se priključi v aparat
10. Endodontski mikroskop	1	<p>Optika</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uporabnik mora območje zdravljenja videti s kristalno čisto stereoskopsko sliko - Sistem mora imeti planarno apokromatsko optiko - Sistem mora zagotavljati naravno reprodukcijo barv od roba do roba vidnega polja <p>Okularji</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem mora imeti okularje s širokim vidnim poljem, 12,5 x povečavo, primerne za uporabo z očali - Nastavitev medzenične razdalje mora biti omogočena v razponu od 55 mm do vsaj 75 mm - Nastavitev dioptrije mora omogočati vrednost med +5 in -8 dpt. - Sistem mora zagotavljati razpon vidnega polja od 9,5 mm do 151 mm <p>Povečava</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem mora imeti 5-stopenjsko spreminjanje povečave z razmerjem 6:1 - Glede na uporabljene optične komponente mora sistem ponujati optično povečavo od 1,75-krat do 19,3-krat <p>Fokus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem mora imeti vgrajen varioskop z goriščno razdaljo med 200 mm in 430 mm in ga mora biti enostavno upravljati. Razpon ostrenja mora biti vsaj 230 mm. <p>Osvetlitev - splošno</p>

- Sistem mora ponujati koaksialno osvetlitev s hladno svetlobo

- Sistem mora ponujati krmilni gumb za nastavitev svetlosti z enim samim prstom

- Sistem mora ponujati krmilni gumb za prilagajanje premera osvetlitvene točke z motornim pogonom za usmerjeno zdravljenje

- Sistem mora zagotavljati homogeno osvetljeno vidno polje, visok kontrast in zelo dobro zaznavanje globine

- Sistem mora imeti hladilni sistem, ki je čim bolj odstranjen od vidnega polja za boljše čiščenje

LED osvetlitev

- Sistem mora imeti osvetlitev LED, ki vključuje 3 posamezne LED diode za rdečo modro in zeleno svetlobo

- Sistem mora imeti osvetlitev LED z značilnostmi dneвне svetlobe in visoko barvno reprodukcijo

- Sistem mora ponujati osvetlitev LED s svetlostjo, enakovredno ksenonski

- Sistem mora zagotavljati osvetlitev z belo svetlobo, ki praktično ne potrebuje vzdrževanja za obdobje 8 let

- Pri delovni razdalji 200 mm mora sistem zagotavljati tipično jakost svetlobe 150 Klux

- Sistem mora omogočati aktiviranje vsakega integriranega načina vizualizacije z enim prstom

- Oranžni barvni način

- Sistem mora nuditi način svetlobe (način neposredne svetlobe namesto filtra), ki preprečuje prezgodnje strjevanje tipičnih kompozitnih materialov

- Zeleni barvni način

- Sistem mora nuditi način osvetlitve (način neposredne svetlobe namesto filtra), ki izboljša slikovni kontrast med krvjo in tkivom, tako da ju je mogoče bolje razlikovati

- Način realne svetlobe

- Sistem mora nuditi način svetlobe, ki preprečuje prezgodnje strjevanje tipičnih kompozitnih materialov za več kot 60 sekund, hkrati pa ohranja zaznavanje barv in globine

		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem mora imeti barvno temperaturo 5500 K Integrirana kamera polne HD ločljivost - Sistem mora ponujati popolnoma integrirano videokamero za pozicioniranje kirurškega mikroskopa brez dodatnega bremena, stranske neuravnoteženosti in vpliva zunanjih kablov. - Sistem mora ponujati integrirano videokamero HD s funkcijo snemanja v živo. - Sistem mora imeti tovarniško nastavljeno video kamero z video optiko, ki zagotavlja popolno ostrino med mikroskopom in sliko kamere. - Sistem mora imeti integrirano videokamero z ločljivostjo polne HD (1080p), ki lahko zajema slike in snema videoposnetke. - Sistem mora ponujati funkcijo snemanja v varovalni shrambi, ki snema do 60 sekund pred aktiviranjem funkcije snemanja, tako da se nikoli ne zamudi pomembnih situacij. - Sistem mora imeti informacijski sistem za jasno dodelitev ustvarjenih slik in videoposnetkov pacientu. - Sistem mora imeti daljinski upravljalnik za funkcije snemanja fotografij in videoposnetkov v vsakodnevnem delovnem procesu. - V ponudbo mora biti vključen kabel dolžine vsaj 5m za prenos video signala do monitorja. <p>Ergonomija</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem mora imeti kompaktno in majhno zasnovo, ki zdravniku omogoča optimalen dostop do bolnika, brez da bi moral spremeniti svoj položaj - Sistem mora imeti vgrajeno vrtljivo zaslonko za povečanje globinske ostrine. - Sistem mora zagotavljati zanesljivo pozicioniranje z naprednimi mehanskimi komponentami sistema za obešanje - Sistem mora imeti stikalo za naklon, ki v delovnem položaju vklopi osvetlitev, v stanju pripravljenosti pa jo izklopi - Sistem mora imeti 120-stopinjsko vpenjanje - Sistem mora imeti nagibni tubus v razponu od 0° do 180°
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem mora imeti osrednji krmilni gumb za upravljanje vseh funkcij vizualizacije sistema - Sistem z vsemi funkcijami mora biti mogoče upravljati z eno roko, ne da bi bilo treba premikati sistem ali da bi zdravnik moral spremeniti svojo pozicijo - Sistem mora omogočati dobro mobilnost celotnega sistema - Garancijska doba 24 mesecev. Preventivni redni letni pregled po preteku enega leta mora biti vključen <p>Nadgradnje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem mora biti na uporabniški lokaciji nadgradljiv na augmentirano vizualizacijo, kot sta načina dela brez odbleskov in fluorescenco.
11. Defibrilator	1	<p>Defibrilator - z razširjenim (invazivnim) monitoringom</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oblika defibrilacijskega vala mora biti bifazična. Mora imeti možnost spreminjanja energije od 2J. Polnjenje defibrilatorja ne sme biti daljše od 10s. Defibrilator mora imeti modul za analizo ritma, ki je izvršena znotraj 5 s. Omogočati mora sinhrono elektro konverzijo. Sinhrona elektro konverzija mora pričeti znotraj 60 ms od vrha R zobca. Omogočati mora nadzor nad ST-spojnico in trend ST-spojnice (pri vsaki spremembi večji kot 1 mm, naj aparat natisne rezultat z vrednostmi ST-spojnice za vsak odvod in opozori v katerem odvodu je prišlo do odstopanj). <p>Mora omogočati uporabo ročnih, internih in samolepljivih elektrod. Samolepljive elektrode morajo omogočati z istimi elektrodami monitoring, defibrilacijo in zunanje spodbujanje srca. Mora imeti zunanje defibrilacijske ročke (za odrasle in otroke) in 3 stranske torbice za shranjevanje kablov in senzorjev (iz leve, desne in na zadnji strani). Zaradi lažjega dostopa naj bodo priklopi s sprednje strani in ne od strani.</p> <p>Nastavljiv metronom za hitrost zunanje masaže srca.</p> <p>Možnost stiskov prsnega koša v fazi polnjenja z energijo v AED in ročnem načinu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zunanji spodbujevalec: <p>Mora imeti možnost spodbujanja po potrebi (demand) ali s fiksirano frekvenco (fixed rate). Trajanje pulza ni daljše od 40 ms. Frekvenca</p>

mora biti nastavljiva vsaj do 140 utripov na minuto. Jakost električnega toka mora biti nastavljiva vsaj do 180 mA. Refraktarno obdobje ne sme biti daljše od 350 ms.

- Vir energije:

Baterija (Li-ion ali NiCd) mora biti brez spominskega učinka. Obstajati mora možnost priklopa na zunanji vir energije 220 V in/ali 12 V. Baterija mora omogočiti vsaj 5 ur nadzorovanja bolnika ali vsaj 400 defibrilacij z maksimalno energijo oz. vsaj 5 ur delovanja zunanjega spodbujevalca. Baterija se mora polniti tudi med delovanjem defibrilatorja, če je priklopljena na zunanji vir energije. Mora imeti dve neodvisni bateriji z možnostjo menjave baterije brez ugašanja aparata. Hkrati mora omogočati delovanje brez baterij in ob tem biti priključen na električno preko polnilca. Defibrilator mora delovati z eno baterijo, z obema baterijama ali brez baterij z uporabo polnilca.

Nadzor življenjskih funkcij. Defibrilator mora imeti tudi možnost nadzora življenjskih funkcij:

EKG 3 odvodi, EKG –12 odvodov z interpretacijo glede na starost in spol bolnika, NIBP, IBP (invazivno merjenje krvnega tlaka), SpO₂, EtCO₂, temperatura. Nadzor EKG mora omogočati poleg običajnih alarmov, tudi prepoznavanje aritmij pri katerih je bolnika potrebno defibrilirati. Pulzni oksimeter mora razpolagati z možnostjo odpravljanja artefaktov gibanja in z možnostjo merjenja SpCO in SpMet preko naprstnega senzorja, ki hkrati meri tudi SpO₂. EtCO₂ mora temeljiti ali na sidestream ali na microstream tehnologiji.

- Zajem podatkov:

Notranji spomin mora omogočati zajem vseh podatkov o nadzorovanih življenjskih funkcijah, podatke o defibrilacijah in podatke o vnesenih dogodkih vsaj 300 minut neprekinjene EKG krivulje. Defibrilator mora omogočati pri zajemu podatkov časovno označevanje posameznih dogodkov. Defibrilator mora omogočiti ali brezžični prenos podatkov do osebnega računalnika (GPRS, Bluetooth, Wi-Fi) ali pa uporabe spominskih kartic.

Možnost analize reanimacijskih dogodkov na osebem računalniku z ustrezno programsko opremo, ki je že v uporabi na kliniki (Stryker-Code Stat™). Reanimacijska ekipa uporablja

		<p>opremo, ki je življenjsko pomembna in dejansko vpliva na izid zdravljenja. Vsi člani ekipe so izurjeni za delovanje v življenjsko ogrožajočih situacijah, kamor spada tudi rokovanje z omenjeno opremo. Vsaka sprememba opreme bi lahko ogrozila kvaliteto oskrbe. Programska oprema omogoča analizo oskrbe po oživljanju, kamor sodi čas in frekvenca kompresij, prekinitev oživljanja, vrednosti vitalnih znakov, prikazane numerično in v obliki trenda. Vse naštet program prikaže statistično in kot poročilo v obliki grafov. Tako je pomemben kazalnik kakovosti.</p> <p>Defibrilator mora imeti tiskalnik.</p> <p>- Fizične lastnosti</p> <p>Teža polno opremljenega defibrilatorja skupaj z baterijami in zunanji ročkami ne sme presegati 10 kg. Defibrilator mora delovati na temperaturah od -15 do +45 °C, v vlažnosti zraka od 5 do 95 %. Mora biti odporen na vlago (splashproof IPX4). Omejena elektronska emisija. Odpornost na padec in vibracije po standardu IP44.</p> <p>- Zaslon</p> <p>Zaslon mora biti barvni LCD viden tudi pod ostrim stranskim kotom. Diagonala zaslona mora biti minimalno 180 mm. Ločljivost mora odgovarjati VGA standardu (640 x 480). Na zaslonu se morajo videti najmanj 3 krivulje. Ostali podatki so lahko numerični.</p> <p>Ponudnik mora zagotoviti brezplačno izobraževanje za delo z defibrilatorjem za osebje na kliniki, ki bo rokovalo z aparatom.</p>
--	--	---

Zastopnik/pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago v celoti ustreza zgoraj navedenim zahtevam.

V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

NAROČNIK	
Naziv in sedež	Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana
ID št. za DDV	SI52111776
Matična številka	5057272
Transakcijski račun	SI56011006030277894
Telefon	
E-pošta	
Skrbnik pogodbe	
Podpisnik	doc. dr. Marko Jug, dr. med.

in

PONUDBNIK/IZVAJA LEC	Poslovodeči partner	Partner 2	Partner X
Naziv in sedež			
ID št. za DDV			
Matična številka			
Transakcijski račun			
Telefon			
E-pošta			
Skrbnik pogodbe			
Podpisnik			

sklepata

POGODBO O DOBAVI MEDICINSKE STOMATOLOŠKE OPREME <številka pogodbe>

1. člen

PODLAGA POGODBE

Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za
sklenitev pogodbe

845080118-119-25, objava na portalu e-
naročanje dne pod številko
ter na portalu EU dne pod številko
.....

2. člen

PREDMET POGODBE

1) Predmet pogodbe je dobava medicinske stomatološke opreme, in sicer:

SKLOPI (**ustrezno označiti za katere sklope oddajate ponudbo**):

- ☐ SKLOP 1: Program EXOCAD
☐ SKLOP 2: Laboratorijski skener
☐ SKLOP 3: Kirurške lupe

- ☐ SKLOP 4: Kartotečne omare 3xTrevic+ 3xBisely
- ☐ SKLOP 5: Instrumentarska (mayo) mizica s hidravličnim cilindrom
- ☐ SKLOP 6: Aparat za strojno širjenje koreninskih kanalov s pripadajočimi vozički (ENDOPILOT)
- ☐ SKLOP 7: Termodezinfektor
- ☐ SKLOP 8: Intraoralni skener
- ☐ SKLOP 9: Apeks lokatorji
- ☐ SKLOP 10: Endodontski mikroskop
- ☐ SKLOP 11: Defibrilator

2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v obrazcu ePRO – Specifikacije, ki je priloga pogodbe.

3. člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

- 1) Skupna končna pogodbena vrednost je EUR brez DDV oziroma EUR z DDV. Cene na enoto so razvidne iz obrazca ePRO – predračun, ki je priloga pogodbe.
- 2) Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prejšnjega odstavka, neto skupna pogodbena cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene cene, prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen.
- 3) Naročnik si pridružuje pravico, da za dodatne dobave blaga do maksimalne višine 30% vrednosti te pogodbe z izvajalcem sklene aneks k pogodbi brez izvedbe novega postopka skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3.

Lokacija realizacije	UKC Ljubljana, Zaloška cesta 7, CENTRALNO SKLADIŠČE	
Način realizacije	Dobava	Sprememba cen
	INCOTERMS DDP	Cene so fiksne ves čas trajanja pogodbe.
Dobavni rok	Ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme najkasneje z enkratno dobavo v roku trideset (30) dni od začetka veljavnosti pogodbe.	
Način plačila in plačilni rok	Izvajalec izstavi naročniku račun v predpisani elektronski obliki (eRačun), na podlagi dobavnice/prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik.	
	Plačilni rok: 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavržen v roku osmih dni od prejema. Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan. V primeru plačilne zamude naročnika, izvajalcu pripadajo zakonite zamudne obresti.	
Garancijski rok	Garancijski rok, ki ga ponuja proizvajalec, vendar najmanj 24 mesecev.	
Pooblaščen predstavniki strank	Na strani naročnika	Na strani izvajalca
	Ime in priimek:	Ime in priimek:

	Tel. št.: E-pošta:	Tel. št.: E-pošta:
--	-----------------------	-----------------------

4. člen

DOBAVA IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- 1) S to pogodbo se izvajalec zaveže, da bo naročniku dobavil ter izročil v last in posest blago, naročnik pa mu bo za to plačal pogodbeno ceno navedeno v tej pogodbi.
- 2) Dobavo, ki je predmet pogodbe, opravi izvajalec v skladu z navodili naročnika in s specifikacijami, ki so priloga pogodbe.
- 3) Izvajalec mora naročnika, o nameravani dobavi preko elektronske pošte ali pisno obvestiti vsaj dva delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.
- 4) Naročnik se obvezuje, da bo:
 - izpolnil vse predvidene obveznosti v roku in na predviden način;
 - zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;
 - plačal naročeno in dobavljeno blago v dogovorjenem roku.
- 5) Izvajalec se obvezuje, da bo:
 - svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
 - izvedel svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku;
 - takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno dobavo;
 - na zahtevo naročnika predložil dokazila o kakovosti blaga oziroma skladnosti z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
 - omogočal ustrezen nadzor naročniku.
- 6) Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina dobave pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre pogodbo, uveljavi finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.
- 7) Za potrebe izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo (v pogodbi navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.

5. člen

PREVZEM

- 1) Prevzem blaga se opravi z dobavnico/prevzemnim zapisnikom, ki jo/ga na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank.
- 2) Z dnem podpisa dobavnice/prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen, razen pri naročnikovi zamudi, ko se šteje, da je prevzem opravljen z dnem zamude, če je dobava povsem pravilna. Na dobavnici/prevzemnem zapisniku morajo biti razvidne: številka pogodbe, količina in serijske številke artiklov ter njihova vrednost (po kosih).
- 3) Izvajalec mora hkrati z blagom in pravilno izpolnjeno dobavnico/prevzemnim zapisnikom ob prevzemu naročniku izročiti še:
 - predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni

- predložiti;
 - podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
 - tehnično dokumentacijo (vključno z navodili za uporabo) v slovenskem ali angleškem jeziku;
 - licence, dokumentacijo in medije za programsko opremo, če so zahtevane, kot je navedeno v specifikaciji
- 4) Naročnik je dolžan vse napake in pomanjkljivosti, ki jih bo odkril, javiti izvajalcu po elektronski pošti. Izvajalec je dolžan napake in pomanjkljivosti odpraviti takoj, če to ni možno, pa v primernem času.
- 5) Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici/prevzemnem zapisniku.
- 6) Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.
- 7) Če tako odredi naročnik, mora izvajalec instalirati blago na lokaciji uporabnika, ki ga določi naročnik ter po naročnikovih navodilih instalirati in po potrebi aktivirati tudi programsko opremo (licenco). Izvajalec mora po uspešni instalaciji opraviti preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe uporabnika, ki potrdi uspešnost instalacije s podpisom dobavnice/prevzemnega zapisnika.
- 8) Naročnik bo prevzel samo blago, ki je bilo po končani izdelavi testirano po predpisih proizvajalca. Kakršnekoli spremembe na takem blagu lahko opravi izvajalec le s soglasjem naročnika.
- 9) Naročnik, ki v roku ni pripravljen prevzeti pravilno napovedanega blaga ali pa pravočasno ne odgovori na obvestilo izvajalca, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik, ki ob dobavi ne podpiše predložene dobavnice/prevzemnega zapisnika.

6. člen

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

- 1) V primeru, da izvajalec zamuja z dobavo blaga iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo iz razloga višje sile, je dolžan plačati pogodbeno kazen, in sicer:

Višina	Maksimalna višina
1 % vrednosti sklopa v EUR brez DDV za vsak dan zamude z dobavo blaga iz tega sklopa	5 % vrednosti v EUR brez DDV za posamezni sklop

- 2) Če izvajalec zamuja z dobavo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi dobava izgubila pomen, lahko naročnik odstopi od pogodbe (v sklopu, v katerem je izvajalec v zamudi), pri tem pa unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode.
- 3) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene.
- 4) Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- 5) Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.
- 6) Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na največ skupno pogodbeno vrednost brez DDV, razen za naklepno povzročeno škodo.

7. člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- 1) Izvajalec naročniku jamči, da:
 - kupljeno blago deluje brezhibno, nima stvarnih napak in izvajalec ni storil pravnih napak pri svoji izvršitvi;
 - bo naročnik na kupljenem blagu ob izročitvi v posest pridobil lastninsko pravico;
 - kupljeno blago popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
 - je blago popolnoma enako vzorčnemu, ki je bila dano na testiranje, če je bilo pred nakupom s strani izvajalca to opravljeno;
 - bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago;
 - da bodo postranske storitve (instalacija, postavitve) opravljene brezhibno.
- 2) Jamstvo izvajalca za skrite napake na blagu velja še 180 dni po dobavi. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti in vnovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
- 3) Za celotno količino blaga, ki je predmet te pogodbe in je tehnične narave, daje izvajalec garancijo za brezhibno delovanje v roku, ki je določen v tej pogodbi (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa dobavnice/prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list. Garancijski roki za posamezno blago ali komponente blaga so lahko tudi drugačni, če je tako določeno. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode.

8. člen

ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI

- 1) Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške praviloma na lokaciji dobave vključno s prevoznimi stroški na lokacijo.
- 2) Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na telefonsko številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga. V primeru kritične okvare se kot čas prijave šteje tudi čas telefonskega sporočila na številko, navedeno v pogodbi, če je tako sporočilo najkasneje v enem delovnem dnevu potrjeno preko e-pošte. Številke, naslovi in osebe za medsebojno komunikacijo se lahko zamenjajo na podlagi dogovora med naročnikom in izvajalcem.
- 3) Rok za odpravo napake je 5 dni od prejema obvestila o napaki za napake na programski opremi in 10 dni od prejema obvestila o napaki za napake na strojni opremi.
- 4) Če napaka ni odpravljena v pogodbenem roku, mora izvajalec uporabniku po preteku tega roka za čas odprave napake zagotoviti enakovredno nadomestno blago. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas odprave napake. Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če bo odprava napake na blagu trajala dalj časa, kot je navedeno v pogodbi, oziroma če se bo enaka napaka na posameznem kosu blaga ponovila najmanj trikrat,

tako blago zamenjal z enakovrednim novim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

- 5) Izvajalec se zavezuje, da bo v roku, določenem v tej pogodbi, zagotavljal nadomestne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

9. člen

VIŠJA SILA

- 1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
- 2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.
- 3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

10. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- 1) Izvajalec mora najkasneje v desetih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:

Vrsta zavarovanja	Vrednost in valuta	Veljavnost (od / do)
podpisana in žigosana bianco menica skupaj s pooblastilom za izpolnitev.	EUR (10% skupne pogodbene vrednosti z DDV)	od začetka veljavnosti pogodbe do 30 dni po roku za dobavo (v primeru različnega roka dobave v več sklopih, se šteje najkasnejši rok dobave)

- 2) Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

- če izvajalec dobave ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe ali s specifikacijami;
- dosežek maksimalne višine pogodbene kazni;
- če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;
- če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;
- če izvajalec krši zaupnost podatkov ali kako drugače krši pogodbena določila;
- če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
- če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

- 2) Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

- 3) Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

11. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- 1) Izvajalec mora ob predaji blaga v prevzem, kot pogoj za pravilno dobavo naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v naslednji obliki:

Vrsta zavarovanja	Vrednost in valuta	Veljavnost (od / do)
podpisana in žigosana bianco menica skupaj s pooblastilom za izpolnitev.	EUR (5% skupne pogodbene vrednosti z DDV)	Od dobave vse opreme do poteka garancijskega roka za vso opremo

- 2) Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

- če izvajalec v času garancije ne izreja garancijskih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi;
- če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

- 2) V času trajanja garancijske dobe bo izvajalec odpravil vse morebitne napake in nepravilnosti, ki bodo zaznane in bodo predstavljale razliko med dejanskim delovanjem in zahtevo iz specifikacij.

- 3) Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

12. člen

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

- 1) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili te pogodbe in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).
- 2) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi občutljivi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.
- 3) Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.
- 4) Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.
- 5) Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.
- 6) Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.
- 7) Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev izvajalca zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti pri sebi ustrezno pooblastilo izvajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki.

13. člen

OSTALE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- 1) Pravice na produktih, ki niso last izvajalca, se pa uporabljajo v okviru tega posla, izvajalec prenese na naročnika v obsegu, v kakršnem jih je sam pridobil.

14. člen

KONČNE DOLOČBE

- 1) Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja ohljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je v primeru citiranih ravnanj nična.

- 2) Pogodba je nična tudi v naslednjih primerih:

- če izvajalec predloži lažno izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih.

- 3) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- 4) Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

- 5) S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

- 6) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. Če sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- 7) Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;
- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik o tem obvesti izvajalca v desetih dneh in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

- 8) Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po en izvod.

Začetek veljavnosti	Konec veljavnosti
Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, če se uresniči odložni pogoj iz 10. člena te pogodbe (predložitev finančnega zavarovanja).	Z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti (po poteku veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku).
Predčasna odpoved pogodbe	
Razlogi	Odpoved velja
1. Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.	1. Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja.
2. Neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina dobave ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena dobava.	Ad 2- 7) Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe.
3. Zamuda izvajalca ali napake pri dobavi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla.	
4. Če izvajalec dobavi nekvalitetno blago in ga na zahtevo naročnika ne zamenja.	
5. Dosežek maksimalne višine pogodbene kazni.	
6. Iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje pogodbenih določil).	
7. V primerih določenih v 96. členu ZJN-3.	8. 2 meseca od prejema pisnega obvestila.
8. Če naročnik za tekoče leto nima zagotovljenih finančnih sredstev.	
9. Če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javno naročilo, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoče za naročnika.	9. Z dnem začetka veljavnosti pogodbe z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočnosti odločitve o oddaji novega javnega naročila.
10. Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti.	10. Po preteku 60 dni od obvestila naročniku.
11. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.	11. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe.
12. Dogovorno med obema strankama.	12. Z dnem kot izhaja iz pisnega dogovora o

	prenehanju pogodbe, sicer pa z dnem sklenitve takšnega dogovora in po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe.
<p>Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbeni stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve.</p> <p>V primeru odpovedi pogodbe stranki druga drugi poravnata vse dolgovano po pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo.</p>	

PRILOGE POGODBE	
1. del	Obrazec ePRO – Predračun
2. del	Obrazec ePRO – Specifikacije
3. del	Tehnična dokumentacija
4. del	Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik)

Naročnik
Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana

Ljubljana, dne

Podpisnik: doc. dr. Marko Jug, dr. med.

Ponudnik/Izvajalec

, dne

Podpisnik: