



Dom na Krasu

Dutovlje 128 | 6221 Dutovlje | T: 05 708 41 00 | F: 05 708 41 15
E: info@domnakrasu.si | www.domnakrasu.si

Številka: 430-0008/2025-13

Datum: 24.9.2025

Objava na portalu javnih naročil št. JN006133/2025-SL1/01 dne 4.8.2025

Predmet naročila: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA ZA DOBO TREH LET

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA – SPREMEMBA ODLOČITVE

Sklenitev okvirnih sporazumov za Sukcesivno dobavo sanitetnega materiala za dobo treh let

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) je naročnik odločil, da se za predmet javnega naročila **SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA ZA DOBO TREH LET**, ki se oddaja po postopku naročila male vrednosti, okvirne sporazume sklene z naslednjimi ponudniki:

1. SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d. d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana za sklop 1, 2, 3, 4, 5 in 6
2. COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d. o. o. Podnanos, Podnanos 066A, Vipava, 5272 Podnanos za sklop 6
3. MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d. o. o., Leskoškova cesta 009C, 1000 Ljubljana za sklop 1 in 7
4. ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d. o. o., Dobrave 007B, 1236 Trzin za sklop 3
5. FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d. o. o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici za sklop 1

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je po sprejemu odločitve o oddaji naročila št. 430-0008/2025-8, objavljeni dne 22.9.2025 na portalu javnih naročil, ugotovil, da so nekateri ponudniki predložili ponudbe za blago, ki ne ustreza zahtevam naročnika, in sicer:

- **Sklop 2, ponudnik Simps's, zap. št. 37**

37	OBLIŽ ZA RANE, KI JE SESTAVLJEN IZ PU MATRIKSA Z AKTIVNIMI UČINKOVINAMI (F68, GLICEROL, KOPOLIMER ŠKROBA) PREKRIT S PROSOJNIM PU FILMOM, OBSTOJNOST DO 7 DNI, VELIKOST PU MATRIKSA 5CMX7,6CM, Z LEPLJIVIM ROBOM, DXŠ 8,9CMX11,4CM	KOS	120	OBLOGA 5X7,6 POLYMEM PU ROB	2823
----	---	-----	-----	--------------------------------	------

Ponudnik Simps's je ponudil obliž s kataloško številko 2823, ki ga v katalogu izdelkov Polymem ni. Pravilen izdelek je le izdelek s kataloško številko 405.

- **Sklop 2, ponudnik Simps's, zap. št. 91**

91	HIDROKOLOIDNA OBLOGA BREZ LEPILENEGA ROBA S POLIURETANSKIM NOSILEM IN HIDROKOLOIDNE PLASTI V SESTAVI - CARBOXYMETHYL CELULOZE, POLYISOBUTYLENA, PARAFFINA, STIREN ISOPRENA, STIREN COPOLYMER, SMOL, ANTIOOKSIDANTOV, SORBITAN ESTRA 10X10 CM	KOS	30	HIDROKOLOID 10X10CM	1701341011	FARMAC ZABBAN
----	--	-----	----	---------------------	------------	---------------

Naročnikova zahteva je bila HIDROKOLOIDNA OBLOGA BREZ LEPILENEGA ROBA S POLIURETANSKIM NOSILEM IN HIDROKOLOIDNE PLASTI V SESTAVI - CARBOXYMETHYL CELULOZE, POLYISOBUTYLENA, PARAFFINA, STIREN ISOPRENA, STIREN COPOLYMER, SMOL, ANTIOOKSIDANTOV, SORBITAN ESTRA 10X10 CM.

Ponudnik Simps's je ponudil hidrokolooid proizvajalca Farmac Zabban s kataloško številko 1701341011 pravilne dimenzije, ki pa v svoji sestavi ne vsebuje zahtevanih snovi. Ponujen hidrokolooid vsebuje matriks lepljivih polimerjev, katerih sestava ni enaka kot je zahtevano, ter poliuretanski nosilec.

- **Sklop 3, ponudnik Combic d.o.o., zap. št. 16**

16	LOSION ZA MOŠKE PO BRITJU, SENSITIV 100ML	KOS	60	LOTION PO BRITJU MEN EXTRA SENSITIVE, 120 ML	95091	AFRODITA	22,0%	2.400,00	3,0500	19,073,20	24.000,08
----	---	-----	----	--	-------	----------	-------	----------	--------	-----------	-----------

Naročnikova zahteva je bila LOSION ZA MOŠKE PO BRITJU, SENSITIV 100 ML.
Ponudnik Combic d.o.o. je ponudil losjon po britju 120 ml.

- **Sklop 4, ponudnik Formadent d.o.o., zap. št. 36**

36	KINEZILOŠKI TRAK - TIP "CLASSIC" TERMOAKTIVNO LEPILO, ZA PROFESIONALNO UPORABO, TRAKOVI V KOLUTIH, VODODOPORNI, RAZTEGLJIVI, OBSTOJNI, DIMENZIJE: 5 CM, DOLŽINA 5M BARVE: KOČNA, MODRA, RDEČA ALI ČRNA	KOS	30	Kineziološki trak profilni trak 5cmx5m, 10cm	CKP02024	Kineziolo	22,0%	8.600,00	10,4620	258,00	314,78
----	--	-----	----	--	----------	-----------	-------	----------	---------	--------	--------

Naročnikova zahteva je bila kineziološki trak dimenzije 5 cm x 5m.
Ponudnik Formadent d.o.o. je ponudil kineziološki trak dimenzije 5 cm x 4m.

- **Sklop 6, ponudnik Formadent d.o.o., zap. št. 12**

12	ZAŠČITNI PLAŠČ, VODODOPORNI, NESTERILNI, ZA ENKRATNO UPORABO, NA ROKAVIH MANŠETE, ZADNJI DEL SE PREKRIVA TAKO, DA JE HRBTNI DEL V CELOTI ZAŠČITEN, DOLŽINA VSAJ 120 CM, VELEKOST M.L. IN XL IZDELAN SKLADNO Z ZAHTEVO SIST EN ISO 13698:2013, SIST EN 14128:2005/AC:2005, OZNAKA CE, NA EMBALAŽI MORAJO BITI VSAJ NASLEDNJI PODATKI: NAZIV IZDELKA, PROIZVAJALEC, STANDARD, ROK UPORABNOSTI, CE OZNAKA	KOS	900	Zaščitni plašč: vodoodporen, modri, 100x100	25305524	V.V. Rosbach	22,0%	0,4600	0,5855	432,00	527,04
----	--	-----	-----	---	----------	--------------	-------	--------	--------	--------	--------

Naročnikova zahteva v dodatnih pojasnilih je bila:

Sklop 6

Zap.št. 12

Naročnik popravlja opis, tako da se glasi: "Plašč mora nuditi maksimalno zaščito: material iz polipropilena SMS, gramatura 45 g/m2, hidrostatski pritisk > 50 cm H2O, varjeni šivi, pletena manšeta, trakovi okoli pasu, na vratu zapenjanje z ježki, MD Uredba (EU) 2017/745 razred I, OVO Uredba (EU) 2016/425 kat. I, EN 13795-1:2019, ISO 13485:2016, ISO 9001:2015"

Ponudnik Formadent d.o.o. je ponudil plašč, ki nima zahtevanih lastnosti, saj je iz PP in PE ter ni iz istega materiala. Prav tako ni navedenega podatka o hidrostatskemu pritisku in tudi gramatura ne ustreza zahtevam naročnika. Artikel ni skladen z OVO Uredbo EU 2016/425 kat. I.

Zaradi navedenih dejstev naročnik **popravlja svojo odločitev** št. 430-0008/2025-8 s pričujočo odločitvijo in **izloča kot nedopustne ponudbe naslednjih ponudnikov za naslednje sklope:**

- Ponudbo SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d. o. o., Motnica 003, 1236 Trzin za sklop 2
- Ponudbo COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d. o. o. Podnanos, Podnanos 066A, Vipava, 5272 Podnanos za sklop 3

- Ponudbo FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici za sklop 4 in 6

Izbrane ponudnike bo naročnik pozval k sklenitvi okvirnih sporazumov.

Pouk o pravnem varstvu:

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zoper to odločitev se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku pet (5) delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznaka javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa pooblaščenec,
6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.

V skladu z določili ZPVPJN mora vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR ter zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Takso je potrebno vplačati na podračun Ministrstva za finance za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka SI56 0110 0100 0358 802– izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00613325.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži preko portala e-revizija.

Goran Blaško, direktor

DOM NA KRASU
Št. dok.: 430-0008/2025_13
Podpisnik: BARBARA BOŽIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Po pooblastilu št.: PO08-0005/2025
Št. potrdila: 0004F07000000000005728E7E7 Veljavnost: 30.09.2029
Datum in ura: 25.09.2025 09:50 Dokument je elektronsko podpisan