Splošna bolnišnica Murska Sobota
Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6
9000 Murska Sobota

Številka: JN13/2025
Datum: 30.09. 2025

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 z vsemi spremembami: v nadaljevanju besedila: ZJN-3) in objavljenega obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, objavljenem dne 11.08.2025 pod številko objave JN006312/2025-EUe16/01 in na Portalu TED pod številko objave 525346-2025 z dne 11.08.2025 izdajam,

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Okvirni sporazum za javno naročilo za nabavo blaga: »**MATERIAL ZA INTERVENTNO KARDIOLOGIJO-ponovitev«** se sklene za obdobje od 13.10.2025 do 18.7.2029 z naslednjimi ponudniki:

1. **BORMIA d.o.o., Mirce 14, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina**
2. **MARK MEDICAL d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, 6210 Sežana**
3. **MEDICA d.o.o., Špruha 44, Trzin, 1236 Trzin**
4. **MEDTRONIC d.o.o., Ameriška ulica 8, Ljubljana, 1000 Ljubljana**
5. **PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, 1000 Ljubljana**
6. **KEFO d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE**

za vse vrste blaga, navedene in označene z rumeno in zeleno barvo v prilogi 1. Ponudba dobaviteljev, ki so označeni z rdečo barvo, je bila izločena kot nedopustna. Razlogi za izločitev so navedeni v prilogi 1.

S ponudniki, ki so v prilogi 1 označeni z zeleno barvo, bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo za obdobje od 13.10.2025 do 18.7.2027:

1. **MEDICA d.o.o., Špruha 44, Trzin, 1236 Trzin**
2. **PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, 1000 Ljubljana**

S ponudniki, ki so v prilogi 1 označeni z zeleno barvo in so hkrati edini (obarvani) izbrani v posameznem sklopu oziroma podsklopu, oziroma zaporedni številki artikla, bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo za obdobje od 13.10.2025 do 18.7.2029:

1. **BORMIA d.o.o., Mirce 14, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina**
2. **MARK MEDICAL d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, 6210 Sežana**
3. **MEDICA d.o.o., Špruha 44, Trzin, 1236 Trzin**
4. **MEDTRONIC d.o.o., Ameriška ulica 8, Ljubljana, 1000 Ljubljana**
5. **PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, 1000 Ljubljana**

Obrazložitev odločitve:

Naročnik je izvedel javno naročilo za nabavo blaga: »**MATERIAL ZA INTERVENTNO KARDIOLOGIJO-ponovitev**« po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3.

Do roka za predložitev ponudbe, to je do 11.09.2025 do 10.00, so v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 predložili ponudbo naslednji ponudniki:

1. **BORMIA d.o.o., Mirce 14, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina**
2. **KEFO d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE**
3. **MARK MEDICAL d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, 6210 Sežana**
4. **MEDICA d.o.o., Špruha 44, Trzin, 1236 Trzin**
5. **MEDTRONIC d.o.o., Ameriška ulica 8, Ljubljana, 1000 Ljubljana**
6. **PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, 1000 Ljubljana**

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 11.09.2025 ob 12.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Po pregledu je naročnik ugotovil, da za vse prejete ponudbe ponudnikov ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, njihova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, so prispele pravočasno, pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik jih ni ocenil za neobičajno nizke in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, zato jih je izbral, razen za tiste vrste blaga, ki so v prilogi 1 označene z rdečo barvo ali niso obarvane.

Glede na navedeno bo naročnik z zgoraj naštetimi ponudniki sklenil okvirni sporazum z veljavnostjo 13.10.2025 do 18.7.2029 ter kupoprodajno pogodbo z veljavnostjo 13.10.2025 do 18.7.2027, oziroma 13.10.2025 do 18.7.2029.

Merilo za izbor:

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezni artikel je naročnik za ocenjevanje ponudb razdelil, in sicer:

MERILO ZA POSAMEZNI ARTIKEL:
· najnižja končna cena posameznega artikla z DDV.

Naročnik bo za posamezno vrsto artiklov oziroma za podsklope, kjer je prejel dve ali tri dopustne ponudbe, odprl konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma, in sicer predvidoma v obdobjih:

- 13.10.2025 do 18.07.2027 in
- 19.07.2027 do 18.07.2029

Naročnik je s prejemom ponudb izvedel odpiranje konkurence za prvo obdobje.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločitev lahko ponudnik, v primeru ravnanja naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, v osmih delovnih dneh od dneva prejema obvestila v skladu z določili tretjega odstavka 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN; Ur.l. RS, št. 43/11 z vsemi spremembami in dopolnitvami) vloži zahtevek za revizijo zgolj v primeru, ko se posamezno naročilo oddaja na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji in je vrednost posameznega naročila višja od vrednosti ko je potrebno javno naročilo poslati v objavo v uradno glasilo EU. V drugih primerih posameznih naročil, ki se oddajajo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop (posamezno vrsto razpisanega blaga), vendar ne manj kot 500,00 eurov in ne več kot 25.000,00 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za odločitev 6.000,00 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000,00 eurov.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: https://www.gov.si/teme/pravno-varstvo-v-postopkih-javnega-narocanja/

Vodja službe za nabavo in javna naročila:

Tamara Gradinski

TAMARA GRADINSKI
Digitalno podpisal TAMARA GRADINSKI
Datum: 2025.09.30 14:20:52 +02'00'

Direktor:

Roman L. Ratkai

ROMAN LADISLAV RATKAI
Digitalno podpisal ROMAN LADISLAV RATKAI
Datum: 2025.09.30 14:50:33 +02'00'

Poslano:
- arhiv, tu
- v objavo na portal javnih naročil

Priloga:
- priloga 1: Izbor dobaviteljev, ocene (NE)USTREZNOSTI

Zap. št.	PODSKLOP	Naziv blaga	Tehnična specifikacija	Konsignacijsko blago	EM	Okvirne letne količine	Dobavitelj	Dobaviteljev naziv artikla	Skupna vrednost brez DDV glede na planirano 1-letno količino	Skupna vrednost z DDV glede na planirano 1-letno količino	DOPUSTNO/ NEDOPUSTNO	Pojasnilo NEUSTREZNOSTI	**OKVIRNI SPORAZUM 13.10.2025 do 18.07.2029**	**POGODBA 13.10.2025 do 18.07.2027**	**POGODBA 13.10.2025 do 18.07.2029**
1	ODPRT PODSKLOP 5: Diagnostična žica Amplatz	Žica za BAV/TAVI	Posebno predukrivljena zelo čvrsta žica za pasažo stenotične aortne zaklopke, s posebno triconsko tehnologijo ki zagotavlja tri neodvisne cone trdote in ki ohranja krivino zanke ter se popolnoma prilagodi anatomiji aortnega loka in ščiti miokard pred perforacijo. Debelina žiče 0.89 mm, dolžina žice 270 ali 275 cm z 25 in 35 mm ali 29 in 32 mm velikosti zanke.		kos	20	Medtronic d.o	Confida Brecker Guidewire	2.400,00	2.628,00	NEDOPUSTNO	Ponujeni materialne ustreza dimenzijam iz razpisne dokumentacije.			
1	ODPRT PODSKLOP 5: Diagnostična žica Amplatz	Žica za BAV/TAVI	Posebno predukrivljena zelo čvrsta žica za pasažo stenotične aortne zaklopke, s posebno triconsko tehnologijo ki zagotavlja tri neodvisne cone trdote in ki ohranja krivino zanke ter se popolnoma prilagodi anatomiji aortnega loka in ščiti miokard pred perforacijo. Debelina žiče 0.89 mm, dolžina žice 270 ali 275 cm z 25 in 35 mm ali 29 in 32 mm velikosti zanke.		kos	20	PRO-GEM d.o	Safari Žica 275 cm, extra small	5.226,00	5.722,47	DOPUSTNO		x	x	
1	ODPRT PODSKLOP 5: Diagnostična žica Amplatz	Žica za BAV/TAVI	Posebno predukrivljena zelo čvrsta žica za pasažo stenotične aortne zaklopke, s posebno triconsko tehnologijo ki zagotavlja tri neodvisne cone trdote in ki ohranja krivino zanke ter se popolnoma prilagodi anatomiji aortnega loka in ščiti miokard pred perforacijo. Debelina žiče 0.89 mm, dolžina žice 270 ali 275 cm z 25 in 35 mm ali 29 in 32 mm velikosti zanke.		kos	20	BORMIA, trgo	INNOWI SX TAVI vodilna žica 0,035", 270 cm, JJ 25 mm (47012214) INNOWI SX TAVI vodilna žica 0,035", 270 cm, JJ 35 mm (46012095)	3.700,00	4.051,50	DOPUSTNO		x		
2	ODPRT PODSKLOP 9: Vodilni katetri brez uvajala	Vodilni kateter za uporabo brez žilnega uvajala	Vse standardne oblike katetrov Judkins, Back-up, Amplatz, Multipurpose, kateter mora imeti fleksibilno primarno krivino in mehko zaokroženo konico, sekundarna krivina mora biti dovolj čvrsta (back-up support). Vključen dilatator. Notranji lumen katetra mora biti za 6,5F vsaj 0.070" in za 7.5Fr vsaj 0.081"		kos	50	KEFO d.o.o.	Climber	2.300,00	2.518,50	NEDOPUSTNO	Ponujeni material ni kateter za uporabo brez žilnega uvajala.			
3	ODPRT PODSKLOP 11: Set za inflacijo z manometrom	Manifold za ročno vbrizgavanje kontrasta	Manifold za ročno vbrizgavanje kontrasta. 3-potni. Vsebuje: Visokotlačno podaljševalno cev, brizgo za vbrizgavanje s protitlačnim mehanizmom, 2 infuzijska seta		kos	50	Medica d.o.o.	Blue Control Syringe + Manifold	638,36	699,00	DOPUSTNO		x		x
4	ODPRT PODSKLOP 12: PTCA vodilne žice, razno	PTCA vodilna žica za retrogradne posege	Jedro iz Nitinola, zasnova "Core to tip" in varnostna mreža ("Safe Net"), ki omogoča superiorno torkabilnost in ohranjanje oblike. Konica brez prevleke, trdota konice 0,3g. Distalna hidrofilna prevleka v dolžini 55cm. Lahko je tudi prekrita s polimerom po konici naprej v dolžini 49cm, lahko brez polimera. Radiopačna v 3 cm.		kos	25	MARK MEDIC	ANYREACH C&P	3.125,00	3.421,88	DOPUSTNO		x		x
5	ODPRT PODSKLOP 12: PTCA vodilne žice, razno	PTCA vodilna žica kronične totalne okluzije s polimerom	Jedro iz Nitinola, zasnova "Core to tip" in varnostna mreža ("Safe Net"), ki omogoča superiorno torkabilnost in ohranjanje oblike. Trdota konice 1,5g, 3,0g in 6,0g. Distalni del v celoti prevlečen s hidrofilnim premazom v dolžini 40cm in s polimerom v dolžini 28cm. Radiopačna v 3 cm.		kos	25	MARK MEDIC	ANYREACH P LanceR CTO	3.375,00	3.695,63	DOPUSTNO		x		x
7	ODPRT PODSKLOP 14: Vodilne koronarne žice za CTO	Namenska penetracijska žica	Vodilna žica namenjena za prehod iz subintimalnega v intraluminalni prostor, premera 0,014'', distalno zožena na 0,009'', dolžine 185 in 300 cm ali 185 cm. Distalnih 20cm žice je hidrofilnih, shaft prevlečen s PTFE. Konica žice ima mikro kavelček premera 0,0035", trdote 12 g, konica je v dolžini 1,5mm predukrivljena za 28°. Radiopačna v dolžini 20 cm.		kos	20	PRO-GEM d.o	Stingray vodilna žica	6.000,00	6.570,00	DOPUSTNO		x		x
9	ODPRT PODSKLOP 18: Mikrokateter	Mikrokateter za modifikacijo plaka	Za napredovanje z rotacijo preko koronarne žice 0,014, konična radiopačna konica za katero so najlonski zunanji navoji v dolžini 3 cm. Distalni in proksimalni shaft 2,9F, konica 1,6F, dolžine 135 in 150cm.		kos	20	BORMIA, trgo	Turnpike Spiral kateter 135cm Turnpike Spiral kateter 150 cm	11.120,00	12.176,40	DOPUSTNO		x		x

12	ODPRT PODSKLOP 18: Mikrokateter	Namenski balon za ponoven vstop v lumen žile	Namenski ploščati balon za pozicioniranje v subintimalni prostor, kompatibilen z 0,014" in 0,018" žico. En OTW port se konča na konici, drugi OTW port ima dva izhoda na mestu balona in sta usmerjena 180° vsaksebi. Dva radiopačna markerja, ki omogočata pravilno pozicioniranje balona. Hidrofilni premaz distalnega dela. Premer distalnega shafta 2,7F. RBP 6ATM. Dolžina balona 10mm, premer 2,5x1,0mm.		kos	20	PRO-GEM d.o	Stingray LP	28.980,00	31.733,10	DOPUSTNO		x		x
13	ODPRT PODSKLOP 18: Mikrokateter	Mikrokateter za dostavo spiral	Mikrokateter, ki omogoča dostavo spiral velikosti do vključno 0.018". Distalni zunanji premer 1.8Fr ali 2.5Fr, notranji premer vsaj 0.018".	DA	kos	10	KEFO d.o.o.	Progreat Lambda	4.820,00	5.277,90	DOPUSTNO		x		
13	ODPRT PODSKLOP 18: Mikrokateter	Mikrokateter za dostavo spiral	Mikrokateter, ki omogoča dostavo spiral velikosti do vključno 0.018". Distalni zunanji premer 1.8Fr ali 2.5Fr, notranji premer vsaj 0.018".	DA	kos	10	Medtronic d.c	Phenom™	9.000,00	9.855,00	DOPUSTNO		x		
13	ODPRT PODSKLOP 18: Mikrokateter	Mikrokateter za dostavo spiral	Mikrokateter, ki omogoča dostavo spiral velikosti do vključno 0.018". Distalni zunanji premer 1.8Fr ali 2.5Fr, notranji premer vsaj 0.018".	DA	kos	10	Medica d.o.o.	Cantata Microcatheter	4.383,56	4.800,00	DOPUSTNO		x	x	
14	ODPRT PODSKLOP 26: Sistemi za pomoč pri PCI in za nadzor zapletov	Embolizacijske zanke	Mehansko snemljive s pomočjo priklopa mehanizma za spuščanje. Možnost repozicije pred snetjem. Premer zanke maksimalno 0.0115", premer zanke od 1 do 6 mm, dolžina 1-20 cm, kompatibilen z vsemi CTO mikrokatetri.		kos	10	KEFO d.o.o.	Azur CX	7.420,00	8.124,90	NEDOPUSTNO	Ponujene zanke niso kompatibilne s katetri z notranjim premerom manjšim od 0,018"			
14	ODPRT PODSKLOP 26: Sistemi za pomoč pri PCI in za nadzor zapletov	Embolizacijske zanke	Mehansko snemljive s pomočjo priklopa mehanizma za spuščanje. Možnost repozicije pred snetjem. Premer zanke maksimalno 0.0115", premer zanke od 1 do 6 mm, dolžina 1-20 cm, kompatibilen z vsemi CTO mikrokatetri.		kos	10	Medtronic d.c	Axium™	7.500,00	8.212,50	DOPUSTNO		x		x