

Splošni pogoji za dobavo in montažo Laminarijev (LAF komor):

Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujenih LAF komor:

1.	Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže:	ISO 9001 ISO 14001
2.	Sistem upravljanja z energijo	EN ISO 50001
3.	Biotehnologija - Merila za mikrobiološko varne prostore	SIST EN 12469:2000
4.	Varnostne komore za ravnanje s citotoksičnimi snovmi	DIN 12980:2005
5.	Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblašene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU)	Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), CE oznaka

Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:

1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov. Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele vsaj 8 let po izteku garancijske dobe (skupno 10 let po primopredaji).
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme.
3. Izvajalec bo moral predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
5. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, Transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklop na hišne instalacijske sisteme, zagon in nastavitve delovanja ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
6. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 1 dan.
7. Čas popravila napak in okvar opreme je v času trajanja garancije 10 dni, v kolikor naročnik ne določi daljšega roka.
8. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško do dokumentira.
9. Dovoljena dimenzijska odstopanja opreme: dovoljene so tolerance v mejah +5% od navedenih dimenzij v popisih zaradi omejenega razpoložljivega prostora na mestih montaže.
10. Obvezne priloge ob primopredaji: DQ, IQ, O..Q, CQ; PQ (smiselno zahtevane za LAF komore)