

<b>Splošni pogoji za dobavo in montažo naprav za laboratorijske zamrzovalne skrinje -80°C:</b>
--

**Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujenih za laboratorijske zamrzovalnih skrinj -80°C:**

1.	Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže:	<b>ISO 9001</b> <b>ISO 14001</b>
2.	Direktiva o medicinskih pripomočkih (2017/745)	<b>Lastna izjava izbranega dobavitelja</b>
3.	Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščen inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU)	<b>Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), CE oznaka</b>

**Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:**

1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov. Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele vsaj 8 let po izteku garancijske dobe (skupno 10 let po primopredaji).
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme.
3. Izvajalec bo moral predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
5. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklop na hišne instalacijske sisteme, zagon in nastavitve delovanja ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
6. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 1 dan.
7. Čas popravila napak in okvar opreme je v času trajanja garancije 5 dni, v kolikor naročnik ne določi daljšega roka.
8. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško do dokumentira.
9. Dovoljena dimenzijska odstopanja opreme: dovoljene so tolerance v mejah +5% od navedenih dimenzij v popisih zaradi omejenega razpoložljivega prostora na mestih montaže.
10. Obvezne priloge ob primopredaji: DQ, IQ, O..Q, CQ; PQ (smiselno zahtevane za laboratorijske zamrzovalne skrinje -80°C).