Vanja Herman Digitalno podpisal Vanja Herman Datum: 2025.12.11 09:58:07 +01'00'

Splošna bolnišnica Celje

Številka: JN006539/2025
Datum: 11.12.2025

Na podlagi določila 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) izdaja Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »APARAT ZA UMETNO PREDIHAVANJE PLJUČ (2 KOM) Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET« objavljen na Portalu javnih naročil pod JN006539/2025 se odda ponudniku **FRAMED, trgovina in storitve, d.o.o., Borovec 018, 1236 Trzin.**

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN006539/2025 dne 20.08.2025

Rok za oddajo ponudb je bil določen za 12.09.2025 do 10:00 ure, datum in ura odpiranja ponudb pa 12.09.2025 ob 11:00 uri. Ponudbo sta oddala ponudnika s ponudbeno ceno:

Ponudniki	**Znesek brez davka (EUR)**	**Znesek davka (EUR)**	**Znesek z davkom (EUR)**
FRAMED, trgovina in storitve, d.o.o., Borovec 018, 1236 Trzin	99.800,00	13.206,00	113.006,00
RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o., Litijska cesta 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE	49.200,00	6.324,00	55.524,00

Pri preveritvi dopustnosti ponudbe **RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o., Litijska cesta 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE** je naročnik ugotovil, da ponudba ne ustreza zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah.

Naročnik je za izkazovanje tehnične ustreznosti ponujene opreme v OBR- 7 zahteval, da se v ponudbi predloži originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe. Obveznost ponudnika je, da izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis ustrezno označi, podčrta in navede ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila.

Naročnik ugotavlja, da ponudba ne ustreza zahtevan naročnika, določenih v tehničnih specifikacijah iz naslednjih razlogov:

Naročnik je v OBR-6 pod točko 1.7. podal zahtevo -
NIV - neinvazivna ventilacija:

- *s tlačno podporo spontanim vdihom*
- *nastavljiv kriterij hitrosti porasta tlaka/pretoka (% porasta ali ekvivalent) in nastavljiv parameter zazaključek vdiha (Esens ali ekvivalent) pri tlačni podpori (PS)*
- *1.7. pretok vsaj do 190 l/min-5 točk*

Naročnik je prejel na Portalu javnih naročil vprašanje »*Prosimo za potrditev, da je ustrezen ventilator s pretokom do 180L/min., kar minimalno odstopa od specifikacij in ne vplivana funkcijo«.* Naročnik je pod al odgovor, da ventilator **s pretokom 180L/min** ustreza obveznim tehničnim zahtevam. Možnost pretoka 190 L/min je tehnična prednost in pri tem pretoku kot tehnični prednosti vztrajamo (5 točk).

Naročnik izpostavlja, da je bil v zvezi z vprašanje pretoka odgovor naročnika objavljen na Portal javnih naročil dne 08.09.2025 ob 09:22 jasen in nedvoumen.

Iz predloženih dokumentov ponudbi ponudnika. RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o., tehnične specifikacije na strani 4 izhaja, da je pretok od 0-150l/min, v dokumentu osnovna navodila je na strani 33 napisano, da je največji pretok za nuden aparat 150 l/min.

Glede na navedeno gre ugotoviti, da ponudnik ni predložil tehnično ustrezne opreme, saj ne dosega zahteve po pretoku 180l/min, kot jasno izhaja iz odgovora na Portalu javnih naročil, ki skladno z določilom 67. člena ZJN-3 predstavlja sestavni del dokumentacije v zvezi z naročilom.

Nadalje naročnik poudarja, da je v Naročnik je v OBR-6 pod točko 3.1. podal zahtevo : »
Vsa tipala (za pretok, tlak, FiO2) morajo biti del ponudbe in dostavljena z ventilatorjem. Na tipala ne sme vplivati zdravljenje s terapevtskimi plini (npr NO,sevofloran, izofloran)«

Iz predloženih dokumentov ponudbi ponudnika RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o. ni razvidno, da na tipala ne sme vplivati zdravljenje s terapevtskim plinom NO (

Naročnik je v OBR-6 pod točko 4.6. podal zahtevo: »-
Ventilator mora omogočati odsesavanje/odstranjevanje terapevtskih plinov (hlapni anestetiki, dušikov (II) oksid (NO) in dušikov (IV) oksid (NO2)) preko filtra ali centralnega odzračevanja

Splošna bolnišnica Celje

Iz predloženih dokumentov ponudbi ponudnika. RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o., izpolnjevanje zahteve, da mora ventilator omogočati odsesavanje/odstranjevanje terapevtskega plina oksid (NO) ni razvidno.

Glede na dejstvo, da ponudnik v ponudbi ni izkazal, da je ponudil tehnično ustrezno opremo ter, da ugotovljenih pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti z uporabo instituta 89. člena ZJN-3, naročnik ugotavlja, da ponudnik **RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o., Litijska cesta 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE** ni ponudil opreme, ki ustreza zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah, zato je ponudbo označil kot nedopustno ponudbo v smislu določila 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 in jo zavrnil.

Pri pregledu ponudbe ponudnika **FRAMED, trgovina in storitve, d.o.o., Borovec 018, 1236 Trzin** je naročnik na podlagi določila tretjega odstavka 47. člena ZJN-3 ugotovil, da je ponudba ponudnika dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, zato jo je izbral.

Naročnik je v predmetnem javnem naročilu prejel samo eno dopustno ponudbo in sicer ponudbo ponudnika FRAMED, trgovina in storitve, d.o.o., Borovec 018, 1236 Trzin zato ponudb ni razvrščal po merilu za izbor, saj razvrstitev ponudb po merilu ne bi v ničemer vplivala na odločitev, kot izhaja iz izreka.

S tem je utemeljena odločitev, kot izhaja iz izreka.

PRAVNI POUK:

Skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN) ima ponudnik pravico, da v petih (5) delovnih dneh od objave odločitve o oddaji javnega naročila vloži zahtevek za revizijo. Zahtevek za revizijo se vloži elektronsko, preko portala e-revizija. Zahtevek za revizijo mora vsebovati obvezne sestavine. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, v višini EUR na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek (TRR: SI56 0110 0100 0358 802, SKLIC: 11 16110-7111290- 00784425). Naročnik skladno z določilom 92.člena ZJN-3 ne bo upošteval obdobja mirovanja, saj je v predmetnem postopku prejel samo eno ponudbo.

Splošna bolnišnica Celje

Direktor:
Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

Objaviti:

- na portalu javnih naročil.