


Šifra	Opis	Ident	Naziv artikla	Nadr.ident	EM	Partner	Naziv	Cena	Status cene	Tip artikla	DODATNI PODATKI	Rezultat	Vrednost	LPO	Strokovne zahteve
		N00857	SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN												
1582	Kanila intra v.sistemi inf. in transfuz.	466677	SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN Ranger set kat.št. 24250 3M	N008579	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	14,7280		Artikel	PD1: SET ZA OGREVANJE TEKOČINE RANGER 3M PD4: Dolžina 700 mm. PD6: 1 PD7: sistem za orevanje tekočin kompatibilen z aparatom Ranger 3M	Neustrezen: ne ustreza v dolžini in polnitvenem volumnu	883,6800	60.000	
1582	Kanila intra v.sistemi inf. in transfuz.	963669	SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN kat.št. L-70NI Smiths Medical (sc=30kos)	N008579	KOS	001745	PHARMAMED-MADO, D.O.O.	24,5000	1 Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	1.470,0000	60.000	



Številka: 200-16/2025-86
Datum: 7.11.2025

**POPRAVEK/SPREMEMBA ODLOČITVE O IZIDU
JAVNEGA NAROČILA št. 200-16/2025-82 z dne 3.11.2025**

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici
Oznaka javnega naročila	200-16/2025
Predmet javnega naročila	Kanila intravenozna, sistemi infuzijski in transfuzijski
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 40. člen v povezavi z 48. členom

Naročnik skladno z določbo 6. odstavka 90. člena ZJN-3, spreminja izdano odločitev št.: 200-16/2025-82 z dne 3.11.2025 kot sledi:

1) N008579 SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN

- Artikel 466677 »SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN Ranger set kat.št. 24250 3M« ponudnika **Sanolabor d.d.** se označi kot **neustrezen** z razlogom: »ne ustreza v dolžini in polnitvenem volumnu.«
Naročnik za artikel 466677 s ponudnikom Sanolabor d.d. **ne bo sklenil okvirnega sporazuma.**

- Artikel 963669 »SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN kat.št. L-70NI Smiths Medical (sc=30kos)« ponudnika **Pharmamed-Mado d.o.o.** se označi kot ustrezen in **najugodnejši.**
Naročnik bo za artikel 963669 s ponudnikom Pharmamed-Mado d.o.o. **sklenil okvirni sporazum.**

2) V ostalem naročnik svoje odločitve št. 200-16/2025-82 z dne 3.11.2025 ne spreminja.

Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku osmih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 6.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00585025.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravila: Anja Besednjak dipl. psihosoc. svetovalka



Vodja javnih naročil po pooblastilu:
Tjaša Brumat, mag. prava



Priloga: preglednica

Vročiti:

- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti: zbirka dokumentarnega gradiva

DIREKTOR ZAVODA
Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.

