

Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

Cesta zmage 1

1410 Zagorje ob Savi

Oznaka javnega naročila: JNMV-460-02/2025

Številka javnega naročila: JN0007785/2025-SL1/01

Datum: 11. 11. 2025

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

za javno naročilo

SKLOP 3 – PRIBOR ZA VAKUMSKI ODVZEM KRV

predmeta javnega naročila »Dobava laboratorijskega materiala«

I.

ODLOČITEV NAROČNIKA

Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju naročnik) v postopku oddaje javnega naročila z naslovom »Dobava laboratorijskega materiala«, **SKLOP 3: PRIBOR ZA VAKUMSKI ODVZEM KRV**, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN007785/2025-SL1/01 z dne 3.10.2025, na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 10/22 in 28/23, v nadaljevanju ZJN-3) sprejeme odločitev, da se za izvedbo naročila izbere ponudnik

MEDIASI d.o.o., Leskoškova cesta 9C, 1000 Ljubljana

davčna številka: SI39792528

II.

OBRAZLOŽITEV IZBIRE

Javno naročilo z naslovom »Dobava laboratorijskega materiala«, SKLOP 3: PRIBOR ZA VAKUMSKI ODVZEM KRV.

Rok za oddajo ponudb je bil 10. 10. 2025 do 10:00 ure, istega dne ob 11:00 uri je bilo preko informacijskega sistema e-JN izvedeno avtomatično odpiranje ponudb. Naročnik je prejel 13 (trinajst) ponudb.

Na predmetni sklop 3 so se prijavili trije (3) ponudniki s ponudbeno ceno (letna vrednost):

ZŠ	PONUDBNIK	VREDNOST V EUR Z DDV
1	Mediasi d.o.o., Ljubljana	10.864,61
2	SANOLABOR d.d., Ljubljana	6.002,59
3	Venofarmacija d.o.o., Celje	7.484,95

Naročnik je preveril dopustnost ponudbe ponudnikov ter njihovo izpolnjevanje pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.

Prvi odstavek 2. člena ZJN-3 določa, da je dopustna ponudba tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, prispela je pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko, cena pa ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Pri preverjanju navedenih ponudb je naročnik ugotovil slednje:

- Ponudnik **Venofarmacija d.o.o., Celje**

Naročnik je preveril vzorce ponudnika, ter dopustnost ponudbe ter njihovo izpolnjevanje pogojev. Ponudnik je predložil zahtevane vzorce, katerim se je v laboratoriju preverila ustreznost zahtevanim standardom. Naročnik je v laboratoriju preskusil material in ugotovil, da so epruvete pakirane v stojalih, kateri ne omogočajo samostojno postavitve na delovnem mestu. Epruvete pod zaporedno št. 4 "Vakuumska Epruveta VIJOL. K2EDTA 2ml 13×75mm HEMATO. A100/1000 SY" ne ustrezajo hematološkemu analizatorju Sysmex XN 550 - epruvete je večkrat obstala v analizatorju v držalu za epruvete, ročna odstranitev epruvete iz držala je bila zelo otežena. Rezultat za trombocite v epruveti pod zaporedno št. 4 "Vakuumska Epruveta VIJOL. K2EDTA 2ml 13×75mm HEMATO. A100/1000 SY" odstopa od rezultatov trombocitov določenih v obstoječi epruveti. Z cca 3 minute je podaljšana koagulacija v epruvetah pod zaporedno št. 3 - Vakuumska Epruveta RUMENA serum gel 3,5ml 13×75mm (42721) BIOKEM. SY A100/500.

Ponudba iz navedenega razloga ni dopustna in se jo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.

- Ponudnik **SANOLABOR d.d., Ljubljana**

Naročnik je preveril vzorce ponudnika, ter dopustnost ponudbe ter njihovo izpolnjevanje pogojev. Ponudnik je predložil zahtevane vzorce, katerim se je v laboratoriju preverila ustreznost zahtevanim standardom.

Ponudnik je v sklopu 3 - venski odvzem posredoval deklaracijo proizvajalca CHIRANA, da so CHIRAVAC igle in CHIRAVAC adapter kompatibilni z epruvetami različnih proizvajalcev. Ni pa bilo navedeno, da so kompatibilni z epruvetami VITREX. V laboratoriju se je na odvzemu krvi material preskusil. Pri odvzemu krvi je nastala težava in sicer je na gumi od pokrovčka epruvet po odvzemu ostaja večja kaplja krvi (nevarnost kontaminacije). Poleg tega so preveze za večkratno uporabo preveč mehke, ne dovolj močne.

Ponudba iz navedenega razloga ni dopustna in se jo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.

- Ponudnik **Mediasi d.o.o., Ljubljana:**

Naročnik je preveril vzorce ponudnika, ter dopustnost ponudbe ter njihovo izpolnjevanje pogojev. Ponudnik je predložil zahtevane vzorce, katerim se je v laboratoriju preverila ustreznost zahtevanim standardom. Naročnik je ugotovil, da artikli ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji.

Za izbor ponudbe je uporabljeno merilo »najnižja cena v EUR z DDV«.

Skladno s četrtem odstavkom 89. člena ZJN-3 je naročnik razvrstil dopustne ponudbe glede na merilo, kot sledi:

ZŠ	PONUĐNIK	VREDNOST V EUR Z DDV
1	Mediasi d.o.o., Ljubljana	10.864,61

Naročnik bo pogodbo o izvedbi javnega naročila sklenil s ponudnikom, kot je navedeno v izreku te odločitve.

S tem je odločitev utemeljena.

III. PRAVNI POUK

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zoper to odločitev o oddaji javnega naročila lahko ponudnik v petih (5) delovnih dneh od objave te odločitve vloži zahtevek za revizijo.

Zahtevek se vloži preko portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>).

Ponudnik mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini 500,00 EUR.

Takso je potrebno plačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za pred revizijski in revizijski postopek, številka SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00778525.

Ponudnik mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-B, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.



Direktor
Aleš Šabeder

Način obveščanja oziroma vročitve te odločitve:

Ta odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Vročiti:

- vsem ponudnikom preko Portala javnih naročil

Vložiti:

- Zbirka dokumentarnega gradiva o javnem naročilu