ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

INSTITUTE OF ONCOLOGY LJUBLJANA

Številka JN: **JN-0031/2025**
Št. dokumenta: **14.11.2025**

ODLOČITEV O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) ter izvedenega postopka oddaje javnega naročila za **»NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO«**, se javno naročilo ne odda nobenemu ponudniku.

Obrazložitev:
Naročnik je izvedel javno naročilo po odprtem postopku za »NAKUP GAMA KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN007312/2025-EUe16/01, z dne 18.9.2025. Naročnik je prejel sledečo ponudbo:

Št.	Ponudnik	Skupna vrednost v EUR z DDV
1	LRM, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 021C, 1000 Ljubljana	272.524,00

V postopku izbire ni bila na podlagi ocene merila »najnižja cena« izbrana ponudba edinega ponudnika LRM, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 021C, 1000 Ljubljana, ker je ponudba nedopustna.

Zavrnjene ponudbe in razlogi za zavrnitev:

Št.	Zavrnjena ponudba	Razlogi za zavrnitev
1	LRM, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 021C, 1000 Ljubljana	Ponudba je nedopustna, ker ne ustreza vsem tehničnim specifikacijam, in sicer v naslednjih točkah tehničnih specifikacij: ➢ 2. ENODETEKTORSKA KAMERA GAMA, točka 1. Naprava mora ustrezati evropskim predpisom (CE certifikat): *Ponudnik je v ponudbi predložil EC (Declaration of Conformity_Syngula.pdf) deklaracijo skladnosti, ki z Direktivo 93/42/ECC ni več veljavna (datum veljavnosti: 26. 04. 2024).* ➢ 2. ENODETEKTORSKA KAMERA GAMA, točka 2. Naprava mora biti nova (tekoče leto) in še nikoli uporabljena za klinične ali raziskovalne namene: P*onudnik ni predložil dokazila, da je naprava nova in še nikoli uporabljena.* ➢ 2. ENODETEKTORSKA KAMERA GAMA, točka 3. Ponudnik mora zagotoviti montažo naprave v predvidenem prostoru s svetlim prehodom vrat širine 79 cm in višine 210 cm. V primeru, da bo ponudnik odstranil in na novo namontiral vrata je lahko širina 87cm in višina 213 cm.: *Ponudnik je ponudil opremo, ki presega širino vrat, in sicer 89 cm (navedeno v Technical specifiacions str. 1., točka 2.0) namesto zahtevano največ 87 cm.* ➢ 6. Kolimatorji, točka 6.1. Vsebovani morajo biti večnamenski kolimatorji z vzporednimi luknjami (parallel hole) za nizke energije (LEGP - Low Energy General Purpose), srednje energije (MEGP - Medium Energy General Purpose) in visoke energije (HEGP - High Energy General Purpose). Poleg naštetih mora biti vsebovan še kolimator za povečavo (PINHOLE) s karakteristikami kakovostne klinične uporabe zajemanja žarkov gama nizkih (npr. Tc-99m), srednjih (npr. I-123) in visokih energij (s primernimi vsadki in bočno zaščito vsaj do 400 keV - npr. I-131 z energijami 364 keV): *V priloženih dokazilih, ki jih je ponudnik predložil, ni jasno, ali je vsebovan še kolimator za povečavo (PINHOLE) s karakteristikami kakovostne klinične uporabe zajemanja žarkov gama nizkih (npr. Tc-99m), srednjih (npr. I-123) in visokih energij (s primernimi vsadki in bočno zaščito vsaj do 400 keV - npr. I-131 z energijami 364 keV).*

		➢ 7. Zmogljivost in učinkovitost, točka 7.1. Notranja energijska ločljivost s Tc-99m za UFOV mora biti ≤ 10 % FWHM.: *Ponudnik je ponudil opremo z energijsko ločljivostjo ≤ 10,6 % FWHM, ki je večja kot jo je naročnik zahteval (≤10 % FWHM).* ➢ 8. Zagotavljanje in kontrola kakovosti, točka 8.1. Mora vsebovati vse potrebne fantome in pripomočke za izvajanje predpisanih postopkov kontrole kakovosti trenutne zakonodaje in priporočil proizvajalca. Poleg omenjenega mora vsebovati še fantome in pripomočke za izvedbo NEMA testov za planarne kamere (NU 1 - 2018 (ali novejše) — Performance Measurements of Gamma Cameras.: *Ponudnik je v obrazcu Tehnične specifikacije navedel, da »skladno s priporočili proizvajalca, vendar fantomi za kvalitetno kakovost niso zahtevani kot del dobave in jih ne uporablja naročnik«, kar ni skladno z zahtevo naročnika.* ➢ 3. ZAJEMALNI, REKONSTRUKCIJSKI IN OBDELOVALNI RAČUNALNIŠKI SISTEM, točka 3. Računalniški sistem mora vsaj en barvni monitor, ki je ustrezno certificiran za pregledovanje medicinskih slik — diagnostično delo (IEC 60601-1 in/ali FDA 510 (k)) in kalibrirana po standardu DICOM 3.14.: *V dokazilih, ki jih je ponudnik predložil v ponudbi ni razvidna ustreznost monitorja glede na zahtevo naročnika.* ➢ *Ponundik je kot prilogo obrazca št. 4: IZJAVA, DA JE PONUDNIK POOBLAŠČEN ZA PRODAJO IN SERVIS PONUJENE OPREME predložil pooblastilo, ki je veljavno 5 let, kar ni ustrezno glede na to, da naročnik zahteva vzdrževanje 10 let (1 leto garancije + 9 let pogarancijskega vzdrževanja).*

Pouk o pravnem sredstvu:
Zahtevek za revizijo lahko, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I , 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovornik javnega interesa. Rok za vložitev zahtevka za revizijo je 8 delovnih dni od objave te odločitve o oddaji naročila na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).
Zahtevek za revizijo se v skladu s 24. členom ZPVPJN vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, ki jih določa 1. odstavek 15. člena ZPVPJN, vlagatelj pa mora zahtevku priložiti tudi potrdilo o plačilu takse.
Takso v višini 1.000,00 EUR je potrebno vplačati na transakcijski račun Ministrstva za finance: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija. Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.
1. model (11)
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance)
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
4. P3: zaporedna številka objave obvestila o javnem naročilu oz. numerična oznaka javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.
Naročnik bo zahtevek, ki ne bo izpolnjeval procesnih pogojev iz 3. odstavka 26. člena ZPVPJN s sklepom zavrgel

Naročnik si pridržuje pravico, da s ponudnikom sklene pogodbo pred potekom obdobja mirovanja (tj.pred potekom roka za predložitev zahtevka za revizijo) v skladu s 1. odstavkom 92. člena ZJN-3.

Vodja službe javnih naročil
Aleš Batinić

Direktorica
Zlata Štiblar Kisić

Po pooblastilu
št. 007-0007/2024-1 z dne 02. 09. 2024
Snežana Glamočanin, univ. dipl. ekon.

Pripravila:
Mateja Robnik

1. v skladu z 10. odstavkom 90 člena ZJN-3 se odločitev vroči z objavo na ~~Portalu javnih naročil~~
2. v spis

REPUBLIKA SLOVENIJA ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 4