KEMIJSKI INŠTITUT

SI-1001 Ljubljana
Hajdrihova 19, p.p. 660
Tel.: 01/476 02 00
Faks: 01/476 03 00
http://www.ki.si

Datum: **20.11.2025**
Št: **JNMV27/2025**

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15, s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof. dr. Gregor Anderluh, sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo **»Temperaturno nadzorovana centrifuga«** se odda ponudniku **MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o,** Perovo 30, 1241 Kamnik, za ponudbeno ceno **27.321,60 EUR brez DDV** oz. **33.332,36 EUR z DDV**.

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik je obvestilo o naročilu za predmet »Temperaturno nadzorovana centrifuga« objavil na Portalu javnih naročil dne 27.10.2025 pod št. objave JN008473/2025-SL1/01. Javno naročilo je vodil po postopku naročila male vrednosti skladno z določili 47. člena ZJN-3.

Do roka, določenega za oddajo ponudb, to je do 11.11.2025 do 9:00 ure, je naročnik prejel ponudbe naslednjih ponudnikov:

- SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih in laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana
- MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik
- MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor
- BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana, Cesta v Gorice 34, 1000 Ljubljana
- VWR International GmbH, Graumanngasse 7/A/4, 1150 Dunaj, Avstrija

V skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3 je naročnik razvrstil prejete ponudbe na podlagi v razpisni dokumentaciji določenega merila za izbor – najnižje skupne ponudbene cene brez DDV, in ugotovil sledeče:

Zap. št.	Ponudnik	Ponudbena cena brez DDV (EUR)	Znesek DDV (EUR)	Ponudbena cena z DDV (EUR)
1	MIKRO+POLO, d.o.o.	27.045,34	5.949,97	32.995,31
2	MEDILINE d.o.o.	27.321,60	6.010,76	33.332,36
3	VWR International GmbH	28.605,53	6.293,21	34.898,74
4	BIA d.o.o. Ljubljana	29.028,09	6.386,15	35.414,24
5	SANOLABOR, d.d.	35.430,00	7.794,60	43.224,60

PREGLED IN OCENITEV PONUDB

Sofinancira Evropska unija

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INOVACIJE

CTGCT

V skladu z 89. členom ZJN-3 je naročnik preveril dopustnost prejetih ponudb, kot opisano v nadaljevanju.

1. Ponudba ponudnika MIKRO+POLO, d.o.o.

Pri pregledu ekonomsko najugodnejše ponudbe ponudnika MIKRO+POLO, d.o.o. je naročnik ugotovil, da ponudba ni dopustna, saj ne ustreza v celoti zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponujena oprema namreč ne izpolnjuje naslednjih tehničnih zahtev, določenih v razpisni dokumentaciji (razpisni obrazec št. 3 – Tehnične specifikacije):

- Točka 2.10 oziroma 2.11: V zvezi z navedenima točkama je naročnik prek Portala javnih naročil na vprašanje ponudnika »*prosil bi vas za podatek, koliko 50 in koliko 15 ml koničnih epruvet bi radi na enkrat centrifugirali v prvi in koliko v drugi centrifugi?*« dne 29.10.2025 ob 8:13 odgovoril, da »*pri rotorju pod točko 2.10 vsaj 48x 15 mL koničnih epruvet na rotor in vsaj 28x 50 mL koničnih epruvet na rotor.*« Naročnik je z navedenim odgovorom torej dopolnil točko 2.10 oziroma 2.11 z zahtevo, da morajo adapterji pod točko 2.11 omogočati centrifugiranje vsaj 28 50 mL koničnih epruvet na rotor. Oprema, ki jo ponudil ponudnik MIKRO+POLO, d.o.o. navedene zahteve ne izpolnjuje, saj iz ponudbene dokumentacije (dokument »ROTINA420-420R_EN«, stran 3) izhaja, da ponujeni adapter za 50 mL konične epruvete (HT-4770A) omogoča le 20 50 mL koničnih epruvet na rotor;
- Točka 2.13: Naročnik je s pojasnilom objavljeni na Portalu javnih naročil 29.10.2025 ob 10:19 dopolnil zahteve, navedene v točkah 1.13 in 2.13, in sicer tako, da morajo vsi nihajni rotorji, na katere se navedeni točki nanašata, imeti pokrov za preprečevanje nastanka aerosolov. Z odgovorom, objavljenim dne 30.10.2025 ob 8:04 je naročnik kot sprejemljivo dopustil tudi rešitev, da pokrova nima cel rotor, pač pa vsako korito (košarica). Oprema, ki jo je ponudil ponudnik MIKRO+POLO, d.o.o. navedene zahteve ne izpolnjuje, saj iz ponudbene dokumentacije (dokument »ROTINA420-420R_EN«, stran 6) izhaja, da ponujeni rotor (HT-4784-A) nima pokrova za preprečevanje nastanka aerosolov, niti takšnih pokrovov nimajo ponujeni nastavki (košarice) za ta rotor (HT-4782).

Iz zgoraj navedenih razlogov je naročnik ponudbo ponudnika MIKRO+POLO, d.o.o. kot nedopustno izločil.

2. Ponudba ponudnika MEDILINE d.o.o.

Pri pregledu druge najugodnejše ponudbe – ponudbe ponudnika MEDILINE d.o.o. je naročnik ugotovil, da ponudnik izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje in, da pri njem ne obstajajo razlogi za izključitev, ponudba pa v celoti ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko, cena pa ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna.

Glede na navedeno je naročnik ponudnika MEDILINE d.o.o. izbral za izvedbo predmetnega javnega naročila, saj je ta ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo.

S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev.

Pravni pouk:

Skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s sprem., v nadaljevanju ZPVPJN) ima ponudnik pravico, da v **5-ih delovnih dneh** od objave odločitve o oddaji javnega

naročila vloži zahtevek za revizijo. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila ter pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN v višini **666,64 EUR** na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek TRR: SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-00665225.

prof. dr. Gregor Anderluh
direktor

KEMIJSKI INŠTITUT
Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija 1
NATIONAL INSTITUTE OF CHEMISTRY

Sofinancira Evropska unija

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INOVACIJE

CTGCT