

Številka: 460-0015/2025/0009
Zaporedna številka: JN 08/2025
Datum: 21. 1. 2026

Na osnovi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), izdaja Petra Rupar, dr. med., direktorica Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice (v nadaljnjem besedilu: naročnik), na podlagi ocenitve ponudb, prispelih za javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 17. 10. 2025, številka objave JN008223/2025-EUe16/01 in na Portalu Evropske unije št.: 685493-2025 dne 17. 10. 2025 ter odgovorov na vprašanja objavljena na portalu javnih naročil, naslednjo

DELNO ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo "**Medicinski potrošni material 2026**" se za obdobje 24 mesecev z možnostjo podaljšanja za največ 24 mesecev odda sledečim ponudnikom za posamezne zaprte podsklope:

Podsklop	Naziv podsklopa	Izbran ponudnik	Ponujena vrednost v EUR brez DDV za dve leti
ARLE00112	Set za varice	SIMPS'S d.o.o.	3.514,88
ARLE00618	Set za pacemaker	MEDICA d.o.o.	5.495,09
ARLF00403	Podaljšek s t priključkom	PHARMAMED-MADO d.o.o.	157,80
ARLK00102	Sistem za vakuumsko mešanje kostnega cema	IMPAKTA ORTOMED d.o.o.	100.247,20
ARLK00103	Kostni cement	IMPAKTA ORTOMED d.o.o.	11.412,60
ARLK11901	Katetri torakalni	INTERPART D.O.O.	1.878,46
ARLK12208	Manšeta za RR za otroke	SANOLABOR d.d.	641,20
ARLS00201	Bowie - Dick (B&D) test za enkratno uporabo	SPES d.o.o.	2.280,00
ARLS00202	Kontrole za termodezinfektor	SANOLABOR, D.D.	1.819,20
ARLS00203	Trak za kontrolo parne sterilizacije - r	SANOLABOR, D.D.	5.220,00
ARLS00204	Kemični integratorji - razred 4	IRIS d.o.o.	2.000,00
ARLS00501	Plomba	MEDITRADE d.o.o.	5.820,00
ARLZ008	Sfinkterotom s tremi ločenimi lumni	OLYMPUS CZECH GROUP d.o.o.	23.040,00
ARLZ011	Košara za drobljenje žolčnih kamnov	OLYMPUS CZECH GROUP d.o.o.	56.167,90
ARLZ040	Kovinska sponka za hemostazo	MEDIP D.O.O.	41.780,00

ARLZ043	Zanka za odstranjevanje polipov monofila	OLYMPUS CZECH GROUP d.o.o.	1.503,00
ARLZ048	Zanka z vrečko	MEDIP D.O.O.	1.000,00
ARLZ050	Sprej za hemostazo	MEDIP D.O.O.	4.200,00
ARLZ051	Kateter za sklerozacijo varic, 6mm	ANMEDIC D.O.O.	1.782,00
ARLZ054	Klip za hemostazo	MEDIP D.O.O.	51.000,00
ARLZ055	Set za ligaturo varic	MEDIP D.O.O.	2.160,00

Naročnik je v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb pregledal dopustnost ponujenih artiklov izbranih ponudnikov in ugotovil, da so izbrane ponudbe prispele pravočasno, da ustrezajo vsem naročnikovim zahtevam in so skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustne.

Skladno s tem je naročnik izdal delno odločitev o oddaji javnega naročila.

OBRAZLOŽITEV

Javno naročilo je bilo izvedeno na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne, 2. 6. 2025, po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave 17. 10. 2025, številka objave JN008223/2025-EUe16/01 in na Portalu Evropske unije št.: 685493-2025 dne 17. 10. 2025.

Odpiranje je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 11. 2025 ob 11.00 uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Do roka za predložitev ponudb, to je do 17. 11. 2025 do 10.00 ure je naročnik preko e-JN portala elektronsko prejel 58 pravočasnih ponudb.

Naročnik je prejete ponudbe razvrstil po merilu iz razpisne dokumentacije, in sicer po merilu ekonomsko najugodnejša ponudbena vrednost za posamezen razpisan podsklop. Ponudbe je primerjal z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih strokovnih zahtev opredeljenih v razpisni dokumentaciji za posamezen podsklop. Pri tem je naročnik ponudnike, katerih ponujeno blago je sicer ustrezalo zahtevam razpisne dokumentacije, vendar naročnik blaga ni poznal oziroma ga še ni uporabljal, pozval na dostavo vzorcev ponujenega blaga.

Naročnik je pregledal dopustnost artiklov izbranih ponudnikov in ugotovil, da izbrani ponudniki v vseh zahtevanih postavkah izpolnjujejo postavljene zahteve naročnika.

Naročnik je pregledal elemente za določitev dopustnosti ponudb spodaj navedenih artiklov in ugotovil, da v vseh zahtevanih postavkah ne izpolnjujejo postavljenih zahtev naročnika ter so v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 členom nedopustne. Naročnik je pri posameznih podsklopih podal obrazložitev oz. navedel razloge, zakaj so ponudbe ponudnikov nedopustne.

Za podsklop:	ARLE00112 Set za varice
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	INTERPART d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, artikel je naročnik testiral in ugotovil, da se rjuha hitro odlepi, saj lepilo ne drži dobro, rjuha je prekratka, material je trd in preveč plastičen.
Za podsklop:	ARLE00618 Set za pacemaker
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	MEDITRADE d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, artikel nima zaščitne folije za prekrivanje OP polja, zato jo je potrebno odpreti ločeno.
Za podsklop:	ARLF00403
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	MEDIS d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, saj stišček nima zahtevanega filtra, ki preprečuje kontaminacijo, vsi nastavki nimajo zaščite, polnitveni volumen ni 20ml/min.
Za podsklop:	ARLK00102 Sistem za vakumsko mešanje kostnega cementa
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	TREND MEDIKAL d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, sistem nima nastavka za koleno, palica ni dovolj dolga za cementiranje kolka (PEP).
Za podsklop:	ARLK00103 Kostni cement
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	TREND MEDIKAL d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, naročnik je artikla testiral in pri uporabi ugotovil, da se cement ne zmeša homogeno, pri mešanju zmesi in tekočine, zmes ni homogena, kar lahko vpliva na kakovost cementiranja implantanta.
Za podsklop:	ARLK12208 Manšeta za RR za otroke
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	INSPIRA d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, manšete so iz pretrdega materiala, zaradi tega se težje ustrezno namestijo. Manšeta ne zaobjame otroške roke popolnoma, kar vpliva na pravilnost meritve krvnega tlaka.
Za podsklop:	ARLK11901 Kateter torakalni
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	SANOLABOR D.D.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, naročnik je artikel testiral in ugotovil, da so težave pri spajanju drena na ustje cevi sistema za vlek (sukcijo), konica drena je preveč topa, kar povzroča oteženo uvajanje drena.
Za podsklop:	ARLS00202 Kontrole za termodezinfektor
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	CONMED d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam. Naročnik je artikel testiral in pri tem ugotovil, da se artikel ne razbarva enakomerno.
Za podsklop:	ARLS00203 Trak za kontrolo parne sterilizacije
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	SPES d.o.o.

Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam. Naročnik je artikel testiral in pri tem ugotovil, da se trak pri sterilizaciji odlepi in trga.
Za podsklop:	ARLS00203 Trak za kontrolo parne sterilizacije
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	MEDITRADE d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, artikel je naročnik že uporabljal in pri uporabi zaznal, da se artikel med fiksacijo trga. Po sterilizaciji se odlepi že v avtoklavu in ne omogoča dovolj dobrega tesnenja seta, kar lahko ogrozi sterilnost po sterilizaciji.
Za podsklop:	ARLS00204 Kemični intergratorji- razred 4
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	SPES d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam. Naročnik je artikel testiral in pri tem ugotovil, da se trak pri sterilizaciji razsloji in zverži.
Za podsklop:	ARLS00501 Plomba
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	IRIS d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam. Naročnik je artikel testiral in pri tem ugotovil, da se plombe pri aplikaciji lomijo.
Za podsklop:	ARLZ008 Sfinkterotom s tremi ločenimi lumni
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	VenMed d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam. Ponujen artikel ima prekratko konico.
Za podsklop:	ARLZ008 Sfinkterotom s tremi ločenimi lumni
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Medip d.o.o.
Razlog:	Naročnik ni prejel zahtevanega vzorca v zahtevanem času.
Za podsklop:	ARLZ008 Sfinkterotom s tremi ločenimi lumni
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	Anmedic d.o.o.
Razlog:	Naročnik ni prejel zahtevanega vzorca v zahtevanem času.
Za podsklop:	ARLZ011 Košara za drobljenje žolčnih kamnov.
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	MEDIP d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, naročnik je artikel testiral in ugotovil, da ne ustreza z vidika uporabe, saj se na koncu košarice ob pravilu košarice v zaščitni ovoj, le ta naguba.
Za podsklop:	ARLZ043 Zanka za odstranjevanje polipov monofila
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	MEDIP d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, naročnik je artikel testiral in ugotovil, da ne ustreza z vidika uporabe, artikel se grobo zapira ter ima slabši občutek pri zapiranju.
Za podsklop:	ARLZ050 Sprej za hemostazo
Je bila nepopolna ponudba ponudnika:	BETAMED d.o.o.
Razlog:	Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, naročnik je artikel že uporabljal in pri uporabi ugotovil, da vsebina takoj, ko pride v stik z želodčno vsebino reagira. Zaradi načina sestave je uporaba zamudna,

artikel pa se večinoma uporablja v urgenci, kjer je pomemben čas.

Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril ali so ponudbe ponudnikov, skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Naročnik izdaja delno odločitev za podsklope navedene v tej delni odločitvi, za vse ostale podsklope, ki jih ne oddaja s to odločitvijo bo naročnik odločitev izdal naknadno z novo delno odločitvijo o oddaji javnega naročila.

Ugotovitve naročnika:

- Naročnik je, na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3, preveril, če so informacije oziroma dokumentacija, ki so jih morali predložiti ponudniki nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo in ugotovil, da so izbrani ponudniki v ponudbi predložil vsa zahtevana dokazila.
- Nadalje je naročnik preveril, ali izbrani ponudniki izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3 (izključitveni razlogi in pogoji za sodelovanje), pri čemur je bilo ugotovljeno:
 - naročnik je v aplikaciji e-Dosje (<http://ejn.gov.si/e-dosje>) preveril, ali so bili izbrani ponudniki na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, to je dne 17. 11. 2025, uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in ugotovil, da ponudniki niso uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
 - naročnik je v aplikaciji e-Dosje (<http://ejn.gov.si/e-dosje>) preveril, ali je bila ponudnikom v zadnjih treh letih pred zaključkom roka za oddajo ponudbe, to je do dne 17. 11. 2025, dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 ugotovil, da ponudnikom v navedenem obdobju ni bila izrečena takšna globa.
 - naročnik je v aplikaciji e-Dosje (<http://ejn.gov.si/e-dosje>) preveril, ali imajo ponudniki na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, 17. 11. 2025, 50 EUR ali več zapadlih neplačanih obveznih dajatev in drugih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira Finančna uprava RS, in imajo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja zadnjih 5 let, in ugotovil, da ponudnikom v navedenem obdobju ni bila izrečena takšna globa.

Na podlagi navedenega naročnik meni, da so izpolnjeni tako vsebinski kot pravnoformalni razlogi, da se javno naročilo odda ponudnikom navedenim v izreku te odločitve. Z izbranimi ponudniki se sklene kupoprodajna pogodba o dobavi medicinskega potrošnega materiala za dobo 24 mesecev z možnostjo podaljšanja za največ dve leti.

PRAVNI POUK:

Zahtevek za revizijo lahko, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovornik javnega interesa.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem (8) delovnih dni od objave te odločitve o oddaji naročila na portalu javnih naročil www.enarocanje.si.

Zahtevek za revizijo se vloži preko informacijskega sistema eRevizija.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila,
- predmet javnega naročila,

ter mora priložiti:

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802

Taksa znaša dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za posamezni zaprt podsklop vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov.

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicovanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitne kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Petra Rupar, dr.med.
Direktorica



Objaviti:

- na portalu javnih naročil.