

## **DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA**

**PREDMET JAVNEGA NAROČILA: BLAGO**

### **NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКТОРЈА Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA**

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
- B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
- C) Specifikacija zahtev naročnika
  1. Podatki o ponudniku (OBR-1)
  2. Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1)
  3. Ponudbeni predračun - rekapitulacija (OBR-2)
  4. Predračun za opremo s pripravo prostora in vzdrževanje (OBR-2.1)
    - Tabela 1: Predračun za opremo s pripravo prostora (OBR-2.1.1)
    - Tabela 2: Predračun za vzdrževanje opreme (OBR-2.1.2)
    - Skupni predračun GOI del (OBR-2.1.3)
    - Predračuni za GOI dela (OBR-2.1.3.1., OBR-2.1.3.2., OBR-2.1.3.3., OBR-2.1.3.4., OBR-2.1.3.5., OBR-2.1.3.6., OBR-2.1.3.7., OBR-2.1.3.8.)
  5. Izjava o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročanja z Uredbo o zelenem javnem naročanju (OBR-3)
  6. Osnutek pogodbe (OBR-4)
  7. Osnutek pogodbe za vzdrževanje opreme (OBR-5)
  8. Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-6)
  9. Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-7)
  10. Obrazec - Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-8);
  11. Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih s prilogami

Prilogi:

- Projekt arhitekture, elektro in strojnih instalacij
- obrazec ESPD

Številka povabila: 460-12(807105)/2025-3

Datum: 22. 1. 2026

## **A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE**

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za blago:

### **NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКТОРЈА Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA**

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javno naročilo:

**NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКТОРЈА  
Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA**

**B) NAVODILA PONUDNIKOM  
ZA IZDELAVO PONUDBE**

## I. SPLOŠNO

### 1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	<p><b>NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКТОРЈА Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA</b></p> <p>Predmet javnega naročila je:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dobava in montaža in preizkus delovanja novega trikomornega dezinfektorja s pripadajočo opremo.</li><li>- Zagon nove opreme ter pripadajočih naprav ter šolanje.</li><li>- Šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja naročnika za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih naročnika.</li><li>- Izvedba potrebnih GOI del s pripadajočo opremo.</li><li>- Izdelava PID in predaja vse dokumentacije (garancijskih listin, navodil, elaboratov, itd.).</li><li>- Preventivno vzdrževanje opreme (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje sedmih (7) let od datuma primopredaje opreme.</li><li>- brezplačna nadgradnja oz. posodobitev nameščene programske opreme v času garancijske dobe,</li><li>- odprava vseh napak v garancijskem roku.</li></ul> <p>Ponudnik mora ponuditi predmetno javno naročilo v celoti in ne more ponuditi posameznih postavk ali dela naročila.</p> <p>Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Specifikaciji zahtev naročnika, Projektih arhitekture, elektro in strojnih instalacij.</p>
Vrsta postopka:	<p>Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. <a href="#">91/15</a>, <a href="#">14/18</a>, <a href="#">121/21</a>, <a href="#">10/22</a>, <a href="#">74/22</a> – odl. US, <a href="#">100/22</a> – ZNUZSZS, <a href="#">28/23</a> in <a href="#">88/23</a> – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3).</p>
Trajanje naročila:	<p>Naročnik bo s ponudnikom, ki bo ponudil dopustno ponudbo ter najnižjo skupno ponudbeno vrednost (v EUR brez DDV), sklenil pogodbo za dobavo opreme ter pogodbo za vzdrževanje opreme. Rok za dobavo opreme in izvedbo vseh del, storitev je 270 dni od sklenitve pogodbe. Pogodba za vzdrževanje opreme se sklepa za obdobje sedmih (7) let od datuma potrjene primopredaje opreme s strani pogodbenih strank.</p>
Rok za oddajo ponudb:	<p>Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <a href="https://ejn.gov.si/">https://ejn.gov.si/</a> do <b>6. 3. 2026 do 11:00 ure</b> (Glej točko 2.5 teh navodil).</p>



Javno odpiranje ponudb:	Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne <b>6. 3. 2026</b> in se bo začelo <b>ob 14:00 uri</b> na spletnem naslovu <a href="https://ejn.gov.si/">https://ejn.gov.si/</a> (Glej točko 2.6 teh navodil).

Predmet javnega naročila je:

- Dobava in montaža in preizkus delovanja novega trikomornega dezinfektorja s pripadajočo opremo.
- Zagon nove opreme ter pripadajočih naprav ter šolanje.
- Šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja naročnika za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih naročnika.
- Izvedba potrebnih GOI del s pripadajočo opremo.
- Izdelava PID in predaja vse dokumentacije (garancijskih listin, navodil, elaboratov, itd.).
- Preventivno vzdrževanje opreme (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje sedmih (7) let od datuma primopredaje opreme.
- brezplačna nadgradnja oz. posodobitev nameščene programske opreme v času garancijske dobe,
- odprava vseh napak v garancijskem roku.

Korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) nastopi po izteku 2-letne garancijske dobe.

Preventivno in korektivno vzdrževanje se izteče v sedmih (7) letih po potrjeni primopredaji opreme s strani pogodbenih strank.

Ponudnik mora ponuditi vso razpisano opremo, vsa dela in vsa vzdrževalna dela v okviru predmeta javnega naročila.

Izvedba javnega naročila in priprava ponudbe mora biti v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in priloženo tehnično dokumentacijo.

#### **Definicije preventivnega, korektivnega vzdrževanja in vzdrževanja v garancijskem roku:**

Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški (npr. kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, umerjanje in izvedba potrebnih meritev, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda).

Preventivno vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (protokolom), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Preventivno vzdrževanje se izvaja v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so usklajeni z naročnikom.

Korektivno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu UKC Maribor

*z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.*

*Vzdrževanje v garancijskem roku:* v času trajanja garancijskega roka mora ponudnik brezplačno zagotavljati korektivno vzdrževanje opreme. Preventivno vzdrževanje, skladno z zahtevami proizvajalca opreme, mora ponudnik zagotavljati skladno s cenami iz njegove ponudbe.

*Vzdrževanje po garancijskem roku:* v času od izteka garancijske dobe do zaključka obdobja preventivnega vzdrževanja mora ponudnik zagotavljati korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak, okvar), skladno s cenami del in materiala, ki jih je priložil ponudbi. Preventivno vzdrževanje, skladno z zahtevami proizvajalca opreme, mora ponudnik zagotavljati s cenami iz njegove ponudbe.

## **1.2 Sodelovanje**

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila ter izpolnjuje razpisne pogoje za sodelovanje.

### **1.2.1 Tuji ponudniki**

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov iz točke 2.11 teh navodil, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali ti ne zajemajo vseh primerov iz točke 2.11 teh navodil, lahko te dokumente nadomesti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

### **1.2.2 Skupna ponudba**

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. Naročnik od teh skupin ne bo zahteval, da se povežejo v kakršno koli pravno formalno obliko.

**V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen obrazec ESPD in v njem navesti vse zahtevane podatke.**

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu ESPD navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, naj navedejo eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 2.11.1. in 1. pogoj v točki 2.11.2.1. (1. točka); pogoj iz točke 2.11.3 – Drugi pogoji, pogoj iz 2. točke 2.11.2.1 pa dobavitelji opreme.

Finančno zavarovanje predloži eden izmed partnerjev v skupni ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v teh navodilih.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine lahko zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju) v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

### 1.2.3 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa del javnega naročila odda v podizvajanje. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)\*\*,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)\*\*,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)\*\*,
- priložiti izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD),
- priložiti izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-8), v kolikor je predložitev tega obrazca zahtevana skladno s točko 1 poglavja 2.11.3 teh navodil.

*\*\* V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. obrazca OBR-1.1 – Soglasje podizvajalca. Če ponudnik na obrazcu OBR-1.1 ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.*

Izbrani ponudnik (glavni izvajalec) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka tega poglavja in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo za vsakega podizvajalca posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev (poglavje 2.11.1),
- izpolnjevanje točke 1 poglavja 2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.
- izpolnjevanje točke 1 poglavja 2.11.3 Drugi pogoji.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed podizvajalcev podani razlogi za izključitev iz poglavja 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

### 1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko [Portala javnih naročil](#)<sup>1</sup>. Pojasnila bodo posredovana preko [Portala javnih naročil](#).

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 12. 2. 2026 do 10:00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, ki bi bila dana ponudnikom v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika.

### 1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na [Portal javnih naročil](#).

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

<sup>1</sup> <http://www.enarocanje.si/>

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

## **1.5 Ogled lokacije**

Naročnik bo izvedel predhodni ogled prostorov, kjer se bo izvedena namestitev opreme. Naročnik želi potencialne ponudnike pred oddajo ponudbe popolnoma seznaniti z lokacijo izvedbenih del in stanjem prostorov.

Vse stroške v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam. Ogled lokacije ni obvezen, je pa priporočljiv, in sicer iz razloga, ker se zahteva oddaja ponudbe ob smiselnem upoštevanju določila »ključ v roke« (659. člen OZ), zaradi česar morebitni kasnejši odmiki od ponudbene cene niso možni.

Ponudnik, ki se ogleda ne bo udeležil, lahko kljub temu odda ponudbo, vendar mu naročnik (v primeru, da mu bo kot najugodnejšemu ponudniku oddal naročilo) ne bo priznaval dodatnih stroškov iz naslova nepoznavanja okoliščin (ki bi ponudniku lahko bile oziroma bi mu morale biti poznane, če bi ogled opravil). Naročnik, iz razloga nepoznavanja lokacije in okoliščin, kasneje - po sklenitvi pogodbe, izbranemu ponudniku ne bo priznaval dodatnih stroškov / del.

Ogled ni namenjen pojasnilom in razlagam, le-ta lahko ponudniki zahtevajo izključno preko portala javnih naročil. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika.

Predvidena sta naslednja termina ogleda lokacije, in sicer:

- **dne 2. 2. 2026, ob 9:00 uri,**
- **dne 4. 2. 2025, ob 9:00 uri.**

Potencialni ponudniki se naj ob navedenih terminih oglasijo pri naročniku, na lokaciji UKC Maribor, avla stolpnice.

## **II. PONUDBA**

### **2.1 Jezik**

Ponudba, ki jo pripravi ponudnik ter vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

### **2.2 Dopustnost ponudbe**

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in

zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

## 2.3 Predložitev ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (OBR-1) za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
2. izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1) (ponudnik predloži obrazec v primeru sodelovanja s podizvajalci, za vsakega podizvajalca);
3. izpolnjen obrazec Predračun - rekapitulacije (OBR-2);
4. izpolnjen obrazec Predračuna za opremo s pripravo prostora in vzdrževanje (OBR-2.1):
  - Tabela 1: Predračun za opremo s pripravo prostora (OBR-2.1.1),
  - Tabela 2: Predračun za vzdrževanje opreme (OBR-2.1.2),
  - Skupni predračun GOI del (OBR-2.1.3)
  - Predračuni za GOI dela (OBR-2.1.3.1., OBR-2.1.3.2., OBR-2.1.3.3., OBR-2.1.3.4., OBR-2.1.3.5., OBR-2.1.3.6., OBR-2.1.3.7., OBR-2.1.3.8.)vključno z vso dokumentacijo v skladu z navodili na obrazcih;
5. izpolnjeno Izjava o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročanja z Uredbo o zelenem javnem naročanju (OBR-3)
6. izpolnjen osnutek pogodbe (OBR-4);
7. izpolnjen osnutek pogodbe za vzdrževanje opreme (OBR-5);
8. Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-6);
9. Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-7);
10. izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-8) v skladu s točko 2.11.3 teh navodil – velja za vse gospodarske subjekte, razen za tiste podizvajalce, dobavitelje ali subjekte, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, ki ne predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila;
11. izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
12. cenik materiala in rezervnih delov za korektivno vzdrževanje;
13. Izjave o skladnosti ter certifikati v skladu z zahtevami iz točke 3.1 Specifikacije zahtev naročnika;
14. Cenik rezervnih delov in materiala (za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja po poteku garancijske dobe).

Ponudnik naj pri pripravi in oddaji ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

### **Opomba:**

*Ponudnik ne sme z dopisi na naročnikove obrazce ali z določili na lastnih prilogah ali z lastnimi splošnimi pogoji pogojevati oz. spreminjati zahteve oz. določila iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. rok dobave, garancijski rok, odzivne čase, plačilne pogoje itd.). V primerih, da bo navedeno ugotovljeno oz. ugotovljeno odstopanje od naročnikovih določil, bo naročnik ponudbo ocenil kot nedopustno in jo posledično izločil iz postopka javnega naročila.*

Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in ESPD obrazec in Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih s prilogami, Specifikacija zahtev naročnika, Projekt arhitekture, elektro in strojnih instalacij, so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudbeno dokumentacijo je potrebno skenirati v PDF datoteko, razen ESPD obrazca, za katerega je zaželeno, da je poleg obvezne XML oblike predložen tudi v PDF datoteki.

**Ponudnik celotno ponudbo v elektronski obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Ostale priloge«.**

**Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo:**

- **v razdelku »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Ponudbenega predračuna - rekapitulacija (OBR-2) v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,**
- **v razdelku »ESPD – ponudnik« naloži izpolnjen obrazec ESPD v XML obliki datoteke.**
- **v razdelku »Ostale priloge« naloži celotno ponudbo.**

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči« oz. razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);
- izpolnjen obrazec ESPD;
- Izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-8).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci mora za vsakega podizvajalca, predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o podizvajalcu, zahteva za soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1);
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-1.1);
- izpolnjen obrazec ESPD;
- Izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-8), v kolikor je predložitev tega obrazca zahtevana skladno s točko 1 poglavja 2.11.3 teh navodili.

## 2.4 Izpolnitev obrazcev v ponudbi

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti izpolnjena elektronsko ali s čitljivo pisavo. Izpolniti je potrebno polja, ki so na dokumentih označena s sivo barvo. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati<sup>2</sup> (z enotnim pečatom). Na obrazcih je treba izpolniti polja, ki so na dokumentih označena s sivo barvo. Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseb. V kolikor obrazci niso podpisani, se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

V primeru, da pri posamezni postavki na obrazcih predračunov ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR).

Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

### **Obrazec ESPD**

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev (poglavje 2.11.1 teh navodil) in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje (poglavje 2.11.2 teh navodil), hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v obrazcu ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnike prosimo, da v ESPD obrazcu (velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi) v razdelku »B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« v polju »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavniki (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO ....)« navedejo tudi **podatek o številki EMŠO** za vse predstavnike (zakonite zastopnike in/ali člane nadzornega odbora) posameznega gospodarskega subjekta.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

---

<sup>2</sup> V kolikor ponudnik v ponudbi priloži izjavo, da posluje brez žiga mu ni potrebno žigosati navedenih obrazcev.



## 2.5 Način in rok za predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 4 dokumenta »Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI« (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html>

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/> v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik (oseba) ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika<sup>3</sup>). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> **najkasneje do 6. 3. 2026 do 11:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

## 2.6 Datum in ura odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **6. 3. 2026** in se bo začelo **ob 14:00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

## 2.7 Popravljanje napak

Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

## 2.8 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

---

<sup>3</sup> [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631)

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

## **2.9 Navedba zavajajočih podatkov**

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

## **2.10 Stroški priprave ponudbe**

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...).

## **2.11 Ugotavljanje sposobnosti**

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 2.11.1 in 2.11.2 teh navodil.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

### **2.11.1 Razlogi za izključitev**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. [50/12](#) – uradno prečiščeno besedilo, [6/16 – popr.](#), [54/15](#), [38/16](#), [27/17](#), [23/20](#), [91/20](#), [95/21](#), [186/21](#), [105/22](#) – ZZNŠPP, [16/23](#) in [107/24](#) – Odl. US; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

**Dokazilo:**

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

**Opomba:**

Gospodarski subjekt lahko potrdila iz kazenske evidence predloži tudi sam, če odražajo zadnje stanje in če niso starejša od štirih mesecev, šteto od dneva roka za oddajo ponudb.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudbe poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

**Dokazilo:** Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

**Dokazilo:** Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

**Dokazilo:** Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

### **2.11.1.1 Popravni mehanizem**

#### ***Popravni mehanizem za točki 1 in 4 iz poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev:***

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz točke 1 in 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz navedenih točk.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na točki 1 in 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev ne izključuje iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz točke 1 ali 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev in uveljavlja popravni mehanizem, pri izpolnjevanju obrazca ESPD v predmetnem polju poda odgovor »DA«, ter v zato predvideno polje (»Opišite jih«) navede kršitve in ukrepe za samoočiščenje ali predloži lastno izjavo z navedbo kršitev in ukrepov za samoočiščenje, ter predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz točke 1 in 4 poglavja 2.11.1 teh navodil.

### **2.11.2 Pogoji za sodelovanje**

#### **2.11.2.1 Spособnost za opravljanje poklicne dejavnosti:**

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednja pogoja:

1. da je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu.

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo gospodarski subjekti izpolnjevati ta pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.

**Dokazilo:** Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

*Opomba:*

V prvo polje morajo ponudniki vpisati Registracijsko številko pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. Pri navedbi: "Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?", odgovorijo z DA in v prvo vrstico vpišejo povezavo na AJPES, pod "Referenca/Koda" vpišejo ponovno številko, ki so jo navedli pod Registracijska številka, v polje "Izdajatelj" vpišejo Ajpes.

2. da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo distribucijo z medicinskimi pripomočki znotraj EU oz. promet z medicinskimi pripomočki znotraj EU, v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva);

*oziroma v primeru tujega ponudnika*

da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

**Dokazilo:** Obrazec ESPD za gospodarski subjekt oz. gospodarske subjekte, ki bodo dobavitelji medicinske opreme.

*Opomba (velja za ponudnike iz RS):*

V prvo polje morajo ponudniki vpisati Registracijsko številko vpisa v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki oz. distribucijo z medicinskimi pripomočki znotraj EU pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, pri navedbi "Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?" odgovorite z DA in v prvo vrstico vpišete povezavo do spletne strani JAZMP, v polje Referenca/Koda ponovno vpišete številko, ki ste jo navedli v polje Registracijska številka, v polje Izdajatelj pa vpišete JAZMP (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji);

### 2.11.3 Drugi pogoji

1. V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:
  - a) ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;
  - b) pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
  - c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Za dokazovanje neobstoja predmetnega razloga za izključitev morajo vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložiti izpolnjeno Izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-13), razen tisti podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, ki ne predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

**Dokazilo:** Izpolnjena izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-8).

## 2.12 Tehnične zahteve

Tehnične zahteve so opredeljene v Specifikaciji zahtev naročnika, Projektih arhitekture, elektro in strojnih instalacij oz. celotni Razpisni dokumentaciji.

Ponudnik se zavezuje, da bo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila upošteval tehnične zahteve naročnika in zahteve naročnika, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20, 152/20, 121/21, 132/23, 43/2025), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

**Dokazilo:** Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje te zahteve potrdi s podpisom obrazca Izjava o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju (OBR-3).

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela in opremo v okviru predmeta javnega naročila.

## 2.13 Ponudbena vrednost

Ponudnik mora v naročnikove obrazce vpisati cene v evrih (EUR), zaokrožene na dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik pri posamezni postavki v stolpcu "Cena/EM brez DDV (EUR/EM)" ne vpiše cene, bo naročnik smatral, da ponudnik to postavko ponuja brezplačno.

Skupna ponudbena vrednost mora vsebovati vse elemente cene, vključno z vsemi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, popuste in rabate.

Prav tako je treba izkazati stopnjo in znesek davka na dodano vrednost.

Ponudbena vrednost mora biti definirana ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ), kar pomeni, da kasnejši odmiki od ponudbene – pogodbene vrednosti niso možni.

Ponudbena vrednost za izvedbo GOI del in dobavo opreme je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Korekcije ponudbene vrednosti za vzdrževanje opreme so možne skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Način usklajevanja je opredeljen v osnutku pogodbe za vzdrževanje opreme (OBR-5).

## 2.14 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja skupna ponudbena vrednost ponudbe (v EUR brez DDV).**

Naročnik bo navedeno merilo pri ocenjevanju ponudb uporabil na naslednji način:

1. Vrednost ponudbe za opremo in pripravo prostora v EUR brez DDV;
2. Vrednost preventivnega vzdrževanja za obdobje 7 (sedem) let od primopredaje v EUR brez DDV.
<b>= skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV (1+2)</b>

Skupna ponudbena vrednost je seštevek ponudbene vrednosti za opremo in preventivno vzdrževanje.

### Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

## 2.15 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost (v EUR brez DDV) - v skladu z merilom iz točke 2.14.

**V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. [69/11](#) – uradno prečiščeno besedilo, [158/20](#), [3/22](#) – ZDeb in [16/23](#) – ZZPri) je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodb in okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.**

## 2.16 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati šest (6) mesecev od dneva določenega za odpiranje ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

## **2.17 Variantne ponudbe**

Variantne ponudbe niso dovoljene.

## **III. FINANČNA ZAVAROVANJA**

Dokumenti finančnih zavarovanj morajo biti izdani po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Naročnik zahteva naslednja finančna zavarovanja:

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. (za opremo)

Finančna zavarovanja morajo biti izdana od:

- banke v državi naročnika ali
- zavarovalnice v državi naročnika.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Zavarovanja lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev.

### **3.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbrani ponudnik predloži skladno s pogoji, opredeljenimi v osnutku pogodbe (OBR-4).

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v višini in trajanju, kot je to opredeljeno v osnutku pogodbe (OBR-4).

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje nadomestiti z ustrezno novo.

Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-6) je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### **3.2 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku**

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, za celotno opremo, izbrani ponudnik predloži skladno s pogoji, opredeljenimi v osnutku pogodbe (OBR-4).

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdano v višini in trajanju, kot je to opredeljeno v osnutku pogodbe (OBR-4).

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, bo moral ponudnik unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje nadomestiti z ustrezno novo.



Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-7) je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

#### **IV. SKLENITEV POGODB**

Naročnik bo z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenil pogodbo in pogodbo za vzdrževanje opreme, po določenih osnutkih pogodb (OBR-4) in (OBR-5).

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbi v roku 10-ih delovnih dni od poziva k podpisu pogodb ter v tem roku predložiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbi se bosta pred podpisom vsebinsko prilagodili glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

#### **V. KONČNA DOLOČILA**

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe, pogodbe za vzdrževanje opreme in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presoja posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631).

#### **VI. PRAVNO VARSTVO**

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. [43/11](#), [60/11](#) – ZTP-D, [63/13](#), [90/14](#) – ZDU-1I, [60/17](#) in [72/19](#)) po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka: **SI56 0110 0100 0358 802** – izvrševanje proračuna RS.

SWIFT KODA: **BSLJSI2X**

Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: **11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0. Primer: št. objave: JN001016/2021-B01 → št. sklica: 11 16110-7111290-00101621).**

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala [eRevizija](https://www.portalerevizija.si/)<sup>4</sup>.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

---

<sup>4</sup> <https://www.portalerevizija.si/>

# SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet javnega naročila: **Nabava trikomornega termodezinfektorja z vzdrževanjem in pripravo prostora**

## Splošne zahteve:

- Vsa ponujena oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene.
- Povsod, kjer so v zahtevah navedeni standardi velja, da lahko ponudnik ponudi tudi opremo, ki ustreza standardom, ki so enakovredni navedenim, pri čemer je na ponudniku dokazno breme, da gre dejansko za enakovredni standard z razpisanim.
- Naročnik v Centralni sterilizaciji že razpolaga s tunelskim termodezinfektorjem model CM320 proizvajalca Getinge s povratno linijo za vozičke. Oprema, ki je predmet tega javnega naročila in bo nameščena vzporedno z obstoječo opremo, se nabavlja zaradi vedno večjega obsega dela in posledično preobremenjenosti obstoječega termodezinfektorja mora biti povsem kompatibilna z obstoječo opremo, saj morajo biti vsi vozički in povratna linija za vozičke skupna obema termodezinfektorjema.

## I. OPREMA - TRIKOMORNI/TUNELSKI TERMODEZINFEKTOR z dodatno zahtevano opremo

### TRIKOMORNI/TUNELSKI TERMODEZINFEKTOR – 1 kpl

#### 1. SPLOŠNE ZAHTEVE:

- 1.1. Polno avtomatski termodezinfektor namenjen za pranje in termično dezinfekcijo kirurških inštrumentov, anestezijskega materiala, MIS inštrumentov, kirurških kontejnerjev, medicinskih pripomočkov in kirurških obuval, s sušenjem
- 1.2. Izdelan kot prehodni model, vgrajen v samonosno steno/bariero med nečistim in čistim prostorom
- 1.3. Vgrajen v obstoječe dimenzije prostora, ki je na voljo (na načrtu)
- 1.4. Servisni prostor z leve strani termodezinfektorja, gledano z nečiste strani/strani vlaganja v TD
- 1.5. Ogrevanje procesne vode je preko dovoda hišne pare
- 1.6. Termodezinfektor mora biti kompatibilen z obstoječimi vložnimi vozički, ki so v uporabi v sklopu obstoječega tri komornega termodezinfektorja in eno komornega termodezinfektorja.
- 1.7. Vstopna proga za termodezinfektor mora biti kompatibilna z obstoječimi zunanjimi transportnimi vozički in njihovim priklopnim ter obstoječimi vložnimi vozički, ki so v uporabi v sklopu obstoječega tri komornega termodezinfektorja in eno komornega termodezinfektorja.
- 1.8. Izstopna proga za termodezinfektor mora biti kompatibilna z obstoječimi zunanjimi transportnimi vozički in njihovim priklopnim ter obstoječimi vložnimi vozički, ki so v uporabi v sklopu obstoječega tri komornega termodezinfektorja in eno komornega termodezinfektorja
- 1.9. Termodezinfektor mora biti kompatibilen s transportnim sistemom obstoječe povratne transportne proge za povrat čistih vložnih vozičkov v nečisti del.
- 1.10. Kontrolna enota termodezinfektorja mora biti kompatibilna/povezljiva (v realnem času) z obstoječimi informacijskim sistemom za sledljivost sterilnega materiala v sklopu CS
- 1.11. Kapaciteta 60 do 90 DIN košar (480x250x50mm) na / h odvisno od programa
- 1.12. Maksimalne zunanje dimenzije vključno s servisnim prostorom 190 x 310 x 280 cm (šxgxv)

#### 2. ZAHTEVE ZA POSAMEZNE KOMPONENTE TD:

## **2.1. ZAHTEVE ZA KOMORE:**

- 2.1.1. Kapaciteta posamezne komore 18 DIN (480x250x50mm) košar
- 2.1.2. Pralna komora za predpranje in pranje mora imeti priključke za hladno, toplo in demineralizirano vodo ter dve dozirni črpalki s kontrolo nivoja in kontrolo pretoka dozirnih sredstev,
- 2.1.3. Dezinfekcijska komora za izpiranje s termično dezinfekcijo mora imeti priključke za hladno, toplo in demineralizirano vodo ter dve dozirni črpalki s kontrolo nivoja in kontrolo pretoka dozirnih sredstev
- 2.1.4. Sušilna komora mora imeti učinkoviti dvojni sušilni sistem z zunanjim dovodom zraka preko izmenjevalca toplote in notranjim cirkulacijskim sušenjem. Vstopni zrak naj bo filtriran preko HEPA14 filtra. Zrak naj se dovaja preko pralnih ročic za učinkovito sušenje v vsakem nivoju. Po končanem procesu mora biti material 100% suh.
- 2.1.5. Vse komore morajo biti izdelane iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla kvalitete 316L/W.Nr. 1.4404
- 2.1.6. Vrata komor naj bodo steklena in vertikalno el. avtomatsko pomična, tako, da je viden celoten proces obdelave. Vsa vrata morajo biti tesnjena z dinamičnim sistemom tesnjenja (zrak), da se zagotovi popolno tesnjenje brez možnosti kontaminacije med komorami.
- 2.1.7. V servisnem prostoru naj imata pralna in dezinfekcijska komora vgrajena steklena inšpekcijska vrata zaradi lažjega dostopa do komor med čiščenjem in kontrole procesa med servisiranjem in validacijo.
- 2.1.8. Komore naj bodo opremljene s svetilko, da je lažje viden proces med delovanjem.
- 2.1.9. Pralne ročice v komorah morajo biti lahko odstranljive, in enostavne za čiščenje brez uporabe orodja.
- 2.1.10. Mrežni filter na dnu komore naj bo lahko odstranljiv zaradi lažjega čiščenja. Izdelan naj bo iz enakega materiala kot komora.
- 2.1.11. Pralna in dezinfekcijska komora morata biti opremljena z ventilom za analizo vode za potrebe validacije.
- 2.1.12. Vsaka komora mora biti opremljena z validacijskim priključkom za temperaturne senzorje za potrebe validacije.

## **2.2. OSTALE ZAHTEVE**

- 2.2.1. Ogrodje komor termodezinfektorja naj bo iz nerjavečega jekla
- 2.2.2. Izvedba zaščite IP21
- 2.2.3. Dinamični sistem polnjenja komore z vodo, glede na vrsto materiala, ki se bo obdeloval.
- 2.2.4. Samodejno dinamično doziranje detergentov glede na dinamični sistem polnjenja z vodo.
- 2.2.5. Toplotno izolirane komore, cevni sistemi in sistemi gretja.
- 2.2.6. Nadzor tlaka procesne vode s tlačnim senzorjem.
- 2.2.7. Neodvisen nadzor temperature v skladu z SIST ISO 15883.
- 2.2.8. Možnost nadzora dezinfekcijskega procesa po A0 metodi.
- 2.2.9. Lovilna kad po celi dolžini pod komorami TD
- 2.2.10. Zvočni in vizualni alarmni sistem
- 2.2.11. Avtomatsko izbiranje programov in zagon s pomočjo kodiranih vložnih vozičkov.
- 2.2.12. Sistem za hlajenje odtoka do Max 60°C
- 2.2.13. Vgrajen rezervoar z integriranim gretjem na hišno paro za proces dezinfekcije

## **2.3. ZAHTEVE ZA KONTROLNO ENOTO, KI VODI PROCES TD**

- 2.3.1. Avtomatsko vodenje vseh procesov pranja in termo dezinfekcije naj omogoča lastna mikroprocesorska krmilna enota.
- 2.3.2. Sistem upravlja delovanje TD, izvaja kontrolo delovanje, alarmira in omogoča vizualni vpogled v trenutno stanje procesa.
- 2.3.3. Kontrolna enota naj vsebuje tudi USB in mrežni port za zunanjo komunikacijo.
- 2.3.4. Možnosti spreminjanja različnih parametrov in nastavitev varovana z gesli operaterja na več nivojih.
- 2.3.5. Zvočni in vizualni alarmni sistem za napake.

## **2.4. ZAHTEVE ZA UPORABNIŠKI VMESNIK – USER INTERFACE:**

- 2.4.1. Komunikacija uporabnika s kontrolno enoto TD naj poteka preko uporabniškega vmesnika, ki naj bo barvni zaslon na dotik »touch screen« minimalne velikosti 10"; na nečisti in čisti strani.
- 2.4.2. Uporabniški meni v slovenskem jeziku.
- 2.4.3. Možnost spremljanja procesa v realnem času na zaslonu kontrolne enote v alfa numeričnem, grafičnem ali shematskem prikazu.

## **2.5. ZAHTEVE ZA PROGRAM ZA NADZOR IN SERVISNO DIAGNOSTICIRANJE NA DALJAVO**

- 2.5.1. TD naj bo opremljen s strojno in programsko opremo, ki omogoča povezovanje TD preko interneta na bazo podatkov v oblaku »cloud« za potrebe diagnosticiranja in alarmiranja (komunikacija mora biti enosmerna in sicer – TD proti oblaku); komunikacijski protokol mora zagotavljati šifrirano in varno povezavo do oblaka - komunikacijski protokol priložiti k ponudbi.
- 2.5.2. Istočasno mora omogočati več uporabnikom, kot npr. osebju v CS, tehnični službi UKC MB ali zunanji servisni službi, vpogled v podatke o stanju TD v realnem času. Vrsta podatkov se lahko določi glede na izbran nivo uporabnika. Vpogled v podatke mora biti omogočen na mobilni telefon, tablico ali računalnik.
- 2.5.3. Istočasno mora omogočati več uporabnikom samodejno avtomatsko obveščanje o uspešnem zaklj. ciklu ali morebitni napaki z opisom napake po e-mailu in SMS
- 2.5.4. Servisni službi naj omogoča oddaljen dostop do podatkov kontrolne enote v oblaku. Omogoča naj ogled v procese TD in diagnostiko napak z vpogledom posamičnih komponent TD. Zagotavljati mora statistiko podatkov o opravljenih procesih, tipih procesov, pogostosti uporabe in morebitnih napakah ter avtomatsko izdajo mesečnih poročil na e-mail.

## **2.6. ZAHTEVE ZA VSTOPNO PROGO NA NEČISTI STRANI TD - ZA EN VLOŽNI VOZIČEK**

- 2.6.1. Omogočati mora avtomatsko nalaganje vložnih vozičkov v tunelski termodezinfektor
- 2.6.2. Opremljena z lovilno komoro, povezano z odtokom termodezinfektorja.
- 2.6.3. Opremljena z avtomatskim sistemom za pranje vstopne proge s demineralizirano vodo. Sistem zagotavlja avtomatsko čiščenje vstopne proge po avtomatskem vstopu vložnega vozička v termodezinfektor.
- 2.6.4. Povezana s kontrolno enoto termodezinfektorja.
- 2.6.5. Opremljena s čitalcem črtnih kod za avtomatsko izbiranje programa za vložni voziček.
- 2.6.6. Opremljena z napravo za priklop transportnega vozička TD k nalagalni površini zaradi lažjega in varnega prenosa notranjih vložnih vozičkov.
- 2.6.7. Ko uporabnik približa vložni voziček na vstopno progo ta avtomatsko prebere program in ga zapelje v komoro.
- 2.6.8. Zunanje dimenzije max: 90 x 120 x 90 cm (šxgxv)

## **2.7. ZAHTEVE ZA IZSTOPNO PROGO NA ČISTI STRANI TD - ZA DVA VLOŽNA VOZIČKA**

- 2.7.1. Omogočati mora avtomatski izstop vložnih vozičkov iz tunelskega termodezinfektorja
- 2.7.2. Povezana s kontrolno enoto termodezinfektorja.
- 2.7.3. Opremljena z napravo za priklop transportnega vozička TD k nakladalni površini zaradi lažjega in varnega prenosa notranjih vložnih vozičkov.
- 2.7.4. Po priklopu naj se vložni voziček avtomatsko premakne iz izstopne proge na transportni voziček.
- 2.7.5. Zunanje dimenzije max: 90 x 180 x 90 cm (šxgxv)

## **3. OSTALE ZAHTEVE:**

### **3.1. SKLADNOST TERMODEZINFEKTORJA Z NASLEDNJIMI ZAHTEVAMI IN STANDARDI:**

- 3.1.1. Izjava o skladnosti za TD z Uredbo (EU) 2017/745/ o medicinskih pripomočkih (MDR) z UDI-DI številko – priložiti ponudbi

- 3.1.2. Izjava o skladnosti za vložne vozičke z Uredbo (EU) 2017/745/ o medicinskih pripomočkih (MDR) z UDI-DI številko – priložiti ponudbi
- 3.1.3. Certifikat EN ISO 13485:2016 za proizvajalca – priložiti v ponudbi
- 3.1.4. Certifikat proizvajalca, da je TD tipsko testiran v skladu s standardom  
EN ISO 15883-1:2009/A1:2014  
EN ISO 15883-2:2009  
EN ISO 15883-5:2021  
EN ISO 15883-6:2015  
EN ISO 15883-7:2016  
-priložiti v ponudbi

### **3.2. PRIKLJUČKI:**

- 3.2.1. elektrika 3x400V, 50 Hz,
- 3.2.2. priklop na dovod hišne pare,
- 3.3.3. priklop na odvod kondenzata
- 3.2.4. priklop na hladno vodo
- 3.2.5. priklop na toplo vodo
- 3.2.6. priklop na demineralizirano vodo
- 3.3.7. priklop na komprimiran zrak
- 3.3.8. priklop na odvod zrak

### **3.3. DODATNA POJASNILA O VGRADNJI:**

- 3.3.1. Razpoložljivi prostor za vgradnjo TD vključno s servisnim prostorom je omejen v širino, globino in višino.
- 3.3.2. Po postavitvi aparata se preostale odprtine med levo in desno steno ustrezno zaprejo z inox materialom enake kvalitete in smeri brušenja kot so čelne površine TD; strošek izdelave in postavitve mora biti vključen v ceno TD.

### **DODATNA OPREMA ZA TERMODEZINFЕКТОR:**

#### **4. ZUNANJI VLOŽNI VOZIČEK ZA POLNJENE TERMODEZINFЕКТОRJA Z NOTRANJIM VLOŽNIM VOZIČKOM – 6 KOSOV**

- 4.1. Namenjen za notranji transport in vlaganje vložnih vozičkov v TD.
- 4.2. Kompatibilen z vstopno in izstopno progo tunelskega termodezinfektorja kakor tudi z obstoječim tri komornim in eno komornim TD.
- 4.3. Opremljen z napravo za priklop na vstopno in izstopno progo TD.
- 4.4. Voziček mora imeti nameščen mehanizem za zaklepanje materiala med transportom.

#### **5. NOTRANJI VLOŽNI VOZIČEK ZA INŠTRUMENTE - 6 KOSOV**

- 5.1. 5 nivojski notranji vložni voziček kapacitete 15 DIN košar (480x250x50mm).
- 5.2. Pralne ročice in police v vložnem vozičku morajo biti odstranljive v vsakem nivoju zaradi možnosti fleksibilnega polnjenja. Pralne ročice morajo omogočati enostavno čiščenje z enostavno snemljivim končnim delom ročice (brez vijačenja)
- 5.3. Opremljen s črtno kodo za samodejno izbiro programa
- 5.4. Voziček mora imeti vgrajene nastavke za pranje cevi (min.6 nastavkov).

#### **6. NOTRANJI VLOŽNI VOZIČEK ZA 4 KONTEJNERJE – 2 KOSA**

- 6.1. Kapaciteta 4 kontejnerji s pokrovom dimenzije 600 x 300 x 250 mm
- 6.2. Opremljen s črtno kodo za samodejno izbiro programa

#### **7. NOTRANJI VLOŽNI VOZIČEK ZA 6 DIN KONTEJNERJEV – 2 KOSA**

- 7.1. Kapaciteta 6 DIN kontejnerjev s pokrovom dimenzije 600 x 300 x 150 mm
- 7.2. Opremljen s črtno kodo za samodejno izbiro programa

#### **8. NOTRANJI VLOŽNI VOZIČEK ZA PRANJE KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV - 1 KOS**

- 8.1. Nivojski notranji vložni voziček kapacitete 12 DIN košar (480x250x50mm).

8.2. Pralne ročice in police v vložnem vozičku morajo biti odstranljive v vsakem nivoju zaradi možnosti fleksibilnega polnjenja. Pralne ročice morajo omogočati enostavno čiščenje z enostavno snemljivim končnim delom ročice (brez vijačenja).

8.3. Voziček mora imeti vgrajene nastavke za pranje cevi (min.6 nastavkov)

8.4. Mora omogočati kapaciteto pranja za 2 kosa XI endoskopov + vstavek za 8 Xi ročic.

## **9. VSTAVEK ZA PRANJE – 1 KOS**

9.1. Vstavek za pranje 8 robotskih Xi instrumentov, kompatibilen z notranjim vložnim vozičkom za pranje pod št. 8

## **II. PRIPRAVA PROSTORA**

Vsebina in obseg del za pripravo prostora je podrobneje opredeljen v obrazcih predračuna, in sicer:

Predračuni za GOI dela (OBR-2.1.3.1., OBR-2.1.3.2., OBR-2.1.3.3., OBR-2.1.3.4., OBR-2.1.3.5., OBR-2.1.3.6., OBR-2.1.3.7., OBR-2.1.3.8.).

Naročnik zahteva izvedbo intelektualnih, fizičnih in drugih organizacijskih oziroma strokovnih del, ki so potrebna za predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v popisu oz. v pogodbi ali ne, **ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen Obligacijskega zakonika)**, zaradi česar morebitni kasnejši odmiki od pogodbene cene niso možni.

## **III. VZDRŽEVANJE**

Ponudnik mora ponuditi preventivno vzdrževanje opreme po navodilu proizvajalca za obdobje sedmih (7) let po primopredaji opreme.

**Ponudnik mora na lastnem obrazcu, za vsak načrtovan preventivni vzdrževalni poseg, specificirati vsa vzdrževalna dela** (navesti je potrebno kratek opis dela ter spisek potrebnega materiala in rezervnih delov, ki bodo pri posameznem vzdrževalnem posegu porabljeni – v kolikor je predvidena zamenjava/dobave materiala in rezervnih delov), **ki jih bo izvedel po navodilu proizvajalca opreme, in sicer za obdobje 7-ih (sedmih) let od primopredaje opreme.**

Predmet vzdrževanja bo tudi korektivno vzdrževanje, ki se bo v skladu s pogodbo zaračunavalo v primeru okvar na podlagi veljavnega cenika rezervnih delov v času nastanka okvare, cene delovne ure serviserja in cene prihoda serviserja.

Za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja mora ponudnik na predvideno mesto v Tabeli 3 (Predračun za vzdrževanje opreme) **vpisati ceno delovne ure serviserja za korektivno vzdrževanje** in **cenno prihoda serviserja za korektivno vzdrževanje**.

Ponudnik mora za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja na lastnem obrazcu predložiti tudi cenik rezervnih delov in materiala za ponujeno opremo.

## PODATKI O PONUDNIKU

1. Predmet javnega naročila: <b>Nabava trikomornega termodezinfektorja z vzdrževanjem in pripravo prostora</b>
<b>2. Podatki o ponudniku</b>
2.1 Firma oz. ime:
2.2 Naslov:
2.3 Zakoniti zastopnik(i):
2.4 Identifikacijska številka:
2.5 Matična številka:
2.6 Številka transakcijskega računa:
2.7 Telefonska številka:
2.8 E-mail:
2.9 Kontaktna oseba:
2.10 Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
<b>3. Skupna ponudba (ustrezno označite z X): DA<sup>1</sup> ali NE</b>  a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe, in sicer: (navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta). b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe*.  <small>*Ponudnik označi (označi z X) točko a) ali točko b), ter v primeru, da označi točko a) vpiše zahtevani podatek.</small>
<b>4. Podizvajalci (označite z X): DA<sup>2</sup> ali NE</b>

Kraj in datum:

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> V primeru oddaje skupne ponudbe mora ta obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.

<sup>2</sup> V primeru nastopa s podizvajalci ponudnik v ponudbi priloži izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1) za vse podizvajalce.



## PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Kot ponudnik, izjavljamo, da bomo za izvedbo javnega naročila:

### **NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFEKTORJA Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA,**

vključili naslednjega podizvajalca:

#### **1. Podatki o podizvajalcu:**

Naziv:	
Naslov:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Zakoniti zastopnik:	
Kontaktne podatki (oseba, telefon, e-naslov):	
Transakcijski račun (številka in naziv banke)	

#### **2. Vrsta in vrednost del podizvajalca:**

Vrsta del podizvajalca:	
Vrednost del podizvajalca (EUR brez ddv)	

Datum:

\_\_\_\_\_  
žig in podpis odgovorne osebe ponudnika

#### **3. Soglasje podizvajalca**

Zahteva (4. alineja drugega odstavka 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja petega odstavka istega člena) *(izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):*

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

#### **IZJAVLJAM,**

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Ime in priimek zakonitega  
zastopnika podizvajalca:

Podpis in žig zakonitega  
zastopnika podizvajalca:

Datum:

#### **NAVODILO:**

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).
- V primeru nastopa več podizvajalcev se obrazec predloži ločeno za vsakega podizvajalca posebej.
- V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. tega obrazca. Če ponudnik ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.

**PONUDBNIK:**

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	
Številka ponudbe:	
Datum:	

**REKAPITULACIJA**

Predmet javnega naročila: **NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКТОРЈА Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA**

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	SKUPNA PONUDBENA VREDNOST: - dobava opreme s pripravo prostora (GOI dela) ter - preventivno vzdrževanje za obdobje 7-ih let od primopredaje opreme	0,00

**Opomba:**

- Ponudnik mora izpolniti zeleno označena polja
- V polju vrednost v EUR brez DDV je vrednost iz obrazca »PREDRAČUN za opremo s pripravo prostora in vzdrževanje (OBR-2.1) (SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2))«.
- Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika: \_\_\_\_\_

**PONUĐNIK:**

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	
Številka ponudbe:	
Datum:	

## PREDRAČUN za opremo s pripravo prostora in vzdrževanje

Predmet javnega naročila: **NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКТОРЈА Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA**

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	OPREMA S PRIPRAVO PROSTORA (GOI dela, izdelava PID): trikomorni termodezinfektor z opremo po specifikaciji	0,00
2.	VZDRŽEVANJE: Preventivno vzdrževanje trikomorni termodezinfektor z opremo za obdobje 7-ih (sedmih) let po primopredaji	0,00
SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2):		0,00

**Opombe:**

- Ponudnik mora izpolniti zeleno označena polja
- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 1 se samodejno prepiše skupna vrednost opreme s pripravo prostora v EUR brez DDV iz TABELLE 1: Predračun za opremo s pripravo prostora.
- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 2 se samodejno prepiše skupna vrednost za 7-letno preventivno vzdrževanje opreme v EUR brez DDV iz TABELLE 2: Predračun za vzdrževanje opreme.

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

**PONUDBNIK:**

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	
Številka ponudbe:	
Datum:	

## TABELA 1: PREDRAČUN ZA OPREMO S PRIPRAVO PROSTORA

Predmet javnega naročila: **NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFECTORJA Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA**

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM v EUR brez DDV	DDV (%)	Vrednost v EUR brez DDV	Znesek DDV	Skupaj vrednost v EUR z DDV
I.	<b>OPREMA</b>							
1.	Trikomorni / tunelski termodezinfektor	kpl	1	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Dodatna zahtevana oprema</b>							
2.	Zunanji vložni voziček za polnjenej termodezinfektorja	kos	6	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
3.	Notranji vložni voziček za instrumente	kos	6	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.	Notranji vložni voziček za 4 kontejnerjev	kos	2	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
5.	Notranji vložni voziček za 6 DIN kontejnerjev	kos	2	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
6.	Notranji vložni voziček za pranje kirurških inštrumentov	kos	1	0,00	0%	0,00	0,00	0,00

7.	Vstavek za pranje	kos	1	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ OPREMA (I+II)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>PRIPRAVA PROSTORA</b>							
8.	GOI dela - priprava prostora za opremo z vso dokumentacijo	kpl	1	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPNA VREDNOST:</b>						<b>0,00</b>	0,00	0,00

ZŠ	Opis	Proizvajalec:	Tip ponujene opreme:
1.	Trikomorni / tunelski termodezinfektor		
2.	Zunanji vložni voziček za polnjenej termodezinfektorja		
3.	Notranji vložni voziček za instrumente		
4.	Notranji vložni voziček za 4 kontejnerjev		
5.	Notranji vložni voziček za 6 DIN kontejnerjev		
6.	Notranji vložni voziček za pranje kirurških inštrumentov		
7.	Vstavek za pranje		

**Opombe:****Ponudnik v polje pod zaporedno št. 6. (GOI dela - priprava prostora za opremo) - vpiše skupni znesek za GOI dela - iz obrazca OBR-2.1.3 Skupni predračun GOI del**

- Ponudnik mora izpolniti zeleno označena polja
- Ponudnik mora za ponujeno opremo v predhodni tabeli navesti tip ponujene opreme in ime proizvajalca.
- V cenah morajo biti zajeti vsi stroški (prevozni, špeditski, carinski, dobave, montaže, zagona in preizkusa delovanja opreme, šolanja, garancijskega vzdrževanja – odprave napak v garancijskem roku, ter vsi morebitni dodatni stroški za zagotovitev pogoja »ključ v roke« (659. člen OZ), ki so potrebni za zagotovitev funkcionalnega delovanja opreme).
- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.
- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.  
V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

**PONUDBNIK:**

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	

Številka ponudbe:	
Datum:	

## TABELA 2: PREDRAČUN ZA VZDRŽEVANJE OPREME

Predmet javnega naročila: **NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКТОРЈА Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA**

ZŠ	Obdobje	Število predvidenih preventivnih vzdrževalnih posegov za posamezno leto	Cene preventivnih vzdrževalnih posegov			Vrednost preventivnega vzdrževalnega posega oz. preventivnih vzdrževalnih posegov (v kolikor jih je predvidenih več) SKUPAJ za posamezno leto (v EUR brez DDV)
			Cena 1. posega (v EUR brez DDV)	Cena 2. posega (v EUR brez DDV)	Cena 3. posega (v EUR brez DDV)	
1.	1. leto od potrjene primopredaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2. leto od potrjene primopredaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3. leto od potrjene primopredaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	4. leto od potrjene primopredaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	5. leto od potrjene primopredaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	6. leto od potrjene primopredaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	7. leto od potrjene primopredaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ VZDRŽEVANJE v EUR brez DDV za obdobje 7-ih let po potrjeni primopredaji:						<b>0,00</b>
Stopnja DDV (%)						0%
Znesek DDV:						0,00
SKUPAJ v EUR z DDV za obdobje 7-ih let po potrjeni primopredaji:						0,00

Opis	Cena (v EUR)
Cena delovne ure serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR brez DDV ob delavnikih med 7:00 in 15:00 uro	0,00
Stopnja (%) DDV	0%
Cena delovne ure serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR z DDV ob delavnikih med 7:00 in 15:00 uro	0,00

Opis	Cena (v EUR)
Cena delovne ure serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR brez DDV izven rednega delovnega časa in ob dela prostih dnevih	0,00
Stopnja (%) DDV	0%
Cena delovne ure serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR z DDV izven rednega delovnega časa in ob dela prostih dnevih	0,00



Opis	Cena (v EUR)
Cena prihoda serviserja na lokacijo naročnika za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR brez DDV:	0,00
Stopnja (%) DDV	0%
Cena prihoda serviserja na lokacijo naročnika serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR z DDV:	0,00

**Opombe:**

- Ponudnik mora izpolniti zeleno označena polja
- V stolpcu "Število predvidenih vzdrževalnih posegov za posamezno leto je treba vpisati št. načrtovanih preventivnih vzdrževalnih posegov v vsakem letu uporabe opreme po potrjeni primopredaji
- Ponudnik vpiše v stolpce "cena posega" cene za posege preventivnega vzdrževanja, ki so predvidene v posameznem letu.  
Npr. v kolikor je v posameznem letu predviden samo 1 poseg preventivnega vzdrževanja, ponudnik vpiše vrednost samo v stolpec "Cena 1. posega v EUR brez DDV" oz. v kolikor je predvidenih več posegov, ponudnik vpiše vrednosti v potrebno število stolpcev.  
Vpisane cene za preventivne vzdrževalne posege zajemajo vse stroške, tako strošek dela, potne stroške, dnevnice, telefon, ipd. kot tudi strošek vsega potrebnega materiala in rezervnih delov (v kolikor je predvidena tudi zamenjava/dobava materiala in rezervnih delov) za preventivno vzdrževanje ponujene opreme po navodilu proizvajalca.
- Ponudnik mora na lastnem obrazcu, ki bo priloga tega obrazca, za vsak načrtovan preventivni vzdrževalni poseg, specificirati vsa vzdrževala dela (navesti je potrebno kratek opis dela ter spisek potrebnega materiala in rezervnih delov, ki bodo pri posameznem vzdrževalnem posegu porabljeni - v kolikor je predvidena tudi zamenjava/dobava materiala in rezervnih delov), ki jih bo izvedel po navodilu proizvajalca in sicer za obdobje 7 let od primopredaje opreme.
- Za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja mora ponudnik na predvideno mesto v tabeli vpisati ceno delovne ure serviserja in ceno prihoda serviserja na lokacijo naročnika za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja. V ceno so všteti potni stroški (kilometrini), dnevnice, stroški serviserja na poti ter morebitni drugi stroški.
- **Ponudnik mora za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v ponudbi predložiti tudi cenik rezervnih delov in materiala za ponujeno opremo (na lastnem obrazcu).**

PONUDNIK:


Številka ponudbe:

--

Datum:

--

**SKUPNI PREDRAČUN GOI DEL**

INVESTITOR/NAROČNIK:

Univerzitetni klinični center Maribor  
Ljubljanska ulica 5  
2000 Maribor

OBJEKT /LOKACIJA:

PPREUREDITEV OBSTOJEČIH PROSTOROV  
CENTRALNE STERILIZACIJE ZA POTREBE UMETITVE  
NOVEGA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFEKTORJA IN

Uporabnik:

Univerzitetni klinični center Maribor  
Ljubljanska ulica 5  
2000 Maribor

VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE:

PZI

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

MARKO SORŠAK, univ.dipl.inž.arh.

ŠTEVILKA PROJEKTA:

6-10/2024

KRAJ IN DATUM:

Maribor, oktober 2024

**SKUPNA REKAPITULACIJA****VREDNOST BREZ DDV**

<b>A./</b>	<b>GRADBENA DELA</b>			
1.	ZIDARSKA DELA			- €
	<b>GRADBENA DELA SKUPAJ</b>			- €

<b>B./</b>	<b>OBRTNIŠKA DELA</b>			
1.	TALNE OBLOGE			- €
2.	SLIKOPLESKARTVO			- €
3.	MAVČNE STENE			- €
4.	STROPOVI			- €
5.	ELEKTRIČNA DRсна VRATA			- €
	<b>OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ</b>			- €

<b>C./</b>	<b>ELEKTRO INŠTALACIJE</b>			- €
1.	<b>ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ</b>			- €

<b>D./</b>	<b>STROJNE INŠTALACIJE</b>			
1.	PREZRAČEVANJE, VODOVOD, KANALIZACIJA			- €
	<b>STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ</b>			- €

<b>E./</b>	IZDELAVA PID (PROJEKT IZVEDENIH DEL) ZA VSA GOI DELA	KPL	1	0,00 €
<b>F./</b>	IZVAJANJE PROJEKTANTSKEGA NADZORA ZA VSA GOI DELA ZA CELOTEN ČAS GRADNJE	KPL	1	0,00 €
<b>G./</b>	IZDELAVA DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA-DZO, NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA-NOV	KPL	1	0,00 €
<b>H./</b>	Vsa ostala dela in oprema v skladu z določilom ključ v roke	KPL	1	0,00 €

<b>SKUPAJ (A+B+C+D+E+F+G) brez DDV</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

DDV 22%

0,00

<b>SKUPAJ (A+B+C+D+E+F+G) Z DDV:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------

**OPOMBE:**

1. Pod pozicijo tega obrazca »OSTALA DELA IN OPREMA v skladu z določilom "ključ v roke"« lahko ponudnik vpiše vrednost za dela in/ali opremo, ki so po mnenju ponudnika potrebna za izvedbo tega naročila v skladu z določilom »ključ v roke« in teh del in/ali opreme naročnik v razpisni dokumentaciji ni posebej navedel. Vsebinsko teh del in opreme je potrebno navesti na lastnem obrazcu, kot prilogo k temu obrazcu.

**Navodila:**

**Vsi materiali in vsa dela morajo biti izvedeni skladno z TEHNIČNIMI SMERNICAMI ZA GRADITEV ZA ZDRAVSTVENE STAVBE TSG-12640-002:2021.**

**V kolikor opis postavke v excel celici ni viden v celoti, se je potrebno postaviti na celico opisa, tekst je potem v celoti viden v vnosni vrstici.**

**Ponudniki morajo vpisati cene (na največ 2 decimalni mesti) po enoti mere v pripadajoče zeleno osenčene celice. Morebitni popusti naj so vključeni že v ceno po enoti mere.**

- 1 Izvajalec del mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS.
- 2 Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (arhitektura, strojne in elektro instalacije).
- 3 Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
- 4 Ponudnik ali izvajalec je dolžan prevzeti tehnično dokumentacijo, jo pregledati in opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrđita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- 5 V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in tehnološki načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- 6 Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture, nadzornik, uporabnik in naročnik.
- 7 V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
- 8 V ponujenih enotnih cenah je pri vseh postavkah potrebno zajeti delovne, nosilne in vse ostale odre, potrebne za izvedbo določene postavke, kakor tudi varnostna podpiranja, razpiranja in podobno, razen kjer je to izrecno drugače opredeljeno.
- 9 Ponudba zajema vsa potrebna dela v projektni dokumentaciji označena z mejo obdelave, prav tako obsega tudi nekatera dela, ki se navezujejo na območje obdelave in segajo preko določene meje obdelave.
- 10 Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.
- 11 Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.

	Splošna opomba:
1	Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni požarnovarnostni ukrepi in vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu!
2	Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
3	Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom arhitekture oziroma investitorjem.
4	Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali naštetá v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
5	Vse arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov so del postavk gradbeno obrtniških del.
6	Za vse vidne elemente je potrebna predhodna vskladitev obdelav, barv in materialov z arhitektom.
7	Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot gradbeni strokovnjak opozori projektanta. Še posebno pozornost je potrebno posvetiti pri preprečevanju toplotnih mostov, izvedbi hidroizolacij in odvodnjavanja, izvedbi dilatacij, zagotavljanju ustrezne zvočne izolativnosti. Vgrajeni materiali morajo skladni z zahtevami iz študije požarne varnosti za omenjeni objekt!

8	Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
9	Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
10	Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
11	Vsi potrebni odri za izdelavo (delovni, lovilni, varovalni,...) so upoštevani v enotnih cenah tangiranih pozicij in se ne obračunajo posebej!
12	Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije. Na zahtevo investitorja mora predložiti potrdilo o plačilu prispevkov in taks za deponijo.
13	Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
14	Za serijske elemente je obvezna predhodna dobava vzorčnega kosa, ki ga potrdi arhitekt. Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže ob predhodni potrditvi arhitekta! Za vse večje jeklene dele se izdelava, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta. Pripadajoči arhitekturni detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so del vsebine posameznih postavk.
15	V ponudbi morajo biti vključeni vsi transportni stroški.

Žig

Ime in Priimek odgovorne osebe

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

# PREDRAČUN

**Predmet javnega naročila:**

GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

Sklop 6 – Zidarstvo

UKC MARIBOR

ZA POTREBE KARDIOKIRURŠKE INTENZIVNE ENOTE

ZŠ	Opis dela	Enota mere (EM)	Količina	Cena na EM brez DDV (EUR/EM)	Vrednost brez DDV (EUR)
	<p><b>OPOZORILO!</b>  <b>SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI</b>  <b>IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!</b>  <b>ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH!</b></p> <p><b>SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA, KI VELJAJO V REPUBLIKI SLOVENIJI. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.</b></p> <p>Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material; vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja; skladiščenje materiala na gradbišču; atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti;</p> <p>vso potrebno delo za dokončanje izdelka; vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...; usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču; čiščenje in</p> <p>odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo; čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo; plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala; odvoz materiala v trajno deponijo je v vseh postavkah vključno s plačilom prispevkov in taks.</p> <p>Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne.</p> <p>Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka.</p> <p>Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!</p> <p>"Rušitvena dela se morajo izvajati pod nadzorom varnostnega inženirja.  Pred rušenjem morajo biti odklopljene in odstranjene vse inštalacije.</p> <p>Prav tako mora biti odstranjena vsa oprema, ki bi lahko ovirala rušenje. V ceni morajo biti upoštevani potrebni odri in eventuelna začasna opiranja in podpiranja. Omogočeno mora biti močenje ruševin z vodo zaradi</p> <p>preprečevanja prašenja in prekomernega onesnaževanja okolice. Obvezno upoštevati vse zaščitne mere, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Ruševine in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in deponiranje in ločeni po vrstah materialov."</p> <p>Pri vseh rušitvenih delih, prebojih, dolbenjih je potrebno ta dela izvajati z "mokrim" rezanjem (diamantno oz. widia rezalno orodje). Vso orodje mora imeti cevi za sprotno odsesovanje prahu!  V postavkah rušitvenih del zajeti tudi vsa potrebna podpiranja ter zaščito pred prašenjem okolice!</p> <p>Med izvajanjem rušitvenih del bo potrebno paziti, da se ne poškoduje elementov obstoječe nosilne konstrukcije, ki ostanejo v funkciji. Potrebno je paziti, da na obstoječih stropnih ploščah na posameznih</p> <p>mestih ne kopičijo večje količine materiala. . Vse poškodbe na obstoječi nosilni konstrukciji, ki bi nastale pri izvajanju rušitvenih del je potrebno sproti sanirati.</p> <p>Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.</p> <p>Površina okvirjev primerna za bolnišnice s pogojem enostavnega vzdrževanja.</p> <p>Ponudba mora vključevati po potrebi zaščita tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenje vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.</p>				

SPLOŠNO:					
<p><b>Vse postavke, ki vsebujejo material, morajo vključevati dobavo in montažo materiala vključno z vsemi prenosi, dvigi, spusti, nakladanjem, razkladanjem, vsemi potrebni gradbenimi odri in ostalimi potrebnimi deli za dokončanje vgradnje.</b></p> <p><b>Vsi potrebni delovni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v izvedbe posameznih del in se ne upoštevajo posebej.</b></p>					
<p><b>Rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju.</b></p> <p>Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom.</p> <p>Obvezno upoštevati zaščitne mere za zaščito neposredne okolice.</p> <p>Izvajalec odstranjevalnih del mora med rušitvenimi deli in po</p>					
<p>končanih delih zagotoviti čiščenje okolice in vozišča ter ostalih javnih površin. Zaradi preprečitve širjenja prahu je treba skrbeti za stalno vlaženje sipkega gradbenega materiala, ki se lahko praši.</p> <p>Vse gradbene odpadke je potrebno odpeljati na deponijo gradbenih odpadkov v skladu z Odlokom o načinu upravljanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju MOM MARIBOR.</p> <p>Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovinski izdelki, opeka. Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu.</p> <p>V ceni morajo biti upoštevani stroški transporta na krajevno deponijo, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom takse na deponiji.</p>					
<p>Odvoz gradbenih odpadkov in ruševin je potrebno izvajati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih</p> <p>• Ur. l. RS, št. 34/08</p>					
1	Odstranitev neodstranjenih elementov kovinske opreme v objektu in iznos z odvozom na deponijo v UKC Maribor v oddaljenosti do 500m. Pohištveni elementi morajo biti odstranjeni strokovno, ker se bodo uporabili za kasnejšo montažo.	kpl	1,00	0,00	0,00
2	Iznos kovinske opreme opreme z odvozom v trajno deponijo. V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	kpl	1,00	0,00	0,00
3	Iznos pohištvene opreme z odvozom v trajno deponijo. V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	kpl	1,00	0,00	0,00
4	Rušenje opečne ali siporeks stene z obojestranskim ometom na kovinski mrežici ali oblogo iz keramičnih ploščic, s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks. Kubatura materiala je računana v zidani steni-ne v razsutem materialu.	m3	19,00	0,00	0,00
5	Demontaža obstoječega okenskega krila in ponovna montaža po končanih gradbenih delih	kpl	1,00	0,00	0,00
6	Izdelava lesene rampe preko obstoječega okna v času gradbenih del in odstranitev rampe po dokončanju del.	kpl	1,00	0,00	0,00
7	Odstranitev obstoječe stenske keramike na opečni, siporeks ali mavčni steni, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m2	4,00	0,00	0,00
8	Odstranitev odstopajočega ometa na mestu odstranjenih stenskih keramičnih ploščic, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m2	4,00	0,00	0,00
9	Izdelava novega grobelega in finega ročnega ometa sten v debelini do 3,00 cm vključno z mrežico in lepilom, s pomožnimi deli in prenosi.	m2	4,00	0,00	0,00
10	Naprava -izrez v širini do 30 cm in globine do 15cm obstoječih tlakov v sestavih: PVC ali keramika, armiran estrih, PVC folija, toplotna izolacija, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m1	12,00	0,00	0,00
11	Naprava podlage - zapolnitev utorov v tleh širine do 30 cm v sestavi: FRAGMAT EPS 100 deb. 6cm, folija iz ekstrudiranega polietilena kot na primer ali enakovredno ETHAFOAM 222-E debeline 5mm s preklopi 10 cm -folija je položena tudi vertikalno do zgornjega roba finalnega tlaka, armiran estrih deb. 7cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi. V estriha se položi mikroarmatura. Estrih mora biti hitrosušec - polaganje oblog po 48 urah kot na primer ali enakovredno KEMA FLOOR RAPID. Višine je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju. Pri prehodu vertikalnih inštalacijskih cevi skozi estrih mora biti sama cev ovita z zvočno-izolativno folijo kot na primer ali enakovrednoETHAFOAM. Ponudba vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo.	m1	12,00	0,00	0,00
12	Odstranitev obstoječih tlakov v sestav skupne debeline do 20cm: keramika ali PVC, armiran estrih, PVC folija, toplotna izolacija s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks.	m2	70,00	0,00	0,00

13	Naprava podlage pod tlaki od spodaj navzgor v sestavi: FRAGMAT EPS 100 deb. 6cm, folija iz ekstrudiranega polietilena ETHAFOAM 222-E debeline 5mm s preklopi 10 cm -folija je položena tudi vertikalno do zgornjega roba finalnega tlaka, armiran estrih v naklonu deb. 7cm in hidrostop elastik z vsemi pomožnimi deli in prenosi. V sredino estriha se položi armatura Q166. Na stiku armature je treba zagotoviti zadosten preklap, na dilatacijah pa izvesti prekinitev armature mreže. Estrih mora biti hitrosušec - polaganje oblog po 48 urah kot npr. KEMA FLOOR RAPID. Višine je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju. Pri prehodu vertikalnih inštalacijskih cevi skozi estrih mora biti sama cev ovita z zvočno-izolativno folijo ETHAFOAM. Ponudba vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo.	m2	70,00	0,00	0,00
14	Demontaža obstoječih vrat z masko in kovinskim podbojem velikosti do 6,00 m2, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kom	4,00	0,00	0,00
15	Demontaža obstoječega notranjega fiksnega okna velikosti do 2,00m2, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kom	1,00	0,00	0,00
16	Kompletna finalna obdelava in povečanje odprtine na mestu obstoječih vrat (odstranitev vrat ni predmet te postavke) v opečni steni debeline do 20cm, vključno z vso potrebno zidarsko obdelavo preboja in s čiščenjem po zaključku del. Zidarska odprtina je max. 100/220cm.	kpl	1,00	0,00	0,00
17	Naprava odprtine v obstoječi opečni steni debeline do 20 cm, kompletna finalna obdelava vključno z opečno preklado in vso potrebno zidarsko obdelavo preboja in s čiščenjem po zaključku del. Opečna preklada je širine 14cm in naj leži vsaj 15 cm na obst. zidu. Zidarska odprtina je do max. 110/230cm.	kpl	1,00	0,00	0,00
18	Zidanje sten s POROBETONOM (kot na primer ali enakovredno YTONG) debeline do 15cm z YTONG lepilno malto po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi, z vezavo v stene in stropno nosilno ploščo s pocinkano žico.	m3	1,00	0,00	0,00
19	Izdelava tankoslojnega ometa kot npr. Ytong notranji tankoslojni omet. Ytong notranji tankoslojni omet uporabljamo za obdelavo Ytong zidov in Ytong stropov ter betonskih površin z nanosom v tankem sloju 3–6 mm. Nanesite ga ročno v dveh slojih ali strojno v enem sloju. Ročno vsak sloj nanesemo v debelini 2–3 mm. Ponudba vključno s pomožnimi deli in prenosi.	m2	6,00	0,00	0,00
20	Rezanje odprtine Ø 20cm (odprtina za inštalacije) v opečni steni debeline do Ø 20cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kom	2,00	0,00	0,00
21	Zidarsko krpanje odprtine do Ø 20cm vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje. V kolikor je odprtina v steni med požarnima sektorja se mora pred finalno obdelavo požarno zatesniti, kar ni predmet te postavke.	kom	2,00	0,00	0,00
22	Izdelava utorov z frezanjem v opečni steni dim. do 5/5cm za elektro in strojne inštalacije. Ponudba vključuje izvedbo utorov, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m1	18,00	0,00	0,00
23	Zidarsko krpanje utorov dim. do 5/5 cm po izdelavi utorov za elektro in vodovodne inštalacije vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje.	m1	18,00	0,00	0,00
24	Izdelava utorov z frezanjem v opečni steni dim. do 5/10cm za elektro in strojne inštalacije. Ponudba vključuje izvedbo utorov, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m1	14,00	0,00	0,00
25	Zidarsko krpanje utorov dim. do 5/10 cm po izdelavi utorov za elektro in vodovodne inštalacije vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje.	m1	14,00	0,00	0,00
26	Konstruksijsko zlepljenje estriha s sponami za estrih dolžine 35cm v razmaku 20cm. Ponudba vključuje pripravo utorov, vstavljanje spon za estrih in zapolnitev utorov z zalivno smolo kot npr. UZIN KR 416.	m1	10,00	0,00	0,00
27	Razna gradbena dela - NKV - pomoč elektro in strojnim inštalaterjem.	ur	80,00	0,00	0,00
28	Dobava materiala in zametavanje obstoječih elektro doz vključno z odstranitvijo elektro doze.	kom	8,00	0,00	0,00
29	Polaganje stenske keramike višjega cenovnega razreda velikosti minimalno 25x60 cm I kvalitete kot npr. Gorenje DREAM - BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. Debelina minimalno 7,0mm. Ploščice so lepljene na steno s fugo, ki je impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov-barvo fugirne mase potrdi projektant. V ceni m2 zajeto silikoniziranje vogalnih stikov in izrezovanje ploščic za preboje inštalacijskih elementov, izvedba stikov na vertikalnih vogalih s serijskim pvc profilom (ponudba za profil je v posebni postavki). Dobava keramike, emulzija, lepilo, distančniki, letve, prevoz ter prenos na oddelek, čiščenje ter odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo, mora biti vključeno v m2 polaganja. Količina je računana na m2 položene keramike. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti tako, da se dajo stiki pokriti s tipskimi rozetami. Površine odprtin do 0,50 m2, ki se ne oblagajo, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1,0 m2 se ne odbijajo ter se špalete ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2. Izvajalec je obvezan opraviti predhodne izmere površin. Površina špalete se obračuna po dejanski kvadraturi.	m2	4,00	0,00	0,00
30	Dobava in montaža označevalne table različnih dimenzij po navodilih Centra za kakovost v UKC Maribor. Tabla je PVC rumene barve s črnim napisom.	kom	3,00	0,00	0,00

31	Dobava in pritrditev odbojnih plošč pritrjenih na steno v kakovosti kot npr. ACROVYN® C/S France, tip TP100-150-200-300 višine 30cm. Stenska zaščita iz akrovinilne smole Acrovyn® je tanka, vendar izredno odporna. Material je samogasen in po protipožarni klasifikaciji spada v skupino M1. Odporen je proti udarcem, odporen na najpogostejše uporabljane kemikalije, vsebuje zaščito proti razvoju bakterij, plesni in gliv. Površina je neprepustna, kar omogoča enostavno čiščenje maščob in umazanje z običajnimi detergenti. Tudi madeži barve in različnih medicinskih snovi se lahko očistijo s posebnimi čistili, ki niso strupena. Barva po izboru projektanta - (standardna barva).	m1	28,00	0,00	0,00
32	Dobava in pritrditev PVC vogalnih letev v kakovosti kot npr. ACROVYN® C/S France, tip SSM 20 višine 300cm. Letev se pri montaži razreže na dva dela. Vogalna zaščita iz akrovinilne smole Acrovyn® je tanka, vendar izredno odporna. Material je samogasen in po protipožarni klasifikaciji spada v skupino M1. Odporen je proti udarcem, odporen na najpogostejše uporabljane kemikalije, vsebuje zaščito proti razvoju bakterij, plesni in gliv. Površina je neprepustna, kar omogoča enostavno čiščenje maščob in umazanje z običajnimi detergenti. Tudi madeži barve in različnih medicinskih snovi se lahko očistijo s posebnimi čistili, ki niso strupena. Barva po izboru projektanta (standardna barva).	kom	4,00	0,00	0,00
33	Servis zunanjih žaluzi in zamenjava dotrajanih delov vključno z dobavo in montažo žaluzij z vsemi prenos, dvigi, spusti, nakladanjem, razkladanjem, vsemi potrebni gradbenimi odri in ostalimi potrebnimi deli za dokončanje del. Žaluzije so dimezij cca. 120x280cm	kom	3,00	0,00	0,00
34	Zaščita vgrajenega stavbnega pohištva s folijo, po končanih delih se zaščita odstrani, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20 km vključno s plačilom prispevkov in taks.	kpl	1,00	0,00	0,00
35	Kompletna izdelava zašite tal iz lesenih plohov za čas gradbenih rušitvenih del, vključno z vsemi deli in materialom ter vzpostavitev predhodnega stanja po zaključku del. Zaščita se postavi samo za čas gradnje, nato se odstrani.	kpl	1,00	0,00	0,00
36	Kompletna izdelava zunanjega dostopa za delavce gradbišča preko začasnega stopnišča na fasadi objekta, vključno z vsemi deli in materialom ter vzpostavitev predhodnega stanja po zaključku del. Stopnišče se postavi samo za čas gradnje, nato se odstrani. Višina obojestranskega stopnišča od tal do spodnjega roba okna je do 1,5 m.	kpl	1,00	0,00	0,00
37	Dobava in montaža protiprašne zaščite odprini proti sosednjim prostorom iz PVC folije. Zaščita je sestavljena iz lesene podkonstrukcije in folije. Ponudba vključuje PVC folija, leseno ogrodje, ves tesnilni in pritrdilni material. Po končanih delih se protiprašna zaščita odstrani. Ponudba vključuje prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kpl	1,00	0,00	0,00

**Davčna osnova:**

**0,00**

**Znesek davka:**

**0,00**

**Ponudbena vrednost z DDV:**

**0,00**

**OPOMBE:**

- Projektant je pri teh postavkah navedel proizvajalca in/ali tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedeni opremi.



# PREDRAČUN

**Predmet javnega naročila:**

GRADBENA, OBRTHNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

– Talne obloge

PREUREDITEV OBSTOJEČIH PROSTOROV CENTRALNE STERILIZACIJE ZA POTREBE

UMETITVE NOVEGA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFJEKTORJA IN PREUREDITEV

ZŠ	Opis dela	Enota mere (EM)	Količina	Cena na EM brez DDV (EUR/EM)	Vrednost brez DDV (EUR)
	<p><b>OPOZORILO!</b></p> <p><b>SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI</b></p> <p><b>IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!</b></p> <p><b>ZA VSA OBRTHNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH!</b></p> <p><b>IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I)</b></p> <p><b>VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.</b></p> <p><b>SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ.</b></p> <p><b>DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.</b></p> <p><b>Enota cene mora vsebovati:</b></p> <p><b>vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material, vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja,</b></p> <p><b>skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno so lestve, odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,</b></p> <p><b>terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo, plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.</b></p> <p><b>Tlaki morajo izpolnjevati naslednje zahteve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dolga življenjska doba;</li> <li>- mala obraba;</li> <li>- kvalitetni sijaj;</li> <li>- enostavno vzdrževanje;</li> <li>- enostavno čiščenje;</li> <li>- v vseh prostorih, kjer je to potrebno in zahtevano je predvideti elektroprevodne tlake;</li> <li>- v vseh prostorih v zgradbi se na vseh vrstah tlakov predvidijo polkrožni zaključki (zaokrožnice R=10 cm) in stenske obrobe;</li> <li>-kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo je potrebno na tlakih in pri vratnih pripirah izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem;</li> <li>-na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnice;</li> <li>-vsi stiki tlakov (linolej, guma,...) v zgradbi morajo biti varjeni;</li> <li>-vsi tlaki morajo ustrezati vsem sanitarno higienskimi zahtevam.</li> </ul> <p><b>Po končani montaži opreme je potrebno izvesti ustrezne popravke zaščitnih premazov, v kolikor so le ti zahtevani.</b></p>				

Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne.

Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka.

Ponudba mora vključevati po potrebi zaščita tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenjem vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.

Vse postavke, ki vsebujejo material, morajo vključevati dobavo in montažo materiala vključno z vsemi prenosi, dvigi, spusti, nakladanjem, razkladanjem in ostalimi potrebnimi deli za dokončanje vgradnje.

Vsi potrebni delovni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v izvedbe posameznih del in se ne upoštevajo posebej.

1	Odstranitev stare PVC ali linolej talne obloge na površini cca.130,00 m <sup>2</sup> , tudi demontaža stenskega zaključka, iznos iz objekta z odvozom na deponijo gradbenega odpada, vključno s plačilom prispevkov in taks. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	kpl	1,00	0,00	0,00
2	Popravilo obstoječega estriha (udrtine do globine 3 cm) po odstranitvi obstoječe talne obloge (PVC ali keramika), krpanje udrtin, groba in fina izravnava tal z vsem potrebnim delom in materialom za pripravo tal za polaganje PVC talne obloge.	m <sup>2</sup>	130,00	0,00	0,00
3	Hodnik, delovni prstor, filter - dobava in polaganje vinilne talne obloge kot na primer ali enakovredno Tarkett - iQ Granit ARGIL barva 21142-440 - tlak v rolah širine 2m. Vzorec potrdi projektant po predložitvi vzorcev, površina z zrnatim efektom, talna obloga v rolah debeline 2 mm, - za zelo visoke obremenitve - razreda pohodnosti 34 po ISO 10874, ognjevarnost Bfl - S1, varna v požarno toksikološkem smislu, vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti, talna obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin (TVOC v 28 dneh) manjša od 10 mikro gr./m <sup>3</sup> , talna obloga se 100% reciklira. Položitev z lepljenjem po celotni površini, talne obloge morajo ustrezati higienskim zahtevam po SIST EN ISO 14644-1, imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614-razred A., vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti. V kolikor je potreben zaščitni premaz mora biti le ta vključen v ponudbeno ceno. Ponudba vključuje položitev z lepljenjem po celotni površini.	m <sup>2</sup>	22,00	0,00	0,00
4	Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve kot talna obloga, izvedeno "na zaokrožnico" preko podložnega radialnega profila R 25 mm, dobava in montaža PVC profila 25/25mm vključena v ponudbo. Stenska obroba je zaključena s tipskim protiprašnim profilom-dobava in montaža protiprašnega profila je vključena v ponudbo.	m1	26,00	0,00	0,00
5	Prostor za termodezinfektor- dobava in polaganje elektroprevodne PVC talne obloge kot na primer ali enakovredno Tarkett - iQ Toro SC, E-upornost tlaka večja od 10/4 in manjša od 10/6 Ohmov. Pred naročilom mora vzorec potrdi projektant po predložitvi vzorcev, površina z zrnatim efektom - za zelo visoke obremenitve - razreda pohodnosti 34 po ISO 10874, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s, varna v požarno toksikološkem smislu, imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614-razred A., vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti, talna obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin (TVOC v 28 dneh) manjša od 10 mikro gr./m <sup>3</sup> . Talne obloge morajo ustrezati higienskim zahtevam po SIST EN ISO 14644-1. skupna debelina EN 428 2mm, zdrsnost DS, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava, 100% recycable. V kolikor je potreben zaščitni premaz mora biti le ta vključen v ponudbeno ceno. Ponudba vključuje položitev z lepljenjem po celotni površini - elektro-prevodno lepilo. Ponudba vključuje tudi dobavo in položitev bakrene (Cu) mreže z priključitvijo na ozemljitveni vod.	m <sup>2</sup>	75,00	0,00	0,00

6	Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve kot talna obloga, izvedeno "na zaokrožnico" preko podložnega radialnega profila R 25 mm, dobava in montaža PVC profila 25/25mm vključena v ponudbo. Stenska obroba je zaključena s tipskim protiprašnim profilom-dobava in montaža protiprašnega profila je vključena v ponudbo.	m1	50,00	0,00	0,00
7	Čisti prostor - dobava in polaganje vinilne talne obloge kot na primer ali enakovredno Tarkett - iQ Granit BASALT barva 21142-341 - tlak v rolah širine 2m. Vzorec potrdi projektant po predložitvi vzorcev, površina z zrnatim efektom, talna obloga v rolah debeline 2 mm, - za zelo visoke obremenitve - razreda pohodnosti 34 po ISO 10874, ognjevarnost Bfl - S1, varna v požarno toksikološkem smislu, vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti, talna obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin (TVOC v 28 dneh) manjša od 10 mikro gr./m3, talna obloga se 100% reciklira. Položitev z lepljenjem po celotni površini, talne obloge morajo ustrezati higienskim zahtevam po SIST EN ISO 14644-1, imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614-razred A., vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti. V kolikor je potreben zaščitni premaz mora biti le ta vključen v ponudbeno ceno. Ponudba vključuje položitev z lepljenjem po celotni površini.	m2	42,00	0,00	0,00
8	Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve kot talna obloga, izvedeno "na zaokrožnico" preko podložnega radialnega profila R 25 mm, dobava in montaža PVC profila 25/25mm vključena v ponudbo. Stenska obroba je zaključena s tipskim protiprašnim profilom-dobava in montaža protiprašnega profila je vključena v ponudbo.	m1	24,00	0,00	0,00
9	Kompletna izvedba elektro-meritev tlaka in izdelava tehničnega poročila o izvedenih meritvah ELP talne obloge.	kpl	1,00	0,00	0,00

**Davčna osnova:**

**0,00**

**Znesek davka:**

**0,00**

**Ponudbena vrednost z DDV:**

**0,00**

#### **OPOMBE:**

- Projektant je pri teh postavkah navedel proizvajalca in/ali tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedeni opremi.

# PREDRAČUN

**Predmet javnega naročila:**

GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

– Slikopleskarstvo

PREUREDITEV OBSTOJEČIH PROSTOROV CENTRALNE STERILIZACIJE ZA POTREBE UMEMITVE NOVEGA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКTORJA IN PREUREDITEV SPREMLJAJOČIH PROSTOROV

ZŠ	Opis dela	Enota mere (EM)	Količina	Cena na EM brez DDV (EUR/EM)	Vrednost brez DDV (EUR)
<p><b>OPOZORILO!</b></p> <p><b>SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI</b></p> <p><b>IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!</b></p> <p><b>ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH!</b></p> <p><b>IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.</b></p> <p><b>SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ.</b></p> <p><b>DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.</b></p> <p><b>Enota cene mora vsebovati:</b></p> <p><b>vsa potrebna pripravljala in zaključna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material, vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja,</b></p> <p><b>skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno so lestve, odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,</b></p> <p><b>terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo, plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.</b></p> <p><b>Slikarska dela se obračunavajo po m2 dejansko izvršene površine.</b></p> <p><b>Odprtine do 3 m2 se ne odbijajo in špaleta se ne obračunavajo.</b></p> <p><b>Odprtine nad 3 m2 se odbijajo in špaleta se obračunavajo po dejanski površini v m2.</b></p> <p><b>V ceni posameznih pleskarskih del zajeti vsi potrebni odri.</b></p> <p><b>Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!</b></p> <p><b>Vse notranje barve in laki mojajo biti z vsebnostjo topil (hlapnih organskih spojin (HOS) z vreliščem največ 250 °C) višjo kot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 g/l (minus voda) za stenske barve (v skladu z EN 13300):</li> <li>• 250 g/l (minus voda) za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98-odstotno motnostjo.</li> </ul> <p><b>Ponudba mora vključevati po potrebi zaščita tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenje vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.</b></p> <p><b>Vse postavke, ki vsebujejo material, morajo vključevati dobavo in montažo materiala vključno z vsemi prenosi, dvigi, spusti, nakladanjem, razkladanjem in ostalimi potrebnimi deli za dokončanje vgradnje.</b></p> <p><b>Vsi potrebni delovni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v izvedbe posameznih del in se ne upoštevajo posebej.</b></p>					
1	Stene (hodnik v celoti, delovni prostor, filter, prostor s termodezinfektorji, servisni prostor, čisti del, ki je predmet obdelave) - impregnacija, bandažiranje razpok in stikov z bandažirnim trakom širine 5 cm, 2x kitanje, 2x strojno brušenje z "žiraf", in 2x oplesk z mat barvo primerno za bolnišnice kot na primer ali enakovredno JUPOL GOLD - barvna karta JUB - barva po izboru projektanta - in 1x oplesk z visoko pralno barvo kot na primer ali enakovredno JUPOL LATEX. Pred pleskanjem mora barvo potrditi projektant. Barva mora biti skladna z EN 13300. V ceni ponudbe je potrebno zajeti vse potrebni material, delo in odre oziroma lestve.	m2	360,00	0,00	0,00

2	Stropovi - impregnacija in 2x oplesk z mat barvo primerno za bolnišnice kot na primer ali enakovredno JUPOL GOLD - barvna karta JUB - bela barva. Barva mora biti skladna z EN 13300. V ceni ponudbe je potrebno zajeti ves potreben material, delo in odre oziroma lestve.	m2	14,00	0,00	0,00
3	Čiščenje, brušenje oz. aktiviranje v celoti rebričastega radiatorja vključno z konzolami. Dimenzije radiatorja so do 200/18/80cm in 2 x barvanje z akrilnim lakom. Cena vključuje vso potrebno pripravo vključno s čiščenjem, brušenjem in 2x barvanje z akrilnim lakom primernim za radiatorje. Barvo določi projektant. Radiator pri barvanju ostane pritrjen na steno.	kom	3,00	0,00	0,00
4	Čiščenje, brušenje oz. aktiviranje v celoti radiatorskih cevi in 2 x barvanje z akrilnim lakom. Cena mora vsebovati vso potrebno pripravo vključno s čiščenjem, brušenjem in 2x barvanje z akrilnim lakom primernim za radiatorske cevi. Barvo določi projektant.	m1	40,00	0,00	0,00
5	Kitanje raznih spojev (vrata-stena, okenska polica-stena, stena-spuščen strop) z akrilnim kitom. Barva kita se mora ujemati z barvo stene. Ponudba vsebuje material in izvedbo.	m1	20,00	0,00	0,00

**Davčna osnova:**

**0,00**

**Znesek davka:**

**0,00**

**Ponudbena vrednost z DDV:**

**0,00**

**OPOMBE:**

- Projektant je pri teh postavkah navedel proizvajalca in/ali tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedeni opremi.

# PREDRAČUN

**Predmet javnega naročila:**

GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA  
– Mavčne predelne stene

PREUREDITEV OBSTOJEČIH PROSTOROV CENTRALNE STERILIZACIJE ZA POTREBE  
UMESTITVE NOVEGA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКТОРЈА IN PREUREDITEV  
SPREMLJAJOČIH PROSTOROV V UKC MARIBOR

ZŠ	Opis dela	Enota mere (EM)	Količina	Cena na EM brez DDV (EUR/EM)	Vrednost brez DDV (EUR)
	<p><b>OPOZORILO!</b> SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU! ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH! IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA. SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.</p> <p>Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material; vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja; skladiščenje materiala na gradbišču; atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti; vso potrebno delo za dokončanje izdelka; vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno so lestve, odri ...; usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču; čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo; čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo; plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.</p> <p>Mavčne predelne stene in stropovi splošno: Uporabljeni morajo biti kvalitetni materiali z ustreznimi certifikati. Nosilni kovinski profili morajo ustrezati statičnim zahtevam in morajo biti antikorozijsko zaščiteni (pocinkani). Materiale uporabiti kot na primer ali enakovredno je to pri posameznih postavkah določeno. Izdelane stene morajo biti popolnoma ravne in navpične, stropovi pa ravni.</p>				

**Stene morajo izpolnjevati naslednje zahteve:**

- ustrezno protipožarno varnost, biti morajo iz negorljivih materialov;
- oplesk in obloga se prilagodi namembnosti prostora;
- v mavčnih stenah morajo biti izvedene horizontalne in vertikalne ojačitve za naknadno vgradnjo opreme (zajeto v ceni);
- zvočna izolativnost sten mora odgovarjati Pravilniku o zvočni zaščiti stavb;
- vsi instalacijski preboji in materiali v stenah morajo biti izvedeni tako, da ne poslabšajo zvočne zaščite stene;
- vse vmesne stene morajo biti postavljene od talne AB plošče do stropne AB plošče;
- kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno v ali na stene izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem (zajeto v ločeni postavki);
- stene morajo biti zaščitene na ustreznih višinah pred mehanskimi poškodbami, ki jih povzroča oprema v bolnišnici (postelje, vozički, premična oprema, itd.);
- vogali sten morajo biti opremljeni s kovinskimi vogalniki, ki ščitijo vogale pred krušenjem;
- stene morajo biti opremljene z ročnimi oprijemali za slabotne, površine oprijemal morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno čistiti in vzdrževati;
- na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike.

**Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!**

**Ponudba mora vključevati po potrebi zaščita tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenje vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.**

**Vse postavke, ki vsebujejo material, morajo vključevati dobavo in montažo materiala vključno z vsemi prenosi, dvigi, spusti, nakladanjem, razkladanjem in ostalimi potrebnimi deli za dokončanje vgradnje.**

**Vsi potrebni delovni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v izvedbe posameznih del in se ne upoštevajo posebej.**

1	Dobava in montaža predelne stene suhomontažne izvedbe debeline 15,0cm – kot na primer ali enakovredno Rigips 3,40.06 Stene suhomontažne izvedbe debeline 15,0 cm, kot na primer ali enakovredno tip Rigips – sestavljene iz kovinske pocinkane podkonstrukcije, širine 100mm - Rigips stenski profili UW 100-06, stropni in talni priključek, obojestranskih oblog iz dveh gips kartonskih plošč na vsaki strani, sidrati v tla in strop, višine cca. 3,60 m. V ceno je zajeti vgrajenje vseh vogalnikov in bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken.	m2	9	0,00	0,00
	V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja. Obe gips kartonski plošči sta kot npr. Rigips RB plošči debeline 12,5 mm. Vmesno polnilo je iz mineralne volne, debeline 2x50 mm. Mineralna volna mora biti pritrjena ali lepljena na oblogo, tako da se prepreči zdrsovanje. Minimalna vrednost izolacije pred zvokom v zraku ločilnih sten je min. R`w=50dB.				

2	<p>Dobava in montaža predelne stene suhomontažne izvedbe debeline 12,5cm – kot na primer ali enakovredno Rigips 3,40.04</p> <p>Stene suhomontažne izvedbe debeline 12,5 cm, kot na primer ali enakovredno tip Rigips – sestavljene iz kovinske pocinkane podkonstrukcije, širine 75mm, Rigips stenski profili UW 75-06, obojestranskih oblog iz dveh gips kartonskih plošč na vsaki strani, sidrati v tla in strop, višine do 4,00m. V ceno je zajeti vgrajanje vseh vogalnikov in bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken.</p>	m2	14		0,00
	<p>V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh,</li> <li>• podkonstrukcijo sidrati v tla in strop,</li> <li>• vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.</li> </ul> <p>Obe gips kartonski plošči sta kot npr. Rigips RB plošči debeline 12,5 mm. Vmesno polnilo je iz mineralne volne, debeline 60 mm. Mineralna volna mora biti pritrjena ali lepljena na oblogo, tako da se prepreči zdrsovanje. Minimalna vrednost izolacije pred zvokom v zraku ločilnih sten je R'w=47dB.</p>				
3	<p>Kompletna izdelava/dobava in montaža kovinske konstrukcije iz jeklenih antikorozijsko zaščiteneh predfabriciranih profilov vključno s konzolami, obešali in vsem ostalim pritrdilnim materialom za pritrditev mavčnih sten na območju termodezinfektorja nad višino 250cm (do 250cm je kovinska stena v sklopu dobave termodezinfektorja). Za celotno konstrukcijo naredi izvajalec delavniško dokumentacijo (to je risbe s potrebnimi detajli in izračuni nosilnosti), ki jih potrdita projektant in nadzor.</p> <p>Profili in jeklene ploščice se v delavnici zaščitijo z dvokomponentnim delavniškim temeljnim premazom na osnovi epoksidnega veziva za začasno zaščito jeklenih konstrukcij (kot npr. CHEMCO), ki omogoča naknadno varjenje brez vplivov na kvaliteto zvara. Po montaži se celotna kovinska konstrukcija antikorozijsko zaščiti (zajeti kompletno v ceni) izvesti s PU barvo v skupni debelini min. 75 mikronov v naslednjih slojih:</p> <p>-1 x OSNOVNI PREMAZ 25 mikronov, -2 x PREKRIVNI PREMAZ (25 + 25 mikronov) skupaj 50 mikronov. Vsi premazi morajo biti primerni za vgradnjo v bolnišnicah.</p>	kg	340	0,00	0,00
4	<p>Kompletna dobava in montaža ojačitev iz OSB za potrebe obešanja in pritrdjevanja opreme, skladno z načrtom arhitekture in s površinskimi načrti opreme! Ojačitev je narejena iz OSB plošče širine min. 60 cm. OSB plošča je pritrjena v mavčni steni na kovinsko konstrukcijo same stene pod finalno mavčno ploščo.</p> <p>Obračun v m1.</p>	m1	3	0,00	0,00
5	<p>Izrez prebojev za potrebe inštalacij dimenzij do Ø20cm v mavčnih stenah vključno z odvozom materiala na trajno deponijo.</p>	kos	8	0,00	0,00
6	<p>Izrez prebojev za potrebe inštalacij dimenzij do Ø35cm v mavčnih stenah vključno z odvozom materiala na trajno deponijo.</p>	kos	8	0,00	0,00
7	<p>Dobava in vgradnja ojačitvenega UA profila zmontiranega ob kovinskem podboju od tal do stropa v novi mavčni steni skupne debeline do 15,0cm. Profil je izdelan iz pocinkane pločevine skupne širine stene in debeline 2,5mm. Montira se pri vratnih odprtinah.</p>	m1	22	0,00	0,00
8	<p>Zaščita gradbišča proti ostalim prostorom - kompletna izvedba mavčno kartonskih sten debeline 10,0cm. Stena je sestavljena iz kovinske pocinkane podkonstrukcije širine 75mm in obojestranske obloge iz ene mavčnokartonaste plošče 12,5mm.</p>	m2	160	0,00	0,00



9	Vgradnja gradbiščnih vrat dimenize 100/200cm za čas gradnje. Po dokončanju del se vrata odstranijo in odpeljejo.	kom	1	0,00	0,00
10	Zaključki sten s PVC profili.	m1	8	0,00	0,00

**Davčna osnova:**

**0,00**

**Znesek davka:**

**0,00**

**Ponudbena vrednost z DDV:**

**0,00**

**OPOMBE:**

1. Projektant je pri teh postavkah navedel proizvajalca in/ali tip blaga izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi blago drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedenemu blagu.

# PREDRAČUN

**Predmet javnega naročila:**

GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

– Stropovi

PREUREDITEV OBSTOJEČIH PROSTOROV CENTRALNE STERILIZACIJE ZA POTREBE

UMESTITVE NOVEGA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКТОРЈА IN PREUREDITEV

ZŠ	Opis dela	Enota mere (EM)	Količina	Cena na EM brez DDV (EUR/EM)	Vrednost brez DDV (EUR)
<p><b>OPOZORILO!</b></p> <p><b>SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI</b></p> <p><b>IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!</b></p> <p><b>ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH!</b></p> <p><b>IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I)</b></p> <p><b>VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.</b></p> <p><b>SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.</b></p> <p>Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material; vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja; skladiščenje materiala na gradbišču; atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti; vso potrebno delo za dokončanje izdelka; vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno kot so lestve, odri ...; usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču; čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo; čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo; plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.</p> <p><b>Mavčne predelne stene in stropovi splošno:</b></p> <p>Uporabljeni morajo biti kvalitetni materiali z ustreznimi certifikati. Nosilni kovinski profili morajo ustrezati statičnim zahtevam in morajo biti antikorozijsko zaščiteni (pocinkani). Materiale uporabiti kot na primer ali enakovredno je to pri posameznih postavkah določeno. Izdelane stene morajo biti popolnoma ravne in navpične, stropovi pa ravni.</p> <p><b>Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!</b></p> <p><b>Ponudba mora vključevati po potrebi zaščita tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenjem vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.</b></p> <p><b>Vse postavke, ki vsebujejo material, morajo vključevati dobavo in montažo materiala vključno z vsemi prenosi, dvigi, spusti, nakladanjem, razkladanjem in ostalimi potrebnimi deli za dokončanje vgradnje.</b></p> <p><b>Vsi potrebni delovni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v izvedbe posameznih del in se ne upoštevajo posebej.</b></p>					
1	Odstranitev obstoječih spušenih stropov (mineralne plošče) vključno z elementi, vgrajenimi v strop, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. Nepoškodovane plošče se lahko uporabijo za ponovno montažo.	m2	50	0,00	0,00

2	Odstranitev obstoječih kovinskih spušenih stropov vključno z elementi, vgrajenimi v strop, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. Nepoškodovane plošče se lahko uporabijo za ponovno montažo.	m2	75	0,00	0,00
3	Ureditve in čiščenje prostora med spušenim stropom in armiranobetonskim stropom na celotni površini odstranjenega spušenega stropa.	kpl	1	0,00	0,00
4	Dobava in montaža novega spušenega mavčnega stropa iz vlagoodpornih mavčnokartonskih plošč debeline 12,5 mm, vključno z ustrežno kovinsko podkonstrukcijo, - višina spuščanja do 70 cm. Stik med steno in spušenim stropom je obdelan s trajnoelastičnim akrilnim kitom. Izvajalec teh del izvede tudi odprtine za svetila in distributivne elemente prezračevanja!. Ponudba vključuje mavčni strop in vso potrebno podkonstrukcijo za pritrditev mavčnega stropa.	m2	5	0,00	0,00
5	Dobava in montaža mineralnega akustičnega stropa kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS), zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2/ Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,7 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne plošče KCS Armstrong Sahara, dim. 600 x 600x15 mm, bele barve z mikro perforacijo, z ravnim robom ( Board ) in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni L profil - 19/24 mm. Plošče imajo absorpcijo zvoka $\alpha_w = 0,60$ po EN ISO 11654. Vzdržna zvočna izolirnost stropa je $D_{n,c,w} = 34$ dB po EN 20140-9. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. (kot na primer KCS Armstrong Sahara, Sistem C, board ali enakovredno )	m2	20	0,00	0,00
6	Dobava in montaža spušenega kovinskega stropa z antibakterijsko zaščitno barvo Bioguard, zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U ter prečnih trikotnih profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 0,7 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče kot npr. KCS Metal Q Clip-In F Plain Bioguard dim. 600 x 600 x 33 mm, bele barve RAL 9010, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm. Ob steni bo zaključni F4 profil z vzmetnimi zagodbami. Sistem ustreza razredu čistosti ISO 3 po standardu ISO 14644-1. Antibakterijska površina preprečuje razvoj bakterij in gljiv. Plošče se lahko čistijo s standardnimi blagimi čistilnimi sredstvi. Razred gorljivosti A2-S1,d0. Odpornost na relativno zračno vlažnost 95 %. Svetlobna odbojnost 85 % (kot npr. KCS Metal Q Clip-in F, Bioguard, plain)	m2	80	0,00	0,00
7	Naprava (izrezanje) pravokotnih ali okroglih lukenj v mavčnih stropih ali spušenih stropih z mineralnimi ploščami z žago za gips, odprtine za prezračevalne rešetke, dovod, odvod zraka, za klima naprave, za zvočnike, javljalvce požara, izrezi vel. do 0,1 m2 (po načrtih).	kom	2	0,00	0,00
8	Naprava (izrezanje) pravokotnih ali okroglih lukenj v mavčnih stropih ali spušenih stropih z mineralnimi ploščami z žago za gips, odprtine za prezračevalne rešetke, dovod, odvod zraka, za klima naprave, za zvočnike, javljalvce požara, izrezi vel. do 0,4 m2 (po načrtih).	kom	2	0,00	0,00
9	Naprava (izrezanje) pravokotnih ali okroglih lukenj v spušenih stropih s kovinskimi ploščami, odprtine za prezračevalne rešetke, dovod, odvod zraka, za klima naprave, za zvočnike, javljalvce požara, izrezi vel. do 0,1 m2 (po načrtih).	kom	2	0,00	0,00
10	Naprava (izrezanje) pravokotnih ali okroglih lukenj v spušenih stropih s kovinskimi ploščami, odprtine za prezračevalne rešetke, dovod, odvod zraka, za klima naprave, za zvočnike, javljalvce požara, izrezi vel. do 0,4 m2 (po načrtih).	kom	2	0,00	0,00

**Davčna osnova:**

**0,00**

**Znesek davka:**

**0,00**

**Ponudbena vrednost z DDV:**

**0,00**

**OPOMBE:**

1. Projektant je pri teh postavkah navedel proizvajalca in/ali tip blaga izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi blago drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedenemu blagu.

## PREDRACUN

**Predmet javnega naročila:**

GRADBENA, OBRATNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

Električna drsna vrata

PREUREDITEV OBSTOJEČIH PROSTOROV CENTRALNE STERILIZACIJE ZA POTREBE

UMESTITVE NOVEGA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКТОРЈА IN PREUREDITEV

ZŠ	Opis dela	Enota mere (EM)	Količina	Cena na EM brez DDV	Vrednost brez DDV
	<p><b>OPOZORILO!</b></p> <p><b>SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI</b></p> <p><b>IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!</b></p> <p><b>ZA VSA OBRATNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH!</b></p> <p><b>IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I)</b></p> <p><b>VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.</b></p> <p><b>SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.</b></p> <p>Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material; vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja; skladiščenje materiala na gradbišču; atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti; vso potrebno delo za dokončanje izdelka; vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno kot so lestve, odri ...; usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču; čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo; čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo; plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.</p> <p>SPLOŠNO: vsi ALU izdelki morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in v skladu s tehničnimi predpisi in standardi. Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti mere in količine. Glej sheme in pozicijski načrt. Izvajalec izdelava delavniške načrte, ki jih potrdi arhitekt.</p> <p>V ceni vseh postavk vrat morajo biti zajeta vsa dela v opisu postavke kot tudi dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke, ipd. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.</p> <p>Splošni opis, ki velja za vsa spodaj opisna električna drsna vrata</p>				

Avtomatska drsna vrata kot. npr. DOORSON 300 ali enakovradna , ki se sestojijo iz inteligentnega sodobnega pogonskega mehanizma, digitalne regulacije, implementirane z 32 bitnim mikroprocesorjem ter edinstveno funkcionalnostjo »energy save« - odlika nizke porabe električne energije.

Napredno programsko stikalo z osvetljenim grafičnim zaslonom na dotik nudi enostavno upravljanje vrat in izbiro načina delovanja le teh ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Izbira sedem načinov delovanja: ZAPRTO-ZAKLENJENO, ODPRTO, AVTOMATSKO LETNO, AVTOMATSKO ZIMSKO, IZHOD LETNO, IZHOD ZIMSKO in STOP. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, dodana je tudi elektromehanska ključavnica za zaklepanje vrat. K opreми vrat spadata še inteligentna kombinirana infrardeča senzorja gibanja in prisotnosti, z obveznim samo-preverjanjem delovanja – monitoring, ki zagotavljata varno delovanje vrat v smeri zapiranja. Po potrebi se lahko vgradi inteligentni infrardeč senzor, ki zagotavlja varovanje pri odpiranju vrat.

Avtomatska drsna vrata morajo ustrezati EU standardu EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih električnih vrat. Vitek pogonski mehanizem višine cca. 10cm, s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta.

**Vse postavke, ki vsebujejo material, morajo vključevati dobavo in montažo materiala vključno z vsemi prenosi, dvigi, spusti, nakladanjem, razkladanjem in ostalimi potrebnimi deli za dokončanje vgradnje.**

**Vsi potrebni delovni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v izvedbe posameznih del in se ne upoštevajo posebej.**

**VSA DRSNA VRATA SE MORAJO ODPRETI 2cm VEČ, KOT JE VRATNA ODPRTINA !**

1	EV-1 - Kompletna demontaža in ponovna montaža dvokrilnih električnih avtomatskih drsnih vrat, dimenzija prehoda 160x215 cm ( ŠxV ).	kos	1	0,00	0,00
	Vrata imajo dve krili.				
	Vrata se odpirajo z brezdotično tipko. Prav tako imajo na obeh straneh senzor, tako da se lahko poljubno na vsaki strani odpirajo tudi s senzorjem.				
	Ponudba vključuje demontažo električnih vrat in ponovno montažo z vsemi deli, potrebnimi za ponovno funkcioniranje vrat vključno z montažo brezdotične tipke.				
2	EV-2 - Kompletna izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat, kot npr. tip 300 Doorson, dimenzija prehoda min. 80x215 cm ( ŠxV ).	kos	2	0,00	0,00
	Vrata imajo eno krilo.				
	K sistemu pogona še spadajo, 1 kos-drsno krilo zastekljeno z varnostnim steklom deb. 10mm in vsem potrebnim tesnjenjem				
	Vsi aluminijasti vidni elementi barvani na ton po predložitvi vzorcev.				
	Vrata se odpirajo na obeh straneh z brezdotično tipko. Prav tako imajo na obeh straneh senzor, tako da se lahko poljubno na vsaki strani odpirajo tudi s senzorjem.				

**Davčna osnova:**

**0,00**

**Znesek davka:**

**0,00**

**Ponudbena vrednost z DDV:**

**0,00**

#### **OPOMBE:**

1. Projektant je pri teh postavkah navedel proizvajalca in/ali tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedeni opreми.

# PREDRAČUN

**Predmet:**

GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

– Elektroinštalaterstvo

PREUREDITEV OBSTOJEČIH PROSTOROV CENTRALNE STERILIZACIJE ZA POTREBE UMESTITVE NOVEGA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКTORJA IN PREUREDITEV SPREMLJAJOČIH PROSTOROV V UKC MARIBOR

ZŠ	Opis dela	Enota mere (EM)	Količina	Cena na EM brez DDV (EUR/EM)	Vrednost brez DDV (EUR)
	<b>Vse postavke, ki vsebujejo material, morajo vključevati dobavo in montažo materiala vključno z vsemi prenosi, dvigi, spusti, nakladanjem, razkladanjem in ostalimi potrebnimi deli za dokončanje vgradnje.</b>				

**ŠIFRA****Opis opreme, del, storitev**

**A1** Razsvetljava  
**A2** Inštalacijska oprema  
**A3** Razdelilci

**B1** Univerzalno ožičenje  
**B2** Fiksna telefonija  
**B3** Javljanje požara  
**B4** CNS za klimo

**A. JAKI TOK****A1 Razsvetljava**

1.	Dobava in montaža svetilke, oznaka v načrtu "A01", vgradna ALKON R PR LED 5200/840 49W FO, EB	kom	8	0,00	0,00
2.	Dobava in montaža svetilke, oznaka v načrtu "S3" Lona C/S 600 h85 DPR 4200lm 34W 840 O IP43 white/matte z opremo: Ceiling cup RH 115 D10 with hole 10mm with transparent cable 3x0,75mm2 SH1500mm white 1 kos Adjustable wire suspension S10F L1500mm white 4kos	kpl	1	0,00	0,00
3.	Dobava in montaža svetilke, oznaka v načrtu "S4", Kalis 55W SOP 1450lm 14W 8440 L565mm FO IP44 white	kom	2	0,00	0,00
4.	Strokovna demontaža in ponovna montaža svetil na novo lokacijo	kom	14	0,00	0,00

**A2 Inštalacijska oprema****Stikala**

1.	Dobava in montaža nadometnega ali podometnega stikala (navadno, izmenično) 230V, 10A, kpl s pritrdilnim materialom - mreža	kom	3	0,00	0,00
2.	Dobava in montaža nadometnega ali podometnega stikala (navadno, izmenično) 230V, 10A, kpl s pritrdilnim materialom - agregat	kom	4	0,00	0,00
3.	Premontaža montaža nadometnega ali podometnega tipkala z lučko 230V, 10A, kpl s pritrdilnim materialom - mreža	kom	2	0,00	0,00
4.	Premontaža montaža nadometnega ali podometnega tipkala z lučko 230V, 10A, kpl s pritrdilnim materialom - agregat	kom	2	0,00	0,00
<b>Vtičnice</b>					0,00
5.	Vtičnica šuko 230V, 16A, komplet s p/o dozo in okvirjem in pokrovom - mreža - bela	kom	1	0,00	0,00
6.	Doza DIP za izenačevanje potencialov, komplet z Cu zbiralko, vijaki	kom	2	0,00	0,00
<b>PPK Delovni prostor</b>					0,00
7.	Dobava in montaža parapetnega kanala Al, 130/72 s pregrado in vzmetjo, zaključnim elementom, pokrovom, pritrdilnim priborom, komplet	m1	2	0,00	0,00
8.	Dobava in montaža vtičnice - dvojna 230V, 16A, kpl z dozo za montažo v parapetni kanal- mreža	kom	2	0,00	0,00
9.	Dobava in montaža vtičnice - dvojna 230V, 16A, kpl z dozo za montažo v parapetni kanal- agregat	kom	1	0,00	0,00
10.	Dobava in montaža prenapetostne zaščite protec D, 230V, I(8/20)=5kA, (zaščitni razred III), kpl z dozo za montažo v parapetni kanal	kom	2	0,00	0,00

11.	Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal, z dvema konektorjema FTP RJ45, CAT.6A, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo v parapetni kanal. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu.	kpl	1	0,00	0,00
12.	Pri polaganju kablov morajo biti zajeta vsa pomožna dela in drobn material, ki je potreben za položitev in pritrditev kablov.				
13.	Kabli so položeni na kabelskih policah drug ob drugem, razdalja med posameznimi kabli < premera kabla.				
<b>Dovodi do stikalnih blokov</b>					
14.	Dodatni paralelni dovod iz R01/4-M(M+A) do SB- STE Dobava in polaganje požarno odpornega kabla NHXMH-J E90 5x16mm2	m1	50	0,00	0,00
<b>Izvodi</b>					0,00
15.	Izvod za razsvetljavo kabel NHXMH-J; 3x1,5mm2; l=10m	kom	5	0,00	0,00
16.	Izvod za razsvetljavo kabel NHXMH-J; 2x1,5mm2; l=50m povezava za tipanje faz za VR - po potrebi	kom	2	0,00	0,00
17.	Izvod za povezavo kovinskih mas in doz elektroprevodnega tlaka komplet z razvodnico s vodnikom H0V7-K 6, l=10m	kom	5	0,00	0,00
18.	Izvod za termodezinektor NHXMH-J; 5x6mm2 l=20m	kom	1	0,00	0,00
19.	Izvod pogon vrat NHXMH-J; 3x2,5mm2 l=30m	kom	3	0,00	0,00
20.	Izvod za vtičnice NHXMH-J; 3x2,5mm2 l=10m	kom	4	0,00	0,00
<b>Kabelske police</b>					0,00
21.	Dobava in montaža kabelske police izdelane iz vroče pocinkane pločevine 100x3000x60mm (širina x dolžina x višina), nosilnost 0,09kN/m, komplet z opremo:	m1	20	0,00	0,00
22.	Dobava in montaža kabelske police izdelane iz vroče pocinkane pločevine 50x3000x60mm (širina x dolžina x višina), nosilnost 0,09kN/m, komplet z opremo:	m1	10	0,00	0,00
23.	Finožični vodnik H0V7-K 4 mm2, za izvedbo galvanskih povezav, komplet s kabelskimi čevlji in pritrditvami:	m1	50	0,00	0,00
24.	Dobava in montaža cevni objemki različnih premerov v kompletu s ozemljitveno sponko	kom	10	0,00	0,00
25.	Dobava in polaganje togih instalacijskih cevi dimenzije 16 do 36mm, z objemkami in pritrdilnim materialom	m1	10	0,00	0,00
26.	Drobni in vezni material	kpl	1	0,00	0,00
27.	Ognjevarna zatesnitev kabelskih prehodov med požarnimi sektorji:	kpl	1	0,00	0,00
28.	Označevanje tokokrogov vseh el. porabnikov in kablov skladno z načrtom	kpl	1	0,00	0,00
29.	Meritve in pregled NN instalacij ter izdaja protokola meritev	kpl	1	0,00	0,00

### A3 Stikalni bloki

**Stikalni blok Sterilizacije SB-STE je obstoječ.**  
**Predvidena je njegova dogradnja za priklop dodatnega sterilizatorja in premontaža na novo lokacijo.**

1.	Dobava in montaža opreme, ki se dogradi v obstoječo nadgradno stikalno omaro SB-STE:	kpl	1	0,00	0,00
2.	Demontaža in ponovna montaža stikalnega bloka na novo lokacijo in montaža sledeče opreme:	kpl	1	0,00	0,00
3.	podaljševanje kablov-dovod 5x16mm2	m1	8	0,00	0,00
4.	podaljševanje kablov-glavni pomivalni stroj/1 5x6mm2	m1	8	0,00	0,00
5.	podaljševanje kablov-mali pomivalni stroj 5x2,5mm2	m1	8	0,00	0,00
6.	podaljševanje kablov-vračanje vozičkov 5x2,5mm2	m1	8	0,00	0,00
7.	kabelska polica PK100+pokrov	m1	6	0,00	0,00
8.	vezni oz. spojni material 2,5mm2 do 6mm2 (vrstne sponke)	kpl	1	0,00	0,00
9.	premeščanje ročnega javljalnika, termostata, panik tipke Doorson, stikal 2x in stikala na dotik Doorson in podaljševanje vodnikov za navedene elemente.	kpl	1	0,00	0,00
10.	FID stikalo 4p, 40/0,03A, B	kom	2	0,00	0,00
11.	instalacijski odklopnik 3p 36A - 10kA	kom	1	0,00	0,00
12.	drobni in vezni material	kpl	1	0,00	0,00
13.	Servisno - deblokirno stikalo za aparate GETINGE v sterilizaciji rdeče rumene barve komplet z ohišjem in možnostjo zaklepanja Montirati enako kot obstoječa stikala. (V omaro ali v ločeno ohišje) 3p, 400V, 40A	kpl	1	0,00	0,00

### B. ŠIBKI TOK

#### B1 Univerzalno ožičenje

**Priključujemo se na obstoječo omaro v Sistemskem prostoru pritličja nove urgence obstoječega objekta oddaljeno cca 40 m.**

1.	Dobava ranžirnih "patch" kablov za računalniško opremo FTP CAT.6A, RJ-45 to RJ-45 različnih dolžine od 2m do 5m - sive barve	kom	4	0,00	0,00
2.	Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v instalacijske cevi kabla FTP CAT 7, 4x2,23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE)- <b>izvede UKC Maribor</b>				



3.	Dobava in montaža vroče cinkane kabske police, komplet s pritrdilnim materialom - KP 100mm	m1	60	0,00	0,00
4.	Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal, z dvema konektorjema FTP RJ45, CAT.6A, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo v parapetni kanal. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu.	kpl	1	0,00	0,00
5.	Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice komplet z nadometno dozo, z dvema konektorjema FTP RJ45, CAT.6A, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo v parapetni kanal. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu.	kpl	1	0,00	0,00
6.	Dobava in montaža zaščitnih cevi (HALOGEN FREE) za zaščito kablov, skupaj s priborom: - zaščitne rebraste cevi fi 16 mm z objemkami	m1	60	0,00	0,00
10.	Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabskih instalacij skozi požarne sektorje, ki ga z ustreznimi materiali izvede izvajalec z licenco ter na koncu izda ustrezní certifikat (Izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102).	kpl	1	0,00	0,00
11.	Meritve ožičenja (linka) v skladu s standardi SIST EN 50173 in spuščanje v pogon. Izvajalec univerzalnega kabliranja je dolžan dostaviti rezultate meritev, opravljenih z ustreznim instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca pasivne opreme. Rezultati morajo biti (tudi) v originalnem formatu instrumenta.	kpl	1	0,00	0,00
12.	Označitev vseh vgrajenih elektroinstalacijskih elementov. Komplet z ustreznimi napisnimi ploščicami za posamezni element in pritrditev le teh.	kpl	1	0,00	0,00

## B2 Fiksna telefonija

Priključujemo se na obstoječo omaro v

Sistemskem prostoru pritličja nove urgence

obstoječega objekta oddaljeno cca 40 m.

1.	Dobava ranžirnih "patch" kablov za telefonijo FTP CAT.6A, RJ-45 to RJ-45 - rdeče barve	m1	15	0,00	0,00
2.	Vtičnice zajete pri univerzalnem ožičenju				

## B3 Javljanje požara

Sistem javljanja požara je obstoječ.

Zajeta je samo eventualna prestavitev opreme na novo mikro lokacijo.

1.	Demontaža in ponovna montaža opreme:	kom	5	0,00	0,00
2.	Demontaža in ponovna montaža mineralnega spušenega stropa za potrebe položitve elektro kabla do glavne elektro omare - glej načrt!	kpl	1	0,00	0,00
3.	Demontaža in ponovna montaža mineralnega spušenega stropa za potrebe položitve kabla do obstoječe omare v sistemskem prostoru pritličja nove urgence obstoječega objekta	kpl	1	0,00	0,00

## B4 CNS - (obstoječi CNS se dogradi)

Sistem CNS je obstoječ

Nanj se poveže breznapetostni kontakt novega sterilizatorja.

Služi za vklop ventilatorja ob delovanju sterilizatorja.

1.	Vgradnja digitalnega vhodnega modula ( DI Siemens TXM1.8D z vsem potrebnim materialom v obstoječo omaro CNS	kpl	1	0,00	0,00
2.	Kabliranje za potrebe priklopa novega sterilizatorja Brezhalogeni kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm2 l=50m	kpl	1	0,00	0,00
3.	Korekcija programa, nalaganje programa, korekcija grafike, test delovanja, predajni zapisnik, potni stroški.	kpl	1	0,00	0,00

**Davčna osnova:**

0,00

**Znesek davka:**

0,00

**Ponudbena vrednost z DDV:**

0,00

V ponudbi mora biti zajeta strokovna demontaža še uporabne opreme in njena predaja službi za vzdrževanje

**OPOMBE:**

- Projektant je pri teh postavkah navedel proizvajalca in/ali tip blaga izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi blago drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedenemu blagu.



# PREDRAČUN

**Predmet:**

GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

– Strojne instalacije

PREUREDITEV OBSTOJEČIH PROSTOROV CENTRALNE STERILIZACIJE ZA POTREBE UMETITVE NOVEGA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКТОРЈА IN PREUREDITEV SPREMLJAJOČIH

ZŠ	Opis dela	Enota mere (EM)	Količina	Cena na EM brez DDV (EUR/EM)	Vrednost brez DDV (EUR)
----	-----------	-----------------	----------	------------------------------	-------------------------

**4.0.0 POPIS MATERIALA IN DEL – STROJNE INSTALACIJE****Dobava in montaža**

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)
------	------	----	-----	---------------	--------------

**OPOZORILO!**

SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL, TLOSIS, POVRŠINSKI NAČRTI

IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!

SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO.

Enota cene mora vsebovati:

vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela

vsa potrebna merjenja na objektu

izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material

vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja

skladiščenje materiala na gradbišču

atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti

vso potrebno delo za dokončanje izdelka

vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno so lestve, odri ...

usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

popravlilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču

čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo

čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo

plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala

Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!

**3.1. PREZRAČEVANJE**

1	Pravokotni kanali, prehodni kosi in strešne kape iz pocinkane pločevine po SIST-EN, vključno s fazonskimi komadi, prirobnicami, tesnilnim, pritrdilnim materialom za tlake do 1000 Pa, z zahtevano tesnostjo razreda A po SIST EN 1507 za pravokotne kanale. Debelina pločevine po DIN 24190 / F10. Vključno spojni in vezni material ter tesnilni material na prehodih skozi stene.				
	Min. debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo:				
	100 - 500 mm = 0,6 mm				
	501 - 1000 mm = 0,8 mm				
	skupaj	kg	580	0,00	0,00

2	Okrogli kanali iz pocinkane pločevine po SIST-EN (kot spiro), vključno s fazonskimi komadi, loki, tesnilnim, pritrdilnim materialom za tlake do 1000 Pa, z zahtevano tesnostjo razreda A po SIST EN 12237 za okrogle kanale. Vključno spojni in vezni material ter tesnilni material na prehodih skozi stene.				
	f 100 mm	m	8	0,00	0,00
	f 160 mm	17,6	6	0,00	0,00

	f 250 mm	m	8	0,00	0,00
3	Fleksibilni kanali s toplotno in zvočno izolacijo. Toplotna izolacija mora biti z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo $\mu > 5000$ , toplotno prevodnostjo $\lambda < 0,038$ W/mK (pri 20 °C) in kvaliteto požarne odpornosti najmanj B1, vključno spojni in montažni material. Debelina izolacije min.: 20 mm.				
	f 250 mm	m	8	0,00	0,00
4	Toplotno izolacijske samolepilne plošče, z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo $\mu > 5000$ , toplotno prevodnostjo $\lambda < 0,038$ W/mK (pri 20 °C) in kvaliteto požarne odpornosti najmanj B1, vključno spojni in montažni material				
	debeline 19 mm (dovod)	m <sup>2</sup>	38	0,00	0,00
	debeline 9 mm (odvod)	m <sup>2</sup>	30	0,00	0,00
5	Stropni difuzor z vrtničnim izstopnim curkom zraka z nastavljivimi šobami, za dovod zraka, za višino prostorov do 4 m, vključno s komoro s stranskim priključkom za fleksibilno cev, regulacijsko loputo, pomožni in spojni material				
	kot OD – 8K /Z/S/M vel.600/24	kos	6	0,00	0,00
6	Prestavitev obstoječih stropnih difuzorjev				
	kot OD – 8K /Z/S/M vel.600/24	kos	2	0,00	0,00
7	Prezračevalne rešetke za odvod zraka vključno s komoro s stranskim priključkom, regulacijskim nastavkom F, pomožni in spojni material				
	kot AR-1/F, B x H = 525 x 225	kos	2	0,00	0,00
	kot AR-1/F, B x H = 525 x 125	kos	2	0,00	0,00
	kot AR-1/F, B x H = 425 x 125	kos	1	0,00	0,00
8	Prezračevalna izenačevalna rešetka za vgradnjo v kovinska vrata (servisni prostor), z okvirjem, protiokvirjem in pomožnim materialom				
	kot AR-4, B x H = 525 x 525	kos	1	0,00	0,00
9	Regulacijska loputa za vgradnjo v kanale odvodnega zraka iz sterilizatorjev (za regulacijo pretoka), vključno ves montažni material				
	kot RL, dim.fi 100 mm	kos	2	0,00	0,00
	kot RL, dim.fi 160 mm	kos	1	0,00	0,00
10	Pokrovi za revizijske odprtine za pravokotne in okrogle kanale iz pocinkane pločevine, v skladu z EN 13779				
	400 x 200 (za prav. kanal)	kos	4	0,00	0,00
11	Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno				
	kot sistem SIKLA ali podobno	kg	160	0,00	0,00
12	Servis obstoječega odvodnega ventilatorja za odvod iz sterilizatorjev in nastavitev na projektne parametre				
	komplet	kos	1	0,00	0,00
13	Pripravljalna in zaključna dela, zagon sistemov, vreguliranje sistemov, nastavitve avtomatike				
	komplet	kos	1	0,00	0,00
14	Preizkusno obratovanje, meritev količin (pretok, hrup, temperatura...)				
	komplet	kos	1	0,00	0,00
15	Demontaža obstoječih prezračevalnih kanalov, distribucijskih elementov, izolacij in podobno; vključno s transportom na ustrezno deponijo				
	komplet	kos	1	0,00	0,00
16	Splošni, transportni, zavarovalni in manipulativni stroški				
	komplet	kos	1	0,00	0,00

### 3.2. PARA IN KONDENZAT

Priklop pare se izvede na obstoječem razvodu pare v prostoru sterilizacije(10 barg). Priklop kondenzata se izvede na obstoječi razdelilec kondenzata v mešalno.razpršilni hladilni postaji v kleti 2.

1.	Zaporni ventil prirobnične izvedbe PN16 s kovinskim tesnilnim mehkom z ohišjem ventila iz sive litine. Primeren za uporabo v parnih in kondenzatnih sistemih za tlake do 13 barg in temperature do 300°C kot BSA1 PN16 proizvajalca Spirax Sarco				
	DN 25	kos	2	0	0,00
2.	Jeklena brezšivna cev iz ogljikovega jekla za razvod pare 10 bar (nadtlak) in kondenzata po DIN 2448, vključno loki in toplotna izolacija z AL oklepom (debelina izolacije enaka premeru cevi). V ceni je zajeti razrez obstoječega sistema in priklop novega priključa ter ves potrebni varilni, montažni in nosilni material				
	DN 25	m	18	0	0,00
3.	Nepovratni ventil za medprirobnično vgradnjo, z diskom in povratno vzmetjo, v celoti iz nerjavečega jekla AISI316, tlačne stopnje PN16.				
	DN15	kos	1	0	0,00
4.	Manometer, hladilna cev U oblike in manometerska pipa. Manometer premera 100mm s predpisanim območjem. Točnostni razred je 1,6. Hladilna U cev, PN25 je iz jekla. Na eni strani je zunanji navoj G 1/2", na drugi strani pa matica z				
	notranjim navojem G 1/2" za manometer. Manometerska pipa je iz medenine s priključkom G1/2" PN25.				
	1/2", območje 0-10 bar	kpl	1	0,00	0,00
5.	Pripravljalna in zaključna dela, pomožni montažni material, tlačni preizkusi, zagon sistemov, preizkusno obratovanje				
	komplet	kos	1	0,00	0,00
6.	Splošni, transportni, zavarovalni in manipulativni stroški				
	komplet	kos	1	0,00	0,00

### 3.3. KOMPRIMIRANI ZRAK

1	Priklop novega razvoda komprimiranega zraka (10 bar) na obstoječe instalacije v kleti 1, za potrebe novega pralnega stroja, vključno zaporni navojni ventil DN 15				
	- za komprimirani zrak 10 bar (KZ 10)	kpl	1	0,00	0,00
2	Cevni razvodi iz bakrene cevi, oblike in kvalitete za medicinske pline (komprimirani zrak), kvalitete Sf-Cu po DIN 1786; z dodatkom za razrez in spajanje, vključno fittingi, loki, kolena in pomožni spojni material				
	f 18 x 1 mm	m	6	0,00	0,00
3	Pripravljalna in zaključna dela, pomožni montažni material, tlačni preizkusi, zagon sistemov, preizkusno obratovanje				
	komplet	kos	1	0,00	0,00
4	Splošni, transportni, zavarovalni in manipulativni stroški				
	komplet	kos	1	0,00	0,00

### 3.4. VODOVOD-KANALIZACIJA

#### A. Pripravljalna dela

1	Zapora obstoječih vertikal vodovodne instalacije pod stropom 2.kleti skupaj z izpraznjenjem ter ponovnim polnjenjem po končanih delih (topla voda ter cirkulacija)				
	komplet	kos	1	0,00	0,00
2	Izvedba priključka DN20 na obstoječi instalaciji san. tople vode pod stropom 1.kleti z razrezom NiRo cevi DN20 ter vgradnjo ustreznih kolen (točno lokacijo priključka se določi na kraju samem), vključno potrebni material				
	komplet	kos	1	0,00	0,00
3	Izvedba priključkov (sanitarna topla in hladna voda - umivalnik) v steni pri začetku kolenu, vključno potrebni material				
	komplet	kos	1	0,00	0,00
4	Izvedba priključka DN25 na obstoječi napravi za demineralizacijo v 2.kleti in sicer z razrezom PVC-tlačne cevi ter vgradnjo ustreznega odcepa skupaj z vgradnjo PVC zapornega ventila DN25 z ročnim kolesom (točno lokacijo priključka določi predstavnik investitorjeve vzdrževalne službe), vključno potrebni material, izpraznitev ter ponovno polnjenje				
	komplet	kos	1	0,00	0,00

5.	Izvedba priključka DN25 na obstoječi omehekvalni napravi v 2.kleti in sicer z razrezom NiRo cevi ter vgradnjo ustreznega odcepa skupaj z vgradnjo NiRo zapornega krogelnega ventila DN25 z ročnim kolesom (točno lokacijo priključka določi predstavnik investitorjeve vzdrževalne službe), vključno potrebni material, izpraznitev ter ponovno polnjenje				
	komplet	kos	1	0,00	0,00
6	Izvedba priključka (1xDN50 - umivalnik) na obstoječi fekalni odtočni kanalizaciji v steni, vključno potrebni material	kos	1	0,00	0,00
7	Izvedba priključka na obstoječi LŽ odtočni kanalizacijski cevi DN100 pod stropom 2. kleti z razrezom ter vgradnjo ustreznega odcepa, vključno potrebni material (1xDN100)				
	komplet	kos	1	0,00	0,00
8	Izvedba prebojev v talni plošči za izvedbo novih kanalizacijskih priključkov, skupaj s protipožarno zatesnitvijo (npr. protipožarne blazinice) po končanih delih				
		kpl	2	0,00	0,00

#### B. Groba instalacija

1	Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2 (GEBERIT-MAPRESS), skupaj z ustreznimi tesnili ter fittingi za stiskanje, potrebnimi priorbnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene s felksibilnimi izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelične elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka ( $\lambda \leq 0,04 \text{ W/mK}$ pri $10^\circ\text{C}$ ), samugasljivo ter nizko vnetljivo, vključno potrebno lepilo (razvodi mehke, demi in tople vode v dvojnem stropu oz. vidno pod stropom)				
	DN10 (16x1,0) - deb. izolacije 16mm	m	2	0,00	0,00
	DN20 (22x1,2) - deb. izolacije 20mm	m	15	0,00	0,00
	DN25 (28x1,2) - deb. izolacije 30mm	m	50	0,00	0,00
2.	NiRo krogelni ventil po EN1717 z navojnim ali sistemskim priključkom, namenjen za uporabo v sistemih sanitarne vode, skupaj s potrebnim tesnilnim materialom				
	R 3/4	kpl	1	0,00	0,00
	R 1	kpl	4	0,00	0,00
3	LŽ odtočne cevi, izdelane v skladu z DIN19522 ter EN877, zaščitene znotraj z epoksidnim ter zunaj z antikorozijskim zaščitnim premazom, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z NiRo obroči in potrebnimi gumijastimi tesnili, cevi položene vidno pod stropom 2.kleti, z njimi se izvedejo tudi prehodi skozi stropne plošče				
	DN 100	m	5	0,00	0,00
4	Protipožarna zaščita prehoda LŽ odtočne cevi skozi talno AB-ploščo z ustreznim prehodnim kosom R90 (npr. DUEKER tip BSV90)				
	DN 100	kpl	2	0,00	0,00
5	LŽ S-sifon s čistilno odprtino, vgrajen pod stropom 2.kleti (priključki naprav za sterilizacijo)				
	DN 100	kpl	2	0,00	0,00
6	PP odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, izdelano v skladu z EN1451, spoji z mufami in potrebnimi gumijastimi tesnili, cevi položene v tleh, montažnih stenah ali v stenskih utorih				
	DN 50	m	2	0,00	0,00
7	Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno (pocinkano), vključno vijaki in maticice, pri ceveh hladne vode je potrebno uporabiti ustrezne anikorozijske vmesne obroče za preprečitev toplotnih mostov				
	kot Sikla ali podobno	kg	70	0,00	0,00

#### C. Sanitarna oprema

1	Umivalnik ( filter), vključno: - 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliava, s protibakterično površinsko obdelavo (GEBERIT, tip SELNOVA) - 1 kpl poc. vijakov ter plast. stenskih vložkov za obešanje umivalnika na opečno steno				
---	---	--	--	--	--

- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s podaljšano ročico, spodnjim gibljivom izlivom s perlatorjem ter vgrajeno kartušo za skrito meh. omejitev, iztočne količine na max 7 l/min in meh. nastavitvijo temp. iztočne vode na ca 40°C (UNITAS, tip SIMPATY) - 1 kos PP S-sifon DN32/40, z odlivnim ventilom z NiRo rešetko ter rozeto (brez zamaška) - pritrdilni in tesnilni material dim. 55x45cm				
komplet	kos	1	0,00	0,00

2. Dodatna oprema umivalnika, vključno: - 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/80 cm - 1 kos držalo za tekoče milo - 1 kos steklena polica pod ogledalom dim. cca. 60/10cm - 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo - 1 kos držalo za papirante brisače - 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom - pritrdilni in tesnilni material				
skupaj	kpl	1	0,00	0,00

3.	Izvedba priključitve novega sterilizatorja nove vodovodne instalacije (3xDN20) ter odtočno kanalizacijo (2xDN100), vključno potrebni spojni material - NiRo gibljive priključne cevi do 0,5m dolžine ter tesnilni material			
komplet	kos	1	0,00	0,00

**D. Splošno**

1	Dezinfekcija vodovodne instalacije (topla, demi in mehka voda), vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na podlagi kem. analize s strani pooblaščenega izvajalca				
	komplet		1	0,00	0,00
2	izdelava obratovalnih navodil, poučitev predstavnikov investitorjeve vzdrževalne službe o delovanju celotne naprave ter predaja objekta skupaj z vso potrebno dokumentacijo				
	komplet		1	0,00	0,00

**REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIJE****Davčna osnova:****0,00****Znesek davka:****0,00****Ponudbena vrednost z DDV:****0,00****OPOMBE:**

izvajalec mora zagotoviti v prostoru, kjer je lociran termodezinfektor usrezno delovno temperaturo. V kolikor bo ta previsoka, mora v sklopu te pogodbe z ustrezno klimatsko napravo (hlajenje) zagotoviti primerne delovne razmere.

Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca oz. izjavo o skladnosti

Možno je ponuditi podobno opremo drugega proizvajalca z enakovrednimi tehničnimi karakteristikami za kar si izvajalec pridobi soglasje.

V oceni stroškov niso upoštevani morebitni komunalni prispevki ter potrebna gradbena in električarska dela

Enota cene mora vsebovati:

\*vsa potrebna pripravljalna dela, \*vsa potrebna merjenja na objektu vključno tlačni preizkusi z izdelavo zapisnikov, \*vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja, \*skladiščenje materiala na gradbišču, \*atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, \*vso potrebno delo za dokončanje izdelka, \*vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ..., \*usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, \*terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, \*popravlilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, \*čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, \*plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega

Pred izvedbo je potrebno preveriti obstoječe stanje objekta

**OPOMBE:**

- Projektant je pri teh postavkah navedel proizvajalca in/ali tip blaga izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi blago drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedenemu blagu.



PONUDNIK

**IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA  
PREDMETA JAVNEGA NAROČILA  
Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU**

V zvezi z javnim naročilom »Nabava trikomornega dezinfektorja z vzdrževanjem in pripravo prostora« izjavljamo, da smo seznanjeni z določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20, 152/20, 121/21, 132/23, 43/2025) in jih bomo upoštevali pri izvedbi predmetnega javnega naročila, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Na poziv naročnika se zavezujemo, da bomo v fazi izvajanja pogodbe, predložili dodatna dokazila o izpolnjevanju zahtev iz predhodno navedene uredbe.

Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo »Nabava trikomornega termodezinfektorja z vzdrževanjem in pripravo prostora«.

Kraj in datum:

Ime in priimek odgovorne  
osebe ponudnika:

Žig in podpis odgovorne  
osebe ponudnika:

---

# OSNUTEK POGODBE

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI 56644817, matična številka naročnika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: izvajalec), identifikacijska številka izvajalca za DDV: , matična številka izvajalca: .

## I. UVODNE DOLOČBE

### 1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. [91/15](#), [14/18](#), [121/21](#), [10/22](#), [74/22](#) – odl. US, [100/22](#) – ZNUZSZS, [28/23](#) in [88/23](#) – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku za blago: **NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFECTORJA Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA**, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave ....., številka objave ..... in v Uradnem listu EU, datum objave ....., številka objave .....

Ponudba izvajalca št. , z dne , s katero se je izvajalec prijavil na javno naročilo iz predhodnega odstavka tega člena in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del te pogodbe.

## II. PREDMET POGODBE

### 2. člen

Predmet te pogodbe je:

- dobava, montaža in preizkus delovanja novega trikomornega termodezinfektorja s pripadajočo opremo (v nadaljevanju: oprema),
- zagon nove opreme ter pripadajočih naprav ter šolanje.
- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja naročnika za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih naročnika,
- izvedba potrebnih gradbeno-obrtniških in instalacijskih (GOI) del s pripadajočo opremo.
- izdelava PID in predaja vse dokumentacije (garancijskih listin, navodil, elaboratov, itd.).
- brezplačna nadgradnja oz. posodobitev nameščene programske opreme v času garancijske dobe,
- odprava vseh napak v garancijskem roku.

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična in druga organizacijska oziroma strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so

ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne, ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen Obligacijskega zakonika), zaradi česar morebitni kasnejši odmiki od pogodbene cene niso možni.

Izvajalec se zavezuje dobaviti vso opremo in izvesti vsa dela, ki so predmet te pogodbe na način, ki bo zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje.

### III. ROK IZVEDBE

#### 3. člen

Izvajalec mora po sklenitvi pogodbe izdelati podroben terminski načrt, ki mora upoštevati rok izvedbe vseh del, dobave in montaže vse opreme (v papirni in elektronski obliki – kot npr. MS Project, excel itd. ter v .pdf obliki) in ga je zaradi izvedbe del potrebno uskladiti z naročnikom. Izvajalec mora potrjeni terminski načrt izročiti naročniku najpozneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Namen izdelanega terminskega načrta je, da bo imel naročnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bo lahko od izvajalca zahteval prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

Za pričetek izvajanja pogodbenih del, ki se nanašajo na pripravo prostora se smatra dan, ko je izvedena uvedba izvajalca v delo, kar se dokumentira z zapisnikom.

Roki izvedbe pogodbenih del so:

- rok izvedbe GOI del je 180 dni od uvedbe v delo. Rušitvena dela morajo biti izvedena v dogovoru s pooblaščen osebno naročnika in morajo biti izvedena v najkrajšem možnem času in sicer med vikendom in sicer v trajanju največ 2 vikendov.
- Rok izvedbe vseh pogodbenih obveznosti (dobava in namestitve nove opreme z vsemi potrebnimi GOI deli) lahko traja največ 270 dni od sklenitve pogodbe.

Izvajalec se zavezuje v celoti zaključiti dela in naročniku predati v takojšnjo celovito uporabo opremo ter izvesti šolanje osebja naročnika za pravilno uporabo opreme, v roku izvedbe iz prejšnjega odstavka tega člena, sicer lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in v breme izvajalca to pogodbo razdre.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek pogodbenih del v naslednjih primerih:

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika za več kot 10 dni;
- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 dni;
- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z deli ne more pričeti ali nadaljevati.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka tudi iz drugih razlogov, ki vplivajo na rok izvedbe in niso v sferi izvajalca - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnika izvajalcu, saj izvajalec z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora izvajalec pred iztekom prvotnega pogodbenega roka naročniku predati podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in prenovljen terminski načrt.

### IV. ROK ZA UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV

#### 4. člen

Izvajalec je dolžan nemudoma, najkasneje pa v petih (5) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del ali podaljšale rok izvedbe del.

Izvajalec mora v roku 5 dni od kar se je zavedal okoliščin naročniku poslati zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico do podaljšanja roka izvedbe ali dobave opreme.

Namen te določbe je v tem, da s pravočasno vložitvijo zahtevka naročnik pridobi možnost, da tekoče in sproti vodi investicijo po tej pogodbi ter zahteva ustrezne prilagoditve v dinamiki izvedbe del.

Obveznost iz tega člena ne velja v primeru podaljšanja roka iz razlogov, ki so navedeni v šestem odstavku 3. člena te pogodbe.

### V. PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

#### 5. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku z izročitvijo, razen za jamčevanje za napake po določilih o garancijskih rokih.

Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.

#### 6. člen

Izročitev (primopredaja) se opravi na podlagi uspešno opravljenih kvalitetnih in kvantitetnih pregledov, odprave morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri kvalitetnih in kvantitetnih pregledih, ter z izročitvijo vse, pogodbeno opredeljene oz. potrebne dokumentacije ter predanega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

S podpisom primopredajnega zapisnika (v nadaljevanju: zapisnik), ki ga podpišejo pooblaščen predstavniki naročnika in izvajalca, se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oz. podpisa.

Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo izvajalec naročniku izročil še:

1. Vso potrebno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;
2. Navodila za uporabo v slovenskem jeziku;
3. PID – projekt izvedenih del (ob primopredaji GOI del) v slovenskem jeziku;
4. Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v slovenskem jeziku;
5. ES izjave o skladnosti za dobavljeno opremo;
6. Garancijske liste proizvajalca oz. izvajalca opreme;
7. Izjavo, da so vsa GOI dela in oprema izdelani v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi (ob primopredaji GOI del);
8. Vse zapisnike izvedenih testov in zagonov opreme;
9. Vsa ustrezna poročila, ki bodo nastala tekom del v skladu s stroko.

Celotna projektna in tehnična dokumentacija, ki bo nastala tekom izvajanja del, mora biti naročniku predana tako v pisni kot tudi v elektronski obliki.

Primopredajni zapisnik mora vsebovati:

- ali izvedena dela in dobave opreme ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
- datume začetka in zaključka del in prevzema opreme,
- zapis o količinskem in kakovostnem prevzemu dobavljene in montirane opreme ter delovanju le-te,
- zapis o opravljenem šolanju osebja naročnika o pravilni in varni uporabi opreme,
- zapis datuma izročitve oz. rok dokončanja del in morebitne zamude in odgovornost zanjo,
- zapis o predaji dokumentacije iz tega člena te pogodbe.

Izvajalec mora najkasneje v roku 10-ih delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika dostaviti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od ponudbene vrednosti opreme v EUR z DDV (vsota pozicij iz ZŠ 1 do vključno pozicije ZŠ 7); Tabele 1: Predračun za opremo s pripravo prostora OBR-2.1.1).

Šteje se, da je primopredaja opravljena šele z dnem izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

## **VI. JAMČEVANJE ZA NAPAKE – ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA SKRITE NAPAKE**

### **7. člen**

Izvajalec daje naročniku za dobavljeno opremo in izvedena dela garancijo, kot je to opredeljeno v 8. členu te pogodbe. V garancijskem roku se naročnik sam odloča ali bo odpravo napak uveljavljal na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamčevanje za napake, opisanega v nadaljevanju tega člena.

Če se v garancijskem roku pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika postavljenem roku, lahko naročnik ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na račun izvajalca, pri čemer mora ravnati kot dober gospodar. Poleg odprave napake ima naročnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko izvajalec odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz drugega odstavka tega člena, lahko naročnik od pogodbe odstopi le, če so dela ali dobave opreme izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je dolžan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi.

## **VII. GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROKI**

### **8. člen**

Za dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja izvajalec naročniku 24-mesečno garancijo. Za vsa GOI dela izvajalec zagotavlja 5-letno garancijo.

Garancijski roki morajo biti v skladu s prvim odstavkom tega člena ne glede na garancijske roke proizvajalcev, v kolikor so le ti krajši.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti ter izdati novo garancijo za popravljene del.

Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika in predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

## **VIII. POGODBENA KAZEN ZARADI ZAMUDE TER ZARADI ODSTOPA OD POGODBE**

### **9. člen**

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od pogodbene vrednosti v EUR brez DDV iz 12. člena te pogodbe, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10 %, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znaša pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe 10 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

Pogodbena kazen zaradi zamude in pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe se medsebojno ne izključujeta.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava do datuma sklenitve primopredajnega zapisnika iz 6. člena te pogodbe.

## **IX. NOTIFIKACIJA POGODBENE KAZNI**

### **10. člen**

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbeno kazen za notificirano.

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

## **X. POVRNITEV MOREBITNO POVZROČENE ŠKODE**

### **11. člen**

Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni za zamudo, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.

Enako velja tudi za pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe.

## **XI. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI**

### **12. člen**

Pogodbeni vrednost znaša ..... EUR brez DDV oz. .... EUR z DDV (postavka pod zaporedno številko 1 iz Predračuna za opremo s pripravo prostora in vzdrževanjem, OBR-2.1).

Naročnik se obvezuje plačati kupnino v roku, ki bo skladen z zakonodajo veljavno v času izvajanja te pogodbe, po podpisu primopredajnega zapisnika na transakcijski račun izvajalca, ki bo naveden na računu. Pred spremembo transakcijskega računa je izvajalec dolžan naročnika pisno obvestiti o spremembi.

Osnova za izstavitve računa je obojestransko podpisan primopredajni zapisnik in sicer ločeno:

- račun za GOI dela – priprava prostora za opremo z vso dokumentacijo – Z.št. 8. v Predračunu (OBR-2.1.1. Predračun za opremo s pripravo prostora) – po zaključenih GOI delih, izročitvi kompletne zahtevane dokumentacije in podpisanem primopredajnem zapisniku GOI del;
- račun za zaključeno celotno dobavo, montažo opreme – (skupaj oprema (I+II) v Predračunu (OBR-2.1.1. Predračun za opremo s pripravo prostora) - in zaključenih izvedenih pripadajočih povezanih storitev in predajo kompletne zahtevane dokumentacije, podpisan primopredajni zapisnik za celotno opremo.

Pogodbeni vrednost (vrednost za plačilo) je definirana ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ), kar pomeni, da odmiki od pogodbene vrednosti niso možni.

Pogodbeni vrednost vsebuje vse stroške (npr.: izdelave PID, vseh potrebnih pripravljalnih, pomožnih in zaključnih del, preizkusi ter izdelave zapisnikov, vsega pomožnega in pritrdilnega materiala, vseh potrebnih transportov do mesta vgrajevanja, atestiranja materialov, vseh potrebnih pomožnih sredstev, kot so lestve, odri, ..., carinske, prevozne, špeditorske, dobave in montaže nove opreme, izvedbe vseh GOI del, zagona, preskusa delovanja nove opreme, šolanja, vsakodnevnega čiščenja delovišč, odvoza embalaže in ostalega odpadnega materiala na deponijo - v skladu z zakonodajo, odprave vseh napak v garancijskem roku, pridobitve vseh potrebnih listin in izvedb pregledov, ki so za delovanje opreme potrebni ter stroške vseh ostalih del in ostalega potrebnega materiala, dela ob vikendih oz. izven rednega delovnega časa, ter druga morebitna dela in dobave, da se doseže pogoj »ključ v roke«), popuste, rabate, davek na dodano vrednost in je ni možno povečati na nobeni osnovi.

Pogodbeni vrednost je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za dela, opremo in dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Izvajalec mora poslati naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Ur. l. RS, št. 85/25).

## **XII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**

### **13. člen**

Naročnik se obvezuje:

- pred pričetkom izvajanja del uvesti izvajalca v delo skladno s to pogodbo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi
- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete pogodbene obveznosti opravijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti,
- plačati dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;
- zagotoviti nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;
- zagotoviti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,
- zagotoviti strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del.

### **14. člen**

Izvajalec je po tej pogodbi dolžan:

- podpisati in upoštevati določila Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču;
- najpozneje v 15 dneh od podpisa te pogodbe izročiti naročniku potrjen terminski načrt iz 3. člena te pogodbe;
- najpozneje v 10 delovnih dneh od podpisa te pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka 18. člena te pogodbe;
- pričeti z delom takoj po uvedbi v delo;
- prevzeta dela izvesti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;
- dela mora izvajati tako, da ne bo moten delovni proces v prostorih naročnika oz. bo moten minimalno. Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven rednega delovnega časa (t.j. vse dni v tednu), ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila;
- na prvi poziv naročnika na svoje stroške odpraviti morebitne poškodbe na objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi;
- zaščititi in dnevno sproti čistiti delovišče, okolico in transportne poti ter po končanih delih ustrezno ravnati z nastalimi odpadki skladno z veljavnimi predpisi in odstraniti ves odpadni in drug material, očistiti sledove uporabljenih materialov predati očiščene prostore, kjer se bodo izvajala dela in dostopne poti;



- na svoje stroške zavarovati opremo do uspešne primopredaje naročniku;
- sanirati morebitne poškodbe, ki bi nastale med izvajanjem GOI in montažnih del;
- pripraviti načrt organizacije delovišča;
- omogočiti naročniku strokovni nadzor nad izvajanjem GOI in montažnih del;
- naročnika opozoriti na morebitne varnostne ukrepe pri delu s pogodbeno opremo;
- pri izvedbi pogodbenih del v prostorih naročnika spoštovati veljavne predpise s področja varstva in zdravja pri delu ter požarnega varstva in prevzema polno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi njihovega nespoštovanja;
- zagotoviti varnostne ukrepe za zaščito delavcev na delovišču v skladu z veljavnimi predpisi;
- izvesti ustrezne protiprašne zaščite na območju izvajanja del;
- vse odpadke deponirati na ustrezni deponiji;
- svoje pogodbene obveznosti izvajati brezhibno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij in ponudbe ter v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki veljajo na področju, za katero se sklepa pogodba;
- izvajati svoje pogodbene obveznosti v predpisanih rokih;
- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika;
- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;
- ščititi interese naročnika;
- upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise Republike Slovenije, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili;
- vse informacije in podatke po tej pogodbi varovati kot poslovno skrivnost naročnika;
- v času izvajanja del sodelovati s pooblaščenimi predstavniki naročnika;
- se udeležiti končnih kvalitetnih in kvantitetnih pregledov;
- na lastne stroške zagotoviti varnost pri delu, upoštevati pa mora tudi vse tehnične predpise in standarde, ki so določeni za izvedbo pogodbe;
- med izvajanjem pogodbe, v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbenih del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Izvajalec se zavezuje, da si bo:

- za potrebe svojega dostopa samostojno organiziral parkiranje za potrebe prihoda na gradbišče (Na območju UKC Maribor je v uporabi parkirni red, ki ga izvaja zunanji izvajalec, zato naročnik ne omogoča možnosti brezplačnega parkiranja na območju UKC Maribor.). Možna je samo brezplačna dostava materiala na gradbišče.

Izvajalec jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve pristojnih oblastnih organov za izvajanje del, ki so predmet te pogodbe. Izvajalec nadalje jamči, da razpolaga s potrebnimi delovnimi sredstvi in opremo za opravljanje del po tej pogodbi ter da ima na voljo dovolj strokovnih in usposobljenih delavcev.

Izvajalec se obvezuje izvesti vsa dela vestno in kvalitetno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s ponudbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi, nacionalnimi tehničnimi predpisi in naročnikovimi navodili ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete.

Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objektov in okolice, kjer se dela izvajajo, in ne sme povzročati poškodb na objektih v okolici in na neposrednem območju izvajanja del, na delovišču in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih in prometni infrastrukturi, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le-teh.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen z lokacijo izvajanja del, njeno specifiko in posebnostmi, ki so vezane na izvajanje GOI del v objektu in je navedeno upošteval pri

oblikovanju ponudbene cene in izvedbenih rokov.

### **XIII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**

#### **15. člen**

Skrbnik pogodbe za naročnika je: .....,  
tel. št. ...., e-naslov: .....

Pooblaščen predstavnika naročnika je: .....,  
tel. št. ...., e-naslov: .....

Pooblaščen predstavnika izvajalca je: ....., tel. št. ...., e-naslov: .....

O spremembi pooblaščenih predstavnikov se pogodbeni stranke pisno obvestijo.

### **XIV. ODPRAVA NAPAK**

#### **16. člen**

Če naročnik v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti izvajalcu ustno po telefonu in pisno po elektronski pošti na e-naslov izvajalca: ....., tel. št.: ....., V pisnem sporočilu prijave napake je potrebno navesti: a) ime uporabnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

Usposobljen serviser bo pristopil k odpravi napake najkasneje v roku 48-ih ur od pisne prijave napake s strani naročnika. Napako mora odpraviti najkasneje v roku 72-ih ur od prejema pisnega obvestila o napaki. V primeru, da je za popravilo napake potrebno naročiti rezervni del iz tujine, se rok za odpravo napake podaljša na 3 delovne dni od prejema pisnega obvestila o napaki.

V primeru zamude z izvajanjem v predhodnem odstavku navedenih pogodbenih obveznosti bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od zamude, in sicer za vsak koledarski dan zamude roka za odpravo napake v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti v EUR z DDV, vendar skupno največ v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo izvajalec naročniku v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 100 dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po izvajalčevi ponudbi, sicer bo to storil naročnik v breme izvajalca.

Če bi bili roki iz predhodnega odstavka tega člena preseženi, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last naročnika. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v ponudbi iz 1. člena te pogodbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode

za njihovo funkcioniranje, bo izvajalec takšne dele prepustil naročniku v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za naročnika odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.

## **17. člen**

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal servisiranje opreme izključno strokovno usposobljen serviser, ki ima pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za servisiranje opreme izdano s strani proizvajalca. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri, ali ima serviser veljavno ustrezno potrdilo proizvajalca opreme.

V kolikor serviser usposobljenosti za servisiranje ne bi ustrezno izkazal, naročnik izvajanje servisa ne bo dovolil. V tem primeru bo za morebitno zamudo (neupoštevanje odzivnih rokov, rokov za odpravo napak) odgovoren izvajalec in mu bo naročnik zaračunal, skladno z določili tretjega odstavka 16. člena, pogodbeno kazen.

V kolikor bo izvajalec izvajal servisiranje opreme s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo moral prevajanje v slovenski jezik na svoje stroške zagotoviti izvajalec.

## **XV. UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI**

### **18. člen**

Izvajalec bo naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti iz 1. odstavka 12. člena te pogodbe (v EUR z DDV), ki mora veljati še najmanj 30 dni od pogodbenega roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec mora predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10-ih delovnih dni od podpisa pogodbe.

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje nadomestiti z ustrezno novo.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi:

**v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:**

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravnava, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika.

**v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:**

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;
- če se bo tekom izvajanja pogodbe več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;
- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utрпи kakšne druge posledice.

Izvajalec mora v roku 10-ih delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika dostaviti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini, kot je to opredeljeno v 6. členu te pogodbe in mora veljati še najmanj 10 dni od izteka garancijskega roka za opremo iz 8. člena te pogodbe, sicer lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru takšne unovčitve ima unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naravo pogodbene kazni v višini celotne vrednosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

**XVI. PODIZVAJALCI** /se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/

**19. člen**

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

Podizvajalec 1 (navesti naziv, polni naslov, matično številko,	
---	--

identifikacijsko številko za DDV in račun):	
VRSTA DEL (predmet, količina, %, vrednost):	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:  v vrednosti            EUR brez DDV  .
Podizvajalec 2 (navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun):	
VRSTA DEL (predmet, količina, %, vrednost):	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:  v vrednosti            EUR brez DDV

Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg dela/storitev ter cena za opravljene storitve/dela.

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. /se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-1.1.),
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;
- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva (OBR-1.1.);

- priložiti izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-8), v kolikor je predložitev tega obrazca zahtevana skladno s točko 1 poglavja 2.11.3 navodil Razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega prodajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

## **XVII. ODSTOP OD POGODBE**

### **20. člen**

Naročnik in izvajalec lahko odstopita od pogodbe v rokih in pod pogoji določeni s to pogodbo.

Odstop od pogodbe lahko uveljavljala pogodbeni stranka šele če po pisnem opominu pogodbi nezvesta stranka ne odpravi kršitev.

V primeru odstopa so pogodbene stranke dolžne poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

### **21. člen**

Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

- če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadno določenem roku z deli ne začne,
- če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,
- če je zoper izvajalca začel kakšen od postopkov po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 s spremembami in dopolnitvami; ZFPPIPP),
- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del oziroma dobavljene opreme,
- če naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
- če vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 10 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih del,

- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno po pošti ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbeni stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

## **22. člen**

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

## **XVIII. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA**

### **23. člen**

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

## **XIX. KONČNE DOLOČBE**

### **24. člen**

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslani nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek GOI del in dobav, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila s prilogami ter spremembo le-te, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to

pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 15. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika. Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju del ali dobav. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

## **25. člen**

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

## **26. člen**

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

## **27. člen**

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in začne veljati, ko izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka 18. člena te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - plačilom za delo,
  - delovnim časom,
  - počitki,
  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik ravnal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.



Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

## **28. člen**

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsak od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

## **29. člen**

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po en izvod.

Št. ....

V , dne

V Mariboru, dne .....

Izvajalec:

Naročnik:  
UKC Maribor

Direktor:

Generalni direktor UKC:  
prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

# OSNUTEK POGODBE ZA VZDRŽEVANJE OPREME

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI 56644817, matična številka naročnika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: izvajalec), identifikacijska številka izvajalca za DDV: , matična številka izvajalca: .

## 1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. [91/15](#), [14/18](#), [121/21](#), [10/22](#), [74/22](#) – odl. US, [100/22](#) – ZNUZSZS, [28/23](#) in [88/23](#) – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku za blago: **NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFECTORJA Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA**, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave ....., številka objave ..... in v Uradnem listu EU, datum objave ....., številka objave .....

## 2. člen

Predmet te pogodbe je:

1. preventivno vzdrževanje trikomornega termodezinfektorja (v nadaljevanju: oprema), dobavljenega po pogodbi št. ...., z dne ....., po navodilih proizvajalca za obdobje 7 let od podpisanega primopredajnega zapisnika in zajema ves potrošni in ostali potreben material, rezervne dele, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine, telefon, itd. in
2. korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje po poteku garancijske dobe.

Preventivno in korektivno vzdrževanje se iztečeta v sedmih (7) letih po potrjeni primopredaji opreme s strani pogodbenih strank.

Izvajalec bo na opremi izvajal vzdrževanje po navodilih proizvajalca, kot je to opredeljeno v ponudbi s predračunom, št. ...., z dne ....., (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je izvajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Ob zamenjavi delov v okviru vzdrževanja bo izvajalec uporabljal in vgrajeval originalne nadomestne dele. Zamenjane in/oz. okvarjene dele bo izvajalec predal predstavniku oz. pooblaščenim osebam naročnika.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del te pogodbe.

### 3. člen

Skrbnik pogodbe za naročnika je: .....,  
tel. št. ...., e-naslov: .....

Predstavnik oz. pooblaščen oseba naročnika je: .....,  
tel. št. ...., e-naslov: .....

Predstavnik oz. pooblaščen oseba izvajalca je: ....., tel. št. ...., e-naslov: .....

### 4. člen

Izvajalec bo pristopil k izvajanju preventivnega vzdrževanja po predhodnem dogovoru s skrbnikom pogodbe za naročnika.

Izvajalec bo pristopil k izvajanju korektivnega vzdrževanja po predhodnem pozivu s strani skrbnika pogodbe za naročnika, ki se potrdi s pisno naročilnico. Poziv in naročilnica se izvedeta na elektronski naslov, naveden v 3. členu te pogodbe.

Naročnik se s to pogodbo obvezuje, da bo v prijavi okvare navedel podatke o mestu, kjer se okvarjena oprema nahaja, tip in serijsko številko opreme in opis napake.

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku 8 ur po prejemu poziva podal ponudbo za vzdrževalna dela (velja za korektivno vzdrževanje opreme) in odpravil napako najkasneje v roku 72 ur od prejema naročilnice.

V primeru zamude pri odpravi napake bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od časa zamude pri odpravi napak in sicer za vsak dan zamude roka za odpravo napak v višini 500,00 EUR.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Izvajalec naročniku za ponujeno opremo zagotavlja usposobljen servis s strani proizvajalca ponujene opreme.

V kolikor bo izvajalec izvajal servisiranje opreme s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo moral prevajanje v slovenski jezik na svoje stroške zagotoviti izvajalec.

### 5. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da skupni znesek preventivnega vzdrževanja opreme v obdobju sedmih (7) let znaša ..... EUR brez DDV oz. .... EUR z DDV (Tabela 2: Predračun za vzdrževanje, OBR-2.1.2.).

Naročnik bo izvajalcu poravnal pogodbeni znesek preventivnega vzdrževanja glede na opravljena redna vzdrževalna dela. Cena posameznega preventivnega vzdrževalnega dela (servisa) se zaračuna po cenah iz ponudbe.

Materiali in rezervni deli za korektivno vzdrževanje se bodo obračunavali po prejeti ponudbi iz četrtega odstavka 4. člena te pogodbe, v kateri morajo biti upoštevane cene materiala in rezervnih delov iz cenika, veljavnega v času nastanka okvare.

Izvajalec se obvezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe naročniku vsakokrat po spremembi cenika rezervnih delov in materiala, posredoval zadnji veljavni cenik.

Delovna ura serviserja za korektivno vzdrževanje se bo obračunavala po ceni delovne ure serviserja iz ponudbe, ki znaša ..... EUR brez DDV oz. .... EUR z DDV, v rednem delovnem času, ki poteka ob delavnikih med 7:00 in 15:00 uro.

Cena delovne ure serviserja izven rednega delovnega časa in ob dela prostih dnevih znaša ..... EUR brez DDV oz. .... EUR z DDV.

Delo izven rednega delovnega časa in ob dela prostih dnevih mora odobriti pooblaščen oseba naročnika.

V kolikor pooblaščen oseba naročnika dela izven rednega delovnega časa in ob dela prostih dnevih ne odobri se ustrezno podaljšajo roki za odpravo napak iz 4. člena pogodbe.

Cena prihoda serviserja na lokacijo naročnika za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja se bo obračunavala po ceni prihoda iz ponudbe, ki znaša ..... EUR brez DDV oz. .... EUR z DDV. Cena prihoda serviserja (izvajalca) na lokacijo naročnika vključuje potne stroške (kilometrino), dnevnice, stroške serviserja na poti ter morebitne druge stroške.

Cene preventivnega vzdrževanja, cena delovne ure serviserja za korektivno vzdrževanje, cena prihoda serviserja (izvajalca) na lokacijo naročnika za izvajanje korektivnega vzdrževanja ter cene materiala in rezervnih delov so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti z izjemo korekcij vrednosti, ki jo dopušča Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Pogodbeni stranki sta soglasni, da se valorizacija denarnih obveznosti opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve te pogodbe.

Spremembe cene bosta pogodbeni stranki opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke.

Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k tej pogodbi.

V primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

Naročnik bo račun za preventivno in korektivno vzdrževanje poravnaval v roku, ki bo skladen s trenutno veljavno zakonodajo, od datuma prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca, ki bo naveden na računu. Pred spremembo transakcijskega računa je izvajalec dolžan naročnika pisno obvestiti o spremembi.

Osnova za izstavitev računa je s strani naročnika potrjeno poročilo o opravljenem delu oz. servisni list.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za material in rezervne dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Ur. l. RS, št. 85/25).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

## **6. člen**

Za opravljena redna vzdrževalna dela (servis) mora izvajalec računu priložiti servisni list z opisom posegov na opremi. Na servisnem listu morajo biti navedeni tudi deli opreme, ki so bili zamenjani.

Za opravljena dela iz korektivnega vzdrževanja izvajalec posreduje naročniku po končanem delu poročilo o opravljenem delu (v nadaljevanju: poročilo). V poročilu je potrebno specificirati porabljen material, rezervne dele, opis del in delovni čas. Poročilo potrdi predstavnik oz. pooblaščen oseba naročnika.

Naročnik je dolžan potrditi poročilo o opravljenem delu v roku petih delovnih dneh po prejemu izvajalčevega poročila.

## **7. člen**

Naročnik se s to pogodbo zavezuje:

- da bo opremo, ki je predmet te pogodbe, hranil tako, da bo izključena možnost poškodb,
- v prijavi okvare navedel podatke v skladu s tretjim odstavkom 4.člena te pogodbe.
- da bo izvedel plačilne obveznosti skladno s to pogodbo.

## **8. člen**

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da:

- bo pogodbeni dela izvajal kvalitetno in v skladu z navodili proizvajalca opreme;
- bo pri opravljanju storitev ravnal kot dober strokovnjak;
- bo naročniku povrnil škodo, ki bo nastala na opremi, ki je predmet te pogodbe, zaradi njegovega malomarnega ali nestrokovnega ravnanja oz. zaradi vgradnje neustreznega materiala;
- bo naročniku povrnil vso škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja te pogodbe;
- bo izvajal vzdrževanje opreme izključno serviser, ki je s strani proizvajalca opreme strokovno usposobljen;
- bo ob zamenjavi delov v okviru vzdrževanja uporabljal originalne nadomestne dele;
- bo z osebnimi podatki in občutljivimi osebnimi podatki, do katerih ima dostop, ravnal v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

**9. člen**

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega značaja ter vse osebne podatke, do katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno skrivnost in v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

**10. člen**

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

Podizvajalec 1 (navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun):	
VRSTA DEL (predmet, količina, %, vrednost):	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:  v vrednosti            EUR brez DDV.
Podizvajalec 2 (navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun):	
VRSTA DEL (predmet, količina, %, vrednost):	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:  v vrednosti            EUR brez DDV.

Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg dela/storitev ter cena za opravljene storitve/dela.

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalca. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. /se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-1.1.),
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva (OBR-1.1.) ter
- priložiti izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-8), v kolikor je predložitev tega obrazca zahtevana skladno s točko 1 poglavja 2.11.3 navodil Razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega prodajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

## **11. člen**

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati po s strani naročnika potrjeni primopredaji za opremo, dobavljena po pogodbi, št. ...., z dne ....., in se sklepa za obdobje sedmih (7) let od primopredaje opreme.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da pogodbe ni možno odpovedati pred iztekom navedenega obdobja, razen v primeru, da naročnik iz kakršnih koli razlogov izloči predčasno iz uporabe opremo, dobavljeno na podlagi pogodbe iz predhodnega odstavka tega člena. V tem primeru izvajalec od naročnika ne bo uveljavljal kakršnih koli regresnih zahtevkov oziroma povračila škode iz naslova predčasnega prenehanja vzdrževalne pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - plačilom za delo,
  - delovnim časom,
  - počitki,
  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoji se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

## **12. člen**

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu v pisni obliki. Če izvajalec pri izvedbi storitve ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od te pogodbe odstopi. O odstopu od pogodbe naročnik pisno obvesti izvajalca.

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe, če izvajalec:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo.

## **13. člen**

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.



**14. člen**

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

**15. člen**

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po en izvod.

**16. člen**

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

**17. člen**

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Mariboru.

Št. ....

V , dne

V Mariboru, dne .....

Izvajalec:

Naročnik:  
UKC Maribor

Direktor:

Generalni direktor UKC:  
prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

## VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za: **Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor**

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA:** (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

**ŠTEVILKA:** (vpiše se številka zavarovanja)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK ZAVAROVANJA:** (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

**OSNOVNI POSEL:** pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

**ZNESEK V EUR:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** (nobena/navede se listina)

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo

zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Izdano finančno zavarovanje je brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

## VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA:** (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

**ŠTEVILKA:** (vpiše se številka zavarovanja)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

**ZNESEK V EUR:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavežujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Izdano finančno zavarovanje je brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

GOSPODARSKI SUBJEKT (naziv in naslov):

## IZJAVA V ZVEZI Z OMEJEVALNIMI UKREPI

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
- c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo »NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFЕКТОРЈА Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA«.

Kraj in datum:

Ime in priimek odgovorne osebe  
gospodarskega subjekta:

Žig in podpis odgovorne osebe  
gospodarskega subjekta:

---

Na podlagi določil 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS št. 43/11) se med delodajalcema sklene

## **PISNI SPORAZUM**

o skupnih določilih, ukrepih in organizaciji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter pravicah in obveznostih naročnika in izvajalca del na skupnem delovišču v prostorih podjetja....., ki se izvajajo po veljavnih pogodbah sklenjenih med naročnikom in izvajalcem del, ki ga sklepata

Naročnik storitev:

in

Izvajalec storitev: .....

### **1. člen**

Varnost in zdravje pri delu na skupnem delovišču se mora izvajati po določilih:

- Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS. št.43/11) in drugih podzakonskih predpisih, ki urejajo to področje,
- Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l.RS. št. 03/2007) in drugih podzakonskih predpisih, ki urejajo to področje,
- Internih predpisih oz. navodilih naročnika del (požarni redi, načrti evakuacije, opozorila, navodila za uporabo in vzdrževanje naprav, sistemov )
- Navodilih in zahtevah pooblaščenih odgovornih in nadzornih oseb.

### **2. člen**

Naročnik je določil .....za odgovorno osebo za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom na skupnem delovišču.

### **3.člen**

Izvajalec del je določil .....za odgovorno osebo za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varstvu pred požarom na skupnem delovišču.

### **4. člen**

Izvajalec del in naročnik na skupnem delovišču sta dolžna z ustreznimi varnostnimi ukrepi zagotoviti varnost in zdravje pri delu svojih delavcev in obenem zagotoviti, da le ti ne ogrožajo varnosti delavcev in ostalih oseb na območju naročnika. Ustrezni varnostni ukrepi po tem sporazumu pomenijo:

- sprejme ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva v skladu s posebnimi predpisi;
- sprejme ukrepe za zagotavljanje prve pomoči in evakuacije v primeru ogroženosti.
- obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za poškodbe in zdravstvene okvare, ki so povezane z njimi ter izdaja navodila za varno delo;
- usposablja delavce za varno delo;

- zagotavlja delavcem sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo uporabo, če sredstvo za delo in delovno okolje, kljub varnostnim ukrepom ne zagotavlja varnosti in zdravja pri delu
- zagotavlja periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme;
- zagotavlja zdravstvene preglede delavcev.

#### **5. člen**

Izvajalec del mora poskrbeti za organizacijo in nudenje prve pomoči za svoje delavce. Na skupnem delovišču odgovarjata naročnik in izvajalec del vsak za morebitne poškodbe svojih delavcev.

Morebitne težje poškodbe in nesreče pri delu, ki bi nastale pri skupnem delu oz. bi vključevale delavce naročnika in izvajalca del, raziskujeta skupno pooblaščen strokovni osebi naročnika in izvajalca.

#### **6. člen**

Zaradi varnega poteka dela in gibanja na skupnem delovišču v prostorih ...~~XXX~~... je izvajalec del dolžan v času opravljanja določenega dela po potrebi ustrezno zavarovati in označiti skupne prostore in poti, ki jih uporabljajo delavci in gostje naročnika in izvajalca del. Delavci izvajalca del oz. njegovi podizvajalci se morajo ravnati po usklajenih dogovorih med naročnikom in izvajalcem glede uporabe in gibanja po skupnih prostorih in poteh.

#### **7. člen**

Naročnik del je dolžan na zahtevo izvajalca del zagotoviti, da se nepooblaščen in nepoklicani delavci naročnika in gostje ne bodo zadrževali na skupnem delovišču.

#### **8. člen**

Naročnik del je dolžan na zahtevo izvajalca del posredovati vso razpoložljivo oz. potrebno tehnično in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na predmet naročenih del.

#### **9. člen**

V kolikor izvajalec del ne upošteva določil tega dogovora ima pooblaščen oseba naročnika dolžnost opozoriti izvajalca del. V kolikor izvajalec del nadaljuje z delom in s tem ogrožana varnost in zdravje delavcev ali obiskovalcev mu prepove nadaljnja dela. O prepovedi dela obvesti nadrejenega oz. direktorja podjetja.

#### **10. člen**

Pisni sporazum je napisan v dveh izvodih in vstopi v veljavo, ko ga podpišeta odgovorni osebi naročnika in izvajalca del ter traja dokler se dela izvajajo.

#### **11. člen**

Podpisnika sporazuma se obvezujeta, da bosta dosledno upoštevala podpisan sporazum in v skladu z njim izvajala dela na skupnem delovišču.

Naročnik:

Izvajalec:

Dne:

Dne:



## IZJAVA IZVAJALCA DEL

### Izvajalec del

podatki in naziv podjetja, s. p. ali fizične osebe, ki daje izjavo

Veza naročilnica/pogodba/okvirni sporazum:
Vrsta del/lokacija (ime, opis delovišča, vrsta del):
Trajanje izvajanja del (datum):

Izvajalec del s to izjavo potrjuje, da ima za svoje delavce in delavce podizvajalca del naslednjo veljavno dokumentacijo: veljavno pogodbo o zaposlitvi, prijavo o socialnem in zdravstvenem zavarovanju, veljavno (pozitivno) zdravniško spričevalo, veljavna potrdila o pregledih delovne opreme, dokazilo, da je delavec strokovno (teoretično in praktično) usposobljen za pravilno in varno delo ter dovoljenje za delo (za tujce).

Izvajalec del s to izjavo prav tako potrjuje, da so spodaj navedeni delavci seznanjeni s Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču, katerikoli drugim dokumentom v katerem so opisani varnostni ukrepi in da so prejeli s strani naročnika informacije in navodila za varno delo in gibanje zunanjih izvajalcev v UKC Maribor.

Delavci izvajalca del, ki bodo delali na območju UKC Maribor, so:

Zap. št.	Ime in priimek	Datum	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Delavci podizvajalca del, ki bodo delali na območju UKC Maribor, so:

Zap. št.	Naziv podjetja Ime in priimek	Datum	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			

V Mariboru, dne \_\_\_\_\_.

_____	_____	_____
Odgovorna oseba izvajalca	datum	Podpis
_____	_____	_____
Odgovorna oseba naročnika del	datum	Podpis

## Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD)

### Del I: Informacije o postopku oddaje javnega naročila in javnem naročniku oziroma naročniku.

#### Informacije o objavi

Pri postopkih oddaje javnega naročila, pri katerih je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu Evropske unije, bodo informacije, zahtevane v delu I, pridobljene samodejno, če bo dokument ESPD ustvarjen in izpolnjen s storitvijo ESPD. Sklic na objavo ustreznega obvestila v Uradnem listu Evropske unije:

#### Številka prejetega obvestila

Številka obvestila v UL S: 0000/S 000-000000

URL UL S

Če javni razpis ni objavljen v Uradnem listu Evropske unije ali če ga tam ni treba objaviti, mora naročnik vnesti informacije, s katerimi je mogoče nedvoumno opredeliti postopek oddaje javnega naročila (npr. sklic na objavo na nacionalni ravni).

#### Identiteta naročnika

Uradno ime: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Davčna številka, če obstaja: SI 56644817

Spletna stran (če obstaja): <https://www.ukc-mb.si/>

Mesto: Maribor

Ulica in številka: Ljubljanska ulica 5

Poštna številka: 2000

Kontaktna oseba: Regina Stajniko Polutnik

Telefon: +386 23211386

fax: [regina.stajnikopolutnik@ukc-mb.si](mailto:regina.stajnikopolutnik@ukc-mb.si)

E-pošta: [regina.stajnikopolutnik@ukc-mb.si](mailto:regina.stajnikopolutnik@ukc-mb.si)

Država: SI

#### Informacije o postopku oddaje javnega naročila

Naziv: NABAVA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFEKTORJA Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTORA

#### Kratek opis:

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Specifikaciji zahtev naročnika.

Referenčna številka spisa, ki jo je določil naročnik (če je primerno): 460-12(807105)/2025-3

Vrsta postopka: Odprti postopek

Področje: Blago

CPV kode:

Število sklopov: 0

## **Del III: Razlogi za izključitev**

### **A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami**

#### **Člen 57(1) Direktive 2014/24/EU določa naslednje razloge za izključitev Sodelovanje v hudodelski združbi**

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi sodelovanja v hudodelski družbi, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? Kot je opredeljeno v členu 2 Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

#### **Korupcija**

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi korupcije, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? Kot je opredeljeno v členu 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, UL C 195, 25.6.1997, str. 1, in členu 2(1) Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju (UL L 192, 31.7.2003, str. 54). Ta razlog za izključitev zajema tudi korupcijo, kot je opredeljena v nacionalnem pravu javnega naročnika (naročnika) oziroma gospodarskega subjekta.

#### **Goljufija**

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi goljufije, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? V smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL C 316, 27.11.1995, str. 48).

#### **Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi**

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi terorističnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? Kot so opredeljena v členih 1 in 3 Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3). Ta razlog za izključitev zajema tudi spodbujanje k storitvi kaznivega dejanja, pomoč ali podporo pri tem ali poskus storitve kaznivega dejanja, kot je navedeno v členu 4 navedenega okvirnega sklepa.

#### **Pranje denarja ali financiranje terorizma**

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi pranja denarja ali financiranje terorizma, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? Kot je opredeljeno členu 1 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L 309, 25.11.2005, str. 15).

#### **Delo otrok in druge oblike trgovine z ljudmi**

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi dela otrok in drugih oblik trgovine z ljudmi, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? Kot je opredeljeno v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, str. 1).

### **B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost**

#### **Člen 57(2) Direktive 2014/24/EU določa naslednje razloge za izključitev**

##### **Plačevanje davkov**

Ali je gospodarski subjekt kršil svoje obveznosti plačevanja davkov v državi, v kateri ima sedež, in državi članici javnega naročnika oziroma naročnika, če ta ni ista kot država sedeža?

**Prag**

50 EUR

##### **Plačevanje prispevkov za socialno varnost**

Ali je gospodarski subjekt kršil svoje obveznosti plačevanja prispevkov za socialno varnost v državi, v kateri ima sedež, in državi članici javnega naročnika oziroma naročnika, če ta ni ista kot država sedeža?

**Prag**

50 EUR

### **C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil**

#### **Člen 57(4) Direktive 2014/24/EU določa naslednje razloge za izključitev**

Ni izbranih kriterijev.

## **D: Nacionalni razlogi za izključitev**

### **Drugi razlogi za izključitev, ki so predvideni v nacionalni zakonodaji države članice naročnika**

Ali je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja?

Ali je pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek?

Ali je bila gospodarskem subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalkega ali nadzornega organa ali je pooblaščen za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? Kot je opredeljeno v 196. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1).

## **Del IV: Pogoji za sodelovanje**

**Glede pogojev za sodelovanje naročnik zahteva, da gospodarski subjekt izjavlja, da**

### **A: Ustreznost**

#### **Člen 58(2) Direktive 2014/24/EU določa naslednje pogoje za sodelovanje**

##### **Vpis v ustrezen poklicni register**

Je vpisan v ustrezne poklicne registre, ki se vodijo v državi članici sedeža, kot je navedeno v Prilogi XI Direktive 2014/24/EU; od gospodarskih subjektov iz nekaterih držav članic se lahko zahteva, da izpolnijo druge zahteve iz navedene priloge.

##### **Naziv registra**

Register pri pristojnem sodišču ali drugemu organu

##### **Naziv registra**

Register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov pri javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji) oziroma v primeru tujega ponudnika register poslovnih subjektov, ki opravljajo distribucijo z medicinskimi pripomočki znotraj EU, v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež.

## **Del V: Zaključek**

### **Del VI: Sklepne izjave**

Gospodarski subjekt uradno izjavlja, da so informacije, navedene v delih II-V, točne in pravilne in podane ob zavedanju posledic resnega napačnega prikazovanja.

Gospodarski subjekt uradno izjavlja, da lahko na zahtevo nemudoma predloži potrdila in druge oblike listinskih dokazov, na katere se sklicuje, razen kadar:

a) lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v kateri koli državi članici (pod pogojem, da je gospodarski subjekt predložil potrebne informacije (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen sklic na dokumentacijo), s pomočjo katerih to lahko stori naročnik; kadar se zahteva, je treba za tak dostop priložiti ustrezno soglasje), ali

b) naročnik že razpolaga z zadevnimi dokazili.

Gospodarski subjekt daje uradno soglasje, da naročnik pridobi dostop do dokazil, predloženih v Delu III in Delu IV tega enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila za namene postopka oddaje javnega naročila, ki je naveden v Delu I.

Datum, kraj in, če se zahteva ali če je potrebno, podpis/(i):

Datum

Kraj

Podpis