



Splošna bolnišnica Jesenice / General Hospital Jesenice  
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice  
t: +386 (0)4 586 80 00, f: +386 (0)4 586 84 01, e: info@sb-je.si

Splošna  
bolnišnica  
Jesenice

**Številka:** 460-0015/2025/0005  
**Zaporedna številka:** JN 08/2025  
**Datum:** 23. 12. 2025

Na osnovi šestega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3), izdaja Petra Rupar, dr. med, direktorica Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice (v nadaljnjem besedilu: naročnik)

## DOPOLNITEV DELNE ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik je na podlagi izvedenega javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave JN008223/2025-EUe16/01 dne 17. 10. 2025 in na Portalu Evropske unije pod številko objave: 685493-2025 dne 17. 10. 2025 izdal Delno odločitev o oddaji javnega naročila številka 460-0015/2025/0002 z dne 15. 12. 2025.

Naročnik s tem sklepom o dopolnjuje delno odločitev za podsklop ARLK10812 in sicer je v prvotni delni odločitvi navedel izbranega ponudnika, ki ni bil najugodnejši, ni pa navedel razloge zakaj je bila ponudba najugodnejšega ponudnika nedopustna.

Naročnik je pregledal elemente za določitev dopustnosti ponudb spodaj navedenih artiklov in ugotovil, da v vseh zahtevanih postavkah ne izpolnjujejo postavljenih zahtev naročnika ter so v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 členom nedopustne

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | 25K1 OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL                                                                                                                                                                                          |
| Za podsklop:                         | ARLK10812                                                                                                                                                                                                                         |
| Je bila nepopolna ponudba ponudnika: | MEDITRADE d.o.o.                                                                                                                                                                                                                  |
| Razlog:                              | Artikel ne ustreza naročnikovim zahtevam, artikel je naročnik testiral in ugotovil, da je lepilo zelo močno predvsem premočno za uporabo na občutljivem predelu oči. Pri odstranjevanju lepilo povzroča odstranjevanje trepalnic. |

Direktorica  
Petra Rupar, dr. med.

Objaviti:

- Na Portalu javnih naročil.

