

BOLNIŠNICA ZA ŽENSKÉ BOLEZNI
IN PORODNIŠTVO POSTOJNA
Prečna ulica 4, 6230 POSTOJNA

Številka: JN_2/2024_ok2
Datum 7.1.2026

ODLOČITEV O OSKRBI ZA LETO 2026 II. del

Za predmetno javno naročilo: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI, odprti postopek, interna oznaka JN_2/2024, Številka objave na PJN: JN006777/2024-EUe16/01, datum objave: 23.09.2024, Številka objave na TED: 570520-2024, datum objave: 23.09.2024

Izbrani ponudniki, ki bodo izvajali oskrbo za čas od podpisa pogodbe do 31.12.2026 za sledeča sklopa sta:

PHARMAMED-MADO, d.o.o.	18 Seti za epiduralno analgezijo
MEDIS d.o.o.	34 Elektrokirurški nož + elektrode

Obrazložitev in utemeljitev odločitve:

Naročnik je preko portala eJN povabil vse ponudnike, s katerimi ima sklenjene okvirne sporazume k oddaji ponudbenih cen za oskrbo v letu 2026, rok za oddajo ponudb je bil 24.11.2025. Ponudniki so ponudili sledeče vrednosti:

PONUĐNIK	sklop, za katerega oddaja ponudbo	VREDNOST BREZ dddv
MEDIS d.o.o.	18 Seti za epiduralno analgezijo	4.320,00
Euromed d.o.o.	18 Seti za epiduralno analgezijo	8.880,00
PHARMAMED-MADO, d.o.o.	18 Seti za epiduralno analgezijo	13.760,00
MEDIS d.o.o.	34 Elektrokirurški nož + elektrode	2.597,00
MINAMed d.o.o.	34 Elektrokirurški nož + elektrode	1.869,50

Naročnik je v razpisni dokumentaciji in vabilu k oddaji ponudb navedel, da bo izbral ponudnika za posamezni sklop z uporabo merila ekonomsko najbolj ugodne ponudbe, kjer je vrednost sklopa v EUR z DDV edino merilo. Naročnik je za navedena sklopa izvedel vzorčenje artiklov.

Pri pregledu ponudb je naročnik ugotovil sledeče:

- V sklopu 18 Seti za epiduralno analgezijo je naročnik zahteval vzorce vseh ponudnikov. Naročnik je prejete vzorce testiral in je ugotovil sledeče: naročnik vzorce ponudnika Euromed d.o.o. ocenjuje za neustrezne, ker je igla mehka in upogljiva, kateter je bolj rigiden od običajnih in povzroča bolečine in posledično večjo možnost za poškodbe trde ovojnice hrbtenjače; naročnik je vzorce ponudnika Medis d.o.o. ocenil za neustrezne zaradi rigidnega katetra zaradi česar se povzročajo bolečine in posledično večjo možnost za poškodbe trde ovojnice hrbtenjače, perforator je v kompletu odveč, manjka fiksator katetra; naročnik je vzorce ponudnika Pharmamed-mado d.o.o. označil za dopustne.

- V sklopu 34 Elektrokirurški nož + elektrode je naročnik zahteval vzorce, s pozivom oddanim preko portala eJN 9.12.2025, ki jih je dostavil samo ponudnik Medis d.o.o. Naročnik je vzorce označil za ustrezne in ponudnik je izbrani ponudnik sklopa.

Naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo o izvajanju za čas od podpisa pogodbe do 31.12.2026.

Pravni pouk:

Skladno z določilom 3. odstavka 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, ZPVPJN) je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

Direktorica
doc. dr. Tanja Burnik Papler, direktorica

Objavljeno:

- Na portalu JN