

Številka: JN008897/2025

Datum:09.01.2026

Strokovna komisija odgovorna za pregled ponudb v postopku oddaje javnega naročila **DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET** izdaja

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

V postopku oddaje javnega naročila »**DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET**«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN008897/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu EU pod številko objave TED 754624-2025, se javno naročilo odda ponudniku :

Arthrex Adria d.o.o., Slavonska avenija 1A, 10000 Zagreb, Hrvaška

Obrazložitev:

Obvestilo o javnem naročilu za predmet »**DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET**«, je bilo objavljeno dne 23.09.2025 na Portalu javnih naročil pod št. objave na PJN: JN008897/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu EU pod številko objave TED 754624-2025.

Rok za oddajo ponudb je bil določen za 19.12.2025 do 10:00 ure, datum in ura odpiranja ponudb pa 19.12.2025 ob 11:00 uri. Ponudba sta oddala ponudnika s ponudbeno ceno:

Ponudnik	Znesek brez davka (EUR)	Znesek davka (EUR)	Znesek z davkom (EUR)
Arthrex Adria d.o.o., Slavonska avenija 1A, 10000 Zagreb, Hrvaška	1.001.149,65	220.252,92	1.221.402,57
PD Medical, razvoj, proizvodnja in trženje medicinskih proizvodov d.o.o., Poslovna cona A 010, 4208 Šenčur	1.122.780,00	247.011,60	1.369.791,60

Naročnik je glede na merila naredil razvrstitev ponudb in sicer so ponudniki prejeli naslednje število točk:

Zaporedna številka zahteve	Tehnične prednosti	Število točk	Arthrex Adria d.o.o.,	PD Medical, razvoj, proizvodnja in trženje medicinskih proizvodov d.o.o.,
2.7.	Elektronski svetlobni kabel-združuje tradicionalni vir svetlobe in svetlobni kabel v eno integrirano zasnovo -5 točk	5	da	da
6.7.	Glava kamere v celoti primerna za avtoklav ali plazma sterilizacijo 20 točk	20	da	da
6.8.	Glava kamere je kompatibilna z vsemi EYECUP artroskopi – optikami 5 točk	5	da	da
Skupaj število točk prednosti			30	30
Točke vrednosti			100	92,41693

Naročnik je izvedel analizo ponudbe ponudnika **Arthrex Adria d.o.o., Slavonska avenija 1A, 10000 Zagreb, Hrvaška**, ki se je po merilu za izbor uvrstil na prvo mesto. Na podlagi analize ponudbe ponudnika **Arthrex Adria d.o.o., Slavonska avenija 1A, 10000 Zagreb, Hrvaška** je ugotovil, da ponudba ponudnika ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, prispela je pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Prednost izbrane ponudbe je v merilu za izbor.

Glede na zgoraj navedeno je naročniku ugotovil, da je ponudba ponudnika **Arthrex Adria d.o.o., Slavonska avenija 1A, 10000 Zagreb, Hrvaška** dopustna ponudbe v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, zato jo je izbral.

S tem je utemeljena odločitev, kot izhaja iz izreka.

PRAVNI POUK:

Skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN) ima ponudnik pravico, da v osmih (8) delovnih dneh od objave odločitve o oddaji javnega naročila vloži zahtevek za revizijo. Zahtevek za revizijo se vloži elektronsko, preko portala e-revizija. Zahtevek za revizijo mora vsebovati obvezne sestavine. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, v višini 20.022,99 EUR na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek (TRR: SI56 0110 0100 0358 802, SKLIC:

11 16110-7111290- 00889725). Naročnik skladno z določilom 92.člena ZJN-3 ne bo upošteval obdobja mirovanja, saj je v predmetnem postopku prejel samo eno ponudbo.

Splošna bolnišnica Celje

Direktor:

Dr. Dragan Kovačič, dr. med.

Objaviti:

na portalu javnih naročil.

