

	ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA	Partizanska cesta 24 6210 SEŽANA
		tajnistvo@zd-sezana.si tel. 05 73 11 400

Številka: JN008449/2025-EUe16/01

Datum: 31.12.2025

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22- odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3) ter izvedenega postopka oddaje javnega naročila za »**Sanitetni material**« Zdravstveni dom Sežana, sprejema naslednjo:

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik je izvedel javno naročilo po odprtem postopku za »Sanitetni material«. Naročilo je bilo razdeljeno na sedem sklopov za obdobje dveh let, objavljeno na portalu javnih naročil pod številko objave JN008449/2025-EUe16/01.

Do roka določenega za oddajo ponudb, do 28.11.2025 do 10.00, je naročnik prejel 4 ponudb. Razvrščene so bile po merilu, najnižja ponudbena vrednost, in sicer:

Sklop 1: ZAŠČITNA SREDSTVA

Za Sklop 1 je naročnik prejel dve ponudbi. Razvrstil jih je po merilu najnižja ponudbena cena.

1. Commerce trgovina d.o.o., Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana, ponudba z vrednostjo 4.997,10 EUR brez DDV oz 6.069,46 EUR z DDV.
2. Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, ponudba z vrednostjo 7.656,68 EUR brez DDV oz. 9.341,15 EUR z DDV.

Ponudnika Commerce trgovina d.o.o., Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana je naročnik pozval k dopolnitvi neobičajno nizke ponudbe. Po prejemu dopolnitve in obrazložitve je naročnik ob upoštevanju merila za izbor in tehničnih zahtev ugotovil, da je ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil **dopustno** ponudbo.

Javno naročilo za nabavo sanitetnega materiala iz Sklopa 1: **Zaščitna sredstva** se odda ponudniku Commerce trgovina d.o.o. v vrednosti 4.997,10 EUR brez DDV.

Sklop 2: ROKAVICE

Za Sklop 2 je naročnik prejel eno ponudbo, in sicer ponudnika Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana.

Naročnik je ob upoštevanju meril za izbor, tehničnih zahtev in ob pregledu ponudbe ugotovil, da je ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil **dopustno** ponudbo.

	ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA	Partizanska cesta 24 6210 SEŽANA
		tajnistvo@zd-sezana.si tel. 05 73 11 400

Javno naročilo za nabavo sanitetnega materiala iz Sklopa 2: Rokavice se odda ponudniku Sanolabor d.d. v vrednosti 28.214,32 € brez DDV.

Sklop 3: **OBVEZILNI MATERIAL**

Za Sklop 3 je naročnik prejel dve ponudbi. Razvrstil jih je po merilu najnižja ponudbena cena.

1. Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, ponudba z vrednostjo 46.502,81 EUR brez DDV oz 50.952,97 EUR z DDV.

2. Combic d.o.o., Podnanos 66a, 5272 Vipava, ponudba z vrednostjo 54.223,22 EUR brez DDV oz 59.374,43 EUR z DDV.

Ugodnejšo ponudbo je predložil ponudnik Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana v vrednosti 46.502,81 € brez DDV.

Naročnik je ponudnika pozval k predložitvi vzorcev in tehnične dokumentacije, in sicer za artikle pod zap.št. 30., 32., 35., 37., 42., 56., 60.

Po preverjanju in testiranju artiklov je bilo ugotovljeno naslednje:

- Artikel zap.št. 30 - Visoko vpojne netkane komprese;

Neustreznost vpojnosti

Po izvedenem testiranju je bilo ugotovljeno, da vpojna gaza ne »popije« zadostne količine tekočine. Ob dvigu se napojena količina izlije iz komprese.

Neustrezno pakiranje

Ponujeni artikle ni v razpisanem pakiranju. Naročnikova zahteva je bila, da je pakirano v škatli po 50 kos. Ponudnik je ponudil artikel v pakiranju po 75 kos, kljub nikalnemu odgovoru na portalu.

Neustrezna sestava vpojnega jedra

Naročnik zahteva vpojno jedro v sestavi 70 % viskoza in 30 % poliester.

Ponudnik navaja več različnih materialnih kombinacij (viskoza/PE, PP, PET ipd.), ki ne ustrezajo zahtevani sestavi.

Ne izkazana minimalna masa vpojnega jedra

Naročnik zahteva maso vpojnega jedra vsaj 342 g/m².

Ponudnik navaja mase posameznih slojev, vendar ne izkazuje skupne mase vpojnega jedra, niti ne potrjuje, da izdelek dosega zahtevano minimalno vrednost.

Neustrezna konstrukcija in število slojev

Naročnik zahteva kompres iz vsaj 5 slojev visoko vpojnega netkanega materiala, ovit z netkanim materialom s tekočinsko zaporo.

Ponudnikova dokumentacija ne potrjuje:

- da so uporabljeni sloji visoko vpojni,
- da konstrukcija ustreza zahtevani strukturi vpojnega jedra,
- da zunanji ovoj predstavlja tekočinsko zaporo.

	ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA	Partizanska cesta 24 6210 SEŽANA
		tajnistvo@zd-sezana.si tel. 05 73 11 400

- Artikel zap.št. 35 – Gaza, 20 nitna

Čeprav materialna sestava ni bila natančno določena, mora izdelek zagotavljati ustrezne funkcionalne lastnosti. Predloženi izdelek je izrazito redko tkan in porozen ter bistveno slabše kakovosti v primerjavi s standardnimi artikli na trgu, zato ga ni mogoče šteti kot ustreznega.

Naročnik je ponudbo preveril in ugotovil, da je ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil **nedopustno** ponudbo.

Naslednjo prispelo ponudbo je naročnik ob upoštevanju merila za izbor in tehničnih zahtev izbral ponudbo ponudnika Combic d.o.o., ki je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil **dopustno** ponudbo.

Javno naročilo za nabavo sanitetnega materiala iz Sklopa 3: **Obvezilni material**, se odda ponudniku Combic d.o.o. v vrednosti 54.223,22 EUR brez DDV.

Sklop 4: **PRIPOMOČKI ZA APLIKACIJO TERAPIJE**

Za Sklop 4 je naročnik prejel eno ponudbo, in sicer ponudnika Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana.

Naročnik je ponudbo preveril in ugotovil, da je ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil **dopustno** ponudbo.

Javno naročilo za nabavo sanitetnega materiala iz Sklopa 4: Pripomočki za aplikacijo terapije, se odda ponudniku Sanolabor d.d. v vrednosti 27.594,13 € brez DDV.

Sklop 5: **SREDSTVA ZA ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJO**

Za Sklop 5 je naročnik prejel dve ponudbi. Razvrstil jih je po merilu najnižja ponudbena cena.

1. Combic d.o.o., Podnanos 66a, 5272 Vipava, ponudba z vrednostjo 8.452,80 EUR brez DDV oz 10.312,42 EUR z DDV.

2. Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, ponudba z vrednostjo 9.249,26 EUR brez DDV oz 11.284,10 EUR z DDV.

Ugodnejšo ponudbo je predložil ponudnik Combic d.o.o., Podnanos 66a, 5272 Vipava v vrednosti 8.452,80 € brez DDV.

Naročnik je ponudbo preveril in ugotovil, da je ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil **dopustno** ponudbo.

Javno naročilo za nabavo sanitetnega materiala iz Sklopa 5: **Sredstva za čiščenje in dezinfekcijo**, se odda ponudniku Combic d.o.o. v vrednosti 8.452,80 € brez DDV.

	ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA	Partizanska cesta 24 6210 SEŽANA
		tajnistvo@zd-sezana.si tel. 05 73 11 400

Sklop 6: **OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL**

Za Sklop 6 je naročnik prejel eno ponudbo, in sicer ponudnika Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana.

Naročnik je ponudbo preveril in ugotovil, da je ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil **dopustno** ponudbo.

Javno naročilo za nabavo sanitetnega materiala iz Sklopa 6: **Ostali medicinsko potrošni material** se odda ponudniku Sanolabor d.d. v vrednosti 43.789,55 € brez DDV.

Sklop 7: **OBLOGE ZA RANE**

Za Sklop 7 je naročnik prejel dve ponudbi. Razvrstil jih je po merilu najnižja ponudbena cena.

1. Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, ponudba z vrednostjo 9.249,26 EUR brez DDV oz 11.284,10 EUR z DDV.

2. Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, ponudbena vrednost 21.745,30 EUR brez DDV oz 23.915,50 EUR z DDV.

Ugodnejšo ponudbo je predložil ponudnik Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana v vrednosti 20.399,84 € brez DDV.

Naročnik je ponudbo preveril in ugotovil, da je ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil **dopustno** ponudbo.

Javno naročilo za nabavo sanitetnega materiala iz Sklopa 7: **Obloge za rane**, se odda ponudniku Sanolabor d.d. v vrednosti 20.399,84 € brez DDV.

S tem je utemeljitev naročnika utemeljena.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v roku osmih (8) delovnih dni od objave odločitve, skladno z zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-11, 60/17 in 72/19). zahtevek za revizijo se vroči neposredno preko portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na Portalu javnih naročil. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku za revizijo priložiti original potrdilo banke o plačilu takse na račun SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL.

Zdravstveni dom Sežana

Direktorica

Katerina Rihter

Dostaviti:
-objava na portalu JN
-arhiv ZD

